
Certificado Nº: 105/25 -RELB	Início da Qualificação: 19/02/2025	Página 1 de 3	

Resultado obtido na altura do pico

	ALTURA DO PICO (mAU)
Resultado:	**148,0710**




#	Peak Name	CH	tR [min]	Area [µV·sec]	Height [µV]	Area%	Height%	Quantity	NTP	Resolution	Symmetry Factor	Warning
1	Cafeína	1	1,198	751644	148071	100,000	100,000	N/A	1319	N/A	1,422	

Certificado Nº: 105/25 -RELB	Início da Qualificação: 19/02/2025	Página 2 de 3

Resultado obtido no teste de sinal/ruído

Resultado:	Ruído (mAU)
VALOR MÁXIMO:	-1,1220
VALOR MÍNIMO:	-1,1260
	Ruído
	0,0040



Certificado Nº: 105/25 -RELB	Início da Qualificação: 19/02/2025	Página 3 de 3

Resultado obtido no teste estabilidade da linha de base

Estabilidade da Linha de Base	Diferença 20 min	Diferença 60 min
VALOR MÁXIMO:	0,0570	-2,8890
VALOR MÍNIMO:	1,0200	
Resultado:	-0,9630	

