Verde Laboratórios

OS (Ordem de Serviço) Nº. 001/17

Cliente: VIDFARMA INDÚSTRIA DE MEDICAMENTOS LTDA		Tel.: 81 3126-3775	Data chamado: 19/12/16
Endereço: ROD BR 232, KM 63		Bairro: PARQUE INDUSTRIAL	CEP: 55630-000
Cidade: POMBOS	UF: PE	CNPJ: 03.993.167/0001-99	Insc..Est.: 028821831
Contato: Edson Carlos		Depto: Controle de Qualidade	Cargo: Gerente

Técnico responsável pelo serviço: Michael Carneiro //

Equipamento:	ID/TAG:
HPLC Waters acquity	HPL-002
Módulo: CQSM (Bomba).	N/S: M12CQSM483A
Módulo: ZPX (Forno).	N/S: M12ZPX890G
Módulo: SDI (Injetor).	N/S: A13SDI787G
Módulo: ZPL (Detector).	N/S: M12ZPL346A
Módulo:	N/S:
Módulo:	N/S:
Módulo:	N/S:

Tipo de Serviço - RIR nº. NA PIS nº. 5000873

- Avulso ☒
- Contrato ☐
- Garantia ☐
- Retrabalho ☐
- Ref. à OS nº: _____

- Interno ☐
- Externo ☒

- Manutenção Prev. ☒
- Manutenção Corre. ☐
- Qualificação ☒
- Instalação ☐
- Treinamento ☐

Relato feito pelo cliente: Manutenção Preventiva e Qualificação do HPLC. //

Diagnóstico detectado: Serviço de manutenção preventiva e qualificação do HPLC Waters acquity. //

Pendências (descrever o que falta para iniciar o serviço): — //

Serviços executados: Foi realizado o serviço de manutenção preventiva, com a limpeza externa e interna dos modulos, seguido da qualificação conforme protocolo Nº 001/17. Durante a qualificação, Todos os testes e resultados foram satisfatorios. Equipamento liberado para uso. //

CONFIRMAMOS A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS ACIMA.

(Este campo não requer preenchimento quando o serviço for realizado nas instalações da VERDE)

Edson Carlos	Gerente	
Nome Completo	Cargo	Assinatura

TEMPO GASTO NA EXECUÇÃO DO SERVIÇO

DATA	INÍCIO	TÉRMINO	TOTAL DE HORAS DE SERVIÇO	HORAS DE DESLOCAMENTO
11/01	13:00	17:00	04 Horas	06 Horas
12/01	08:00	17:00	09 Horas	—
13/01	—	—	—	06 Horas

VISTO DO TÉCNICO:

DATA: 12/01/2017

PEÇAS UTILIZADAS NO SERVIÇO

QTD.	DESCRIÇÃO	P/N

Verde Laboratórios

OS (Ordem de Serviço) Nº. 001/17

Cliente: VIDFARMA INDÚSTRIA DE MEDICAMENTOS LTDA	Tel.: 81 3126-3775	Data chamado: 19/12/16
Endereço: ROD BR 232, KM 63	Bairro: PARQUE INDUSTRIAL	CEP: 55630-000
Cidade: POMBOS / UF: PE	CNPJ: 03.993.167/0001-99	Insc..Est.: 028821831
Contato: Edson Carlos	Depto: Controle de Qualidade	Cargo: Gerente

Técnico responsável pelo serviço: Michael Carulé //

Equipamento: HPLC Waters acquity	**ID/TAG:** HPL-002	**Tipo de Serviço - RIR nº. NA PIS nº. 5000873**
Módulo: QSM (Bomba).	**N/S:** M12QSM483A	
Módulo: UPX (Forno).	**N/S:** M12UPX890G	
Módulo: SDI (Injetor).	**N/S:** A13SDI787G	
Módulo: UPL (Detector).	**N/S:** M12UPL346A	
Módulo:	**N/S:**	
Módulo:	**N/S:**	
Módulo:	**N/S:**	

Avulso ☒ Contrato ☐ Garantia ☐ Retrabalho ☐ Ref. à OS nº: _____

Interno ☐ Externo ☒

Manutenção Prev. ☒ Manutenção Corre. ☐ Qualificação ☒ Instalação ☐ Treinamento ☐

Relato feito pelo cliente: Manutenção Preventiva e Qualificação do HPLC. //