



C:\Enterprise\Projects\HPLC\Result\Qualificação\2020\EDUV\EDUV 001.rslt\EDUV 001.dat, 2,02 Min

Relatório de Normalização

Método: **C:\Enterprise\Projects\HPLC\Method\Qualificação.met**
Arquivo de dados: **C:\Enterprise\Projects\HPLC\Result\Qualificação\2020\PCIN\PCIN.seq 001.rslt\Branco 1.dat**
Usuário: **SISTEMA (SISTEMA)**
Adquirido: **16/01/2020 08:16:17 (GMT -03:00)**
Impresso: **16/01/2020 08:49:42 (GMT -03:00)**



Resultados DAD: Signal A, 273,0 nm/Bw:4,0 nm Ref 360,0 nm/Bw:100,0 nm

Número do Pico	*Nome*	*Tempo de Retenção*	*Área*	*Concentração NORM*
	Cafeina			**0,000 BDL**

Totais				

Resultados Representação Gráfica de Espectro Máx


Número do Pico	*Nome*	*Tempo de Retenção*	*Área*	*Concentração NORM*

Resultados 200,0 nm

Número do Pico	*Nome*	*Tempo de Retenção*	*Área*	*Concentração NORM*

Relatório de Normalização

Método: **C:\Enterprise\Projects\HPLC\Method\Qualificação.met**
Arquivo de dados: **C:\Enterprise\Projects\HPLC\Result\Qualificação\2020\PCIN\PCIN.seq 001.rslt\PCIN 1**
Usuário: **SISTEMA (SISTEMA)**
Adquirido: **16/01/2020 08:20:30 (GMT -03:00)**
Impresso: **16/01/2020 08:50:32 (GMT -03:00)**



Resultados DAD: Signal A, 273,0 nm/Bw:4,0 nm Ref 360,0 nm/Bw:100,0 nm

Número do Pico	*Nome*	*Tempo de Retenção*	*Área*	*Concentração NORM*
1	Cafeina	1,993	110809751	**0,000**
Totais			110809751	**0,000**

Resultados Representação Gráfica de Espectro Máx


Número do Pico	*Nome*	*Tempo de Retenção*	*Área*	*Concentração NORM*

Resultados 200,0 nm

Número do Pico	*Nome*	*Tempo de Retenção*	*Área*	*Concentração NORM*

Relatório de Normalização

Método: **C:\Enterprise\Projects\HPLC\Method\Qualificação.met**
Arquivo de dados: **C:\Enterprise\Projects\HPLC\Result\Qualificação\2020\PCIN\PCIN.seq 001.rslt\PCIN 2**
Usuário: **SISTEMA (SISTEMA)**
Adquirido: **16/01/2020 08:24:42 (GMT -03:00)**
Impresso: **16/01/2020 08:51:14 (GMT -03:00)**



Resultados DAD: Signal A, 273,0 nm/Bw:4,0 nm Ref 360,0 nm/Bw:100,0 nm

Número do Pico	*Nome*	*Tempo de Retenção*	*Área*	*Concentração NORM*
1	Cafeina	1,993	111116422	**0,000**
Totais			111116422	**0,000**

Resultados Representação Gráfica de Espectro Máx


Número do Pico	*Nome*	*Tempo de Retenção*	*Área*	*Concentração NORM*

Resultados 200,0 nm

Número do Pico	*Nome*	*Tempo de Retenção*	*Área*	*Concentração NORM*

Relatório de Normalização

Método: **C:\Enterprise\Projects\HPLC\Method\Qualificação.met**
Arquivo de dados: **C:\Enterprise\Projects\HPLC\Result\Qualificação\2020\PCIN\PCIN.seq 001.rslt\PCIN 3**
Usuário: **SISTEMA (SISTEMA)**
Adquirido: **16/01/2020 08:28:50 (GMT -03:00)**
Impresso: **16/01/2020 08:51:28 (GMT -03:00)**



Resultados DAD: Signal A, 273,0 nm/Bw:4,0 nm Ref 360,0 nm/Bw:100,0 nm

Número do Pico	*Nome*	*Tempo de Retenção*	*Área*	*Concentração NORM*
1	Cafeina	1,990	111418997	**0,000**
Totais			111418997	**0,000**

Resultados Representação Gráfica de Espectro Máx


Número do Pico	*Nome*	*Tempo de Retenção*	*Área*	*Concentração NORM*

Resultados 200,0 nm

Número do Pico	*Nome*	*Tempo de Retenção*	*Área*	*Concentração NORM*

Relatório de Normalização

Método: C:\Enterprise\Projects\HPLC\Method\Qualificação.met
Arquivo de dados: C:\Enterprise\Projects\HPLC\Result\Qualificação\2020\PCIN\PCIN.seq 001.rslt\Branco 2
Usuário: SISTEMA (SISTEMA)
Adquirido: 16/01/2020 08:32:56 (GMT -03:00)
Impresso: 16/01/2020 08:51:42 (GMT -03:00)



Resultados DAD: Signal A, 273,0 nm/Bw:4,0 nm Ref 360,0 nm/Bw:100,0 nm

Número do Pico	*Nome*	*Tempo de Retenção*	*Área*	*Concentração NORM*
1	Cafeina	1,992	140943	**0,000**
Totais			140943	**0,000**

Resultados Representação Gráfica de Espectro Máx


Número do Pico	*Nome*	*Tempo de Retenção*	*Área*	*Concentração NORM*

Resultados 200,0 nm

Número do Pico	*Nome*	*Tempo de Retenção*	*Área*	*Concentração NORM*

Relatório de Normalização

Método: **C:\Enterprise\Projects\HPLC\Method\Qualificação.met**
Arquivo de dados: **C:\Enterprise\Projects\HPLC\Result\Qualificação\2020\PCIN\PCIN.seq 001.rslt\PCIN 4**
Usuário: **SISTEMA (SISTEMA)**
Adquirido: **16/01/2020 08:37:05 (GMT -03:00)**
Impresso: **16/01/2020 08:51:58 (GMT -03:00)**



Resultados DAD: Signal A, 273,0 nm/Bw:4,0 nm Ref 360,0 nm/Bw:100,0 nm

Número do Pico	*Nome*	*Tempo de Retenção*	*Área*	*Concentração NORM*
1	Cafeina	1,993	111643681	**0,000**
Totais			111643681	**0,000**

Resultados Representação Gráfica de Espectro Máx


Número do Pico	*Nome*	*Tempo de Retenção*	*Área*	*Concentração NORM*

Resultados 200,0 nm

Número do Pico	*Nome*	*Tempo de Retenção*	*Área*	*Concentração NORM*

Relatório de Normalização

Método: **C:\Enterprise\Projects\HPLC\Method\Qualificação.met**
Arquivo de dados: **C:\Enterprise\Projects\HPLC\Result\Qualificação\2020\PCIN\PCIN.seq 001.rslt\PCIN 5**
Usuário: **SISTEMA (SISTEMA)**
Adquirido: **16/01/2020 08:41:23 (GMT -03:00)**
Impresso: **16/01/2020 08:52:12 (GMT -03:00)**



Resultados DAD: Signal A, 273,0 nm/Bw:4,0 nm Ref 360,0 nm/Bw:100,0 nm

Número do Pico	*Nome*	*Tempo de Retenção*	*Área*	*Concentração NORM*
1	Cafeina	1,993	111546181	**0,000**
Totais			111546181	**0,000**

Resultados Representação Gráfica de Espectro Máx


Número do Pico	*Nome*	*Tempo de Retenção*	*Área*	*Concentração NORM*

Resultados 200,0 nm

Número do Pico	*Nome*	*Tempo de Retenção*	*Área*	*Concentração NORM*

Relatório de Normalização

Método: **C:\Enterprise\Projects\HPLC\Method\Qualificação.met**
Arquivo de dados: **C:\Enterprise\Projects\HPLC\Result\Qualificação\2020\PCIN\PCIN.seq 001.rslt\PCIN 6**
Usuário: **SISTEMA (SISTEMA)**
Adquirido: **16/01/2020 08:45:31 (GMT -03:00)**
Impresso: **16/01/2020 08:52:28 (GMT -03:00)**



Resultados DAD: Signal A, 273,0 nm/Bw:4,0 nm Ref 360,0 nm/Bw:100,0 nm

Número do Pico	*Nome*	*Tempo de Retenção*	*Área*	*Concentração NORM*
1	Cafeina	1,993	111611718	**0,000**
Totais			111611718	**0,000**

Resultados Representação Gráfica de Espectro Máx


Número do Pico	*Nome*	*Tempo de Retenção*	*Área*	*Concentração NORM*

Resultados 200,0 nm

Número do Pico	*Nome*	*Tempo de Retenção*	*Área*	*Concentração NORM*

Relatório de Normalização

Método: **C:\Enterprise\Projects\HPLC\Method\Qualificação.met**
Arquivo de dados: **C:\Enterprise\Projects\HPLC\Result\Qualificação\2020\PCIN\PCIN.seq 001.rslt\Branco 3**
Usuário: **SISTEMA (SISTEMA)**
Adquirido: **16/01/2020 08:49:39 (GMT -03:00)**
Impresso: **16/01/2020 08:54:03 (GMT -03:00)**



Resultados DAD: Signal A, 273,0 nm/Bw:4,0 nm Ref 360,0 nm/Bw:100,0 nm

Número do Pico	*Nome*	*Tempo de Retenção*	*Área*	*Concentração NORM*
1	Cafeina	1,985	346182	**0,000**
Totais			346182	**0,000**

Resultados Representação Gráfica de Espectro Máx


Número do Pico	*Nome*	*Tempo de Retenção*	*Área*	*Concentração NORM*

Resultados 200,0 nm

Número do Pico	*Nome*	*Tempo de Retenção*	*Área*	*Concentração NORM*

Relatório de Normalização

Método: **C:\Enterprise\Projects\HPLC\Method\Qualificação.met**
Arquivo de dados: **C:\Enterprise\Projects\HPLC\Result\Qualificação\2020\LDUV\LDUV.seq 001.rslt\LDUV 1.dat**
Usuário: **SISTEMA (SISTEMA)**
Adquirido: **16/01/2020 08:57:36 (GMT -03:00)**
Impresso: **16/01/2020 09:21:20 (GMT -03:00)**



Resultados DAD: Signal A, 273,0 nm/Bw:4,0 nm Ref 360,0 nm/Bw:100,0 nm

Número do Pico	*Nome*	*Tempo de Retenção*	*Área*	*Concentração NORM*
	Cafeina			**0,000 BDL**

Totais				

Resultados Representação Gráfica de Espectro Máx


Número do Pico	*Nome*	*Tempo de Retenção*	*Área*	*Concentração NORM*

Resultados 200,0 nm

Número do Pico	*Nome*	*Tempo de Retenção*	*Área*	*Concentração NORM*

Relatório de Normalização

Método: C:\Enterprise\Projects\HPLC\Method\Qualificação.met
Arquivo de dados: C:\Enterprise\Projects\HPLC\Result\Qualificação\2020\LDUV\LDUV.seq 001.rslt\LDUV 2
Usuário: SISTEMA (SISTEMA)
Adquirido: 16/01/2020 09:01:45 (GMT -03:00)
Impresso: 16/01/2020 09:21:34 (GMT -03:00)



Resultados DAD: Signal A, 273,0 nm/Bw:4,0 nm Ref 360,0 nm/Bw:100,0 nm

Número do Pico	*Nome*	*Tempo de Retenção*	*Área*	*Concentração NORM*
1	Cafeina	1,992	37297749	**0,000**
Totais			37297749	**0,000**

Resultados Representação Gráfica de Espectro Máx


Número do Pico	*Nome*	*Tempo de Retenção*	*Área*	*Concentração NORM*

Resultados 200,0 nm

Número do Pico	*Nome*	*Tempo de Retenção*	*Área*	*Concentração NORM*

Relatório de Normalização

Método: **C:\Enterprise\Projects\HPLC\Method\Qualificação.met**
Arquivo de dados: **C:\Enterprise\Projects\HPLC\Result\Qualificação\2020\LDUV\LDUV.seq 001.rslt\LDUV 3**
Usuário: **SISTEMA (SISTEMA)**
Adquirido: **16/01/2020 09:05:51 (GMT -03:00)**
Impresso: **16/01/2020 09:21:47 (GMT -03:00)**



Resultados DAD: Signal A, 273,0 nm/Bw:4,0 nm Ref 360,0 nm/Bw:100,0 nm

Número do Pico	*Nome*	*Tempo de Retenção*	*Área*	*Concentração NORM*
1	Cafeina	1,993	72842129	**0,000**
Totais			72842129	**0,000**

Resultados Representação Gráfica de Espectro Máx


Número do Pico	*Nome*	*Tempo de Retenção*	*Área*	*Concentração NORM*

Resultados 200,0 nm

Número do Pico	*Nome*	*Tempo de Retenção*	*Área*	*Concentração NORM*

Relatório de Normalização

Método: **C:\Enterprise\Projects\HPLC\Method\Qualificação.met**
Arquivo de dados: **C:\Enterprise\Projects\HPLC\Result\Qualificação\2020\LDUV\LDUV.seq 001.rslt\LDUV 4**
Usuário: **SISTEMA (SISTEMA)**
Adquirido: **16/01/2020 09:09:56 (GMT -03:00)**
Impresso: **16/01/2020 09:21:58 (GMT -03:00)**



Resultados DAD: Signal A, 273,0 nm/Bw:4,0 nm Ref 360,0 nm/Bw:100,0 nm

Número do Pico	*Nome*	*Tempo de Retenção*	*Área*	*Concentração NORM*
1	Cafeina	1,992	113497050	**0,000**
Totais			113497050	**0,000**

Resultados Representação Gráfica de Espectro Máx


Número do Pico	*Nome*	*Tempo de Retenção*	*Área*	*Concentração NORM*

Resultados 200,0 nm

Número do Pico	*Nome*	*Tempo de Retenção*	*Área*	*Concentração NORM*

Relatório de Normalização

Método: **C:\Enterprise\Projects\HPLC\Method\Qualificação.met**
Arquivo de dados: **C:\Enterprise\Projects\HPLC\Result\Qualificação\2020\LDUV\LDUV.seq 001.rslt\LDUV 5**
Usuário: **SISTEMA (SISTEMA)**
Adquirido: **16/01/2020 09:14:09 (GMT -03:00)**
Impresso: **16/01/2020 09:22:10 (GMT -03:00)**



Resultados DAD: Signal A, 273,0 nm/Bw:4,0 nm Ref 360,0 nm/Bw:100,0 nm

Número do Pico	*Nome*	*Tempo de Retenção*	*Área*	*Concentração NORM*
1	Cafeina	1,993	148962906	**0,000**
Totais			148962906	**0,000**

Resultados Representação Gráfica de Espectro Máx


Número do Pico	*Nome*	*Tempo de Retenção*	*Área*	*Concentração NORM*

Resultados 200,0 nm

Número do Pico	*Nome*	*Tempo de Retenção*	*Área*	*Concentração NORM*

Relatório de Normalização

Método: **C:\Enterprise\Projects\HPLC\Method\Qualificação.met**
Arquivo de dados: **C:\Enterprise\Projects\HPLC\Result\Qualificação\2020\LIIN\LIIN.seq 001.rslt\LIIN 1.dat**
Usuário: **SISTEMA (SISTEMA)**
Adquirido: **16/01/2020 09:21:10 (GMT -03:00)**
Impresso: **16/01/2020 09:26:49 (GMT -03:00)**



Resultados DAD: Signal A, 273,0 nm/Bw:4,0 nm Ref 360,0 nm/Bw:100,0 nm

Número do Pico	*Nome*	*Tempo de Retenção*	*Área*	*Concentração NORM*
	Cafeina			**0,000 BDL**

Totais				

Resultados Representação Gráfica de Espectro Máx


Número do Pico	*Nome*	*Tempo de Retenção*	*Área*	*Concentração NORM*

Resultados 200,0 nm

Número do Pico	*Nome*	*Tempo de Retenção*	*Área*	*Concentração NORM*

Relatório de Normalização

Método: C:\Enterprise\Projects\HPLC\Method\Qualificação.met
Arquivo de dados: C:\Enterprise\Projects\HPLC\Result\Qualificação\2020\LIIN\LIIN.seq 001.rslt\LIIN 2
Usuário: SISTEMA (SISTEMA)
Adquirido: 16/01/2020 09:25:16 (GMT -03:00)
Impresso: 16/01/2020 09:33:02 (GMT -03:00)



Resultados DAD: Signal A, 273,0 nm/Bw:4,0 nm Ref 360,0 nm/Bw:100,0 nm

Número do Pico	*Nome*	*Tempo de Retenção*	*Área*	*Concentração NORM*
1	Cafeina	1,985	56366430	**0,000**
Totais			56366430	**0,000**

Resultados Representação Gráfica de Espectro Máx


Número do Pico	*Nome*	*Tempo de Retenção*	*Área*	*Concentração NORM*

Resultados 200,0 nm

Número do Pico	*Nome*	*Tempo de Retenção*	*Área*	*Concentração NORM*

Relatório de Normalização

Método: C:\Enterprise\Projects\HPLC\Method\Qualificação.met
Arquivo de dados: C:\Enterprise\Projects\HPLC\Result\Qualificação\2020\LIIN\LIIN.seq 001.rslt\LIIN 3
Usuário: SISTEMA (SISTEMA)
Adquirido: 16/01/2020 09:29:21 (GMT -03:00)
Impresso: 16/01/2020 09:33:15 (GMT -03:00)



Resultados DAD: Signal A, 273,0 nm/Bw:4,0 nm Ref 360,0 nm/Bw:100,0 nm

Número do Pico	*Nome*	*Tempo de Retenção*	*Área*	*Concentração NORM*
1	Cafeina	1,997	112134139	**0,000**
Totais			112134139	**0,000**

Resultados Representação Gráfica de Espectro Máx


Número do Pico	*Nome*	*Tempo de Retenção*	*Área*	*Concentração NORM*

Resultados 200,0 nm

Número do Pico	*Nome*	*Tempo de Retenção*	*Área*	*Concentração NORM*

Relatório de Normalização

Método: **C:\Enterprise\Projects\HPLC\Method\Qualificação.met**
Arquivo de dados: **C:\Enterprise\Projects\HPLC\Result\Qualificação\2020\LIIN\LIIN.seq 001.rslt\LIIN 4**
Usuário: **SISTEMA (SISTEMA)**
Adquirido: **16/01/2020 09:33:27 (GMT -03:00)**
Impresso: **16/01/2020 09:36:56 (GMT -03:00)**



Resultados DAD: Signal A, 273,0 nm/Bw:4,0 nm Ref 360,0 nm/Bw:100,0 nm

Número do Pico	*Nome*	*Tempo de Retenção*	*Área*	*Concentração NORM*
1	Cafeina	2,002	167111176	**0,000**
Totais			167111176	**0,000**

Resultados Representação Gráfica de Espectro Máx


Número do Pico	*Nome*	*Tempo de Retenção*	*Área*	*Concentração NORM*

Resultados 200,0 nm

Número do Pico	*Nome*	*Tempo de Retenção*	*Área*	*Concentração NORM*

Relatório de Normalização

Método: **C:\Enterprise\Projects\HPLC\Method\Qualificação.met**
Arquivo de dados: **C:\Enterprise\Projects\HPLC\Result\Qualificação\2020\LIIN\LIIN.seq 001.rslt\LIIN 5**
Usuário: **SISTEMA (SISTEMA)**
Adquirido: **16/01/2020 09:37:40 (GMT -03:00)**
Impresso: **16/01/2020 09:42:06 (GMT -03:00)**



Resultados DAD: Signal A, 273,0 nm/Bw:4,0 nm Ref 360,0 nm/Bw:100,0 nm

Número do Pico	*Nome*	*Tempo de Retenção*	*Área*	*Concentração NORM*
1	Cafeina	2,010	222584159	**0,000**
Totais			222584159	**0,000**

Resultados 200,0 nm


Número do Pico	*Nome*	*Tempo de Retenção*	*Área*	*Concentração NORM*

Resultados Representação Gráfica de Espectro Máx

Número do Pico	*Nome*	*Tempo de Retenção*	*Área*	*Concentração NORM*

Relatório de Normalização

Método: **C:\Enterprise\Projects\HPLC\Method\Grad AB.met**
Arquivo de dados: **C:\Enterprise\Projects\HPLC\Result\Qualificação\2020\Grad AB\Grad AB 001.rslt\Grad AB 001.dat**
Usuário: **SISTEMA (SISTEMA)**
Adquirido: **16/01/2020 10:10:30 (GMT -03:00)**
Impresso: **16/01/2020 10:34:10 (GMT -03:00)**




Resultados DAD: Signal A, 273,0 nm/Bw:4,0 nm Ref 360,0 nm/Bw:100,0 nm

Número do Pico	*Nome*	*Tempo de Retenção*	*Altura*	*Concentração NORM*
1	20 %	4,097	10831046	**0,000**
2	40 %	7,082	21938067	**0,000**
3	60 %	8,957	33210006	**0,000**
4	80 %	12,367	44031552	**0,000**
6	100 %	16,243	55190075	**0,000**

Totais			165200746	**0,000**

Relatório de Normalização

Método: **C:\Enterprise\Projects\HPLC\Method\Grad CD.met**
Arquivo de dados: **C:\Enterprise\Projects\HPLC\Result\Qualificação\2020\Grad CD\Grad CD 001.rslt\Grad CD 001.dat**
Usuário: **SISTEMA (SISTEMA)**
Adquirido: **16/01/2020 10:36:47 (GMT -03:00)**
Impresso: **16/01/2020 11:00:32 (GMT -03:00)**



Resultados DAD: Signal A, 273,0 nm/Bw:4,0 nm Ref 360,0 nm/Bw:100,0 nm

Número do Pico	*Nome*	*Tempo de Retenção*	*Altura*	*Concentração NORM*
1	20 %	4,023	10896989	**0,000**
2	40 %	6,988	21978283	**0,000**
3	60 %	10,105	33043059	**0,000**
4	80 %	12,922	44042762	**0,000**
6	100 %	16,300	55132958	**0,000**

Totais			165094051	**0,000**