



C:\Enterprise\Projects\Qualificação\Result\Qualificação 2021\HPLC 15\EDUV 001.rslt\EDUV 001.dat, 1.57 Min

Relatório de Normalização

Método: **C:\Enterprise\Projects\Qualificação\Method\Qualificação.met**
Arquivo de dados: **C:\Enterprise\Projects\Qualificação\Result\Qualificação 2021\HPLC 15\PCIN\PCIN.seq 001.rslt\Branco 1.dat**
Usuário: **SISTEMA (SISTEMA)**
Adquirido: **06/01/2021 14:17:08 (GMT -03:00)**
Impresso: **06/01/2021 14:56:59 (GMT -03:00)**



Resultados DAD: Sinal A, 273,0 nm/Lb:4,0 nm Ref 360,0 nm/Lb:100,0 nm

Número do Pico	*Nome*	*Tempo de Retenção*	*Área*	*Concentração NORM*
1	Cafeina	1.560	72963	**0.000**
Totais			72963	**0.000**

Resultados Representação Gráfica de Espectro Máx


Número do Pico	*Nome*	*Tempo de Retenção*	*Área*	*Concentração NORM*

Resultados 200.0 nm

Número do Pico	*Nome*	*Tempo de Retenção*	*Área*	*Concentração NORM*

Relatório de Normalização

Método: C:\Enterprise\Projects\Qualificação\Method\Qualificação.met
Arquivo de dados: C:\Enterprise\Projects\Qualificação\Result\Qualificação 2021\HPLC 15\PCIN\PCIN.seq 001.rslt\PCIN 1
Usuário: SISTEMA (SISTEMA)
Adquirido: 06/01/2021 14:21:17 (GMT -03:00)
Impresso: 06/01/2021 14:57:22 (GMT -03:00)



Resultados DAD: Sinal A, 273,0 nm/Lb:4,0 nm Ref 360,0 nm/Lb:100,0 nm

Número do Pico	*Nome*	*Tempo de Retenção*	*Área*	*Concentração NORM*
1	Cafeina	1.557	104353714	**0.000**
Totais			104353714	**0.000**

Resultados Representação Gráfica de Espectro Máx


Número do Pico	*Nome*	*Tempo de Retenção*	*Área*	*Concentração NORM*

Resultados 200.0 nm

Número do Pico	*Nome*	*Tempo de Retenção*	*Área*	*Concentração NORM*

Relatório de Normalização

Método: C:\Enterprise\Projects\Qualificação\Method\Qualificação.met
Arquivo de dados: C:\Enterprise\Projects\Qualificação\Result\Qualificação 2021\HPLC 15\PCIN\PCIN.seq 001.rslt\PCIN 2
Usuário: SISTEMA (SISTEMA)
Adquirido: 06/01/2021 14:25:22 (GMT -03:00)
Impresso: 06/01/2021 14:57:42 (GMT -03:00)



Resultados DAD: Sinal A, 273,0 nm/Lb:4,0 nm Ref 360,0 nm/Lb:100,0 nm

Número do Pico	*Nome*	*Tempo de Retenção*	*Área*	*Concentração NORM*
1	Cafeina	1.553	104501272	**0.000**
Totais			104501272	**0.000**

Resultados Representação Gráfica de Espectro Máx


Número do Pico	*Nome*	*Tempo de Retenção*	*Área*	*Concentração NORM*

Resultados 200.0 nm

Número do Pico	*Nome*	*Tempo de Retenção*	*Área*	*Concentração NORM*

Relatório de Normalização

Método: C:\Enterprise\Projects\Qualificação\Method\Qualificação.met
Arquivo de dados: C:\Enterprise\Projects\Qualificação\Result\Qualificação 2021\HPLC 15\PCIN\PCIN.seq 001.rslt\PCIN 3
Usuário: SISTEMA (SISTEMA)
Adquirido: 06/01/2021 14:29:33 (GMT -03:00)
Impresso: 06/01/2021 14:58:02 (GMT -03:00)



Resultados DAD: Sinal A, 273,0 nm/Lb:4,0 nm Ref 360,0 nm/Lb:100,0 nm

Número do Pico	*Nome*	*Tempo de Retenção*	*Área*	*Concentração NORM*
1	Cafeina	1.553	104357064	**0.000**
Totais			104357064	**0.000**

Resultados Representação Gráfica de Espectro Máx


Número do Pico	*Nome*	*Tempo de Retenção*	*Área*	*Concentração NORM*

Resultados 200.0 nm

Número do Pico	*Nome*	*Tempo de Retenção*	*Área*	*Concentração NORM*

Relatório de Normalização

Método: C:\Enterprise\Projects\Qualificação\Method\Qualificação.met
Arquivo de dados: C:\Enterprise\Projects\Qualificação\Result\Qualificação 2021\HPLC 15\PCIN\PCIN.seq 001.rslt\Branco 2
Usuário: SISTEMA (SISTEMA)
Adquirido: 06/01/2021 14:33:41 (GMT -03:00)
Impresso: 06/01/2021 14:58:21 (GMT -03:00)



Resultados DAD: Sinal A, 273,0 nm/Lb:4,0 nm Ref 360,0 nm/Lb:100,0 nm

Número do Pico	*Nome*	*Tempo de Retenção*	*Área*	*Concentração NORM*
1	Cafeina	1.550	152350	**0.000**
Totais			152350	**0.000**

Resultados Representação Gráfica de Espectro Máx


Número do Pico	*Nome*	*Tempo de Retenção*	*Área*	*Concentração NORM*

Resultados 200.0 nm

Número do Pico	*Nome*	*Tempo de Retenção*	*Área*	*Concentração NORM*

Relatório de Normalização

Método: C:\Enterprise\Projects\Qualificação\Method\Qualificação.met
Arquivo de dados: C:\Enterprise\Projects\Qualificação\Result\Qualificação 2021\HPLC 15\PCIN\PCIN.seq 001.rslt\PCIN 4
Usuário: SISTEMA (SISTEMA)
Adquirido: 06/01/2021 14:37:50 (GMT -03:00)
Impresso: 06/01/2021 14:58:36 (GMT -03:00)



Resultados DAD: Sinal A, 273,0 nm/Lb:4,0 nm Ref 360,0 nm/Lb:100,0 nm

Número do Pico	*Nome*	*Tempo de Retenção*	*Área*	*Concentração NORM*
1	Cafeina	1.552	104385066	**0.000**
Totais			104385066	**0.000**

Resultados Representação Gráfica de Espectro Máx


Número do Pico	*Nome*	*Tempo de Retenção*	*Área*	*Concentração NORM*

Resultados 200.0 nm

Número do Pico	*Nome*	*Tempo de Retenção*	*Área*	*Concentração NORM*

Relatório de Normalização

Método: C:\Enterprise\Projects\Qualificação\Method\Qualificação.met
Arquivo de dados: C:\Enterprise\Projects\Qualificação\Result\Qualificação 2021\HPLC 15\PCIN\PCIN.seq 001.rslt\PCIN 5
Usuário: SISTEMA (SISTEMA)
Adquirido: 06/01/2021 14:41:58 (GMT -03:00)
Impresso: 06/01/2021 14:58:55 (GMT -03:00)



Resultados DAD: Sinal A, 273,0 nm/Lb:4,0 nm Ref 360,0 nm/Lb:100,0 nm

Número do Pico	*Nome*	*Tempo de Retenção*	*Área*	*Concentração NORM*
1	Cafeina	1.550	104376964	**0.000**
Totais			104376964	**0.000**

Resultados Representação Gráfica de Espectro Máx


Número do Pico	*Nome*	*Tempo de Retenção*	*Área*	*Concentração NORM*

Resultados 200.0 nm

Número do Pico	*Nome*	*Tempo de Retenção*	*Área*	*Concentração NORM*

Relatório de Normalização

Método: C:\Enterprise\Projects\Qualificação\Method\Qualificação.met
Arquivo de dados: C:\Enterprise\Projects\Qualificação\Result\Qualificação 2021\HPLC 15\PCIN\PCIN.seq 001.rslt\PCIN 6
Usuário: SISTEMA (SISTEMA)
Adquirido: 06/01/2021 14:46:05 (GMT -03:00)
Impresso: 06/01/2021 14:59:11 (GMT -03:00)



Resultados DAD: Sinal A, 273,0 nm/Lb:4,0 nm Ref 360,0 nm/Lb:100,0 nm

Número do Pico	*Nome*	*Tempo de Retenção*	*Área*	*Concentração NORM*
1	Cafeina	1.548	104477645	**0.000**
Totais			104477645	**0.000**

Resultados Representação Gráfica de Espectro Máx


Número do Pico	*Nome*	*Tempo de Retenção*	*Área*	*Concentração NORM*

Resultados 200.0 nm

Número do Pico	*Nome*	*Tempo de Retenção*	*Área*	*Concentração NORM*

Relatório de Normalização

Método: **C:\Enterprise\Projects\Qualificação\Method\Qualificação.met**
Arquivo de dados: **C:\Enterprise\Projects\Qualificação\Result\Qualificação 2021\HPLC 15\PCIN\PCIN.seq 001.rslt\Branco 3**
Usuário: **SISTEMA (SISTEMA)**
Adquirido: **06/01/2021 14:50:15 (GMT -03:00)**
Impresso: **06/01/2021 14:59:36 (GMT -03:00)**



Resultados DAD: Sinal A, 273,0 nm/Lb:4,0 nm Ref 360,0 nm/Lb:100,0 nm

Número do Pico	*Nome*	*Tempo de Retenção*	*Área*	*Concentração NORM*
1	Cafeina	1.545	124892	**0.000**
Totais			124892	**0.000**

Resultados Representação Gráfica de Espectro Máx


Número do Pico	*Nome*	*Tempo de Retenção*	*Área*	*Concentração NORM*

Resultados 200.0 nm

Número do Pico	*Nome*	*Tempo de Retenção*	*Área*	*Concentração NORM*

Relatório de Normalização

Método: **C:\Enterprise\Projects\Qualificação\Method\Qualificação.met**
Arquivo de dados: **C:\Enterprise\Projects\Qualificação\Result\Qualificação 2021\HPLC 15\LDUV\LDUV.seq 001.rslt\LDUV 1.dat**
Usuário: **SISTEMA (SISTEMA)**
Adquirido: **06/01/2021 14:57:54 (GMT -03:00)**
Impresso: **06/01/2021 15:19:40 (GMT -03:00)**



Resultados DAD: Sinal A, 273,0 nm/Lb:4,0 nm Ref 360,0 nm/Lb:100,0 nm

Número do Pico	*Nome*	*Tempo de Retenção*	*Área*	*Concentração NORM*
1	Cafeina	1.547	106662	**0.000**
Totais			106662	**0.000**

Resultados Representação Gráfica de Espectro Máx


Número do Pico	*Nome*	*Tempo de Retenção*	*Área*	*Concentração NORM*

Resultados 200.0 nm

Número do Pico	*Nome*	*Tempo de Retenção*	*Área*	*Concentração NORM*

Relatório de Normalização

Método: **C:\Enterprise\Projects\Qualificação\Method\Qualificação.met**
Arquivo de dados: **C:\Enterprise\Projects\Qualificação\Result\Qualificação 2021\HPLC 15\LDUV\LDUV.seq001.rslt\LDUV 2**
Usuário: **SISTEMA (SISTEMA)**
Adquirido: **06/01/2021 15:02:04 (GMT -03:00)**
Impresso: **06/01/2021 15:19:54 (GMT -03:00)**



Resultados DAD: Sinal A, 273,0 nm/Lb:4,0 nm Ref 360,0 nm/Lb:100,0 nm

Número do Pico	*Nome*	*Tempo de Retenção*	*Área*	*Concentração NORM*
1	Cafeina	1.545	36748596	**0.000**
Totais			36748596	**0.000**

Resultados Representação Gráfica de Espectro Máx


Número do Pico	*Nome*	*Tempo de Retenção*	*Área*	*Concentração NORM*

Resultados 200.0 nm

Número do Pico	*Nome*	*Tempo de Retenção*	*Área*	*Concentração NORM*

Relatório de Normalização

Método: **C:\Enterprise\Projects\Qualificação\Method\Qualificação.met**
Arquivo de dados: **C:\Enterprise\Projects\Qualificação\Result\Qualificação 2021\HPLC 15\LDUV\LDUV.seq 001.rslt\LDUV 3**
Usuário: **SISTEMA (SISTEMA)**
Adquirido: **06/01/2021 15:06:10 (GMT -03:00)**
Impresso: **06/01/2021 15:21:08 (GMT -03:00)**



Resultados DAD: Sinal A, 273,0 nm/Lb:4,0 nm Ref 360,0 nm/Lb:100,0 nm

Número do Pico	*Nome*	*Tempo de Retenção*	*Área*	*Concentração NORM*
1	Cafeina	1.548	71909716	**0.000**
Totais			71909716	**0.000**

Resultados Representação Gráfica de Espectro Máx


Número do Pico	*Nome*	*Tempo de Retenção*	*Área*	*Concentração NORM*

Resultados 200.0 nm

Número do Pico	*Nome*	*Tempo de Retenção*	*Área*	*Concentração NORM*

Relatório de Normalização

Método: C:\Enterprise\Projects\Qualificação\Method\Qualificação.met
Arquivo de dados: C:\Enterprise\Projects\Qualificação\Result\Qualificação 2021\HPLC 15\LDUV\LDUV.seq 001.rslt\LDUV 4
Usuário: SISTEMA (SISTEMA)
Adquirido: 06/01/2021 15:10:19 (GMT -03:00)
Impresso: 06/01/2021 15:21:22 (GMT -03:00)



Resultados DAD: Sinal A, 273,0 nm/Lb:4,0 nm Ref 360,0 nm/Lb:100,0 nm

Número do Pico	*Nome*	*Tempo de Retenção*	*Área*	*Concentração NORM*
1	Cafeina	1.545	105404665	**0.000**
Totais			105404665	**0.000**

Resultados Representação Gráfica de Espectro Máx


Número do Pico	*Nome*	*Tempo de Retenção*	*Área*	*Concentração NORM*

Resultados 200.0 nm

Número do Pico	*Nome*	*Tempo de Retenção*	*Área*	*Concentração NORM*

Relatório de Normalização

Método: C:\Enterprise\Projects\Qualificação\Method\Qualificação.met
Arquivo de dados: C:\Enterprise\Projects\Qualificação\Result\Qualificação 2021\HPLC 15\LDUV\LDUV.seq 001.rslt\LDUV 5
Usuário: SISTEMA (SISTEMA)
Adquirido: 06/01/2021 15:14:24 (GMT -03:00)
Impresso: 06/01/2021 15:21:36 (GMT -03:00)



Resultados DAD: Sinal A, 273,0 nm/Lb:4,0 nm Ref 360,0 nm/Lb:100,0 nm

Número do Pico	*Nome*	*Tempo de Retenção*	*Área*	*Concentração NORM*
1	Cafeina	1.545	138614774	**0.000**
Totais			138614774	**0.000**

Resultados Representação Gráfica de Espectro Máx


Número do Pico	*Nome*	*Tempo de Retenção*	*Área*	*Concentração NORM*

Resultados 200.0 nm

Número do Pico	*Nome*	*Tempo de Retenção*	*Área*	*Concentração NORM*

Relatório de Normalização

Método: **C:\Enterprise\Projects\Qualificação\Method\Qualificação.met**
Arquivo de dados: **C:\Enterprise\Projects\Qualificação\Result\Qualificação 2021\HPLC 15\LIIN\LIIN.seq 001.rslt\LIIN 1.dat**
Usuário: **SISTEMA (SISTEMA)**
Adquirido: **06/01/2021 15:20:31 (GMT -03:00)**
Impresso: **06/01/2021 15:27:59 (GMT -03:00)**



Resultados DAD: Sinal A, 273,0 nm/Lb:4,0 nm Ref 360,0 nm/Lb:100,0 nm

Número do Pico	*Nome*	*Tempo de Retenção*	*Área*	*Concentração NORM*
1	Cafeina	1.527	250567	**0.000**
Totais			250567	**0.000**

Resultados Representação Gráfica de Espectro Máx


Número do Pico	*Nome*	*Tempo de Retenção*	*Área*	*Concentração NORM*

Resultados 200.0 nm

Número do Pico	*Nome*	*Tempo de Retenção*	*Área*	*Concentração NORM*

Relatório de Normalização

Método: **C:\Enterprise\Projects\Qualificação\Method\Qualificação.met**
Arquivo de dados: **C:\Enterprise\Projects\Qualificação\Result\Qualificação 2021\HPLC 15\LIIN\LIIN.seq001.rslt\LIIN 2**
Usuário: **SISTEMA (SISTEMA)**
Adquirido: **06/01/2021 15:24:29 (GMT -03:00)**
Impresso: **06/01/2021 15:28:21 (GMT -03:00)**



Resultados DAD: Sinal A, 273,0 nm/Lb:4,0 nm Ref 360,0 nm/Lb:100,0 nm

Número do Pico	*Nome*	*Tempo de Retenção*	*Área*	*Concentração NORM*
1	Cafeina	1.540	52200015	**0.000**
Totais			52200015	**0.000**

Resultados Representação Gráfica de Espectro Máx


Número do Pico	*Nome*	*Tempo de Retenção*	*Área*	*Concentração NORM*

Resultados 200.0 nm

Número do Pico	*Nome*	*Tempo de Retenção*	*Área*	*Concentração NORM*

Relatório de Normalização

Método: C:\Enterprise\Projects\Qualificação\Method\Qualificação.met
Arquivo de dados: C:\Enterprise\Projects\Qualificação\Result\Qualificação 2021\HPLC 15\LIIN\LIIN.seq 001.rslt\LIIN 3
Usuário: SISTEMA (SISTEMA)
Adquirido: 06/01/2021 15:28:33 (GMT -03:00)
Impresso: 06/01/2021 15:31:56 (GMT -03:00)



Resultados DAD: Sinal A, 273,0 nm/Lb:4,0 nm Ref 360,0 nm/Lb:100,0 nm

Número do Pico	*Nome*	*Tempo de Retenção*	*Área*	*Concentração NORM*
1	Cafeina	1.542	104359430	**0.000**
Totais			104359430	**0.000**

Resultados Representação Gráfica de Espectro Máx


Número do Pico	*Nome*	*Tempo de Retenção*	*Área*	*Concentração NORM*

Resultados 200.0 nm

Número do Pico	*Nome*	*Tempo de Retenção*	*Área*	*Concentração NORM*

Relatório de Normalização

Método: C:\Enterprise\Projects\Qualificação\Method\Qualificação.met
Arquivo de dados: C:\Enterprise\Projects\Qualificação\Result\Qualificação 2021\HPLC 15\LIIN\LIIN.seq 001.rslt\LIIN 4
Usuário: SISTEMA (SISTEMA)
Adquirido: 06/01/2021 15:32:47 (GMT -03:00)
Impresso: 06/01/2021 15:37:14 (GMT -03:00)



Resultados DAD: Sinal A, 273,0 nm/Lb:4,0 nm Ref 360,0 nm/Lb:100,0 nm

Número do Pico	*Nome*	*Tempo de Retenção*	*Área*	*Concentração NORM*
1	Cafeina	1.545	156353150	**0.000**
Totais			156353150	**0.000**

Resultados Representação Gráfica de Espectro Máx


Número do Pico	*Nome*	*Tempo de Retenção*	*Área*	*Concentração NORM*

Resultados 200.0 nm

Número do Pico	*Nome*	*Tempo de Retenção*	*Área*	*Concentração NORM*

Relatório de Normalização

Método: C:\Enterprise\Projects\Qualificação\Method\Qualificação.met
Arquivo de dados: C:\Enterprise\Projects\Qualificação\Result\Qualificação 2021\HPLC 15\LIIN\LIIN.seq 001.rslt\LIIN 5
Usuário: SISTEMA (SISTEMA)
Adquirido: 06/01/2021 15:37:10 (GMT -03:00)
Impresso: 06/01/2021 15:41:03 (GMT -03:00)



Resultados DAD: Sinal A, 273,0 nm/Lb:4,0 nm Ref 360,0 nm/Lb:100,0 nm

Número do Pico	*Nome*	*Tempo de Retenção*	*Área*	*Concentração NORM*
1	Cafeina	1.548	208450704	**0.000**
Totais			208450704	**0.000**

Resultados Representação Gráfica de Espectro Máx


Número do Pico	*Nome*	*Tempo de Retenção*	*Área*	*Concentração NORM*

Resultados 200.0 nm

Número do Pico	*Nome*	*Tempo de Retenção*	*Área*	*Concentração NORM*

Relatório de Normalização

Método: C:\Enterprise\Projects\Qualificação\Method\Grad AB.met
Arquivo de dados: C:\Enterprise\Projects\Qualificação\Result\Qualificação 2021\HPLC 15\Grad AB 001.rslt\Grad AB 001.dat
Usuário: SISTEMA (SISTEMA)
Adquirido: 07/01/2021 10:02:42 (GMT -03:00)
Impresso: 07/01/2021 10:26:14 (GMT -03:00)




Resultados DAD: Sinal A, 273,0 nm/Lb:4,0 nm Ref 360,0 nm/Lb:100,0 nm

Número do Pico	*Nome*	*Tempo de Retenção*	*Altura*	*Concentração NORM*
1	20 %	2.635	11463307	**0.000**
2	40 %	5.718	23095497	**0.000**
3	60 %	8.562	34670727	**0.000**
4	80 %	12.598	46138456	**0.000**
5	100 %	15.753	57842142	**0.000**

Totais			173210129	**0.000**

Relatório de Normalização

Método: C:\Enterprise\Projects\Qualificação\Method\Grad CD.met
Arquivo de dados: C:\Enterprise\Projects\Qualificação\Result\Qualificação 2021\HPLC 15\Grad CD 001.rslt\Grad CD 001.dat
Usuário: SISTEMA (SISTEMA)
Adquirido: 07/01/2021 10:35:29 (GMT -03:00)
Impresso: 07/01/2021 10:58:38 (GMT -03:00)



Resultados DAD: Sinal A, 273,0 nm/Lb:4,0 nm Ref 360,0 nm/Lb:100,0 nm

Número do Pico	*Nome*	*Tempo de Retenção*	*Altura*	*Concentração NORM*
1	20 %	3.790	11499143	**0.000**
2	40 %	6.700	23060038	**0.000**
3	60 %	9.767	34655404	**0.000**
4	80 %	12.162	46102152	**0.000**
5	100 %	15.855	57899914	**0.000**

Totais			173216651	**0.000**