


Spectral Scan - 1260 VWD [DEACX26660]
Absorbance [mAU]
700
600
500
400
300
200
100
0
-100
(206, 727.962512)
(273, 401.028102)
(245, 25.723969)
200
210
220
230
240
250
260
270
280
290
300
Wavelength [nm]

Relatório de Normalização


Método: **C:\Enterprise\Projects\Qualificação\Method\Sinal-Ruido.met**
Arquivo de dados: **{Nome de Arquivo dos Dados}**
Usuário: **SISTEMA (SISTEMA)**
Adquirido: **14/01/2023 18:47:58 (GMT -03:00)**
Impresso: **14/01/2023 18:50:03 (GMT -03:00)**




Número do Pico	*Nome*	*Tempo de Retenção*	*Área*	*Concentração NORM*

Relatório SRELB

Detector VWD – G7114A – N/S DEACX26660	Data: 04/01/2023
Ruído:	
Valor máximo: -0.3922 mAU	**Diferença: 0.0037 mAU**
Valor mínimo: -0.3959 mAU	




Estabilidade da Linha de Base:	
Valor máximo: -0.338 mAU	**Diferença (em 20 minutos): 0.098mAU**
Valor mínimo: -0.436 mAU	**Diferença (em 60 minutos): 0.098 x 3 = 0.294 mAU**




Altura do Pico:

Valor: 142.648 mAU



Relatório de Normalização

Método: **C:\Enterprise\Projects\Qualificação\Method\Qualificação.met**
Arquivo de dados: **C:\Enterprise\Projects\Qualificação\Result\Qualificação 2023\HPLC 19\Qualificação\HPLC 19.53 2023-01-04 11-13-49 (GMT -03-00).rslt\Branco 1.dat**
Usuário: **SISTEMA (SISTEMA)**
Adquirido: **04/01/2023 11:15:21 (GMT -03:00)**
Impresso: **04/01/2023 12:15:27 (GMT -03:00)**




Resultados VWD:
Signal A, 273 nm

Número do Pico	*Nome*	*Tempo de Retenção*	*Área*	*Concentração NORM*
	Cafeina			**0.000 BDL**

Totais				

Relatório de Normalização

Método: C:\Enterprise\Projects\Qualificação\Method\Qualificação.met
Arquivo de dados: C:\Enterprise\Projects\Qualificação\Result\Qualificação 2023\HPLC 19\Qualificação\HPLC 19.53 2023-01-04 11-13-49 (GMT -03-00).rslt\PCIN 1
Usuário: SISTEMA (SISTEMA)
Adquirido: 04/01/2023 11:19:26 (GMT -03:00)
Impresso: 04/01/2023 12:15:53 (GMT -03:00)




Resultados VWD: Signal A, 273 nm

Número do Pico	*Nome*	*Tempo de Retenção*	*Área*	*Concentração NORM*
1	Cafeina	1.423	13828586	**0.000**

Totais			13828586	**0.000**

Relatório de Normalização

Método: C:\Enterprise\Projects\Qualificação\Method\Qualificação.met
Arquivo de dados: C:\Enterprise\Projects\Qualificação\Result\Qualificação 2023\HPLC 19\Qualificação\HPLC 19.53 2023-01-04 11-13-49 (GMT -03-00).rslt\PCIN 2
Usuário: SISTEMA (SISTEMA)
Adquirido: 04/01/2023 11:23:32 (GMT -03:00)
Impresso: 04/01/2023 12:16:45 (GMT -03:00)




Resultados VWD:
Signal A, 273 nm

Número do Pico	*Nome*	*Tempo de Retenção*	*Área*	*Concentração NORM*
1	Cafeina	1.423	13814824	**0.000**

Totais			13814824	**0.000**

Relatório de Normalização

Método: C:\Enterprise\Projects\Qualificação\Method\Qualificação.met
Arquivo de dados: C:\Enterprise\Projects\Qualificação\Result\Qualificação 2023\HPLC 19\Qualificação\HPLC 19.53 2023-01-04 11-13-49 (GMT -03-00).rslt\PCIN 3
Usuário: SISTEMA (SISTEMA)
Adquirido: 04/01/2023 11:27:38 (GMT -03:00)
Impresso: 04/01/2023 12:17:13 (GMT -03:00)




Resultados VWD:
Signal A, 273 nm

Número do Pico	*Nome*	*Tempo de Retenção*	*Área*	*Concentração NORM*
1	Cafeina	1.423	13811054	**0.000**

Totais			13811054	**0.000**

Relatório de Normalização

Método: **C:\Enterprise\Projects\Qualificação\Method\Qualificação.met**
Arquivo de dados: **C:\Enterprise\Projects\Qualificação\Result\Qualificação 2023\HPLC 19\Qualificação\HPLC 19.53 2023-01-04 11-13-49 (GMT -03-00).rslt\Branco 2**
Usuário: **SISTEMA (SISTEMA)**
Adquirido: **04/01/2023 11:31:47 (GMT -03:00)**
Impresso: **04/01/2023 12:17:50 (GMT -03:00)**




Resultados VWD:
Signal A, 273 nm

Número do Pico	*Nome*	*Tempo de Retenção*	*Área*	*Concentração NORM*
	Cafeina			**0.000 BDL**

Totais				

Relatório de Normalização

Método: C:\Enterprise\Projects\Qualificação\Method\Qualificação.met
Arquivo de dados: C:\Enterprise\Projects\Qualificação\Result\Qualificação 2023\HPLC 19\Qualificação\HPLC 19.53 2023-01-04 11-13-49 (GMT -03-00).rslt\PCIN 4
Usuário: SISTEMA (SISTEMA)
Adquirido: 04/01/2023 11:35:52 (GMT -03:00)
Impresso: 04/01/2023 12:18:03 (GMT -03:00)




Resultados VWD:
Signal A, 273 nm

Número do Pico	*Nome*	*Tempo de Retenção*	*Área*	*Concentração NORM*
1	Cafeina	1.425	13826299	**0.000**

Totais			13826299	**0.000**

Relatório de Normalização

Método: **C:\Enterprise\Projects\Qualificação\Method\Qualificação.met**
Arquivo de dados: **C:\Enterprise\Projects\Qualificação\Result\Qualificação 2023\HPLC 19\Qualificação\HPLC 19.53 2023-01-04 11-13-49 (GMT -03-00).rslt\PCIN 5**
Usuário: **SISTEMA (SISTEMA)**
Adquirido: **04/01/2023 11:39:58 (GMT -03:00)**
Impresso: **04/01/2023 12:18:27 (GMT -03:00)**




Resultados VWD:
Signal A, 273 nm

Número do Pico	*Nome*	*Tempo de Retenção*	*Área*	*Concentração NORM*
1	Cafeina	1.425	13822910	**0.000**

Totais			13822910	**0.000**

Relatório de Normalização

Método: C:\Enterprise\Projects\Qualificação\Method\Qualificação.met
Arquivo de dados: C:\Enterprise\Projects\Qualificação\Result\Qualificação 2023\HPLC 19\Qualificação\HPLC 19.53 2023-01-04 11-13-49 (GMT -03-00).rslt\PCIN 6
Usuário: SISTEMA (SISTEMA)
Adquirido: 04/01/2023 11:44:03 (GMT -03:00)
Impresso: 04/01/2023 12:18:50 (GMT -03:00)




Resultados VWD: Signal A, 273 nm

Número do Pico	*Nome*	*Tempo de Retenção*	*Área*	*Concentração NORM*
1	Cafeina	1.427	13817248	**0.000**

Totais			13817248	**0.000**

Relatório de Normalização

Método: **C:\Enterprise\Projects\Qualificação\Method\Qualificação.met**
Arquivo de dados: **C:\Enterprise\Projects\Qualificação\Result\Qualificação 2023\HPLC 19\Qualificação\HPLC 19.53 2023-01-04 11-13-49 (GMT -03-00).rslt\Branco 3**
Usuário: **SISTEMA (SISTEMA)**
Adquirido: **04/01/2023 11:48:10 (GMT -03:00)**
Impresso: **04/01/2023 12:19:14 (GMT -03:00)**




Resultados VWD:
Signal A, 273 nm

Número do Pico	*Nome*	*Tempo de Retenção*	*Área*	*Concentração NORM*
	Cafeina			**0.000 BDL**

Totais				

Relatório de Normalização

Método: **C:\Enterprise\Projects\Qualificação\Method\Qualificação.met**
Arquivo de dados: **C:\Enterprise\Projects\Qualificação\Result\Qualificação 2023\HPLC 19\Qualificação\HPLC 19.53 2023-01-04 11-13-49 (GMT -03-00).rslt\LDUV 1**
Usuário: **SISTEMA (SISTEMA)**
Adquirido: **04/01/2023 11:52:18 (GMT -03:00)**
Impresso: **04/01/2023 12:21:10 (GMT -03:00)**




Resultados VWD:
Signal A, 273 nm

Número do Pico	*Nome*	*Tempo de Retenção*	*Área*	*Concentração NORM*
	Cafeina			**0.000 BDL**

Totais				

Relatório de Normalização

Método: **C:\Enterprise\Projects\Qualificação\Method\Qualificação.met**
Arquivo de dados: **C:\Enterprise\Projects\Qualificação\Result\Qualificação 2023\HPLC 19\Qualificação\HPLC 19.53 2023-01-04 11-13-49 (GMT -03-00).rslt\LDUV 2**
Usuário: **SISTEMA (SISTEMA)**
Adquirido: **04/01/2023 11:56:22 (GMT -03:00)**
Impresso: **04/01/2023 12:21:25 (GMT -03:00)**




Resultados VWD:
Signal A, 273 nm

Número do Pico	*Nome*	*Tempo de Retenção*	*Área*	*Concentração NORM*
1	Cafeina	1.428	4620881	**0.000**

Totais			4620881	**0.000**

Relatório de Normalização

Método: C:\Enterprise\Projects\Qualificação\Method\Qualificação.met
Arquivo de dados: C:\Enterprise\Projects\Qualificação\Result\Qualificação 2023\HPLC 19\Qualificação\HPLC 19.53 2023-01-04 11-13-49 (GMT -03-00).rslt\LDUV 3
Usuário: SISTEMA (SISTEMA)
Adquirido: 04/01/2023 12:00:26 (GMT -03:00)
Impresso: 04/01/2023 12:22:16 (GMT -03:00)




Resultados VWD: Signal A, 273 nm

Número do Pico	*Nome*	*Tempo de Retenção*	*Área*	*Concentração NORM*
1	Cafeina	1.430	9571173	**0.000**
Totais			9571173	**0.000**

Relatório de Normalização

Método: **C:\Enterprise\Projects\Qualificação\Method\Qualificação.met**
Arquivo de dados: **C:\Enterprise\Projects\Qualificação\Result\Qualificação 2023\HPLC 19\Qualificação\HPLC 19.53 2023-01-04 11-13-49 (GMT -03-00).rslt\LDUV 4**
Usuário: **SISTEMA (SISTEMA)**
Adquirido: **04/01/2023 12:04:32 (GMT -03:00)**
Impresso: **04/01/2023 12:22:45 (GMT -03:00)**




Resultados VWD:
Signal A, 273 nm

Número do Pico	*Nome*	*Tempo de Retenção*	*Área*	*Concentração NORM*
1	Cafeina	1.430	13819032	**0.000**

Totais			13819032	**0.000**

Relatório de Normalização

Método: **C:\Enterprise\Projects\Qualificação\Method\Qualificação.met**
Arquivo de dados: **C:\Enterprise\Projects\Qualificação\Result\Qualificação 2023\HPLC 19\Qualificação\HPLC 19.53 2023-01-04 11-13-49 (GMT -03-00).rslt\LDUV 5**
Usuário: **SISTEMA (SISTEMA)**
Adquirido: **04/01/2023 12:08:36 (GMT -03:00)**
Impresso: **04/01/2023 12:23:16 (GMT -03:00)**




Resultados VWD: Signal A, 273 nm

Número do Pico	*Nome*	*Tempo de Retenção*	*Área*	*Concentração NORM*
1	Cafeina	1.430	18489605	**0.000**

Totais			18489605	**0.000**

Relatório de Normalização

Método: **C:\Enterprise\Projects\Qualificação\Method\Qualificação.met**
Arquivo de dados: **C:\Enterprise\Projects\Qualificação\Result\Qualificação 2023\HPLC 19\Qualificação\HPLC 19.53 2023-01-04 11-13-49 (GMT -03-00).rslt\LIIN 1**
Usuário: **SISTEMA (SISTEMA)**
Adquirido: **04/01/2023 12:12:37 (GMT -03:00)**
Impresso: **04/01/2023 12:25:18 (GMT -03:00)**




Resultados VWD:
Signal A, 273 nm

Número do Pico	*Nome*	*Tempo de Retenção*	*Área*	*Concentração NORM*
1	Cafeina	1.418	148008	**0.000**

Totais			148008	**0.000**

Relatório de Normalização

Método: **C:\Enterprise\Projects\Qualificação\Method\Qualificação.met**
Arquivo de dados: **C:\Enterprise\Projects\Qualificação\Result\Qualificação 2023\HPLC 19\Qualificação\HPLC 19.53 2023-01-04 11-13-49 (GMT -03-00).rslt\LIIN 2**
Usuário: **SISTEMA (SISTEMA)**
Adquirido: **04/01/2023 12:16:32 (GMT -03:00)**
Impresso: **04/01/2023 12:25:41 (GMT -03:00)**




Resultados VWD:
Signal A, 273 nm

Número do Pico	*Nome*	*Tempo de Retenção*	*Área*	*Concentração NORM*
1	Cafeina	1.425	6896755	**0.000**

Totais			6896755	**0.000**

Relatório de Normalização

Método: **C:\Enterprise\Projects\Qualificação\Method\Qualificação.met**
Arquivo de dados: **C:\Enterprise\Projects\Qualificação\Result\Qualificação 2023\HPLC 19\Qualificação\HPLC 19.53 2023-01-04 11-13-49 (GMT -03-00).rslt\LIIN 3**
Usuário: **SISTEMA (SISTEMA)**
Adquirido: **04/01/2023 12:20:36 (GMT -03:00)**
Impresso: **04/01/2023 12:26:13 (GMT -03:00)**




Resultados VWD:
Signal A, 273 nm

Número do Pico	*Nome*	*Tempo de Retenção*	*Área*	*Concentração NORM*
1	Cafeina	1.433	13816268	**0.000**

Totais			13816268	**0.000**

Relatório de Normalização

Método: **C:\Enterprise\Projects\Qualificação\Method\Qualificação.met**
Arquivo de dados: **C:\Enterprise\Projects\Qualificação\Result\Qualificação 2023\HPLC 19\Qualificação\HPLC 19.53 2023-01-04 11-13-49 (GMT -03-00).rslt\LIIN 4**
Usuário: **SISTEMA (SISTEMA)**
Adquirido: **04/01/2023 12:24:45 (GMT -03:00)**
Impresso: **04/01/2023 12:28:15 (GMT -03:00)**




Resultados VWD:
Signal A, 273 nm

Número do Pico	*Nome*	*Tempo de Retenção*	*Área*	*Concentração NORM*
1	Cafeina	1.437	20738918	**0.000**

Totais			20738918	**0.000**

Relatório de Normalização

Método: **C:\Enterprise\Projects\Qualificação\Method\Qualificação.met**
Arquivo de dados: **C:\Enterprise\Projects\Qualificação\Result\Qualificação 2023\HPLC 19\Qualificação\HPLC 19.53 2023-01-04 11-13-49 (GMT -03-00).rslt\LIIN 5**
Usuário: **SISTEMA (SISTEMA)**
Adquirido: **04/01/2023 12:29:02 (GMT -03:00)**
Impresso: **04/01/2023 12:36:59 (GMT -03:00)**




Resultados VWD:
Signal A, 273 nm

Número do Pico	*Nome*	*Tempo de Retenção*	*Área*	*Concentração NORM*
1	Cafeina	1.443	27623037	**0.000**

Totais			27623037	**0.000**

Relatório de Normalização

Método: C:\Enterprise\Projects\Qualificação\Method\Grad AB.met
Arquivo de dados: C:\Enterprise\Projects\Qualificação\Result\Qualificação 2023\HPLC 19\Grad AB\Grad AB001.rslt\Grad AB001.dat
Usuário: SISTEMA (SISTEMA)
Adquirido: 04/01/2023 13:27:27 (GMT -03:00)
Impresso: 04/01/2023 13:53:23 (GMT -03:00)




Resultados VWD:
Signal A, 273 nm

Número do Pico	*Nome*	*Tempo de Retenção*	*Altura*	*Concentração NORM*
1	20 %	3.122	1723075	**0.000**
2	40 %	6.835	3445904	**0.000**
3	60 %	9.933	5140303	**0.000**
4	80 %	12.832	6870200	**0.000**
5	100 %	15.980	8563148	**0.000**

Totais			25742630	**0.000**

Relatório de Normalização

Método: C:\Enterprise\Projects\Qualificação\Method\Grad CD.met
Arquivo de dados: C:\Enterprise\Projects\Qualificação\Result\Qualificação 2023\HPLC 19\Grad CD\Grad CD001.rslt\Grad CD001.dat
Usuário: SISTEMA (SISTEMA)
Adquirido: 04/01/2023 13:56:53 (GMT -03:00)
Impresso: 04/01/2023 14:20:58 (GMT -03:00)




Resultados VWD:
Signal A, 273 nm

Número do Pico	*Nome*	*Tempo de Retenção*	*Altura*	*Concentração NORM*
1	20 %	3.963	1707904	**0.000**
2	40 %	6.243	3429080	**0.000**
3	60 %	10.040	5107643	**0.000**
4	80 %	13.010	6856265	**0.000**
6	100 %	16.140	8566441	**0.000**

Totais			25667333	**0.000**

Relatório de Normalização

Método: **C:\Enterprise\Projects\Qualificação\Method\Qualificação RI.met**
Arquivo de dados: **C:\Enterprise\Projects\Qualificação\Result\Qualificação 2023\HPLC 19\LDRI\HPLC 19.53 2023-01-04 14-50-57 (GMT -03-00).rslt\LDRI 1.dat**
Usuário: **SISTEMA (SISTEMA)**
Adquirido: **04/01/2023 14:52:20 (GMT -03:00)**
Impresso: **05/01/2023 08:41:57 (GMT -03:00)**




Resultados RID:
RI Signal

Número do Pico	*Nome*	*Tempo de Retenção*	*Área*	*Concentração NORM*
1	LDRI	0.385	960604	**0.000**
Totais			960604	**0.000**

Relatório de Normalização

Método: C:\Enterprise\Projects\Qualificação\Method\Qualificação RI.met
Arquivo de dados: C:\Enterprise\Projects\Qualificação\Result\Qualificação 2023\HPLC 19\LDRI\HPLC 19.53 2023-01-04 14-50-57 (GMT -03-00).rslt\LDRI 2
Usuário: SISTEMA (SISTEMA)
Adquirido: 04/01/2023 14:54:15 (GMT -03:00)
Impresso: 05/01/2023 08:42:13 (GMT -03:00)




Resultados RID:
RI Signal

Número do Pico	*Nome*	*Tempo de Retenção*	*Área*	*Concentração NORM*
1	LDRI	0.383	43308537	**0.000**
Totais			43308537	**0.000**

Relatório de Normalização

Método: C:\Enterprise\Projects\Qualificação\Method\Qualificação RI.met
Arquivo de dados: C:\Enterprise\Projects\Qualificação\Result\Qualificação 2023\HPLC 19\LDRI\HPLC 19.53 2023-01-04 14-50-57 (GMT -03-00).rslt\LDRI 3
Usuário: SISTEMA (SISTEMA)
Adquirido: 04/01/2023 14:56:10 (GMT -03:00)
Impresso: 05/01/2023 08:42:30 (GMT -03:00)




Resultados RID:
RI Signal

Número do Pico	*Nome*	*Tempo de Retenção*	*Área*	*Concentração NORM*
1	LDRI	0.385	64170735	**0.000**

Totais			64170735	**0.000**

Relatório de Normalização

Método: C:\Enterprise\Projects\Qualificação\Method\Qualificação RI.met
Arquivo de dados: C:\Enterprise\Projects\Qualificação\Result\Qualificação 2023\HPLC 19\LDRI\HPLC 19.53 2023-01-04 14-50-57 (GMT -03-00).rslt\LDRI 4
Usuário: SISTEMA (SISTEMA)
Adquirido: 04/01/2023 14:58:07 (GMT -03:00)
Impresso: 05/01/2023 08:42:46 (GMT -03:00)




Resultados RID:
RI Signal

Número do Pico	*Nome*	*Tempo de Retenção*	*Área*	*Concentração NORM*
1	LDRI	0.387	104335191	**0.000**
Totais			104335191	**0.000**

Relatório de Normalização

Método: C:\Enterprise\Projects\Qualificação\Method\Qualificação RI.met
Arquivo de dados: C:\Enterprise\Projects\Qualificação\Result\Qualificação 2023\HPLC 19\LDRI\HPLC 19.53 2023-01-04 14-50-57 (GMT -03-00).rslt\LDRI 5
Usuário: SISTEMA (SISTEMA)
Adquirido: 04/01/2023 15:00:08 (GMT -03:00)
Impresso: 05/01/2023 08:43:02 (GMT -03:00)



Resultados RID:
RI Signal

Número do Pico	*Nome*	*Tempo de Retenção*	*Área*	*Concentração NORM*
1	LDRI	0.391	188601650	**0.000**

Totais			188601650	**0.000**