




Spectral Scan - VWD [DE82800819]
[mAU]
(205, 1192.534466)
210
220
230
240
250
260
270
280
290
Wavelength [nm]


Spectral Scan - VWD [DE82800819]
[mAU]
(245, 120.912325)
210
220
230
240
250
260
270
280
290
Wavelength [nm]


Spectral Scan - VWD [DE82800819]
[mAU]
(273, 364.675871)
210
220
230
240
250
260
270
280
290
Wavelength [nm]

Relatório de Normalização

Método: C:\Enterprise\Projects\Qualificação\Method\Qualificação.met
Arquivo de dados: C:\Enterprise\Projects\Qualificação\Result\Qualificação 2024\HPLC 17\PCIN\HPLC 17.56 2024-01-09 14-32-20 (GMT -03-00).rslt\Branco 1.dat
Usuário: SISTEMA (SISTEMA)
Adquirido: 09/01/2024 14:33:41 (GMT -03:00)
Impresso: 09/01/2024 15:02:34 (GMT -03:00)




Resultados VWD: Signal A, 273 nm

Número do Pico	*Nome*	*Tempo de Retenção*	*Área*	*Concentração NORM*
1	Cafeina	1.108	13444	**0.000**
Totais			13444	**0.000**

Relatório de Normalização

Método: C:\Enterprise\Projects\Qualificação\Method\Qualificação.met
Arquivo de dados: C:\Enterprise\Projects\Qualificação\Result\Qualificação 2024\HPLC 17\PCIN\HPLC 17.56 2024-01-09 14-32-20 (GMT -03-00).rslt\PCIN 1.dat
Usuário: SISTEMA (SISTEMA)
Adquirido: 09/01/2024 14:36:43 (GMT -03:00)
Impresso: 09/01/2024 15:04:35 (GMT -03:00)




Resultados VWD:
Signal A, 273 nm

Número do Pico	*Nome*	*Tempo de Retenção*	*Área*	*Concentração NORM*
1	Cafeina	1.118	14427300	**0.000**

Totais			14427300	**0.000**

Relatório de Normalização

Método: C:\Enterprise\Projects\Qualificação\Method\Qualificação.met
Arquivo de dados: C:\Enterprise\Projects\Qualificação\Result\Qualificação 2024\HPLC 17\PCIN\HPLC 17.56 2024-01-09 14-32-20 (GMT -03-00).rslt\PCIN 2.dat
Usuário: SISTEMA (SISTEMA)
Adquirido: 09/01/2024 14:39:41 (GMT -03:00)
Impresso: 09/01/2024 15:04:49 (GMT -03:00)




Resultados VWD:
Signal A, 273 nm

Número do Pico	*Nome*	*Tempo de Retenção*	*Área*	*Concentração NORM*
1	Cafeina	1.122	14485696	**0.000**

Totais			14485696	**0.000**

Relatório de Normalização

Método: C:\Enterprise\Projects\Qualificação\Method\Qualificação.met
Arquivo de dados: C:\Enterprise\Projects\Qualificação\Result\Qualificação 2024\HPLC 17\PCIN\HPLC 17.56 2024-01-09 14-32-20 (GMT -03-00).rslt\PCIN 3.dat
Usuário: SISTEMA (SISTEMA)
Adquirido: 09/01/2024 14:42:44 (GMT -03:00)
Impresso: 09/01/2024 15:05:02 (GMT -03:00)




Resultados VWD:
Signal A, 273 nm

Número do Pico	*Nome*	*Tempo de Retenção*	*Área*	*Concentração NORM*
1	Cafeina	1.118	14549210	**0.000**

Totais			14549210	**0.000**

Relatório de Normalização

Método: C:\Enterprise\Projects\Qualificação\Method\Qualificação.met
Arquivo de dados: C:\Enterprise\Projects\Qualificação\Result\Qualificação 2024\HPLC 17\PCIN\HPLC 17.56 2024-01-09 14-32-20 (GMT -03-00).rslt\Branco 2.dat
Usuário: SISTEMA (SISTEMA)
Adquirido: 09/01/2024 14:45:48 (GMT -03:00)
Impresso: 09/01/2024 15:05:20 (GMT -03:00)




Resultados VWD: Signal A, 273 nm

Número do Pico	*Nome*	*Tempo de Retenção*	*Área*	*Concentração NORM*
1	Cafeina	1.120	9462	**0.000**
Totais			9462	**0.000**

Relatório de Normalização

Método: C:\Enterprise\Projects\Qualificação\Method\Qualificação.met
Arquivo de dados: C:\Enterprise\Projects\Qualificação\Result\Qualificação 2024\HPLC 17\PCIN\HPLC 17.56 2024-01-09 14-32-20 (GMT -03-00).rslt\PCIN 4.dat
Usuário: SISTEMA (SISTEMA)
Adquirido: 09/01/2024 14:48:53 (GMT -03:00)
Impresso: 09/01/2024 15:05:33 (GMT -03:00)




Resultados VWD: Signal A, 273 nm

Número do Pico	*Nome*	*Tempo de Retenção*	*Área*	*Concentração NORM*
1	Cafeina	1.127	14528021	**0.000**

Totais			14528021	**0.000**

Relatório de Normalização

Método: C:\Enterprise\Projects\Qualificação\Method\Qualificação.met
Arquivo de dados: C:\Enterprise\Projects\Qualificação\Result\Qualificação 2024\HPLC 17\PCIN\HPLC 17.56 2024-01-09 14-32-20 (GMT -03-00).rslt\PCIN 5.dat
Usuário: SISTEMA (SISTEMA)
Adquirido: 09/01/2024 14:51:53 (GMT -03:00)
Impresso: 09/01/2024 15:05:50 (GMT -03:00)




Resultados VWD: Signal A, 273 nm

Número do Pico	*Nome*	*Tempo de Retenção*	*Área*	*Concentração NORM*
1	Cafeina	1.127	14547553	**0.000**

Totais			14547553	**0.000**

Relatório de Normalização

Método: C:\Enterprise\Projects\Qualificação\Method\Qualificação.met
Arquivo de dados: C:\Enterprise\Projects\Qualificação\Result\Qualificação 2024\HPLC 17\PCIN\HPLC 17.56 2024-01-09 14-32-20 (GMT -03-00).rslt\PCIN 6.dat
Usuário: SISTEMA (SISTEMA)
Adquirido: 09/01/2024 14:54:55 (GMT -03:00)
Impresso: 09/01/2024 15:06:03 (GMT -03:00)




Resultados VWD:
Signal A, 273 nm

Número do Pico	*Nome*	*Tempo de Retenção*	*Área*	*Concentração NORM*
1	Cafeina	1.125	14470280	**0.000**

Totais			14470280	**0.000**

Relatório de Normalização

Método: C:\Enterprise\Projects\Qualificação\Method\Qualificação.met
Arquivo de dados: C:\Enterprise\Projects\Qualificação\Result\Qualificação 2024\HPLC 17\PCIN\HPLC 17.56 2024-01-09 14-32-20 (GMT -03-00).rslt\Branco 3.dat
Usuário: SISTEMA (SISTEMA)
Adquirido: 09/01/2024 14:57:53 (GMT -03:00)
Impresso: 09/01/2024 15:06:15 (GMT -03:00)




Resultados VWD: Signal A, 273 nm

Número do Pico	*Nome*	*Tempo de Retenção*	*Área*	*Concentração NORM*
1	Cafeina	1.123	5129	**0.000**
Totais			5129	**0.000**

Relatório de Normalização

Método: C:\Enterprise\Projects\Qualificação\Method\Qualificação.met
Arquivo de dados: C:\Enterprise\Projects\Qualificação\Result\Qualificação 2024\HPLC 17\LDUV\LDUV.seq001.rslt\LDUV 1.dat
Usuário: SISTEMA (SISTEMA)
Adquirido: 09/01/2024 15:39:01 (GMT -03:00)
Impresso: 10/01/2024 08:48:11 (GMT -03:00)




Resultados VWD: Signal A, 273 nm

Número do Pico	*Nome*	*Tempo de Retenção*	*Área*	*Concentração NORM*
1	Cafeina	1.122	16142	**0.000**

Totais			16142	**0.000**

Relatório de Normalização

Método: **C:\Enterprise\Projects\Qualificação\Method\Qualificação.met**
Arquivo de dados: **C:\Enterprise\Projects\Qualificação\Result\Qualificação 2024\HPLC 17\LDUV\LDUV.seq001.rslt\LDUV 2**
Usuário: **SISTEMA (SISTEMA)**
Adquirido: **09/01/2024 15:42:02 (GMT -03:00)**
Impresso: **10/01/2024 08:48:53 (GMT -03:00)**




Resultados VWD:
Signal A, 273 nm

Número do Pico	*Nome*	*Tempo de Retenção*	*Área*	*Concentração NORM*
1	Cafeina	1.123	5049973	**0.000**

Totais			5049973	**0.000**

Relatório de Normalização

Método: C:\Enterprise\Projects\Qualificação\Method\Qualificação.met
Arquivo de dados: C:\Enterprise\Projects\Qualificação\Result\Qualificação 2024\HPLC 17\LDUV\LDUV.seq001.rslt\LDUV 3
Usuário: SISTEMA (SISTEMA)
Adquirido: 09/01/2024 15:45:03 (GMT -03:00)
Impresso: 10/01/2024 08:49:08 (GMT -03:00)




Resultados VWD:
Signal A, 273 nm

Número do Pico	*Nome*	*Tempo de Retenção*	*Área*	*Concentração NORM*
1	Cafeina	1.123	9695429	**0.000**
Totais			9695429	**0.000**

Relatório de Normalização

Método: **C:\Enterprise\Projects\Qualificação\Method\Qualificação.met**
Arquivo de dados: **C:\Enterprise\Projects\Qualificação\Result\Qualificação 2024\HPLC 17\LDUV\LDUV.seq001.rslt\LDUV 4**
Usuário: **SISTEMA (SISTEMA)**
Adquirido: **09/01/2024 15:48:07 (GMT -03:00)**
Impresso: **10/01/2024 08:49:24 (GMT -03:00)**




Resultados VWD:
Signal A, 273 nm

Número do Pico	*Nome*	*Tempo de Retenção*	*Área*	*Concentração NORM*
1	Cafeina	1.123	14654331	**0.000**

Totais			14654331	**0.000**

Relatório de Normalização

Método: C:\Enterprise\Projects\Qualificação\Method\Qualificação.met
Arquivo de dados: C:\Enterprise\Projects\Qualificação\Result\Qualificação 2024\HPLC 17\LDUV\LDUV.seq001.rslt\LDUV 5
Usuário: SISTEMA (SISTEMA)
Adquirido: 09/01/2024 15:51:08 (GMT -03:00)
Impresso: 10/01/2024 08:49:39 (GMT -03:00)




Resultados VWD:
Signal A, 273 nm

Número do Pico	*Nome*	*Tempo de Retenção*	*Área*	*Concentração NORM*
1	Cafeina	1.125	19154181	**0.000**

Totais			19154181	**0.000**

Relatório de Normalização

Método: C:\Enterprise\Projects\Qualificação\Method\Qualificação.met
Arquivo de dados: C:\Enterprise\Projects\Qualificação\Result\Qualificação 2024\HPLC 17\LIIN\LIIN.seq001.rslt\LIIN 1.dat
Usuário: SISTEMA (SISTEMA)
Adquirido: 09/01/2024 15:56:46 (GMT -03:00)
Impresso: 10/01/2024 08:52:00 (GMT -03:00)




Resultados VWD:
Signal A, 273 nm

Número do Pico	*Nome*	*Tempo de Retenção*	*Área*	*Concentração NORM*
	Cafeina			**0.000 BDL**

Totais				

Relatório de Normalização

Método: C:\Enterprise\Projects\Qualificação\Method\Qualificação.met
Arquivo de dados: C:\Enterprise\Projects\Qualificação\Result\Qualificação 2024\HPLC 17\LIIN\LIIN.seq001.rslt\LIIN 2
Usuário: SISTEMA (SISTEMA)
Adquirido: 09/01/2024 15:59:46 (GMT -03:00)
Impresso: 10/01/2024 08:54:57 (GMT -03:00)




Resultados VWD:
Signal A, 273 nm

Número do Pico	*Nome*	*Tempo de Retenção*	*Área*	*Concentração NORM*
1	Cafeina	1.118	7324149	**0.000**

Totais			7324149	**0.000**

Relatório de Normalização

Método: C:\Enterprise\Projects\Qualificação\Method\Qualificação.met
Arquivo de dados: C:\Enterprise\Projects\Qualificação\Result\Qualificação 2024\HPLC 17\LIIN\LIIN.seq001.rslt\LIIN 3
Usuário: SISTEMA (SISTEMA)
Adquirido: 09/01/2024 16:02:45 (GMT -03:00)
Impresso: 10/01/2024 08:52:57 (GMT -03:00)




Resultados VWD: Signal A, 273 nm

Número do Pico	*Nome*	*Tempo de Retenção*	*Área*	*Concentração NORM*
1	Cafeina	1.118	14473706	**0.000**
Totais			14473706	**0.000**

Relatório de Normalização

Método: C:\Enterprise\Projects\Qualificação\Method\Qualificação.met
Arquivo de dados: C:\Enterprise\Projects\Qualificação\Result\Qualificação 2024\HPLC 17\LIIN\LIIN.seq001.rslt\LIIN 4
Usuário: SISTEMA (SISTEMA)
Adquirido: 09/01/2024 16:05:51 (GMT -03:00)
Impresso: 10/01/2024 08:53:25 (GMT -03:00)




Resultados VWD:
Signal A, 273 nm

Número do Pico	*Nome*	*Tempo de Retenção*	*Área*	*Concentração NORM*
1	Cafeina	1.133	21729712	**0.000**

Totais			21729712	**0.000**

Relatório de Normalização

Método: C:\Enterprise\Projects\Qualificação\Method\Qualificação.met
Arquivo de dados: C:\Enterprise\Projects\Qualificação\Result\Qualificação 2024\HPLC 17\LIIN\LIIN.seq001.rslt\LIIN 5
Usuário: SISTEMA (SISTEMA)
Adquirido: 09/01/2024 16:08:55 (GMT -03:00)
Impresso: 10/01/2024 08:53:39 (GMT -03:00)




Resultados VWD:
Signal A, 273 nm

Número do Pico	*Nome*	*Tempo de Retenção*	*Área*	*Concentração NORM*
1	Cafeina	1.133	28762741	**0.000**

Totais			28762741	**0.000**

Relatório de Normalização

Método: C:\Enterprise\Projects\Qualificação\Method\Grad AB.met
Arquivo de dados: C:\Enterprise\Projects\Qualificação\Result\Qualificação 2024\HPLC 17\Grad AB\Grad AB001.rslt\Grad AB001.dat
Usuário: SISTEMA (SISTEMA)
Adquirido: 10/01/2024 09:58:56 (GMT -03:00)
Impresso: 10/01/2024 10:22:19 (GMT -03:00)




Resultados VWD:
Signal A, 273 nm

Número do Pico	*Nome*	*Tempo de Retenção*	*Altura*	*Concentração NORM*
1	20 %	4.127	761853	**0.000**
2	40 %	6.548	1529187	**0.000**
3	60 %	10.127	2301617	**0.000**
4	80 %	12.750	3073342	**0.000**
5	100 %	15.440	3800143	**0.000**

Totais			11466142	**0.000**

Relatório de Normalização

Método: C:\Enterprise\Projects\Qualificação\Method\Grad CD.met
Arquivo de dados: C:\Enterprise\Projects\Qualificação\Result\Qualificação 2024\HPLC 17\Grad CD\Grad CD002.rslt\Grad CD002.dat
Usuário: SISTEMA (SISTEMA)
Adquirido: 10/01/2024 10:46:08 (GMT -03:00)
Impresso: 10/01/2024 11:09:28 (GMT -03:00)




Resultados VWD:
Signal A, 273 nm

Número do Pico	*Nome*	*Tempo de Retenção*	*Altura*	*Concentração NORM*
1	20 %	4.222	775774	**0.000**
2	40 %	5.530	1561941	**0.000**
3	60 %	9.205	2305799	**0.000**
4	80 %	13.218	3080283	**0.000**
5	100 %	16.325	3833685	**0.000**

Totais			11557482	**0.000**

Relatório de Normalização

Método: C:\Enterprise\Projects\Qualificação\Method\Sinal-Ruido.met
Arquivo de dados: C:\Enterprise\Projects\Qualificação\Result\Qualificação 2024\HPLC 17\RELB\Sinal-Ruido001.rslt\Sinal-Ruido001.dat
Usuário: SISTEMA (SISTEMA)
Adquirido: 10/01/2024 08:46:40 (GMT -03:00)
Impresso: 10/01/2024 09:45:46 (GMT -03:00)



Resultados VWD:
Signal A, 250 nm

Número do Pico	*Nome*	*Tempo de Retenção*	*Altura*	*Concentração NORM*
1	Cafeina	1.107	3245029	**0.000**

Totais			3245029	**0.000**