





#	ID da Amostra	Nome do Usuário	Data e Hora
1	Exatidão do Comprimento de Onda	Stenico, Mariah	05/01/2024 11:15




#	ID da Amostra	Nome do Usuário	Data e Hora
1	Exatidão do Comprimento de Onda	Stenico, Mariah	05/01/2024 11:15
2		Stenico, Mariah	05/01/2024 12:42
3	Repetibilidade do Comprimento de Onda_01	Stenico, Mariah	05/01/2024 12:51
4	Repetibilidade do Comprimento de Onda_02	Stenico, Mariah	05/01/2024 12:54



#	ID da Amostra	Nome do Usuário	Data e Hora
1	Exatidão do Comprimento de Onda	Stenico, Mariah	05/01/2024 11:15
2		Stenico, Mariah	05/01/2024 12:42
3	Repetibilidade do Comprimento de Onda_01	Stenico, Mariah	05/01/2024 12:51
4	Repetibilidade do Comprimento de Onda_02	Stenico, Mariah	05/01/2024 12:54



#	ID da Amostra	Nome do Usuário	Data e Hora
1	Exatidão do Comprimento de Onda	Stenico, Mariah	05/01/2024 11:15
2		Stenico, Mariah	05/01/2024 12:42
3	Repetibilidade do Comprimento de Onda_01	Stenico, Mariah	05/01/2024 12:51
4	Repetibilidade do Comprimento de Onda_02	Stenico, Mariah	05/01/2024 12:54
5	Repetibilidade do Comprimento de Onda_03	Stenico, Mariah	05/01/2024 13:02



#	ID da Amostra	Nome do Usuário	Data e Hora
1	Exatidão do Comprimento de Onda	Stenico, Mariah	05/01/2024 11:15
2		Stenico, Mariah	05/01/2024 12:42
3	Repetibilidade do Comprimento de Onda_01	Stenico, Mariah	05/01/2024 12:51
4	Repetibilidade do Comprimento de Onda_02	Stenico, Mariah	05/01/2024 12:54
5	Repetibilidade do Comprimento de Onda_03	Stenico, Mariah	05/01/2024 13:02
6	Resolução	Stenico, Mariah	05/01/2024 13:09

Configuração das informações

Item	Valor
Arquivo da Pasta de Trabalho	C:\Thermo Insight\Workbooks\2024_01_05_CQ-FQ_MA-FQ-191 - Oxitetraciclina em TPS_1.iwbk
Acessórios	Acessório: Detector padrão
Software	INSIGHT: 2.5.92
Firmware	3.0.0.109
Serial #	5A4Y234111
Aplicação	Fixo - CQ-FQ\MA-FQ-191 - Oxitetraciclina em TPS
Descrição do método	Teor Oxitetraciclina TPS - MA-FQ-191
Formato do arquivo	Absorbância
Tempo de integração (s)	5,000 seg
Modo fixo	Normal
Use limites de controle	Não
Bandwidth	1 nm

Status da assinatura digital

Item	Valor
Status atual:	Assinatura: Não Assinado

#	ID da Amostra	Nome do Usuário	Data e Hora	440nm (Abs)
1	Exatidão Fotométrica_G1	Stenico, Mariah	05/01/2024 13:43:44	0,305
2	Exatidão Fotométrica_G2	Stenico, Mariah	05/01/2024 13:44:26	0,497
3	Exatidão Fotométrica_G3	Stenico, Mariah	05/01/2024 13:45:11	1,051

Configuração das informações

Item	Valor
Arquivo da Pasta de Trabalho	C:\Thermo Insight\Workbooks\2024_01_05_CQ-FQ_MA-FQ-191 - Oxitetraciclina em TPS_3.iwbk
Acessórios	Acessório: Detector padrão
Software	INSIGHT: 2.5.92
Firmware	3.0.0.109
Serial #	5A4Y234111
Aplicação	Fixo - CQ-FQ\MA-FQ-191 - Oxitetraciclina em TPS
Descrição do método	Teor Oxitetraciclina TPS - MA-FQ-191
Formato do arquivo	Absorbância
Tempo de integração (s)	4,300 seg
Modo fixo	Normal
Use limites de controle	Não
Bandwidth	1 nm


Status da assinatura digital

Item	Valor
Status atual:	Assinatura: Não Assinado

#	ID da Amostra	Nome do Usuário	Data e Hora	361nm (Abs)
1	Repetibilidade Fotométrica_01	Stenico, Mariah	05/01/2024 13:53:37	0,513
2	Repetibilidade Fotométrica_02	Stenico, Mariah	05/01/2024 13:53:47	0,512
3	Repetibilidade Fotométrica_03	Stenico, Mariah	05/01/2024 13:53:57	0,512

#	ID da Amostra	Data e Hora	Tempo Inicial (seg)	Tempo final (seg)
1	250nm, Estabilidade da Linha de Base	05/01/2024 13:58:41		

Ordem de Velocidade	Fator	Velocidade 1	Atividade 1	Concentração	pH




Configuração das informações

Item	Valor
Arquivo da Pasta de Trabalho	C:\Thermo Insight\Workbooks\2024_01_05_Classic_Etanol - USP _2.iwbk
Acessórios	Acessório: Detector padrão
Software	INSIGHT: 2.5.92
Firmware	3.0.0.109
Serial #	5A4Y234111
Aplicação	Varredura - Classic\Etanol - USP
Descrição do Método	Etanol - Absorção USP
Formato do arquivo	Absorbância
Nível de suavização	Nenhum
Ordem da Derivada	Nenhum
Comprimento de Onda Inicial	1000,00 nm
Comprimento de Onda Final	200,00 nm
Velocidade de Varredura	100,00 nm/min
Intervalo de Dados	1,00 nm
Tempo de Integração	0,600 sec
Correção da Linha de base	100 %T
Tipo de Resultado	Nenhum
Bandwidth	1 nm

Status da assinatura digital

Item	Valor
Status atual:	Assinatura: Não Assinado

#	ID da Amostra	Nome do Usuário	Data e Hora
1	Uniformidade da Linha de Base	Stenico, Mariah	05/01/2024 14:51:41



#	ID da Amostra	Nome do Usuário	Data e Hora
1	Uniformidade da Linha de Base	Stenico, Mariah	05/01/2024 14:51