
Certificado Nº: 020/26 -RELB	Início da Qualificação: 13/01/2026	Página 1 de 3	

Resultado obtido na altura do pico

	ALTURA DO PICO (mAU)
Resultado:	**156,1650**




Integration Results

No.	Peak Name	Retention Time min	Area mAU*min	Height mAU	Relative Area %	Relative Height %	Amount
1	Cafeína	1,540	10,133	156,165	100,00	100,00	n.a.
Total:			10,133	156,165	100,00	100,00	

Certificado Nº: 020/26 -RELB	Início da Qualificação: 13/01/2026	Página 2 de 3

Resultado obtido no teste de sinal/ruído

Resultado:	Ruído (mAU)
VALOR MÁXIMO:	-1,4700
VALOR MÍNIMO:	-1,5120
	Ruído
	0,0420



Certificado Nº: 020/26 -RELB	Início da Qualificação: 13/01/2026	Página 3 de 3

Resultado obtido no teste estabilidade da linha de base

Estabilidade da Linha de Base	Diferença 20 min	Diferença 60 min
VALOR MÁXIMO:	0,0000	4,5000
VALOR MÍNIMO:	-1,5000	
Resultado:	1,5000	

