Relatório de Injeção Única

Agilent Technologies


Arquivo de Dados:	C:\CDSProjects\ATIVOS CRL06\Results\Qualificação 2025\Qualificação 2025-01-13 13-40-03-03-00.rslt\EDUV 012025-01-13 13-40-11-03-00.dx		
Nome da amostra:	EDUV 01		
Descrição:			
Quantidade de Amostra:	0,000	**Tipo de Amostra:**	Amostra
Instrumento:	HPLC 06	**Localização:**	P1-A1
Data da Injeção:	2025-01-13 13:41:12-03:00	**Injeção:**	1 de 1
Método de aquis.:	Qualificação.amx	**Volume de Injeção:**	10,000
Método de análise:	*3D UV Quantitativa_DefaultMethod.pmx	**Operador de aquis.:**	SYSTEM
Última alteração:	2025-01-15 08:59:06-03:00		

TR:

1,342

Nome do Composto:

Cafeína




Sinal: DAD1A,Sig=273,4 Ref=360,100

RT [min]	Tipo	Largura [min]	Área	Altura	Área%	Nome
1,342	BBA	1,5467	255,9394	44,1667	100,0000	Cafeína
		Soma	255,9394			

Relatório de Injeção Única

Agilent Technologies

Arquivo de Dados:	C:\CDSProjects\ATIVOS CRL06\Results\Qualificação 2025\Qualificação 2025-01-13 13-40-03-03-00.rslt\EDUV 012025-01-13 13-40-11-03-00.dx		
Nome da amostra:	EDUV 01		
Descrição:			
Quantidade de Amostra:	0,000	**Tipo de Amostra:**	Amostra
Instrumento:	HPLC 06	**Localização:**	P1-A1
Data da Injeção:	2025-01-13 13:41:12-03:00	**Injeção:**	1 de 1
Método de aquis.:	Qualificação.amx	**Volume de Injeção:**	10,000
Método de análise:	*3D UV Quantitativa_DefaultMethod.pmx	**Operador de aquis.:**	SYSTEM
Última alteração:	2025-01-15 08:59:06-03:00		




Sinal: DAD1A,Sig=273,4 Ref=360,100

RT [min]	Área	Altura	Nome	Sinal Ruído	Ruído
1,342	255,9394	44,1667	Cafeína		
Soma	255,9394				

Relatório de Injeção Única

Agilent Technologies


Arquivo de Dados:	C:\CDSProjects\ATIVOS CRL06\Results\Qualificação 2025\Qualificação 2025-01-13 13-40-03-03-00.rslt\Branco 012025-01-13 13-44-18-03-00.dx		
Nome da amostra:	Branco 01		
Descrição:			
Quantidade de Amostra:	0,000	**Tipo de Amostra:**	Amostra
Instrumento:	HPLC 06	**Localização:**	P1-A2
Data da Injeção:	2025-01-13 13:45:17-03:00	**Injeção:**	1 de 1
Método de aquis.:	Qualificação.amx	**Volume de Injeção:**	10,000
Método de análise:	*3D UV Quantitativa_DefaultMethod.pmx	**Operador de aquis.:**	SYSTEM
Última alteração:	2025-01-15 08:59:06-03:00		



Relatório de Injeção Única

Agilent Technologies

Arquivo de Dados:	C:\CDSProjects\ATIVOS CRL06\Results\Qualificação 2025\Qualificação 2025-01-13 13-40-03-03-00.rslt\PCIN 012025-01-13 13-48-21-03-00.dx
Nome da amostra:	PCIN 01
Descrição:	
Quantidade de Amostra:	0,000
Tipo de Amostra:	Amostra
Instrumento:	HPLC 06
Localização:	P1-A3
Data da Injeção:	2025-01-13 13:49:19-03:00
Injeção:	1 de 1
Método de aquis.:	Qualificação.amx
Volume de Injeção:	10,000
Método de análise:	*3D UV Quantitativa_DefaultMethod.pmx
Operador de aquis.:	SYSTEM
Última alteração:	2025-01-15 08:59:06-03:00




Sinal: DAD1A,Sig=273,4 Ref=360,100

RT [min]	Área	Altura	Nome	Sinal Ruído	Ruído
1,343	779,3148	135,0385	Cafeína		
Soma	779,3148				

Relatório de Injeção Única

Agilent Technologies

Arquivo de Dados:	C:\CDSProjects\ATIVOS CRL06\Results\Qualificação 2025\Qualificação 2025-01-13 13-40-03-03-00.rslt\PCIN 022025-01-13 13-52-24-03-00.dx		
Nome da amostra:	PCIN 02		
Descrição:			
Quantidade de Amostra:	0,000	**Tipo de Amostra:**	Amostra
Instrumento:	HPLC 06	**Localização:**	P1-A3
Data da Injeção:	2025-01-13 13:53:23-03:00	**Injeção:**	1 de 1
Método de aquis.:	Qualificação.amx	**Volume de Injeção:**	10,000
Método de análise:	*3D UV Quantitativa_DefaultMethod.pmx	**Operador de aquis.:**	SYSTEM
Última alteração:	2025-01-15 08:59:06-03:00		




Sinal: DAD1A,Sig=273,4 Ref=360,100

RT [min]	Área	Altura	Nome	Sinal Ruído	Ruído
1,344	783,7929	136,8043	Cafeína		
Soma	783,7929				

Relatório de Injeção Única

Agilent Technologies

Arquivo de Dados:	C:\CDSProjects\ATIVOS CRL06\Results\Qualificação 2025\Qualificação 2025-01-13 13-40-03-03-00.rslt\PCIN 032025-01-13 13-56-27-03-00.dx
Nome da amostra:	PCIN 03
Descrição:	
Quantidade de Amostra:	0,000
Tipo de Amostra:	Amostra
Instrumento:	HPLC 06
Localização:	P1-A3
Data da Injeção:	2025-01-13 13:57:25-03:00
Injeção:	1 de 1
Método de aquis.:	Qualificação.amx
Volume de Injeção:	10,000
Método de análise:	*3D UV Quantitativa_DefaultMethod.pmx
Operador de aquis.:	SYSTEM
Última alteração:	2025-01-15 08:59:06-03:00




Sinal: DAD1A,Sig=273,4 Ref=360,100

RT [min]	Área	Altura	Nome	Sinal Ruído	Ruído
1,344	784,7469	136,8923	Cafeína		
Soma	784,7469				

Relatório de Injeção Única

Agilent Technologies


Arquivo de Dados:	C:\CDSProjects\ATIVOS CRL06\Results\Qualificação 2025\Qualificação 2025-01-13 13-40-03-03-00.rslt\Branco 022025-01-13 14-00-30-03-00.dx		
Nome da amostra:	Branco 02		
Descrição:			
Quantidade de Amostra:	0,000	**Tipo de Amostra:**	Amostra
Instrumento:	HPLC 06	**Localização:**	P1-A2
Data da Injeção:	2025-01-13 14:01:30-03:00	**Injeção:**	1 de 1
Método de aquis.:	Qualificação.amx	**Volume de Injeção:**	10,000
Método de análise:	*3D UV Quantitativa_DefaultMethod.pmx	**Operador de aquis.:**	SYSTEM
Última alteração:	2025-01-15 08:59:06-03:00		



Relatório de Injeção Única

Agilent Technologies

Arquivo de Dados:	C:\CDSProjects\ATIVOS CRL06\Results\Qualificação 2025\Qualificação 2025-01-13 13-40-03-03-00.rslt\PCIN 042025-01-13 14-04-34-03-00.dx
Nome da amostra:	PCIN 04
Descrição:	
Quantidade de Amostra:	0,000
Tipo de Amostra:	Amostra
Instrumento:	HPLC 06
Localização:	P1-A3
Data da Injeção:	2025-01-13 14:05:32-03:00
Injeção:	1 de 1
Método de aquis.:	Qualificação.amx
Volume de Injeção:	10,000
Método de análise:	*3D UV Quantitativa_DefaultMethod.pmx
Operador de aquis.:	SYSTEM
Última alteração:	2025-01-15 08:59:06-03:00




Sinal: DAD1A,Sig=273,4 Ref=360,100

RT [min]	Área	Altura	Nome	Sinal Ruído	Ruído
1,342	779,5222	136,1099	Cafeína		
Soma	779,5222				

Relatório de Injeção Única

Agilent Technologies


Arquivo de Dados:	C:\CDSProjects\ATIVOS CRL06\Results\Qualificação 2025\Qualificação 2025-01-13 13-40-03-03-00.rslt\PCIN 052025-01-13 14-08-37-03-00.dx		
Nome da amostra:	PCIN 05		
Descrição:			
Quantidade de Amostra:	0,000	**Tipo de Amostra:**	Amostra
Instrumento:	HPLC 06	**Localização:**	P1-A3
Data da Injeção:	2025-01-13 14:09:36-03:00	**Injeção:**	1 de 1
Método de aquis.:	Qualificação.amx	**Volume de Injeção:**	10,000
Método de análise:	*3D UV Quantitativa_DefaultMethod.pmx	**Operador de aquis.:**	SYSTEM
Última alteração:	2025-01-15 08:59:06-03:00		



Sinal: DAD1A,Sig=273,4 Ref=360,100

RT [min]	Área	Altura	Nome	Sinal Ruído	Ruído
1,342	785,2600	132,9063	Cafeína		
Soma	785,2600				

Arquivo de Dados:	C:\CDSProjects\ATIVOS CRL06\Results\Qualificação 2025\Qualificação 2025-01-13 13-40-03-03-00.rslt\PCIN 062025-01-13 14-12-41-03-00.dx		
Nome da amostra:	PCIN 06		
Descrição:			
Quantidade de Amostra:	0,000	**Tipo de Amostra:**	Amostra
Instrumento:	HPLC 06	**Localização:**	P1-A3
Data da Injeção:	2025-01-13 14:13:40-03:00	**Injeção:**	1 de 1
Método de aquis.:	Qualificação.amx	**Volume de Injeção:**	10,000
Método de análise:	*3D UV Quantitativa_DefaultMethod.pmx	**Operador de aquis.:**	SYSTEM
Última alteração:	2025-01-15 08:59:06-03:00		




Sinal: DAD1A,Sig=273,4 Ref=360,100

RT [min]	Área	Altura	Nome	Sinal Ruído	Ruído
1,344	783,7896	134,0635	Cafeína		
Soma	783,7896				

Relatório de Injeção Única

Agilent Technologies


Arquivo de Dados:	C:\CDSProjects\ATIVOS CRL06\Results\Qualificação 2025\Qualificação 2025-01-13 13-40-03-03-00.rslt\Branco 032025-01-13 14-16-45-03-00.dx		
Nome da amostra:	Branco 03		
Descrição:			
Quantidade de Amostra:	0,000	**Tipo de Amostra:**	Amostra
Instrumento:	HPLC 06	**Localização:**	P1-A2
Data da Injeção:	2025-01-13 14:17:44-03:00	**Injeção:**	1 de 1
Método de aquis.:	Qualificação.amx	**Volume de Injeção:**	10,000
Método de análise:	*3D UV Quantitativa_DefaultMethod.pmx	**Operador de aquis.:**	SYSTEM
Última alteração:	2025-01-15 08:59:06-03:00		



Relatório de Injeção Única

Agilent Technologies


Arquivo de Dados:	C:\CDSProjects\ATIVOS CRL06\Results\Qualificação 2025\Qualificação 2025-01-13 13-40-03-03-00.rslt\LDUV 012025-01-13 14-20-49-03-00.dx		
Nome da amostra:	LDUV 01		
Descrição:			
Quantidade de Amostra:	0,000	**Tipo de Amostra:**	Amostra
Instrumento:	HPLC 06	**Localização:**	P1-A4
Data da Injeção:	2025-01-13 14:21:47-03:00	**Injeção:**	1 de 1
Método de aquis.:	Qualificação.amx	**Volume de Injeção:**	10,000
Método de análise:	*3D UV Quantitativa_DefaultMethod.pmx	**Operador de aquis.:**	SYSTEM
Última alteração:	2025-01-15 08:59:06-03:00		



Relatório de Injeção Única

Agilent Technologies

Arquivo de Dados:	C:\CDSProjects\ATIVOS CRL06\Results\Qualificação 2025\Qualificação 2025-01-13 13-40-03-03-00.rslt\LDUV 022025-01-13 14-24-51-03-00.dx		
Nome da amostra:	LDUV 02		
Descrição:			
Quantidade de Amostra:	0,000	**Tipo de Amostra:**	Amostra
Instrumento:	HPLC 06	**Localização:**	P1-A5
Data da Injeção:	2025-01-13 14:25:50-03:00	**Injeção:**	1 de 1
Método de aquis.:	Qualificação.amx	**Volume de Injeção:**	10,000
Método de análise:	*3D UV Quantitativa_DefaultMethod.pmx	**Operador de aquis.:**	SYSTEM
Última alteração:	2025-01-15 08:59:06-03:00		




Sinal: DAD1A,Sig=273,4 Ref=360,100

RT [min]	Área	Altura	Nome	Sinal Ruído	Ruído
1,345	255,7415	44,2263	Cafeína		
Soma	255,7415				

Relatório de Injeção Única

Agilent Technologies

Arquivo de Dados:	C:\CDSProjects\ATIVOS CRL06\Results\Qualificação 2025\Qualificação 2025-01-13 13-40-03-03-00.rslt\LDUV 032025-01-13 14-28-55-03-00.dx		
Nome da amostra:	LDUV 03		
Descrição:			
Quantidade de Amostra:	0,000	**Tipo de Amostra:**	Amostra
Instrumento:	HPLC 06	**Localização:**	P1-A6
Data da Injeção:	2025-01-13 14:29:52-03:00	**Injeção:**	1 de 1
Método de aquis.:	Qualificação.amx	**Volume de Injeção:**	10,000
Método de análise:	*3D UV Quantitativa_DefaultMethod.pmx	**Operador de aquis.:**	SYSTEM
Última alteração:	2025-01-15 08:59:06-03:00		




Sinal: DAD1A,Sig=273,4 Ref=360,100

RT [min]	Área	Altura	Nome	Sinal Ruído	Ruído
1,344	531,8779	92,4972	Cafeína		
Soma	531,8779				

Relatório de Injeção Única

Agilent Technologies

Arquivo de Dados:	C:\CDSProjects\ATIVOS CRL06\Results\Qualificação 2025\Qualificação 2025-01-13 13-40-03-03-00.rslt\LDUV 042025-01-13 14-32-57-03-00.dx		
Nome da amostra:	LDUV 04		
Descrição:			
Quantidade de Amostra:	0,000	**Tipo de Amostra:**	Amostra
Instrumento:	HPLC 06	**Localização:**	P1-A7
Data da Injeção:	2025-01-13 14:33:53-03:00	**Injeção:**	1 de 1
Método de aquis.:	Qualificação.amx	**Volume de Injeção:**	10,000
Método de análise:	*3D UV Quantitativa_DefaultMethod.pmx	**Operador de aquis.:**	SYSTEM
Última alteração:	2025-01-15 08:59:06-03:00		




Sinal: DAD1A,Sig=273,4 Ref=360,100

RT [min]	Área	Altura	Nome	Sinal Ruído	Ruído
1,344	782,6742	134,8825	Cafeína		
Soma	782,6742				

Relatório de Injeção Única

Agilent Technologies


Arquivo de Dados:	C:\CDSProjects\ATIVOS CRL06\Results\Qualificação 2025\Qualificação 2025-01-13 13-40-03-03-00.rslt\LDUV 052025-01-13 14-36-58-03-00.dx		
Nome da amostra:	LDUV 05		
Descrição:			
Quantidade de Amostra:	0,000	**Tipo de Amostra:**	Amostra
Instrumento:	HPLC 06	**Localização:**	P1-A8
Data da Injeção:	2025-01-13 14:37:56-03:00	**Injeção:**	1 de 1
Método de aquis.:	Qualificação.amx	**Volume de Injeção:**	10,000
Método de análise:	*3D UV Quantitativa_DefaultMethod.pmx	**Operador de aquis.:**	SYSTEM
Última alteração:	2025-01-15 08:59:06-03:00		



Sinal: DAD1A,Sig=273,4 Ref=360,100

RT [min]	Área	Altura	Nome	Sinal Ruído	Ruído
1,344	1048,1383	180,3118	Cafeína		
Soma	1048,1383				

Arquivo de Dados:	C:\CDSProjects\ATIVOS CRL06\Results\Qualificação 2025\Qualificação 2025-01-13 13-40-03-03-00.rslt\RELB 012025-01-13 14-41-00-03-00.dx		
Nome da amostra:	RELB 01		
Descrição:			
Quantidade de Amostra:	0,000	**Tipo de Amostra:**	Amostra
Instrumento:	HPLC 06	**Localização:**	P1-A9
Data da Injeção:	2025-01-13 14:42:02-03:00	**Injeção:**	1 de 1
Método de aquis.:	RELB.amx	**Volume de Injeção:**	20,000
Método de análise:	*3D UV Quantitativa_DefaultMethod.pmx	**Operador de aquis.:**	SYSTEM
Última alteração:	2025-01-15 08:59:06-03:00		




Sinal: DAD1A,Sig=250,4 Ref=off

RT [min]	Área	Altura	Nome	Sinal Ruído	Ruído
1,358	638,9691	109,5275	Cafeína	13826,04093	0,0079
Soma	638,9691				

Cromatogramas

Exibição Separado




Resultados da Injeção

Picos | Resumo

#	Nome	RT (min)	Área	Altura	Tempo inicial (r	Drift	Ruído	Pureza UV	S/N	Pratos USP
1	Cafeína	1,358	638,9691	109,528	1,131	-0,19961	0,0079		13826,04093	


Arquivo de Dados:	C:\CDSProjects\ATIVOS CRL06\Results\Qualificação 2025\Qualificação 2025-01-13 13-40-03-03-00.rslt\LIIN 012025-01-13 15-02-07-03-00.dx		
Nome da amostra:	LIIN 01		
Descrição:			
Quantidade de Amostra:	0,000	**Tipo de Amostra:**	Amostra
Instrumento:	HPLC 06	**Localização:**	P1-A10
Data da Injeção:	2025-01-13 15:03:06-03:00	**Injeção:**	1 de 1
Método de aquis.:	Qualificação.amx	**Volume de Injeção:**	0,100
Método de análise:	*3D UV Quantitativa_DefaultMethod.pmx	**Operador de aquis.:**	SYSTEM
Última alteração:	2025-01-15 08:59:06-03:00		



Sinal: DAD1A,Sig=273,4 Ref=360,100

RT [min]	Área	Altura	Nome	Sinal Ruído	Ruído
1,324	7,1555	1,3172	Cafeína		
Soma	7,1555				

Arquivo de Dados:	C:\CDSProjects\ATIVOS CRL06\Results\Qualificação 2025\Qualificação 2025-01-13 13-40-03-03-00.rslt\LIIN 022025-01-13 15-06-11-03-00.dx		
Nome da amostra:	LIIN 02		
Descrição:			
Quantidade de Amostra:	0,000	**Tipo de Amostra:**	Amostra
Instrumento:	HPLC 06	**Localização:**	P1-A10
Data da Injeção:	2025-01-13 15:07:06-03:00	**Injeção:**	1 de 1
Método de aquis.:	Qualificação.amx	**Volume de Injeção:**	5,000
Método de análise:	*3D UV Quantitativa_DefaultMethod.pmx	**Operador de aquis.:**	SYSTEM
Última alteração:	2025-01-15 08:59:06-03:00		




Sinal: DAD1A,Sig=273,4 Ref=360,100

RT [min]	Área	Altura	Nome	Sinal Ruído	Ruído
1,336	388,6474	65,1451	Cafeína		
Soma	388,6474				

Relatório de Injeção Única

Agilent Technologies

Arquivo de Dados:	C:\CDSProjects\ATIVOS CRL06\Results\Qualificação 2025\Qualificação 2025-01-13 13-40-03-03-00.rslt\LIIN 032025-01-13 15-10-11-03-00.dx		
Nome da amostra:	LIIN 03		
Descrição:			
Quantidade de Amostra:	0,000	**Tipo de Amostra:**	Amostra
Instrumento:	HPLC 06	**Localização:**	P1-A10
Data da Injeção:	2025-01-13 15:11:09-03:00	**Injeção:**	1 de 1
Método de aquis.:	Qualificação.amx	**Volume de Injeção:**	10,000
Método de análise:	*3D UV Quantitativa_DefaultMethod.pmx	**Operador de aquis.:**	SYSTEM
Última alteração:	2025-01-15 08:59:06-03:00		




Sinal: DAD1A,Sig=273,4 Ref=360,100

RT [min]	Área	Altura	Nome	Sinal Ruído	Ruído
1,343	779,6968	135,4166	Cafeína		
Soma	779,6968				

Relatório de Injeção Única

Agilent Technologies

Arquivo de Dados:	C:\CDSProjects\ATIVOS CRL06\Results\Qualificação 2025\Qualificação 2025-01-13 13-40-03-03-00.rslt\LIIN 042025-01-13 15-14-13-03-00.dx		
Nome da amostra:	LIIN 04		
Descrição:			
Quantidade de Amostra:	0,000	**Tipo de Amostra:**	Amostra
Instrumento:	HPLC 06	**Localização:**	P1-A10
Data da Injeção:	2025-01-13 15:15:13-03:00	**Injeção:**	1 de 1
Método de aquis.:	Qualificação.amx	**Volume de Injeção:**	15,000
Método de análise:	*3D UV Quantitativa_DefaultMethod.pmx	**Operador de aquis.:**	SYSTEM
Última alteração:	2025-01-15 08:59:06-03:00		




Sinal: DAD1A,Sig=273,4 Ref=360,100

RT [min]	Área	Altura	Nome	Sinal Ruído	Ruído
1,348	1173,9512	209,0201	Cafeína		
Soma	1173,9512				

Relatório de Injeção Única

Agilent Technologies

Arquivo de Dados:	C:\CDSProjects\ATIVOS CRL06\Results\Qualificação 2025\Qualificação 2025-01-13 13-40-03-03-00.rslt\LIIN 052025-01-13 15-18-17-03-00.dx		
Nome da amostra:	LIIN 05		
Descrição:			
Quantidade de Amostra:	0,000	**Tipo de Amostra:**	Amostra
Instrumento:	HPLC 06	**Localização:**	P1-A10
Data da Injeção:	2025-01-13 15:19:21-03:00	**Injeção:**	1 de 1
Método de aquis.:	Qualificação.amx	**Volume de Injeção:**	20,000
Método de análise:	*3D UV Quantitativa_DefaultMethod.pmx	**Operador de aquis.:**	SYSTEM
Última alteração:	2025-01-15 08:59:06-03:00		




Sinal: DAD1A,Sig=273,4 Ref=360,100

RT [min]	Área	Altura	Nome	Sinal Ruído	Ruído
1,355	1557,6422	276,1468	Cafeína		
Soma	1557,6422				

Relatório de Injeção Única

Agilent Technologies

Arquivo de Dados:	C:\CDSProjects\ATIVOS CRL06\Results\Qualificação 2025\Gradiente AB2025-01-14 09-35-56-03-00.sirslt\Gradiente AB2025-01-14 09-35-56-03-00.dx		
Nome da amostra:	Gradiente AB		
Descrição:			
Quantidade de Amostra:	0,000	**Tipo de Amostra:**	Amostra
Instrumento:	HPLC 06	**Localização:**	P1-A2
Data da Injeção:	2025-01-14 09:37:05-03:00	**Injeção:**	1 de 1
Método de aquis.:	Gradiente AB.amx	**Volume de Injeção:**	0,100
Método de análise:	*3D UV Quantitativa_DefaultMethod.pmx	**Operador de aquis.:**	SYSTEM
Última alteração:	2025-01-14 11:15:33-03:00		




Sinal: DAD1A,Sig=273,4 Ref=off

RT [min]	Área	Altura	Nome	Sinal Ruído	Ruído
2,361	15759,4246	100,0708	20%		
5,716	33174,7301	195,8332	40%		
9,249	50795,3664	291,9973	60%		
10,815	65925,1394	387,9554	80%		
15,306	98075,1274	489,4094	100%		
Soma	263729,7880				

Relatório de Injeção Única

Agilent Technologies

Arquivo de Dados:	C:\CDSProjects\ATIVOS CRL06\Results\Qualificação 2025\Gradiente CD2025-01-14 09-51-03-03-00.sirslt\Gradiente CD2025-01-14 09-51-03-03-00.dx		
Nome da amostra:	Gradiente CD		
Descrição:			
Quantidade de Amostra:	0,000	**Tipo de Amostra:**	Amostra
Instrumento:	HPLC 06	**Localização:**	P1-A2
Data da Injeção:	2025-01-14 09:58:13-03:00	**Injeção:**	1 de 1
Método de aquis.:	Gradiente CD.amx	**Volume de Injeção:**	0,100
Método de análise:	3D UV Quantitativa_DefaultMethod.pmx	**Operador de aquis.:**	SYSTEM
Última alteração:	2025-01-14 11:15:33-03:00		



Sinal: DAD1A,Sig=273,4 Ref=off

RT [min]	Área	Altura	Nome	Sinal Ruído	Ruído
3,184	15293,0456	97,7208	20%		
6,068	33820,0830	193,9548	40%		
9,318	50448,8344	291,0314	60%		
12,178	64994,3580	388,3968	80%		
14,989	98161,4612	489,8770	100%		
Soma	262717,7822				