Relatório de Injeção Única

Agilent Technologies


Arquivo de Dados:	C:\CDSProjects\ATIVOS CRL07\Results\Qualificação 2025-01-13 16-09-51-03-00.rslt\EDUV 012025-01-13 17-51-52-03-00.dx		
Nome da amostra:	EDUV 01		
Descrição:			
Quantidade de Amostra:	0,000	**Tipo de Amostra:**	Amostra
Instrumento:	HPLC 07	**Localização:**	P1-A1
Data da Injeção:	2025-01-13 17:52:54-03:00	**Injeção:**	1 de 1
Método de aquis.:	Qualificação.amx	**Volume de Injeção:**	10,000
Método de análise:	*3D UV Quantitativa_DefaultMethod.pmx	**Operador de aquis.:**	SYSTEM
Última alteração:	2025-01-15 09:09:17-03:00		

TR:

1,32

Nome do Composto:

Cafeína




Sinal: DAD1A,Sig=273,4 Ref=off

RT [min]	Tipo	Largura [min]	Área	Altura	Área%	Nome
1,320	BB	0,9533	278,8146	55,0035	100,0000	Cafeína
		Soma	278,8146			

Relatório de Injeção Única

Agilent Technologies

Arquivo de Dados:	C:\CDSProjects\ATIVOS CRL07\Results\Qualificação 2025-01-13 16-09-51-03-00.rslt\EDUV 012025-01-13 17-51-52-03-00.dx		
Nome da amostra:	EDUV 01		
Descrição:			
Quantidade de Amostra:	0,000	**Tipo de Amostra:**	Amostra
Instrumento:	HPLC 07	**Localização:**	P1-A1
Data da Injeção:	2025-01-13 17:52:54-03:00	**Injeção:**	1 de 1
Método de aquis.:	Qualificação.amx	**Volume de Injeção:**	10,000
Método de análise:	*3D UV Quantitativa_DefaultMethod.pmx	**Operador de aquis.:**	SYSTEM
Última alteração:	2025-01-15 09:09:17-03:00		




Sinal: DAD1A,Sig=273,4 Ref=off

RT [min]	Área	Altura	Nome	Sinal Ruído	Ruído
1,320	278,8146	55,0035	Cafeína		
Soma	278,8146				

Relatório de Injeção Única

Agilent Technologies


Arquivo de Dados:	C:\CDSProjects\ATIVOS CRL07\Results\Qualificação 2025-01-13 16-09-51-03-00.rslt\Branco 012025-01-13 17-55-57-03-00.dx		
Nome da amostra:	Branco 01		
Descrição:			
Quantidade de Amostra:	0,000	**Tipo de Amostra:**	Amostra
Instrumento:	HPLC 07	**Localização:**	P1-A2
Data da Injeção:	2025-01-13 17:56:55-03:00	**Injeção:**	1 de 1
Método de aquis.:	Qualificação.amx	**Volume de Injeção:**	10,000
Método de análise:	*3D UV Quantitativa_DefaultMethod.pmx	**Operador de aquis.:**	SYSTEM
Última alteração:	2025-01-15 09:09:17-03:00		



Relatório de Injeção Única

Agilent Technologies

Arquivo de Dados:	C:\CDSProjects\ATIVOS CRL07\Results\Qualificação 2025-01-13 16-09-51-03-00.rslt\PCIN 012025-01-13 17-59-58-03-00.dx
Nome da amostra:	PCIN 01
Descrição:	
Quantidade de Amostra:	0,000
Tipo de Amostra:	Amostra
Instrumento:	HPLC 07
Localização:	P1-A3
Data da Injeção:	2025-01-13 18:00:56-03:00
Injeção:	1 de 1
Método de aquis.:	Qualificação.amx
Volume de Injeção:	10,000
Método de análise:	*3D UV Quantitativa_DefaultMethod.pmx
Operador de aquis.:	SYSTEM
Última alteração:	2025-01-15 09:09:17-03:00




Sinal: DAD1A,Sig=273,4 Ref=off

RT [min]	Área	Altura	Nome	Sinal Ruído	Ruído
1,320	818,7812	164,9262	Cafeína		
Soma	818,7812				

Relatório de Injeção Única

Agilent Technologies

Arquivo de Dados:	C:\CDSProjects\ATIVOS CRL07\Results\Qualificação 2025-01-13 16-09-51-03-00.rslt\PCIN 022025-01-13 18-03-58-03-00.dx		
Nome da amostra:	PCIN 02		
Descrição:			
Quantidade de Amostra:	0,000	**Tipo de Amostra:**	Amostra
Instrumento:	HPLC 07	**Localização:**	P1-A3
Data da Injeção:	2025-01-13 18:04:53-03:00	**Injeção:**	1 de 1
Método de aquis.:	Qualificação.amx	**Volume de Injeção:**	10,000
Método de análise:	*3D UV Quantitativa_DefaultMethod.pmx	**Operador de aquis.:**	SYSTEM
Última alteração:	2025-01-15 09:09:17-03:00		




Sinal: DAD1A,Sig=273,4 Ref=off

RT [min]	Área	Altura	Nome	Sinal Ruído	Ruído
1,318	822,3219	164,5127	Cafeína		
Soma	822,3219				

Relatório de Injeção Única

Agilent Technologies

Arquivo de Dados:	C:\CDSProjects\ATIVOS CRL07\Results\Qualificação 2025-01-13 16-09-51-03-00.rslt\PCIN 032025-01-13 18-07-55-03-00.dx		
Nome da amostra:	PCIN 03		
Descrição:			
Quantidade de Amostra:	0,000	**Tipo de Amostra:**	Amostra
Instrumento:	HPLC 07	**Localização:**	P1-A3
Data da Injeção:	2025-01-13 18:08:53-03:00	**Injeção:**	1 de 1
Método de aquis.:	Qualificação.amx	**Volume de Injeção:**	10,000
Método de análise:	*3D UV Quantitativa_DefaultMethod.pmx	**Operador de aquis.:**	SYSTEM
Última alteração:	2025-01-15 09:09:17-03:00		




Sinal: DAD1A,Sig=273,4 Ref=off

RT [min]	Área	Altura	Nome	Sinal Ruído	Ruído
1,319	824,6391	164,6615	Cafeína		
Soma	824,6391				

Relatório de Injeção Única

Agilent Technologies


Arquivo de Dados:	C:\CDSProjects\ATIVOS CRL07\Results\Qualificação 2025-01-13 16-09-51-03-00.rslt\Branco 022025-01-13 18-11-56-03-00.dx		
Nome da amostra:	Branco 02		
Descrição:			
Quantidade de Amostra:	0,000	**Tipo de Amostra:**	Amostra
Instrumento:	HPLC 07	**Localização:**	P1-A2
Data da Injeção:	2025-01-13 18:12:53-03:00	**Injeção:**	1 de 1
Método de aquis.:	Qualificação.amx	**Volume de Injeção:**	10,000
Método de análise:	*3D UV Quantitativa_DefaultMethod.pmx	**Operador de aquis.:**	SYSTEM
Última alteração:	2025-01-15 09:09:17-03:00		



Relatório de Injeção Única

Agilent Technologies


Arquivo de Dados:	C:\CDSProjects\ATIVOS CRL07\Results\Qualificação 2025-01-13 16-09-51-03-00.rslt\PCIN 042025-01-13 18-15-56-03-00.dx		
Nome da amostra:	PCIN 04		
Descrição:			
Quantidade de Amostra:	0,000	**Tipo de Amostra:**	Amostra
Instrumento:	HPLC 07	**Localização:**	P1-A3
Data da Injeção:	2025-01-13 18:16:53-03:00	**Injeção:**	1 de 1
Método de aquis.:	Qualificação.amx	**Volume de Injeção:**	10,000
Método de análise:	*3D UV Quantitativa_DefaultMethod.pmx	**Operador de aquis.:**	SYSTEM
Última alteração:	2025-01-15 09:09:17-03:00		



Sinal: DAD1A,Sig=273,4 Ref=off

RT [min]	Área	Altura	Nome	Sinal Ruído	Ruído
1,318	819,4430	164,2736	Cafeína		
Soma	819,4430				


Arquivo de Dados:	C:\CDSProjects\ATIVOS CRL07\Results\Qualificação 2025-01-13 16-09-51-03-00.rslt\PCIN 052025-01-13 18-19-55-03-00.dx		
Nome da amostra:	PCIN 05		
Descrição:			
Quantidade de Amostra:	0,000	**Tipo de Amostra:**	Amostra
Instrumento:	HPLC 07	**Localização:**	P1-A3
Data da Injeção:	2025-01-13 18:20:51-03:00	**Injeção:**	1 de 1
Método de aquis.:	Qualificação.amx	**Volume de Injeção:**	10,000
Método de análise:	*3D UV Quantitativa_DefaultMethod.pmx	**Operador de aquis.:**	SYSTEM
Última alteração:	2025-01-15 09:09:17-03:00		



Sinal: DAD1A,Sig=273,4 Ref=off

RT [min]	Área	Altura	Nome	Sinal Ruído	Ruído
1,319	823,8044	163,3767	Cafeína		
Soma	823,8044				

Arquivo de Dados:	C:\CDSProjects\ATIVOS CRL07\Results\Qualificação 2025-01-13 16-09-51-03-00.rslt\PCIN 062025-01-13 18-23-55-03-00.dx		
Nome da amostra:	PCIN 06		
Descrição:			
Quantidade de Amostra:	0,000	**Tipo de Amostra:**	Amostra
Instrumento:	HPLC 07	**Localização:**	P1-A3
Data da Injeção:	2025-01-13 18:24:50-03:00	**Injeção:**	1 de 1
Método de aquis.:	Qualificação.amx	**Volume de Injeção:**	10,000
Método de análise:	*3D UV Quantitativa_DefaultMethod.pmx	**Operador de aquis.:**	SYSTEM
Última alteração:	2025-01-15 09:09:17-03:00		




Sinal: DAD1A,Sig=273,4 Ref=off

RT [min]	Área	Altura	Nome	Sinal Ruído	Ruído
1,320	824,1703	163,5193	Cafeína		
Soma	824,1703				


Relatório de Injeção Única

Agilent Technologies


Arquivo de Dados:	C:\CDSProjects\ATIVOS CRL07\Results\Qualificação 2025-01-13 16-09-51-03-00.rslt\Branco 032025-01-13 18-27-53-03-00.dx		
Nome da amostra:	Branco 03		
Descrição:			
Quantidade de Amostra:	0,000	**Tipo de Amostra:**	Amostra
Instrumento:	HPLC 07	**Localização:**	P1-A2
Data da Injeção:	2025-01-13 18:28:52-03:00	**Injeção:**	1 de 1
Método de aquis.:	Qualificação.amx	**Volume de Injeção:**	10,000
Método de análise:	*3D UV Quantitativa_DefaultMethod.pmx	**Operador de aquis.:**	SYSTEM
Última alteração:	2025-01-15 09:09:17-03:00		



Arquivo de Dados:	C:\CDSProjects\ATIVOS CRL07\Results\Qualificação 2025-01-13 16-09-51-03-00.rslt\LDUV 012025-01-13 18-31-55-03-00.dx		
Nome da amostra:	LDUV 01		
Descrição:			
Quantidade de Amostra:	0,000	**Tipo de Amostra:**	Amostra
Instrumento:	HPLC 07	**Localização:**	P1-A4
Data da Injeção:	2025-01-13 18:32:52-03:00	**Injeção:**	1 de 1
Método de aquis.:	Qualificação.amx	**Volume de Injeção:**	10,000
Método de análise:	*3D UV Quantitativa_DefaultMethod.pmx	**Operador de aquis.:**	SYSTEM
Última alteração:	2025-01-15 09:09:17-03:00		




Arquivo de Dados:	C:\CDSProjects\ATIVOS CRL07\Results\Qualificação 2025-01-13 16-09-51-03-00.rslt\LDUV 022025-01-13 18-35-54-03-00.dx		
Nome da amostra:	LDUV 02		
Descrição:			
Quantidade de Amostra:	0,000	**Tipo de Amostra:**	Amostra
Instrumento:	HPLC 07	**Localização:**	P1-A5
Data da Injeção:	2025-01-13 18:36:50-03:00	**Injeção:**	1 de 1
Método de aquis.:	Qualificação.amx	**Volume de Injeção:**	10,000
Método de análise:	*3D UV Quantitativa_DefaultMethod.pmx	**Operador de aquis.:**	SYSTEM
Última alteração:	2025-01-15 09:09:17-03:00		



Sinal: DAD1A,Sig=273,4 Ref=off

RT [min]	Área	Altura	Nome	Sinal Ruído	Ruído
1,320	266,5284	53,6265	Cafeína		
Soma	266,5284				


Arquivo de Dados:	C:\CDSProjects\ATIVOS CRL07\Results\Qualificação 2025-01-13 16-09-51-03-00.rslt\LDUV 032025-01-13 18-39-52-03-00.dx		
Nome da amostra:	LDUV 03		
Descrição:			
Quantidade de Amostra:	0,000	**Tipo de Amostra:**	Amostra
Instrumento:	HPLC 07	**Localização:**	P1-A6
Data da Injeção:	2025-01-13 18:40:48-03:00	**Injeção:**	1 de 1
Método de aquis.:	Qualificação.amx	**Volume de Injeção:**	10,000
Método de análise:	*3D UV Quantitativa_DefaultMethod.pmx	**Operador de aquis.:**	SYSTEM
Última alteração:	2025-01-15 09:09:17-03:00		



Sinal: DAD1A,Sig=273,4 Ref=off

RT [min]	Área	Altura	Nome	Sinal Ruído	Ruído
1,321	557,4977	111,6215	Cafeína		
Soma	557,4977				


Arquivo de Dados:	C:\CDSProjects\ATIVOS CRL07\Results\Qualificação 2025-01-13 16-09-51-03-00.rslt\LDUV 042025-01-13 18-43-51-03-00.dx		
Nome da amostra:	LDUV 04		
Descrição:			
Quantidade de Amostra:	0,000	**Tipo de Amostra:**	Amostra
Instrumento:	HPLC 07	**Localização:**	P1-A7
Data da Injeção:	2025-01-13 18:44:49-03:00	**Injeção:**	1 de 1
Método de aquis.:	Qualificação.amx	**Volume de Injeção:**	10,000
Método de análise:	*3D UV Quantitativa_DefaultMethod.pmx	**Operador de aquis.:**	SYSTEM
Última alteração:	2025-01-15 09:09:17-03:00		



Sinal: DAD1A,Sig=273,4 Ref=off

RT [min]	Área	Altura	Nome	Sinal Ruído	Ruído
1,322	820,2936	161,8226	Cafeína		
Soma	820,2936				

Arquivo de Dados:	C:\CDSProjects\ATIVOS CRL07\Results\Qualificação 2025-01-13 16-09-51-03-00.rslt\LDUV 052025-01-13 18-47-53-03-00.dx		
Nome da amostra:	LDUV 05		
Descrição:			
Quantidade de Amostra:	0,000	**Tipo de Amostra:**	Amostra
Instrumento:	HPLC 07	**Localização:**	P1-A8
Data da Injeção:	2025-01-13 18:48:51-03:00	**Injeção:**	1 de 1
Método de aquis.:	Qualificação.amx	**Volume de Injeção:**	10,000
Método de análise:	*3D UV Quantitativa_DefaultMethod.pmx	**Operador de aquis.:**	SYSTEM
Última alteração:	2025-01-15 09:09:17-03:00		




Sinal: DAD1A,Sig=273,4 Ref=off

RT [min]	Área	Altura	Nome	Sinal Ruído	Ruído
1,320	1101,9157	220,9208	Cafeína		
Soma	1101,9157				

Relatório de Injeção Única

Agilent Technologies

Arquivo de Dados:	C:\CDSProjects\ATIVOS CRL07\Results\RELB2025-01-14 12-55-55-03-00.sirslt\RELB2025-01-14 12-55-55-03-00.dx		
Nome da amostra:	RELB		
Descrição:			
Quantidade de Amostra:	0,000	**Tipo de Amostra:**	Amostra
Instrumento:	HPLC 07	**Localização:**	P1-A9
Data da Injeção:	2025-01-14 12:57:06-03:00	**Injeção:**	1 de 1
Método de aquis.:	RELB.amx	**Volume de Injeção:**	20,000
Método de análise:	*3D UV Quantitativa_DefaultMethod.pmx	**Operador de aquis.:**	SYSTEM
Última alteração:	2025-01-15 09:15:58-03:00		




Sinal: DAD1A,Sig=250,4 Ref=off

RT [min]	Área	Altura	Nome	Sinal Ruído	Ruído
1,360	731,3006	115,5535	Cafeína	24286,60110	0,0048
Soma	731,3006				

Cromatogramas

Exibição Separado



Resultados da Injeção


Picos | Resumo

#	Nome	RT (min)	Área	Altura	Tempo inicial (r	Drift	Ruído	Pureza UV	S/N	Pratos USP
1	Cafeína	1,360	731,3006	115,553	1,119	-1,74093	0,0048		24286,60110	

Relatório de Injeção Única

Agilent Technologies

Arquivo de Dados:	C:\CDSProjects\ATIVOS CRL07\Results\Qualificação 2025-01-14 13-19-20-03-00.rslt\LIIN 012025-01-14 13-19-28-03-00.dx		
Nome da amostra:	LIIN 01		
Descrição:			
Quantidade de Amostra:	0,000	**Tipo de Amostra:**	Amostra
Instrumento:	HPLC 07	**Localização:**	P1-A10
Data da Injeção:	2025-01-14 13:20:24-03:00	**Injeção:**	1 de 1
Método de aquis.:	Qualificação.amx	**Volume de Injeção:**	0,100
Método de análise:	*3D UV Quantitativa_DefaultMethod.pmx	**Operador de aquis.:**	SYSTEM
Última alteração:	2025-01-15 09:17:52-03:00		




Sinal: DAD1A,Sig=273,4 Ref=off

RT [min]	Área	Altura	Nome	Sinal Ruído	Ruído
1,334	7,3972	1,1509	Cafeína		
Soma	7,3972				

Relatório de Injeção Única

Agilent Technologies

Arquivo de Dados:	C:\CDSProjects\ATIVOS CRL07\Results\Qualificação 2025-01-14 13-19-20-03-00.rslt\LIIN 022025-01-14 13-23-27-03-00.dx		
Nome da amostra:	LIIN 02		
Descrição:			
Quantidade de Amostra:	0,000	**Tipo de Amostra:**	Amostra
Instrumento:	HPLC 07	**Localização:**	P1-A10
Data da Injeção:	2025-01-14 13:24:19-03:00	**Injeção:**	1 de 1
Método de aquis.:	Qualificação.amx	**Volume de Injeção:**	5,000
Método de análise:	*3D UV Quantitativa_DefaultMethod.pmx	**Operador de aquis.:**	SYSTEM
Última alteração:	2025-01-15 09:17:52-03:00		




Sinal: DAD1A,Sig=273,4 Ref=off

RT [min]	Área	Altura	Nome	Sinal Ruído	Ruído
1,341	401,8725	63,6626	Cafeína		
Soma	401,8725				

Relatório de Injeção Única

Agilent Technologies

Arquivo de Dados:	C:\CDSProjects\ATIVOS CRL07\Results\Qualificação 2025-01-14 13-19-20-03-00.rslt\LIIN 032025-01-14 13-27-22-03-00.dx		
Nome da amostra:	LIIN 03		
Descrição:			
Quantidade de Amostra:	0,000	**Tipo de Amostra:**	Amostra
Instrumento:	HPLC 07	**Localização:**	P1-A10
Data da Injeção:	2025-01-14 13:28:16-03:00	**Injeção:**	1 de 1
Método de aquis.:	Qualificação.amx	**Volume de Injeção:**	10,000
Método de análise:	*3D UV Quantitativa_DefaultMethod.pmx	**Operador de aquis.:**	SYSTEM
Última alteração:	2025-01-15 09:17:52-03:00		




Sinal: DAD1A,Sig=273,4 Ref=off

RT [min]	Área	Altura	Nome	Sinal Ruído	Ruído
1,344	801,2954	130,6414	Cafeína		
Soma	801,2954				

Relatório de Injeção Única

Agilent Technologies

Arquivo de Dados:	C:\CDSProjects\ATIVOS CRL07\Results\Qualificação 2025-01-14 13-19-20-03-00.rslt\LIIN 042025-01-14 13-31-20-03-00.dx		
Nome da amostra:	LIIN 04		
Descrição:			
Quantidade de Amostra:	0,000	**Tipo de Amostra:**	Amostra
Instrumento:	HPLC 07	**Localização:**	P1-A10
Data da Injeção:	2025-01-14 13:32:21-03:00	**Injeção:**	1 de 1
Método de aquis.:	Qualificação.amx	**Volume de Injeção:**	15,000
Método de análise:	*3D UV Quantitativa_DefaultMethod.pmx	**Operador de aquis.:**	SYSTEM
Última alteração:	2025-01-15 09:17:52-03:00		




Sinal: DAD1A,Sig=273,4 Ref=off

RT [min]	Área	Altura	Nome	Sinal Ruído	Ruído
1,349	1207,4299	200,6066	Cafeína		
Soma	1207,4299				

Relatório de Injeção Única

Agilent Technologies

Arquivo de Dados:	C:\CDSProjects\ATIVOS CRL07\Results\Qualificação 2025-01-14 13-19-20-03-00.rslt\LIIN 052025-01-14 13-35-26-03-00.dx		
Nome da amostra:	LIIN 05		
Descrição:			
Quantidade de Amostra:	0,000	**Tipo de Amostra:**	Amostra
Instrumento:	HPLC 07	**Localização:**	P1-A10
Data da Injeção:	2025-01-14 13:36:31-03:00	**Injeção:**	1 de 1
Método de aquis.:	Qualificação.amx	**Volume de Injeção:**	20,000
Método de análise:	*3D UV Quantitativa_DefaultMethod.pmx	**Operador de aquis.:**	SYSTEM
Última alteração:	2025-01-15 09:17:52-03:00		




Sinal: DAD1A,Sig=273,4 Ref=off

RT [min]	Área	Altura	Nome	Sinal Ruído	Ruído
1,356	1611,6161	274,9510	Cafeína		
Soma	1611,6161				

Relatório de Injeção Única

Agilent Technologies

Arquivo de Dados:	C:\CDSProjects\ATIVOS CRL07\Results\Gradiente AB2025-01-14 14-13-18-03-00.sirslt\Gradiente AB2025-01-14 14-13-18-03-00.dx		
Nome da amostra:	Gradiente AB		
Descrição:			
Quantidade de Amostra:	0,000	**Tipo de Amostra:**	Amostra
Instrumento:	HPLC 07	**Localização:**	P1-A2
Data da Injeção:	2025-01-14 14:14:20-03:00	**Injeção:**	1 de 1
Método de aquis.:	Gradiente AB.amx	**Volume de Injeção:**	0,000
Método de análise:	*3D UV Quantitativa_DefaultMethod.pmx	**Operador de aquis.:**	SYSTEM
Última alteração:	2025-01-15 09:21:24-03:00		




Sinal: DAD1A,Sig=273,4 Ref=off

RT [min]	Área	Altura	Nome	Sinal Ruído	Ruído
3,233	15959,7795	98,8684	20%	0,74988	131,8451
5,323	33813,5363	197,4127	40%	1,49731	131,8451
8,767	51282,7672	295,8050	60%	2,24358	131,8451
11,942	69204,7805	393,7946	80%	2,98680	131,8451
15,236	95864,1121	492,9924	100%	3,73918	131,8451
Soma	266124,9755				

Relatório de Injeção Única

Agilent Technologies

Arquivo de Dados:	C:\CDSProjects\ATIVOS CRL07\Results\Gradiente CD2025-01-14 14-49-22-03-00.sirslt\Gradiente CD2025-01-14 14-49-22-03-00.dx		
Nome da amostra:	Gradiente CD		
Descrição:			
Quantidade de Amostra:	0,000	**Tipo de Amostra:**	Amostra
Instrumento:	HPLC 07	**Localização:**	P1-A2
Data da Injeção:	2025-01-14 15:17:17-03:00	**Injeção:**	1 de 1
Método de aquis.:	Gradiente CD.amx	**Volume de Injeção:**	0,000
Método de análise:	*3D UV Quantitativa_DefaultMethod.pmx	**Operador de aquis.:**	SYSTEM
Última alteração:	2025-01-15 09:23:39-03:00		



Sinal: DAD1A,Sig=273,4 Ref=off

RT [min]	Área	Altura	Nome	Sinal Ruído	Ruído
1,912	15915,3076	98,3742	20%		
6,028	33450,9344	196,4118	40%		
9,271	51640,7817	294,8614	60%		
12,003	67016,1283	392,5712	80%		
15,314	97438,2013	492,7893	100%		
Soma	265461,3533				