Relatório de Injeção Única

Agilent Technologies


Arquivo de Dados:	E:\CDSProjects\CRL08\Results\Qualificação 2025-01-15 12-08-58-03-00.rslt\EDUV 012025-01-15 12-09-05-03-00.dx		
Nome da amostra:	EDUV 01		
Descrição:			
Quantidade de Amostra:	0,000	**Tipo de Amostra:**	Amostra
Instrumento:	CRL08	**Localização:**	P1-A1
Data da Injeção:	2025-01-15 12:10:02-03:00	**Injeção:**	1 de 1
Método de aquis.:	Qualificação.amx	**Volume de Injeção:**	10,000
Método de análise:	*3D UV Quantitativa_DefaultMethod.pmx	**Operador de aquis.:**	SISTEMA
Última alteração:	2025-01-15 13:59:23-03:00		

TR:

1,249

Nome do Composto:

Cafeína




Sinal: DAD1A,Sig=273.0,4.0 Ref=off

RT [min]	Tipo	Largura [min]	Área	Altura	Área%	Nome
1,249	BB	0,7253	256,7771	54,8789	100,0000	Cafeína
		Soma	256,7771			

Relatório de Injeção Única

Agilent Technologies

Arquivo de Dados:	E:\CDSProjects\CRL08\Results\Qualificação 2025-01-15 12-08-58-03-00.rslt\EDUV 012025-01-15 12-09-05-03-00.dx
Nome da amostra:	EDUV 01
Descrição:	
Quantidade de Amostra:	0,000
Tipo de Amostra:	Amostra
Instrumento:	CRL08
Localização:	P1-A1
Data da Injeção:	2025-01-15 12:10:02-03:00
Injeção:	1 de 1
Método de aquis.:	Qualificação.amx
Volume de Injeção:	10,000
Método de análise:	*3D UV Quantitativa_DefaultMethod.pmx
Operador de aquis.:	SISTEMA
Última alteração:	2025-01-15 13:59:23-03:00




Sinal: DAD1A,Sig=273.0,4.0 Ref=off

RT [min]	Área	Altura	Nome	Sinal Ruído	Ruído
1,249	256,7771	54,8789	Cafeína		
Soma	256,7771				

Relatório de Injeção Única

Agilent Technologies


Arquivo de Dados:	E:\CDSProjects\CRL08\Results\Qualificação 2025-01-15 12-08-58-03-00.rslt\Branco 012025-01-15 12-13-05-03-00.dx		
Nome da amostra:	Branco 01		
Descrição:			
Quantidade de Amostra:	0,000	**Tipo de Amostra:**	Amostra
Instrumento:	CRL08	**Localização:**	P1-A2
Data da Injeção:	2025-01-15 12:13:59-03:00	**Injeção:**	1 de 1
Método de aquis.:	Qualificação.amx	**Volume de Injeção:**	10,000
Método de análise:	*3D UV Quantitativa_DefaultMethod.pmx	**Operador de aquis.:**	SISTEMA
Última alteração:	2025-01-15 13:59:23-03:00		



Relatório de Injeção Única

Agilent Technologies


Arquivo de Dados:	E:\CDSProjects\CRL08\Results\Qualificação 2025-01-15 12-08-58-03-00.rslt\PCIN 012025-01-15 12-17-02-03-00.dx		
Nome da amostra:	PCIN 01		
Descrição:			
Quantidade de Amostra:	0,000	**Tipo de Amostra:**	Amostra
Instrumento:	CRL08	**Localização:**	P1-A3
Data da Injeção:	2025-01-15 12:17:56-03:00	**Injeção:**	1 de 1
Método de aquis.:	Qualificação.amx	**Volume de Injeção:**	10,000
Método de análise:	*3D UV Quantitativa_DefaultMethod.pmx	**Operador de aquis.:**	SISTEMA
Última alteração:	2025-01-15 13:59:23-03:00		



Sinal: DAD1A,Sig=273.0,4.0 Ref=off

RT [min]	Área	Altura	Nome	Sinal Ruído	Ruído
1,247	786,8668	169,6286	Cafeína		
Soma	786,8668				

Arquivo de Dados:	E:\CDSProjects\CRL08\Results\Qualificação 2025-01-15 12-08-58-03-00.rslt\PCIN 022025-01-15 12-20-59-03-00.dx		
Nome da amostra:	PCIN 02		
Descrição:			
Quantidade de Amostra:	0,000	**Tipo de Amostra:**	Amostra
Instrumento:	CRL08	**Localização:**	P1-A3
Data da Injeção:	2025-01-15 12:21:53-03:00	**Injeção:**	1 de 1
Método de aquis.:	Qualificação.amx	**Volume de Injeção:**	10,000
Método de análise:	*3D UV Quantitativa_DefaultMethod.pmx	**Operador de aquis.:**	SISTEMA
Última alteração:	2025-01-15 13:59:23-03:00		




Sinal: DAD1A,Sig=273.0,4.0 Ref=off

RT [min]	Área	Altura	Nome	Sinal Ruído	Ruído
1,244	790,7335	170,2268	Cafeína		
Soma	790,7335				

Relatório de Injeção Única

Agilent Technologies

Arquivo de Dados:	E:\CDSProjects\CRL08\Results\Qualificação 2025-01-15 12-08-58-03-00.rslt\PCIN 032025-01-15 12-24-56-03-00.dx		
Nome da amostra:	PCIN 03		
Descrição:			
Quantidade de Amostra:	0,000	**Tipo de Amostra:**	Amostra
Instrumento:	CRL08	**Localização:**	P1-A3
Data da Injeção:	2025-01-15 12:25:51-03:00	**Injeção:**	1 de 1
Método de aquis.:	Qualificação.amx	**Volume de Injeção:**	10,000
Método de análise:	*3D UV Quantitativa_DefaultMethod.pmx	**Operador de aquis.:**	SISTEMA
Última alteração:	2025-01-15 13:59:23-03:00		




Sinal: DAD1A,Sig=273.0,4.0 Ref=off

RT [min]	Área	Altura	Nome	Sinal Ruído	Ruído
1,237	791,0678	170,9530	Cafeína		
Soma	791,0678				

Relatório de Injeção Única

Agilent Technologies


Arquivo de Dados:	E:\CDSProjects\CRL08\Results\Qualificação 2025-01-15 12-08-58-03-00.rslt\Branco 022025-01-15 12-28-54-03-00.dx		
Nome da amostra:	Branco 02		
Descrição:			
Quantidade de Amostra:	0,000	**Tipo de Amostra:**	Amostra
Instrumento:	CRL08	**Localização:**	P1-A2
Data da Injeção:	2025-01-15 12:29:50-03:00	**Injeção:**	1 de 1
Método de aquis.:	Qualificação.amx	**Volume de Injeção:**	10,000
Método de análise:	*3D UV Quantitativa_DefaultMethod.pmx	**Operador de aquis.:**	SISTEMA
Última alteração:	2025-01-15 13:59:23-03:00		



Relatório de Injeção Única

Agilent Technologies

Arquivo de Dados:	E:\CDSProjects\CRL08\Results\Qualificação 2025-01-15 12-08-58-03-00.rslt\PCIN 042025-01-15 12-32-52-03-00.dx		
Nome da amostra:	PCIN 04		
Descrição:			
Quantidade de Amostra:	0,000	**Tipo de Amostra:**	Amostra
Instrumento:	CRL08	**Localização:**	P1-A3
Data da Injeção:	2025-01-15 12:33:46-03:00	**Injeção:**	1 de 1
Método de aquis.:	Qualificação.amx	**Volume de Injeção:**	10,000
Método de análise:	*3D UV Quantitativa_DefaultMethod.pmx	**Operador de aquis.:**	SISTEMA
Última alteração:	2025-01-15 13:59:23-03:00		




Sinal: DAD1A,Sig=273.0,4.0 Ref=off

RT [min]	Área	Altura	Nome	Sinal Ruído	Ruído
1,230	785,5182	171,0264	Cafeína		
Soma	785,5182				

Relatório de Injeção Única

Agilent Technologies

Arquivo de Dados:	E:\CDSProjects\CRL08\Results\Qualificação 2025-01-15 12-08-58-03-00.rslt\PCIN 052025-01-15 12-36-49-03-00.dx		
Nome da amostra:	PCIN 05		
Descrição:			
Quantidade de Amostra:	0,000	**Tipo de Amostra:**	Amostra
Instrumento:	CRL08	**Localização:**	P1-A3
Data da Injeção:	2025-01-15 12:37:43-03:00	**Injeção:**	1 de 1
Método de aquis.:	Qualificação.amx	**Volume de Injeção:**	10,000
Método de análise:	*3D UV Quantitativa_DefaultMethod.pmx	**Operador de aquis.:**	SISTEMA
Última alteração:	2025-01-15 13:59:23-03:00		




Sinal: DAD1A,Sig=273.0,4.0 Ref=off

RT [min]	Área	Altura	Nome	Sinal Ruído	Ruído
1,225	789,8134	172,7553	Cafeína		
Soma	789,8134				

Relatório de Injeção Única

Agilent Technologies

Arquivo de Dados:	E:\CDSProjects\CRL08\Results\Qualificação 2025-01-15 12-08-58-03-00.rslt\PCIN 062025-01-15 12-40-46-03-00.dx		
Nome da amostra:	PCIN 06		
Descrição:			
Quantidade de Amostra:	0,000	**Tipo de Amostra:**	Amostra
Instrumento:	CRL08	**Localização:**	P1-A3
Data da Injeção:	2025-01-15 12:41:41-03:00	**Injeção:**	1 de 1
Método de aquis.:	Qualificação.amx	**Volume de Injeção:**	10,000
Método de análise:	*3D UV Quantitativa_DefaultMethod.pmx	**Operador de aquis.:**	SISTEMA
Última alteração:	2025-01-15 13:59:23-03:00		




Sinal: DAD1A,Sig=273.0,4.0 Ref=off

RT [min]	Área	Altura	Nome	Sinal Ruído	Ruído
1,218	790,1242	172,8395	Cafeína		
Soma	790,1242				

Relatório de Injeção Única

Agilent Technologies


Arquivo de Dados:	E:\CDSProjects\CRL08\Results\Qualificação 2025-01-15 12-08-58-03-00.rslt\Branco 032025-01-15 12-44-43-03-00.dx		
Nome da amostra:	Branco 03		
Descrição:			
Quantidade de Amostra:	0,000	**Tipo de Amostra:**	Amostra
Instrumento:	CRL08	**Localização:**	P1-A2
Data da Injeção:	2025-01-15 12:45:38-03:00	**Injeção:**	1 de 1
Método de aquis.:	Qualificação.amx	**Volume de Injeção:**	10,000
Método de análise:	*3D UV Quantitativa_DefaultMethod.pmx	**Operador de aquis.:**	SISTEMA
Última alteração:	2025-01-15 13:59:23-03:00		



Relatório de Injeção Única

Agilent Technologies


Arquivo de Dados:	E:\CDSProjects\CRL08\Results\Qualificação 2025-01-15 12-08-58-03-00.rslt\LDUV 012025-01-15 12-48-41-03-00.dx		
Nome da amostra:	LDUV 01		
Descrição:			
Quantidade de Amostra:	0,000	**Tipo de Amostra:**	Amostra
Instrumento:	CRL08	**Localização:**	P1-A4
Data da Injeção:	2025-01-15 12:49:35-03:00	**Injeção:**	1 de 1
Método de aquis.:	Qualificação.amx	**Volume de Injeção:**	10,000
Método de análise:	*3D UV Quantitativa_DefaultMethod.pmx	**Operador de aquis.:**	SISTEMA
Última alteração:	2025-01-15 13:59:23-03:00		



Relatório de Injeção Única

Agilent Technologies

Arquivo de Dados:	E:\CDSProjects\CRL08\Results\Qualificação 2025-01-15 12-08-58-03-00.rslt\LDUV 022025-01-15 12-52-38-03-00.dx		
Nome da amostra:	LDUV 02		
Descrição:			
Quantidade de Amostra:	0,000	**Tipo de Amostra:**	Amostra
Instrumento:	CRL08	**Localização:**	P1-A5
Data da Injeção:	2025-01-15 12:53:30-03:00	**Injeção:**	1 de 1
Método de aquis.:	Qualificação.amx	**Volume de Injeção:**	10,000
Método de análise:	*3D UV Quantitativa_DefaultMethod.pmx	**Operador de aquis.:**	SISTEMA
Última alteração:	2025-01-15 13:59:23-03:00		




Sinal: DAD1A,Sig=273.0,4.0 Ref=off

RT [min]	Área	Altura	Nome	Sinal Ruído	Ruído
1,195	255,6349	57,5141	Cafeína		
Soma	255,6349				

Relatório de Injeção Única

Agilent Technologies

Arquivo de Dados:	E:\CDSProjects\CRL08\Results\Qualificação 2025-01-15 12-08-58-03-00.rslt\LDUV 032025-01-15 12-56-35-03-00.dx		
Nome da amostra:	LDUV 03		
Descrição:			
Quantidade de Amostra:	0,000	**Tipo de Amostra:**	Amostra
Instrumento:	CRL08	**Localização:**	P1-A6
Data da Injeção:	2025-01-15 12:57:28-03:00	**Injeção:**	1 de 1
Método de aquis.:	Qualificação.amx	**Volume de Injeção:**	10,000
Método de análise:	*3D UV Quantitativa_DefaultMethod.pmx	**Operador de aquis.:**	SISTEMA
Última alteração:	2025-01-15 13:59:23-03:00		




Sinal: DAD1A,Sig=273.0,4.0 Ref=off

RT [min]	Área	Altura	Nome	Sinal Ruído	Ruído
1,202	530,2535	119,5171	Cafeína		
Soma	530,2535				

Relatório de Injeção Única

Agilent Technologies

Arquivo de Dados:	E:\CDSProjects\CRL08\Results\Qualificação 2025-01-15 12-08-58-03-00.rslt\LDUV 042025-01-15 13-00-31-03-00.dx		
Nome da amostra:	LDUV 04		
Descrição:			
Quantidade de Amostra:	0,000	**Tipo de Amostra:**	Amostra
Instrumento:	CRL08	**Localização:**	P1-A7
Data da Injeção:	2025-01-15 13:01:23-03:00	**Injeção:**	1 de 1
Método de aquis.:	Qualificação.amx	**Volume de Injeção:**	10,000
Método de análise:	*3D UV Quantitativa_DefaultMethod.pmx	**Operador de aquis.:**	SISTEMA
Última alteração:	2025-01-15 13:59:23-03:00		




Sinal: DAD1A,Sig=273.0,4.0 Ref=off

RT [min]	Área	Altura	Nome	Sinal Ruído	Ruído
1,204	786,3166	177,7290	Cafeína		
Soma	786,3166				

Relatório de Injeção Única

Agilent Technologies


Arquivo de Dados:	E:\CDSProjects\CRL08\Results\Qualificação 2025-01-15 12-08-58-03-00.rslt\LDUV 052025-01-15 13-04-27-03-00.dx		
Nome da amostra:	LDUV 05		
Descrição:			
Quantidade de Amostra:	0,000	**Tipo de Amostra:**	Amostra
Instrumento:	CRL08	**Localização:**	P1-A8
Data da Injeção:	2025-01-15 13:05:21-03:00	**Injeção:**	1 de 1
Método de aquis.:	Qualificação.amx	**Volume de Injeção:**	10,000
Método de análise:	*3D UV Quantitativa_DefaultMethod.pmx	**Operador de aquis.:**	SISTEMA
Última alteração:	2025-01-15 13:59:23-03:00		



Sinal: DAD1A,Sig=273.0,4.0 Ref=off

RT [min]	Área	Altura	Nome	Sinal Ruído	Ruído
1,204	1055,1519	239,4181	Cafeína		
Soma	1055,1519				

Arquivo de Dados:	E:\CDSProjects\CRL08\Results\Qualificação 2025-01-15 12-08-58-03-00.rslt\RELB2025-01-15 13-08-25-03-00.dx		
Nome da amostra:	RELB		
Descrição:			
Quantidade de Amostra:	0,000	**Tipo de Amostra:**	Amostra
Instrumento:	CRL08	**Localização:**	P1-A9
Data da Injeção:	2025-01-15 13:09:23-03:00	**Injeção:**	1 de 1
Método de aquis.:	RELB.amx	**Volume de Injeção:**	20,000
Método de análise:	*3D UV Quantitativa_DefaultMethod.pmx	**Operador de aquis.:**	SISTEMA
Última alteração:	2025-01-15 13:59:23-03:00		




Sinal: DAD1A,Sig=250.0,4.0 Ref=off

RT [min]	Área	Altura	Nome	Sinal Ruído	Ruído
1,204	706,1037	166,9330	Cafeína	9785,08875	0,0171
Soma	706,1037				

Cromatogramas

Exibição Separado



Resultados da Injeção

Picos | Resumo


#	Nome	Área	RT (min)	Tempo inicial (mi	Altura	Drift	Pureza UV
1		706,1037	1,204	1,027	166,933	0,16842	

Ativar o Windows
Acesse Configurações para ativar o Windows.

Relatório de Injeção Única

Agilent Technologies

Arquivo de Dados:	E:\CDSProjects\CRL08\Results\Qualficação 2025-01-16 10-08-35-03-00.rslt\LIIN 012025-01-16 10-09-34-03-00.dx		
Nome da amostra:	LIIN 01		
Descrição:			
Quantidade de Amostra:	0,000	**Tipo de Amostra:**	Amostra
Instrumento:	CRL08	**Localização:**	P1-A10
Data da Injeção:	2025-01-16 10:10:29-03:00	**Injeção:**	1 de 1
Método de aquis.:	Qualificação.amx	**Volume de Injeção:**	0,100
Método de análise:	*3D UV Quantitativa_DefaultMethod.pmx	**Operador de aquis.:**	SISTEMA
Última alteração:	2025-01-16 10:40:01-03:00		




Sinal: DAD1A,Sig=273.0,4.0 Ref=off

RT [min]	Área	Altura	Nome	Sinal Ruído	Ruído
1,174	7,4921	1,3213	Cafeína		
Soma	7,4921				

Relatório de Injeção Única

Agilent Technologies

Arquivo de Dados:	E:\CDSProjects\CRL08\Results\Qualficação 2025-01-16 10-08-35-03-00.rslt\LIIN 022025-01-16 10-13-31-03-00.dx		
Nome da amostra:	LIIN 02		
Descrição:			
Quantidade de Amostra:	0,000	**Tipo de Amostra:**	Amostra
Instrumento:	CRL08	**Localização:**	P1-A10
Data da Injeção:	2025-01-16 10:14:21-03:00	**Injeção:**	1 de 1
Método de aquis.:	Qualificação.amx	**Volume de Injeção:**	5,000
Método de análise:	*3D UV Quantitativa_DefaultMethod.pmx	**Operador de aquis.:**	SISTEMA
Última alteração:	2025-01-16 10:40:01-03:00		




Sinal: DAD1A,Sig=273.0,4.0 Ref=off

RT [min]	Área	Altura	Nome	Sinal Ruído	Ruído
1,176	393,2864	68,6074	Cafeína		
Soma	393,2864				

Relatório de Injeção Única

Agilent Technologies

Arquivo de Dados:	E:\CDSProjects\CRL08\Results\Qualficação 2025-01-16 10-08-35-03-00.rslt\LIIN 032025-01-16 10-17-24-03-00.dx		
Nome da amostra:	LIIN 03		
Descrição:			
Quantidade de Amostra:	0,000	**Tipo de Amostra:**	Amostra
Instrumento:	CRL08	**Localização:**	P1-A10
Data da Injeção:	2025-01-16 10:18:16-03:00	**Injeção:**	1 de 1
Método de aquis.:	Qualificação.amx	**Volume de Injeção:**	10,000
Método de análise:	*3D UV Quantitativa_DefaultMethod.pmx	**Operador de aquis.:**	SISTEMA
Última alteração:	2025-01-16 10:40:01-03:00		




Sinal: DAD1A,Sig=273.0,4.0 Ref=off

RT [min]	Área	Altura	Nome	Sinal Ruído	Ruído
1,185	789,0057	140,2140	Cafeína		
Soma	789,0057				

Relatório de Injeção Única

Agilent Technologies

Arquivo de Dados:	E:\CDSProjects\CRL08\Results\Qualficação 2025-01-16 10-08-35-03-00.rslt\LIIN 042025-01-16 10-21-20-03-00.dx		
Nome da amostra:	LIIN 04		
Descrição:			
Quantidade de Amostra:	0,000	**Tipo de Amostra:**	Amostra
Instrumento:	CRL08	**Localização:**	P1-A10
Data da Injeção:	2025-01-16 10:22:15-03:00	**Injeção:**	1 de 1
Método de aquis.:	Qualificação.amx	**Volume de Injeção:**	15,000
Método de análise:	*3D UV Quantitativa_DefaultMethod.pmx	**Operador de aquis.:**	SISTEMA
Última alteração:	2025-01-16 10:40:01-03:00		




Sinal: DAD1A,Sig=273.0,4.0 Ref=off

RT [min]	Área	Altura	Nome	Sinal Ruído	Ruído
1,194	1181,2006	213,5395	Cafeína		
Soma	1181,2006				

Relatório de Injeção Única

Agilent Technologies

Arquivo de Dados:	E:\CDSProjects\CRL08\Results\Qualficação 2025-01-16 10-08-35-03-00.rslt\LIIN 052025-01-16 10-25-18-03-00.dx		
Nome da amostra:	LIIN 05		
Descrição:			
Quantidade de Amostra:	0,000	**Tipo de Amostra:**	Amostra
Instrumento:	CRL08	**Localização:**	P1-A10
Data da Injeção:	2025-01-16 10:26:17-03:00	**Injeção:**	1 de 1
Método de aquis.:	Qualificação.amx	**Volume de Injeção:**	20,000
Método de análise:	*3D UV Quantitativa_DefaultMethod.pmx	**Operador de aquis.:**	SISTEMA
Última alteração:	2025-01-16 10:40:01-03:00		




Sinal: DAD1A,Sig=273.0,4.0 Ref=off

RT [min]	Área	Altura	Nome	Sinal Ruído	Ruído
1,196	1574,4067	289,9228	Cafeína		
Soma	1574,4067				

Relatório de Injeção Única

Agilent Technologies

Arquivo de Dados:	E:\CDSProjects\CRL08\Results\Qualificação\Gradiente AB2025-01-16 11-28-35-03-00.sirslt\Gradiente AB2025-01-16 11-28-35-03-00.dx		
Nome da amostra:	Gradiente AB		
Descrição:			
Quantidade de Amostra:	0,000	**Tipo de Amostra:**	Amostra
Instrumento:	CRL08	**Localização:**	P1-A2
Data da Injeção:	2025-01-16 11:47:10-03:00	**Injeção:**	1 de 1
Método de aquis.:	Gradiente AB.amx	**Volume de Injeção:**	0,000
Método de análise:	*3D UV Quantitativa_DefaultMethod.pmx	**Operador de aquis.:**	SISTEMA
Última alteração:	2025-01-16 13:31:24-03:00		




Sinal: DAD1A,Sig=273.0,4.0 Ref=off

RT [min]	Área	Altura	Nome	Sinal Ruído	Ruído
2,460	16220,9155	100,3247	20%		
4,702	33561,5414	194,6507	40%		
8,198	50943,4869	291,5868	60%		
10,929	68403,4682	388,3943	80%		
14,400	94241,9967	490,1665	100%		
Soma	263371,4086				

Relatório de Injeção Única

Agilent Technologies

Arquivo de Dados:	E:\CDSProjects\CRL08\Results\Qualificação\Gradiente CD2025-01-16 11-11-24-03-00.sirslt\Gradiente CD2025-01-16 11-11-24-03-00.dx		
Nome da amostra:	Gradiente CD		
Descrição:			
Quantidade de Amostra:	0,000	**Tipo de Amostra:**	Amostra
Instrumento:	CRL08	**Localização:**	P1-A2
Data da Injeção:	2025-01-16 11:26:15-03:00	**Injeção:**	1 de 1
Método de aquis.:	Gradiente CD.amx	**Volume de Injeção:**	0,000
Método de análise:	*3D UV Quantitativa_DefaultMethod.pmx	**Operador de aquis.:**	SISTEMA
Última alteração:	2024-11-13 17:18:23-03:00		



Sinal: DAD1A,Sig=273.0,4.0 Ref=off

RT [min]	Área	Altura	Nome	Sinal Ruído	Ruído
1,268	14772,3149	99,1930	20%		
4,406	33190,6875	198,6281	40%		
7,402	53867,5243	298,0600	60%		
10,705	69846,9098	396,9478	80%		
15,254	95365,3763	495,5502	100%		
Soma	267042,8127				