
| Certificado Nº: 034/25-RELB | Início da Qualificação: 14/01/2025 | Página 1 de 3 |
|---|---|---|

**Resultado obtido na altura do pico**

| | ALTURA DO PICO (mAU) |
|---|---|
| **Resultado:** | **194,377** |





**Integration Results**

| No. | Peak Name | Retention Time min | Area mAU*min | Height mAU | Relative Area % | Relative Height % | Amount |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 0,623 | 0,010 | 0,367 | 0,09 | 0,19 | n.a. |
| 2 | Cafeína | 0,790 | 11,368 | 194,377 | 99,91 | 99,81 | n.a. |
| **Total:** | | | **11,377** | **194,743** | **100,00** | **100,00** | |

| Certificado Nº: 034/25-RELB | Início da Qualificação: 14/01/2025 | Página 2 de 3 |
|---|---|---|

**Resultado obtido no teste de sinal/ruído**

| Resultado: | Ruído (mAU) |
|---|---|
| VALOR MÁXIMO: | **-0,8000** |
| VALOR MÍNIMO: | **-0,8400** |
| | **Ruído** |
| RESULTADO: | **0,0400** |



| Certificado Nº: 034/25-RELB | Início da Qualificação: 14/01/2025 | Página 3 de 3 |
|---|---|---|

**Resultado obtido no teste estabilidade da linha de base**

| Estabilidade da Linha de Base | Diferença 20 min | Diferença 60 min |
|---|---|---|
| VALOR MÁXIMO: | 0,0000 | 2,4000 |
| VALOR MÍNIMO: | -0,8000 | |
| **Resultado:** | 0,8000 | |

