

Relatório de Injeção Única

Arquivo de dados:	2026-01-27 11-02-43-03-00-01.dx		
Nome da Sequência:	HP01-2026-01-27 11-02-34-03-00	**Nome do Projeto:**	Qualificação
Nome da amostra:	EDUV	**Operador:**	Júlia Reichow
Instrumento:	HP01	**Data da injeção:**	2026-01-27 11:03:34-03:00
Volume de inj.:	10,000 µL	**Localização:**	1
Método de aquis.:	Qualificação.amx	**Tipo:**	Amostra
Método de processamento:	*Qualificação.pmx	**Quantidade de amostra:**	0,00
Alterado manualmente:	Nenhum		




Relatório de Injeção Única

Arquivo de dados:	2026-01-27 11-05-37-03-00-02.dx		
Nome da Sequência:	HP01-2026-01-27 11-02-34-03-00	**Nome do Projeto:**	Qualificação
Nome da amostra:	BRANCO 01	**Operador:**	Júlia Reichow
Instrumento:	HP01	**Data da injeção:**	2026-01-27 11:06:32-03:00
Volume de inj.:	10,000 µL	**Localização:**	2
Método de aquis.:	Qualificação.amx	**Tipo:**	Amostra
Método de processamento:	*Qualificação.pmx	**Quantidade de amostra:**	0,00
Alterado manualmente:	Nenhum		



Relatório de Injeção Única

Arquivo de dados:	2026-01-27 11-08-34-03-00-03.dx		
Nome da Sequência:	HP01-2026-01-27 11-02-34-03-00	**Nome do Projeto:**	Qualificação
Nome da amostra:	PCIN 1	**Operador:**	Júlia Reichow
Instrumento:	HP01	**Data da injeção:**	2026-01-27 11:09:29-03:00
Volume de inj.:	10,000 µL	**Localização:**	3
Método de aquis.:	Qualificação.amx	**Tipo:**	Amostra
Método de processamento:	*Qualificação.pmx	**Quantidade de amostra:**	0,00
Alterado manualmente:	Nenhum		




Sinal: DAD1A,Sig=273,4 Ref=off

Nome	RT [min]	Área	Altura
Cafeina	0,784	815,50	359,43
	Soma	**815,50**	

Relatório de Injeção Única

Arquivo de dados:	2026-01-27 11-11-32-03-00-04.dx		
Nome da Sequência:	HP01-2026-01-27 11-02-34-03-00	**Nome do Projeto:**	Qualificação
Nome da amostra:	PCIN 2	**Operador:**	Júlia Reichow
Instrumento:	HP01	**Data da injeção:**	2026-01-27 11:12:25-03:00
Volume de inj.:	10,000 µL	**Localização:**	3
Método de aquis.:	Qualificação.amx	**Tipo:**	Amostra
Método de processamento:	*Qualificação.pmx	**Quantidade de amostra:**	0,00
Alterado manualmente:	Nenhum		




Sinal: DAD1A,Sig=273,4 Ref=off

Nome	RT [min]	Área	Altura
Cafeina	0,784	807,43	359,57
	Soma	**807,43**	

Relatório de Injeção Única

Arquivo de dados:	2026-01-27 11-14-28-03-00-05.dx		
Nome da Sequência:	HP01-2026-01-27 11-02-34-03-00	**Nome do Projeto:**	Qualificação
Nome da amostra:	PCIN 3	**Operador:**	Júlia Reichow
Instrumento:	HP01	**Data da injeção:**	2026-01-27 11:15:21-03:00
Volume de inj.:	10,000 µL	**Localização:**	3
Método de aquis.:	Qualificação.amx	**Tipo:**	Amostra
Método de processamento:	*Qualificação.pmx	**Quantidade de amostra:**	0,00
Alterado manualmente:	Nenhum		




Sinal: DAD1A,Sig=273,4 Ref=off

Nome	RT [min]	Área	Altura
Cafeina	0,783	810,68	364,88
	Soma	**810,68**	


Relatório de Injeção Única

Arquivo de dados:	2026-01-27 11-17-23-03-00-06.dx		
Nome da Sequência:	HP01-2026-01-27 11-02-34-03-00	**Nome do Projeto:**	Qualificação
Nome da amostra:	BRANCO 02	**Operador:**	Júlia Reichow
Instrumento:	HP01	**Data da injeção:**	2026-01-27 11:18:17-03:00
Volume de inj.:	10,000 µL	**Localização:**	2
Método de aquis.:	Qualificação.amx	**Tipo:**	Amostra
Método de processamento:	*Qualificação.pmx	**Quantidade de amostra:**	0,00
Alterado manualmente:	Nenhum		



Relatório de Injeção Única

Arquivo de dados:	2026-01-27 11-20-20-03-00-07.dx		
Nome da Sequência:	HP01-2026-01-27 11-02-34-03-00	**Nome do Projeto:**	Qualificação
Nome da amostra:	PCIN 4	**Operador:**	Júlia Reichow
Instrumento:	HP01	**Data da injeção:**	2026-01-27 11:21:15-03:00
Volume de inj.:	10,000 µL	**Localização:**	3
Método de aquis.:	Qualificação.amx	**Tipo:**	Amostra
Método de processamento:	*Qualificação.pmx	**Quantidade de amostra:**	0,00
Alterado manualmente:	Nenhum		




Sinal: DAD1A,Sig=273,4 Ref=off

Nome	RT [min]	Área	Altura
Cafeina	0,784	818,27	360,95
	Soma	**818,27**	

Relatório de Injeção Única

Arquivo de dados:	2026-01-27 11-23-17-03-00-08.dx		
Nome da Sequência:	HP01-2026-01-27 11-02-34-03-00	**Nome do Projeto:**	Qualificação
Nome da amostra:	PCIN 5	**Operador:**	Júlia Reichow
Instrumento:	HP01	**Data da injeção:**	2026-01-27 11:24:11-03:00
Volume de inj.:	10,000 µL	**Localização:**	3
Método de aquis.:	Qualificação.amx	**Tipo:**	Amostra
Método de processamento:	*Qualificação.pmx	**Quantidade de amostra:**	0,00
Alterado manualmente:	Nenhum		




Sinal: DAD1A,Sig=273,4 Ref=off

Nome	RT [min]	Área	Altura
Cafeina	0,784	812,28	360,48
	Soma	**812,28**	

Relatório de Injeção Única

Arquivo de dados:	2026-01-27 11-26-14-03-00-09.dx		
Nome da Sequência:	HP01-2026-01-27 11-02-34-03-00	**Nome do Projeto:**	Qualificação
Nome da amostra:	PCIN 6	**Operador:**	Júlia Reichow
Instrumento:	HP01	**Data da injeção:**	2026-01-27 11:27:08-03:00
Volume de inj.:	10,000 µL	**Localização:**	3
Método de aquis.:	Qualificação.amx	**Tipo:**	Amostra
Método de processamento:	*Qualificação.pmx	**Quantidade de amostra:**	0,00
Alterado manualmente:	Nenhum		




Sinal: DAD1A,Sig=273,4 Ref=off

Nome	RT [min]	Área	Altura
Cafeina	0,784	810,97	359,96
	Soma	**810,97**	


Relatório de Injeção Única

Arquivo de dados:	2026-01-27 11-29-10-03-00-10.dx		
Nome da Sequência:	HP01-2026-01-27 11-02-34-03-00	**Nome do Projeto:**	Qualificação
Nome da amostra:	BRANCO 03	**Operador:**	Júlia Reichow
Instrumento:	HP01	**Data da injeção:**	2026-01-27 11:30:02-03:00
Volume de inj.:	10,000 µL	**Localização:**	2
Método de aquis.:	Qualificação.amx	**Tipo:**	Amostra
Método de processamento:	*Qualificação.pmx	**Quantidade de amostra:**	0,00
Alterado manualmente:	Nenhum		




Relatório de Injeção Única

Arquivo de dados:	2026-01-27 15-31-55-03-00-01.dx		
Nome da Sequência:	HP01-2026-01-27 15-31-46-03-00	**Nome do Projeto:**	Qualificação
Nome da amostra:	LDUV 1	**Operador:**	Júlia Reichow
Instrumento:	HP01	**Data da injeção:**	2026-01-27 15:32:50-03:00
Volume de inj.:	10,000 µL	**Localização:**	5
Método de aquis.:	Qualificação.amx	**Tipo:**	Amostra
Método de processamento:	*Qualificação.pmx	**Quantidade de amostra:**	0,00
Alterado manualmente:	Nenhum		



Relatório de Injeção Única

Arquivo de dados:	2026-01-27 15-34-53-03-00-02.dx		
Nome da Sequência:	HP01-2026-01-27 15-31-46-03-00	**Nome do Projeto:**	Qualificação
Nome da amostra:	LDUV 2	**Operador:**	Júlia Reichow
Instrumento:	HP01	**Data da injeção:**	2026-01-27 15:35:47-03:00
Volume de inj.:	10,000 µL	**Localização:**	6
Método de aquis.:	Qualificação.amx	**Tipo:**	Amostra
Método de processamento:	*Qualificação.pmx	**Quantidade de amostra:**	0,00
Alterado manualmente:	Nenhum		




Sinal: DAD1A,Sig=273,4 Ref=off

Nome	RT [min]	Área	Altura
Cafeina	0,784	269,09	121,72
	Soma	**269,09**	

Relatório de Injeção Única

Arquivo de dados:	2026-01-27 15-37-50-03-00-03.dx		
Nome da Sequência:	HP01-2026-01-27 15-31-46-03-00	**Nome do Projeto:**	Qualificação
Nome da amostra:	LDUV 3	**Operador:**	Júlia Reichow
Instrumento:	HP01	**Data da injeção:**	2026-01-27 15:38:47-03:00
Volume de inj.:	10,000 µL	**Localização:**	7
Método de aquis.:	Qualificação.amx	**Tipo:**	Amostra
Método de processamento:	*Qualificação.pmx	**Quantidade de amostra:**	0,00
Alterado manualmente:	Nenhum		




Sinal: DAD1A,Sig=273,4 Ref=off

Nome	RT [min]	Área	Altura
Cafeina	0,784	534,82	240,14
	Soma	**534,82**	

Relatório de Injeção Única

Arquivo de dados:	2026-01-27 15-40-49-03-00-04.dx		
Nome da Sequência:	HP01-2026-01-27 15-31-46-03-00	**Nome do Projeto:**	Qualificação
Nome da amostra:	LDUV 4	**Operador:**	Júlia Reichow
Instrumento:	HP01	**Data da injeção:**	2026-01-27 15:41:41-03:00
Volume de inj.:	10,000 µL	**Localização:**	8
Método de aquis.:	Qualificação.amx	**Tipo:**	Amostra
Método de processamento:	*Qualificação.pmx	**Quantidade de amostra:**	0,00
Alterado manualmente:	Nenhum		




Sinal: DAD1A,Sig=273,4 Ref=off

Nome	RT [min]	Área	Altura
Cafeina	0,784	822,47	365,22
	Soma	**822,47**	

Relatório de Injeção Única

Arquivo de dados:	2026-01-27 15-43-44-03-00-05.dx		
Nome da Sequência:	HP01-2026-01-27 15-31-46-03-00	**Nome do Projeto:**	Qualificação
Nome da amostra:	LDUV 5	**Operador:**	Júlia Reichow
Instrumento:	HP01	**Data da injeção:**	2026-01-27 15:44:37-03:00
Volume de inj.:	10,000 µL	**Localização:**	9
Método de aquis.:	Qualificação.amx	**Tipo:**	Amostra
Método de processamento:	*Qualificação.pmx	**Quantidade de amostra:**	0,00
Alterado manualmente:	Nenhum		




Sinal: DAD1A,Sig=273,4 Ref=off

Nome	RT [min]	Área	Altura
Cafeina	0,783	1094,19	483,69
	Soma	**1094,19**	


Relatório de Injeção Única

Arquivo de dados:	2026-01-27 11-52-35-03-00-18.dx		
Nome da Sequência:	HP01-2026-01-27 11-02-34-03-00	**Nome do Projeto:**	Qualificação
Nome da amostra:	LIIN 01	**Operador:**	Júlia Reichow
Instrumento:	HP01	**Data da injeção:**	2026-01-27 11:52:47-03:00
Volume de inj.:	0,000 µL	**Localização:**	10
Método de aquis.:	Qualificação.amx	**Tipo:**	Amostra
Método de processamento:	*Qualificação.pmx	**Quantidade de amostra:**	0,00
Alterado manualmente:	Nenhum		



Relatório de Injeção Única

Arquivo de dados:	2026-01-27 11-54-51-03-00-19.dx		
Nome da Sequência:	HP01-2026-01-27 11-02-34-03-00	**Nome do Projeto:**	Qualificação
Nome da amostra:	LIIN 02	**Operador:**	Júlia Reichow
Instrumento:	HP01	**Data da injeção:**	2026-01-27 11:55:47-03:00
Volume de inj.:	5,000 µL	**Localização:**	10
Método de aquis.:	Qualificação.amx	**Tipo:**	Amostra
Método de processamento:	*Qualificação.pmx	**Quantidade de amostra:**	0,00
Alterado manualmente:	Nenhum		




Sinal: DAD1A,Sig=273,4 Ref=off

Nome	RT [min]	Área	Altura
Cafeina	0,777	411,81	184,14
	Soma	**411,81**	

Relatório de Injeção Única

Arquivo de dados:	2026-01-27 11-57-49-03-00-20.dx		
Nome da Sequência:	HP01-2026-01-27 11-02-34-03-00	**Nome do Projeto:**	Qualificação
Nome da amostra:	LIIN 03	**Operador:**	Júlia Reichow
Instrumento:	HP01	**Data da injeção:**	2026-01-27 11:58:44-03:00
Volume de inj.:	10,000 µL	**Localização:**	10
Método de aquis.:	Qualificação.amx	**Tipo:**	Amostra
Método de processamento:	*Qualificação.pmx	**Quantidade de amostra:**	0,00
Alterado manualmente:	Nenhum		




Sinal: DAD1A,Sig=273,4 Ref=off

Nome	RT [min]	Área	Altura
Cafeina	0,784	863,51	369,67
	Soma	**863,51**	

Relatório de Injeção Única

Arquivo de dados:	2026-01-27 12-00-46-03-00-21.dx		
Nome da Sequência:	HP01-2026-01-27 11-02-34-03-00	**Nome do Projeto:**	Qualificação
Nome da amostra:	LIIN 04	**Operador:**	Júlia Reichow
Instrumento:	HP01	**Data da injeção:**	2026-01-27 12:01:41-03:00
Volume de inj.:	15,000 µL	**Localização:**	10
Método de aquis.:	Qualificação.amx	**Tipo:**	Amostra
Método de processamento:	*Qualificação.pmx	**Quantidade de amostra:**	0,00
Alterado manualmente:	Nenhum		




Sinal: DAD1A,Sig=273,4 Ref=off

Nome	RT [min]	Área	Altura
Cafeina	0,791	1254,22	540,89
	Soma	**1254,22**	

Relatório de Injeção Única

Arquivo de dados:	2026-01-27 12-03-44-03-00-22.dx		
Nome da Sequência:	HP01-2026-01-27 11-02-34-03-00	**Nome do Projeto:**	Qualificação
Nome da amostra:	LIIN 05	**Operador:**	Júlia Reichow
Instrumento:	HP01	**Data da injeção:**	2026-01-27 12:04:42-03:00
Volume de inj.:	20,000 µL	**Localização:**	10
Método de aquis.:	Qualificação.amx	**Tipo:**	Amostra
Método de processamento:	*Qualificação.pmx	**Quantidade de amostra:**	0,00
Alterado manualmente:	Nenhum		




Sinal: DAD1A,Sig=273,4 Ref=off

Nome	RT [min]	Área	Altura
	0,434	103,67	40,31
Cafeina	0,798	1673,50	708,56
	Soma	**1777,17**	

Relatório de Injeção Única

Arquivo de dados:	2026-01-27 12-09-47-03-00-24.dx		
Nome da Sequência:	HP01-2026-01-27 11-02-34-03-00	**Nome do Projeto:**	Qualificação
Nome da amostra:	RELB	**Operador:**	Júlia Reichow
Instrumento:	HP01	**Data da injeção:**	2026-01-27 12:10:48-03:00
Volume de inj.:	20,000 µL	**Localização:**	9
Método de aquis.:	Sinal-Ruido.amx	**Tipo:**	Amostra
Método de processamento:	*Qualificação.pmx	**Quantidade de amostra:**	0,00
Alterado manualmente:	Nenhum		




Sinal: DAD1A,Sig=250,4 Ref=off

Nome	RT [min]	Área	Altura
Cafeina	0,798	758,48	309,55
	Soma	**758,48**	

Relatório de Injeção Única

Arquivo de dados:	2026-01-27 12-09-47-03-00-24.dx		
Nome da Sequência:	HP01-2026-01-27 11-02-34-03-00	**Nome do Projeto:**	Qualificação
Nome da amostra:	RELB	**Operador:**	Júlia Reichow
Instrumento:	HP01	**Data da injeção:**	2026-01-27 12:10:48-03:00
Volume de inj.:	20,000 µL	**Localização:**	9
Método de aquis.:	Sinal-Ruido.amx	**Tipo:**	Amostra
Método de processamento:	*Qualificação.pmx	**Quantidade de amostra:**	0,00
Alterado manualmente:	Nenhum		




Sinal: DAD1A,Sig=250,4 Ref=off

Nome	RT [min]	Área	Altura
Cafeina	0,798	758,48	309,55
	Soma	**758,48**	

Relatório de Injeção Única

Arquivo de dados:	2026-01-27 12-09-47-03-00-24.dx		
Nome da Sequência:	HP01-2026-01-27 11-02-34-03-00	**Nome do Projeto:**	Qualificação
Nome da amostra:	RELB	**Operador:**	Júlia Reichow
Instrumento:	HP01	**Data da injeção:**	2026-01-27 12:10:48-03:00
Volume de inj.:	20,000 µL	**Localização:**	9
Método de aquis.:	Sinal-Ruido.amx	**Tipo:**	Amostra
Método de processamento:	*Qualificação.pmx	**Quantidade de amostra:**	0,00
Alterado manualmente:	Nenhum		




Sinal: DAD1A,Sig=250,4 Ref=off

Nome	RT [min]	Área	Altura
Cafeina	0,798	758,48	309,55
	Soma	**758,48**	

Relatório de Injeção Única

Arquivo de dados:	2026-01-27 16-25-49-03-00-01.dx		
Nome da Sequência:	HP01-2026-01-27 16-25-38-03-00	**Nome do Projeto:**	Qualificação
Nome da amostra:	GRABO AB	**Operador:**	Júlia Reichow
Instrumento:	HP01	**Data da injeção:**	2026-01-27 16:26:02-03:00
Volume de inj.:	0,000 µL	**Localização:**	1
Método de aquis.:	Grad AB.amx	**Tipo:**	Amostra
Método de processamento:	*Gradiente.pmx	**Quantidade de amostra:**	0,00
Alterado manualmente:	Integração Manual		




Sinal: DAD1A,Sig=273,4 Ref=off

Nome	RT [min]	Área	Altura
20%	3,458	8758,98	80,14
40%	6,111	19580,23	161,58
60%	9,557	42911,15	243,15
80%	12,875	60735,08	324,19
100%	15,261	86670,14	406,24
	Soma	**218655,57**	

Relatório de Injeção Única

Arquivo de dados:	2026-01-27 18-07-09-03-00-06.dx		
Nome da Sequência:	HP01-2026-01-27 16-25-38-03-00	**Nome do Projeto:**	Qualificação
Nome da amostra:	GRABO C_D	**Operador:**	Júlia Reichow
Instrumento:	HP01	**Data da injeção:**	2026-01-27 18:07:22-03:00
Volume de inj.:	0,000 µL	**Localização:**	1
Método de aquis.:	Grad CD.amx	**Tipo:**	Amostra
Método de processamento:	*Gradiente.pmx	**Quantidade de amostra:**	0,00
Alterado manualmente:	Integração Manual		



Sinal: DAD1A,Sig=273,4 Ref=off

Nome	RT [min]	Área	Altura
20%	3,520	8954,40	80,88
40%	6,509	23722,21	162,12
60%	9,520	38089,18	243,34
80%	12,756	61075,81	324,56
100%	16,396	87061,79	405,51
	Soma	**218903,39**	