
| Certificado Nº: 035/25-RELB | Início da Qualificação: 15/01/2025 | Página 1 de 3 |
|---|---|---|

**Resultado obtido na altura do pico**

| | ALTURA DO PICO (mAU) |
|---|---|
| **Resultado:** | **299,782** |





**Integration Results**

| No. | Peak Name | Retention Time min | Area mAU*min | Height mAU | Relative Area % | Relative Height % | Amount |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 0,720 | 13,294 | 299,782 | 100,00 | 100,00 | n.a. |
| n.a. | Cafeína | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. |
| **Total:** | | | **13,294** | **299,782** | **100,00** | **100,00** | |

| Certificado Nº: 035/25-RELB | Início da Qualificação: 15/01/2025 | Página 2 de 3 |
|---|---|---|

**Resultado obtido no teste de sinal/ruído**

| Resultado: | Ruído (mAU) |
|---|---|
| VALOR MÁXIMO: | **-1,9200** |
| VALOR MÍNIMO: | **-1,9600** |
| | **Ruído** |
| RESULTADO: | **0,0400** |



| Certificado Nº: 035/25-RELB | Início da Qualificação: 15/01/2025 | Página 3 de 3 |
|---|---|---|

**Resultado obtido no teste estabilidade da linha de base**

| Estabilidade da Linha de Base | Diferença 20 min | Diferença 60 min |
|---|---|---|
| VALOR MÁXIMO: | -1,8000 | 0,4500 |
| VALOR MÍNIMO: | -1,9500 | |
| **Resultado:** | 0,1500 | |

