
Teste de Precisão e Contaminação Cruzada do Injetor (PCIN)

Nome do Método: C:\Enterprise\Qualificacao de Equipamento\Method\Qualificação 2018.met
Data: C:\Enterprise\Qualificacao de Equipamento\Result\2018\2018-02-22 18-11-00 (GMT -03-00).rslt\BR PCIN 001.dat
Usuário: Sistema (renato.goularte)
Adquirido: 22/02/2018 18:12:26 (GMT -03:00)
Impresso: 22/02/2018 19:02:00 (GMT -03:00)




Resultados DAD: Sinal A, 273 nm/Lb:4 nm

Número do Pico	*Nome*	*Tempo de Retenção*	*Área*	*Concentração ESTD*
1	Cafeína	1,807	97055	**0,000**
Totais			97055	**0,000**

Teste de Precisão e Contaminação Cruzada do Injetor (PCIN)

Nome do Método: C:\Enterprise\Qualificacao de Equipamento\Method\Qualificação 2018.met
Data: C:\Enterprise\Qualificacao de Equipamento\Result\2018\2018-02-22 18-11-00 (GMT -03-00).rslt\PCIN 001.dat
Usuário: Sistema (renato.goularte)
Adquirido: 22/02/2018 18:16:13 (GMT -03:00)
Impresso: 22/02/2018 19:02:20 (GMT -03:00)




Resultados DAD: Sinal A, 273 nm/Lb:4 nm

Número do Pico	*Nome*	*Tempo de Retenção*	*Área*	*Concentração ESTD*
1	Cafeína	1,800	2273985	**0,000**
Totais			2273985	**0,000**

Teste de Precisão e Contaminação Cruzada do Injetor (PCIN)

Nome do Método: C:\Enterprise\Qualificacao de Equipamento\Method\Qualificação 2018.met
Data: C:\Enterprise\Qualificacao de Equipamento\Result\2018\2018-02-22 18-11-00 (GMT -03-00).rslt\PCIN 002.dat
Usuário: Sistema (renato.goularte)
Adquirido: 22/02/2018 18:19:52 (GMT -03:00)
Impresso: 22/02/2018 19:03:02 (GMT -03:00)




Resultados DAD: Sinal A, 273 nm/Lb:4 nm

Número do Pico	*Nome*	*Tempo de Retenção*	*Área*	*Concentração ESTD*
1	Cafeína	1,793	2273272	**0,000**
Totais			2273272	**0,000**

Teste de Precisão e Contaminação Cruzada do Injetor (PCIN)

Nome do Método: C:\Enterprise\Qualificacao de Equipamento\Method\Qualificação 2018.met
Data: C:\Enterprise\Qualificacao de Equipamento\Result\2018\2018-02-22 18-11-00 (GMT -03-00).rslt\PCIN 003.dat
Usuário: Sistema (renato.goularte)
Adquirido: 22/02/2018 18:23:36 (GMT -03:00)
Impresso: 22/02/2018 19:03:26 (GMT -03:00)




Resultados DAD: Sinal A, 273 nm/Lb:4 nm

Número do Pico	*Nome*	*Tempo de Retenção*	*Área*	*Concentração ESTD*
1	Cafeína	1,787	2245318	**0,000**
Totais			2245318	**0,000**

Teste de Precisão e Contaminação Cruzada do Injetor (PCIN)

Nome do Método: C:\Enterprise\Qualificacao de Equipamento\Method\Qualificação 2018.met
Data: C:\Enterprise\Qualificacao de Equipamento\Result\2018\2018-02-22 18-11-00 (GMT -03-00).rslt\BR PCIN 002.dat
Usuário: Sistema (renato.goularte)
Adquirido: 22/02/2018 18:27:17 (GMT -03:00)
Impresso: 22/02/2018 19:03:54 (GMT -03:00)




Resultados DAD: Sinal A, 273 nm/Lb:4 nm

Número do Pico	*Nome*	*Tempo de Retenção*	*Área*	*Concentração ESTD*
1	Cafeína	1,773	94018	**0,000**
Totais			94018	**0,000**

Teste de Precisão e Contaminação Cruzada do Injetor (PCIN)

Nome do Método: C:\Enterprise\Qualificacao de Equipamento\Method\Qualificação 2018.met
Data: C:\Enterprise\Qualificacao de Equipamento\Result\2018\2018-02-22 18-11-00 (GMT -03-00).rslt\PCIN 004.dat
Usuário: Sistema (renato.goularte)
Adquirido: 22/02/2018 18:31:02 (GMT -03:00)
Impresso: 22/02/2018 19:04:47 (GMT -03:00)




Resultados DAD: Sinal A, 273 nm/Lb:4 nm

Número do Pico	*Nome*	*Tempo de Retenção*	*Área*	*Concentração ESTD*
1	Cafeína	1,787	2257026	**0,000**
Totais			2257026	**0,000**

Teste de Precisão e Contaminação Cruzada do Injetor (PCIN)

Nome do Método: C:\Enterprise\Qualificacao de Equipamento\Method\Qualificação 2018.met
Data: C:\Enterprise\Qualificacao de Equipamento\Result\2018\2018-02-22 18-11-00 (GMT -03-00).rslt\PCIN 005.dat
Usuário: Sistema (renato.goularte)
Adquirido: 22/02/2018 18:34:45 (GMT -03:00)
Impresso: 22/02/2018 19:05:09 (GMT -03:00)




Resultados DAD: Sinal A, 273 nm/Lb:4 nm

Número do Pico	*Nome*	*Tempo de Retenção*	*Área*	*Concentração ESTD*
1	Cafeína	1,787	2243264	**0,000**
Totais			2243264	**0,000**

Teste de Precisão e Contaminação Cruzada do Injetor (PCIN)

Nome do Método: C:\Enterprise\Qualificacao de Equipamento\Method\Qualificação 2018.met
Data: C:\Enterprise\Qualificacao de Equipamento\Result\2018\2018-02-22 18-11-00 (GMT -03-00).rslt\PCIN 006.dat
Usuário: Sistema (renato.goularte)
Adquirido: 22/02/2018 18:38:34 (GMT -03:00)
Impresso: 22/02/2018 19:05:31 (GMT -03:00)




Resultados DAD: Sinal A, 273 nm/Lb:4 nm

Número do Pico	*Nome*	*Tempo de Retenção*	*Área*	*Concentração ESTD*
1	Cafeína	1,747	2161919	**0,000**
Totais			2161919	**0,000**

Teste de Precisão e Contaminação Cruzada do Injetor (PCIN)

Nome do Método: C:\Enterprise\Qualificacao de Equipamento\Method\Qualificação 2018.met
Data: C:\Enterprise\Qualificacao de Equipamento\Result\2018\2018-02-22 18-11-00 (GMT -03-00).rslt\BR PCIN 003.dat
Usuário: Sistema (renato.goularte)
Adquirido: 22/02/2018 18:42:20 (GMT -03:00)
Impresso: 22/02/2018 19:05:50 (GMT -03:00)




Resultados DAD: Sinal A, 273 nm/Lb:4 nm

Número do Pico	*Nome*	*Tempo de Retenção*	*Área*	*Concentração ESTD*
	Cafeína			**0,000 BDL**

Totais				

Teste de Linearidade do Detector (LDUV)

Nome do Método: C:\Enterprise\Qualificacao de Equipamento\Method\Qualificação 2018.met
Data: C:\Enterprise\Qualificacao de Equipamento\Result\2018\2018-02-22 16-57-46 (GMT -03-00).rslt\LDUV 001.dat
Usuário: Sistema (renato.goularte)
Adquirido: 22/02/2018 17:32:35 (GMT -03:00)
Impresso: 22/02/2018 17:58:05 (GMT -03:00)




Resultados DAD: Sinal A, 273 nm/Lb:4 nm

Número do Pico	*Nome*	*Tempo de Retenção*	*Área*	*Concentração ESTD*
1	Cafeína	1,820	178390	**0,000**
Totais			178390	**0,000**

Teste de Linearidade do Detector (LDUV)

Nome do Método: **C:\Enterprise\Qualificacao de Equipamento\Method\Qualificação 2018.met**
Data: **C:\Enterprise\Qualificacao de Equipamento\Result\2018\2018-02-22 16-57-46 (GMT -03-00).rslt\LDUV 002.dat**
Usuário: **Sistema (renato.goularte)**
Adquirido: **22/02/2018 17:36:19 (GMT -03:00)**
Impresso: **22/02/2018 17:58:27 (GMT -03:00)**




Resultados DAD: Sinal A, 273 nm/Lb:4 nm

Número do Pico	*Nome*	*Tempo de Retenção*	*Área*	*Concentração ESTD*
1	Cafeína	1,800	912668	**0,000**
Totais			912668	**0,000**

Teste de Linearidade do Detector (LDUV)

Nome do Método: **C:\Enterprise\Qualificacao de Equipamento\Method\Qualificação 2018.met**
Data: **C:\Enterprise\Qualificacao de Equipamento\Result\2018\2018-02-22 16-57-46 (GMT -03-00).rslt\LDUV 003.dat**
Usuário: **Sistema (renato.goularte)**
Adquirido: **22/02/2018 17:40:01 (GMT -03:00)**
Impresso: **22/02/2018 17:58:50 (GMT -03:00)**




Resultados DAD: Sinal A, 273 nm/Lb:4 nm

Número do Pico	*Nome*	*Tempo de Retenção*	*Área*	*Concentração ESTD*
1	Cafeína	1,827	1623696	**0,000**
Totais			1623696	**0,000**

Teste de Linearidade do Detector (LDUV)

Nome do Método: **C:\Enterprise\Qualificacao de Equipamento\Method\Qualificação 2018.met**
Data: **C:\Enterprise\Qualificacao de Equipamento\Result\2018\2018-02-22 16-57-46 (GMT -03-00).rslt\LDUV 004.dat**
Usuário: **Sistema (renato.goularte)**
Adquirido: **22/02/2018 17:43:50 (GMT -03:00)**
Impresso: **22/02/2018 17:59:08 (GMT -03:00)**




Resultados DAD: Sinal A, 273 nm/Lb:4 nm

Número do Pico	*Nome*	*Tempo de Retenção*	*Área*	*Concentração ESTD*
1	Cafeína	1,813	2302377	**0,000**
Totais			2302377	**0,000**

Teste de Linearidade do Detector (LDUV)

Nome do Método: **C:\Enterprise\Qualificacao de Equipamento\Method\Qualificação 2018.met**
Data: **C:\Enterprise\Qualificacao de Equipamento\Result\2018\2018-02-22 16-57-46 (GMT -03-00).rslt\LDUV 005.dat**
Usuário: **Sistema (renato.goularte)**
Adquirido: **22/02/2018 17:47:38 (GMT -03:00)**
Impresso: **22/02/2018 17:59:37 (GMT -03:00)**




Resultados DAD: Sinal A, 273 nm/Lb:4 nm

Número do Pico	*Nome*	*Tempo de Retenção*	*Área*	*Concentração ESTD*
1	Cafeína	1,820	3013919	**0,000**
Totais			3013919	**0,000**

Teste de Linearidade do Injetor (LIIN)

Nome do Método: C:\Enterprise\Qualificacao de Equipamento\Method\Qualificação 2018.met
Data: C:\Enterprise\Qualificacao de Equipamento\Result\2018\2018-02-22 16-57-46 (GMT -03-00).rslt\LIIN 001.dat
Usuário: Sistema (renato.goularte)
Adquirido: 22/02/2018 17:50:42 (GMT -03:00)
Impresso: 22/02/2018 18:19:47 (GMT -03:00)




Resultados DAD: Sinal A, 273 nm/Lb:4 nm

Número do Pico	*Nome*	*Tempo de Retenção*	*Área*	*Concentração ESTD*
	Cafeína			**0,000 BDL**

Totais				

Teste de Linearidade do Injetor (LIIN)

Nome do Método: C:\Enterprise\Qualificacao de Equipamento\Method\Qualificação 2018.met
Data: C:\Enterprise\Qualificacao de Equipamento\Result\2018\2018-02-22 16-57-46 (GMT -03-00).rslt\LIIN 002.dat
Usuário: Sistema (renato.goularte)
Adquirido: 22/02/2018 17:54:25 (GMT -03:00)
Impresso: 22/02/2018 18:20:11 (GMT -03:00)




Resultados DAD: Sinal A, 273 nm/Lb:4 nm

Número do Pico	*Nome*	*Tempo de Retenção*	*Área*	*Concentração ESTD*
1	Cafeína	1,780	1168933	**0,000**
Totais			1168933	**0,000**

Teste de Linearidade do Injetor (LIIN)

Nome do Método: C:\Enterprise\Qualificacao de Equipamento\Method\Qualificação 2018.met
Data: C:\Enterprise\Qualificacao de Equipamento\Result\2018\2018-02-22 16-57-46 (GMT -03-00).rslt\LIIN 003.dat
Usuário: Sistema (renato.goularte)
Adquirido: 22/02/2018 17:58:10 (GMT -03:00)
Impresso: 22/02/2018 18:20:36 (GMT -03:00)




Resultados DAD: Sinal A, 273 nm/Lb:4 nm

Número do Pico	*Nome*	*Tempo de Retenção*	*Área*	*Concentração ESTD*
1	Cafeína	1,780	2253811	**0,000**
Totais			2253811	**0,000**

Teste de Linearidade do Injetor (LIIN)

Nome do Método: C:\Enterprise\Qualificacao de Equipamento\Method\Qualificação 2018.met
Data: C:\Enterprise\Qualificacao de Equipamento\Result\2018\2018-02-22 16-57-46 (GMT -03-00).rslt\LIIN 004.dat
Usuário: Sistema (renato.goularte)
Adquirido: 22/02/2018 18:01:56 (GMT -03:00)
Impresso: 22/02/2018 18:21:04 (GMT -03:00)




Resultados DAD: Sinal A, 273 nm/Lb:4 nm

Número do Pico	*Nome*	*Tempo de Retenção*	*Área*	*Concentração ESTD*
1	Cafeína	1,767	3334724	**0,000**
Totais			3334724	**0,000**

Teste de Linearidade do Injetor (LIIN)

Nome do Método: C:\Enterprise\Qualificacao de Equipamento\Method\Qualificação 2018.met
Data: C:\Enterprise\Qualificacao de Equipamento\Result\2018\2018-02-22 16-57-46 (GMT -03-00).rslt\LIIN 005.dat
Usuário: Sistema (renato.goularte)
Adquirido: 22/02/2018 18:05:45 (GMT -03:00)
Impresso: 22/02/2018 18:21:35 (GMT -03:00)



Resultados DAD: Sinal A, 273 nm/Lb:4 nm

Número do Pico	*Nome*	*Tempo de Retenção*	*Área*	*Concentração ESTD*
1	Cafeína	1,787	4456997	**0,000**
Totais			4456997	**0,000**