



C:\Enterprise\Projects\Qualificação\Result\Qualificação 2023\EDUV\EDUV003.rslt\EDUV003.dat, 0,78 Min

Relatório de Normalização

Método: **C:\Enterprise\Projects\Qualificação\Method\Sinal-Ruido.met**
Arquivo de dados: **C:\Enterprise\Projects\Qualificação\Result\Qualificação 2023\Sinal-Ruido\Sinal-Ruido001.rslt\Sinal-Ruido001.dat**
Usuário: **Sistema (QPack)**
Adquirido: **20/01/2023 10:07:17 (GMT -03:00)**
Impresso: **20/01/2023 14:31:52 (GMT -03:00)**



Resultados DAD: Sinal A, 250 nm/Lb:4 nm

Número do Pico	*Nome*	*Tempo de Retenção*	*Área*	*Concentração NORM*
1	Cafeina	1,230	1488580	**0,000**
Totais			1488580	**0,000**

Resultados 200,0 nm


Número do Pico	*Nome*	*Tempo de Retenção*	*Área*	*Concentração NORM*

Resultados Representação Gráfica de Espectro Máx

Número do Pico	*Nome*	*Tempo de Retenção*	*Área*	*Concentração NORM*

Relatório de Normalização

Método: **C:\Enterprise\Projects\Qualificação\Method\Qualificação.met**
Arquivo de dados: **C:\Enterprise\Projects\Qualificação\Result\Qualificação 2023\PCIN\PCIN.seq 001.rslt\Branco 1.dat**
Usuário: **Sistema (QPack)**
Adquirido: **20/01/2023 12:09:10 (GMT -03:00)**
Impresso: **20/01/2023 12:18:14 (GMT -03:00)**



Resultados DAD: Sinal A, 273 nm/Lb:4 nm

Número do Pico	*Nome*	*Tempo de Retenção*	*Área*	*Concentração NORM*
	Cafeina			**0,000 BDL**
Totais				

Resultados Representação Gráfica de Espectro Máx

Número do Pico	*Nome*	*Tempo de Retenção*	*Área*	*Concentração NORM*


Resultados 200,0 nm

Número do Pico	*Nome*	*Tempo de Retenção*	*Área*	*Concentração NORM*

Relatório de Normalização

Método: **C:\Enterprise\Projects\Qualificação\Method\Qualificação.met**
Arquivo de dados: **C:\Enterprise\Projects\Qualificação\Result\Qualificação 2023\PCIN\PCIN.seq 001.rslt\PCIN 1**

Usuário: **Sistema (QPack)**
Adquirido: **20/01/2023 12:13:14 (GMT -03:00)**
Impresso: **20/01/2023 12:18:38 (GMT -03:00)**



Resultados DAD: Sinal A, 273 nm/Lb:4 nm

Número do Pico	*Nome*	*Tempo de Retenção*	*Área*	*Concentração NORM*
1	Cafeina	1,353	1625964	**0,000**
Totais			1625964	**0,000**

Resultados Representação Gráfica de Espectro Máx

Número do Pico	*Nome*	*Tempo de Retenção*	*Área*	*Concentração NORM*


Resultados 200,0 nm

Número do Pico	*Nome*	*Tempo de Retenção*	*Área*	*Concentração NORM*

Relatório de Normalização

Método: **C:\Enterprise\Projects\Qualificação\Method\Qualificação.met**
Arquivo de dados: **C:\Enterprise\Projects\Qualificação\Result\Qualificação 2023\PCIN\PCIN.seq 001.rslt\PCIN 2**

Usuário: **Sistema (QPack)**
Adquirido: **20/01/2023 12:17:16 (GMT -03:00)**
Impresso: **20/01/2023 12:24:01 (GMT -03:00)**



Resultados DAD: Sinal A, 273 nm/Lb:4 nm

Número do Pico	*Nome*	*Tempo de Retenção*	*Área*	*Concentração NORM*
1	Cafeina	1,352	1627258	**0,000**
Totais			1627258	**0,000**

Resultados Representação Gráfica de Espectro Máx

Número do Pico	*Nome*	*Tempo de Retenção*	*Área*	*Concentração NORM*


Resultados 200,0 nm

Número do Pico	*Nome*	*Tempo de Retenção*	*Área*	*Concentração NORM*

Relatório de Normalização

Método: **C:\Enterprise\Projects\Qualificação\Method\Qualificação.met**
Arquivo de dados: **C:\Enterprise\Projects\Qualificação\Result\Qualificação 2023\PCIN\PCIN.seq 001.rslt\PCIN 3**

Usuário: **Sistema (QPack)**
Adquirido: **20/01/2023 12:21:21 (GMT -03:00)**
Impresso: **20/01/2023 12:24:48 (GMT -03:00)**



Resultados DAD: Sinal A, 273 nm/Lb:4 nm

Número do Pico	*Nome*	*Tempo de Retenção*	*Área*	*Concentração NORM*
1	Cafeina	1,352	1627824	**0,000**
Totais			1627824	**0,000**

Resultados Representação Gráfica de Espectro Máx


Número do Pico	*Nome*	*Tempo de Retenção*	*Área*	*Concentração NORM*

Resultados 200,0 nm

Número do Pico	*Nome*	*Tempo de Retenção*	*Área*	*Concentração NORM*

Relatório de Normalização

Método: **C:\Enterprise\Projects\Qualificação\Method\Qualificação.met**
Arquivo de dados: **C:\Enterprise\Projects\Qualificação\Result\Qualificação 2023\PCIN\PCIN.seq 001.rslt\Branco 2**
Usuário: **Sistema (QPack)**
Adquirido: **20/01/2023 12:25:23 (GMT -03:00)**
Impresso: **20/01/2023 12:28:55 (GMT -03:00)**



Resultados DAD: Sinal A, 273 nm/Lb:4 nm

Número do Pico	*Nome*	*Tempo de Retenção*	*Área*	*Concentração NORM*
	Cafeina			**0,000 BDL**

Totais				

Resultados Representação Gráfica de Espectro Máx

Número do Pico	*Nome*	*Tempo de Retenção*	*Área*	*Concentração NORM*


Resultados 200,0 nm

Número do Pico	*Nome*	*Tempo de Retenção*	*Área*	*Concentração NORM*

Relatório de Normalização

Método: **C:\Enterprise\Projects\Qualificação\Method\Qualificação.met**
Arquivo de dados: **C:\Enterprise\Projects\Qualificação\Result\Qualificação 2023\PCIN\PCIN.seq 001.rslt\PCIN 4**

Usuário: **Sistema (QPack)**
Adquirido: **20/01/2023 12:29:29 (GMT -03:00)**
Impresso: **20/01/2023 12:32:53 (GMT -03:00)**



Resultados DAD: Sinal A, 273 nm/Lb:4 nm

Número do Pico	*Nome*	*Tempo de Retenção*	*Área*	*Concentração NORM*
1	Cafeina	1,350	1627329	**0,000**
Totais			1627329	**0,000**

Resultados Representação Gráfica de Espectro Máx

Número do Pico	*Nome*	*Tempo de Retenção*	*Área*	*Concentração NORM*


Resultados 200,0 nm

Número do Pico	*Nome*	*Tempo de Retenção*	*Área*	*Concentração NORM*

Relatório de Normalização

Método: **C:\Enterprise\Projects\Qualificação\Method\Qualificação.met**
Arquivo de dados: **C:\Enterprise\Projects\Qualificação\Result\Qualificação 2023\PCIN\PCIN.seq 001.rslt\PCIN 5**

Usuário: **Sistema (QPack)**
Adquirido: **20/01/2023 12:33:38 (GMT -03:00)**
Impresso: **20/01/2023 12:37:02 (GMT -03:00)**



Resultados DAD: Sinal A, 273 nm/Lb:4 nm

Número do Pico	*Nome*	*Tempo de Retenção*	*Área*	*Concentração NORM*
1	Cafeina	1,352	1625841	**0,000**
Totais			1625841	**0,000**

Resultados Representação Gráfica de Espectro Máx

Número do Pico	*Nome*	*Tempo de Retenção*	*Área*	*Concentração NORM*


Resultados 200,0 nm

Número do Pico	*Nome*	*Tempo de Retenção*	*Área*	*Concentração NORM*

Relatório de Normalização

Método: **C:\Enterprise\Projects\Qualificação\Method\Qualificação.met**
Arquivo de dados: **C:\Enterprise\Projects\Qualificação\Result\Qualificação 2023\PCIN\PCIN.seq 001.rslt\PCIN 6**

Usuário: **Sistema (QPack)**
Adquirido: **20/01/2023 12:37:40 (GMT -03:00)**
Impresso: **20/01/2023 12:42:44 (GMT -03:00)**



Resultados DAD: Sinal A, 273 nm/Lb:4 nm

Número do Pico	*Nome*	*Tempo de Retenção*	*Área*	*Concentração NORM*
1	Cafeina	1,350	1624620	**0,000**
Totais			1624620	**0,000**

Resultados Representação Gráfica de Espectro Máx


Número do Pico	*Nome*	*Tempo de Retenção*	*Área*	*Concentração NORM*

Resultados 200,0 nm

Número do Pico	*Nome*	*Tempo de Retenção*	*Área*	*Concentração NORM*

Relatório de Normalização

Método: **C:\Enterprise\Projects\Qualificação\Method\Qualificação.met**
Arquivo de dados: **C:\Enterprise\Projects\Qualificação\Result\Qualificação 2023\PCIN\PCIN.seq 001.rslt\Branco 3**
Usuário: **Sistema (QPack)**
Adquirido: **20/01/2023 12:41:41 (GMT -03:00)**
Impresso: **20/01/2023 12:45:45 (GMT -03:00)**



Resultados DAD: Sinal A, 273 nm/Lb:4 nm

Número do Pico	*Nome*	*Tempo de Retenção*	*Área*	*Concentração NORM*
	Cafeina			**0,000 BDL**

Totais				

Resultados Representação Gráfica de Espectro Máx


Número do Pico	*Nome*	*Tempo de Retenção*	*Área*	*Concentração NORM*

Resultados 200,0 nm

Número do Pico	*Nome*	*Tempo de Retenção*	*Área*	*Concentração NORM*

Relatório de Normalização

Método: **C:\Enterprise\Projects\Qualificação\Method\Qualificação.met**
Arquivo de dados: **C:\Enterprise\Projects\Qualificação\Result\Qualificação 2023\LDUV\LDUV.seq 001.rslt\LDUV 1.dat**
Usuário: **Sistema (QPack)**
Adquirido: **20/01/2023 13:06:12 (GMT -03:00)**
Impresso: **20/01/2023 13:09:41 (GMT -03:00)**



Resultados DAD: Sinal A, 273 nm/Lb:4 nm

Número do Pico	*Nome*	*Tempo de Retenção*	*Área*	*Concentração NORM*
	Cafeina			**0,000 BDL**

Totais				

Resultados Representação Gráfica de Espectro Máx


Número do Pico	*Nome*	*Tempo de Retenção*	*Área*	*Concentração NORM*

Resultados 200,0 nm

Número do Pico	*Nome*	*Tempo de Retenção*	*Área*	*Concentração NORM*

Relatório de Normalização

Método: **C:\Enterprise\Projects\Qualificação\Method\Qualificação.met**
Arquivo de dados: **C:\Enterprise\Projects\Qualificação\Result\Qualificação 2023\LDUV\LDUV.seq 001.rslt\LDUV 2**
Usuário: **Sistema (QPack)**
Adquirido: **20/01/2023 13:10:15 (GMT -03:00)**
Impresso: **20/01/2023 13:13:44 (GMT -03:00)**



Resultados DAD: Sinal A, 273 nm/Lb:4 nm

Número do Pico	*Nome*	*Tempo de Retenção*	*Área*	*Concentração NORM*
1	Cafeina	1,347	571888	**0,000**
Totais			571888	**0,000**

Resultados Representação Gráfica de Espectro Máx


Número do Pico	*Nome*	*Tempo de Retenção*	*Área*	*Concentração NORM*

Resultados 200,0 nm

Número do Pico	*Nome*	*Tempo de Retenção*	*Área*	*Concentração NORM*

Relatório de Normalização

Método: C:\Enterprise\Projects\Qualificação\Method\Qualificação.met
Arquivo de dados: C:\Enterprise\Projects\Qualificação\Result\Qualificação 2023\LDUV\LDUV.seq 001.rslt\LDUV 3
Usuário: Sistema (QPack)
Adquirido: 20/01/2023 13:14:19 (GMT -03:00)
Impresso: 20/01/2023 13:17:42 (GMT -03:00)



Resultados DAD: Sinal A, 273 nm/Lb:4 nm

Número do Pico	*Nome*	*Tempo de Retenção*	*Área*	*Concentração NORM*
1	Cafeina	1,345	1177398	**0,000**
Totais			1177398	**0,000**

Resultados Representação Gráfica de Espectro Máx


Número do Pico	*Nome*	*Tempo de Retenção*	*Área*	*Concentração NORM*

Resultados 200,0 nm

Número do Pico	*Nome*	*Tempo de Retenção*	*Área*	*Concentração NORM*

Relatório de Normalização

Método: C:\Enterprise\Projects\Qualificação\Method\Qualificação.met
Arquivo de dados: C:\Enterprise\Projects\Qualificação\Result\Qualificação 2023\LDUV\LDUV.seq 001.rslt\LDUV 4
Usuário: Sistema (QPack)
Adquirido: 20/01/2023 13:18:20 (GMT -03:00)
Impresso: 20/01/2023 13:21:40 (GMT -03:00)



Resultados DAD: Sinal A, 273 nm/Lb:4 nm

Número do Pico	*Nome*	*Tempo de Retenção*	*Área*	*Concentração NORM*
1	Cafeina	1,343	1746843	**0,000**
Totais			1746843	**0,000**

Resultados Representação Gráfica de Espectro Máx


Número do Pico	*Nome*	*Tempo de Retenção*	*Área*	*Concentração NORM*

Resultados 200,0 nm

Número do Pico	*Nome*	*Tempo de Retenção*	*Área*	*Concentração NORM*

Relatório de Normalização

Método: C:\Enterprise\Projects\Qualificação\Method\Qualificação.met
Arquivo de dados: C:\Enterprise\Projects\Qualificação\Result\Qualificação 2023\LDUV\LDUV.seq 001.rslt\LDUV 5
Usuário: Sistema (QPack)
Adquirido: 20/01/2023 13:22:27 (GMT -03:00)
Impresso: 20/01/2023 13:31:03 (GMT -03:00)



Resultados DAD: Sinal A, 273 nm/Lb:4 nm

Número do Pico	*Nome*	*Tempo de Retenção*	*Área*	*Concentração NORM*
1	Cafeina	1,352	2327273	**0,000**
Totais			2327273	**0,000**

Resultados Representação Gráfica de Espectro Máx


Número do Pico	*Nome*	*Tempo de Retenção*	*Área*	*Concentração NORM*

Resultados 200,0 nm

Número do Pico	*Nome*	*Tempo de Retenção*	*Área*	*Concentração NORM*

Relatório de Normalização

Método: **C:\Enterprise\Projects\Qualificação\Method\Qualificação.met**
Arquivo de dados: **C:\Enterprise\Projects\Qualificação\Result\Qualificação 2023\LIIN\LIIN.seq 001.rslt\LIIN 1.dat**
Usuário: **Sistema (QPack)**
Adquirido: **20/01/2023 13:31:34 (GMT -03:00)**
Impresso: **20/01/2023 13:40:32 (GMT -03:00)**



Resultados DAD: Sinal A, 273 nm/Lb:4 nm

Número do Pico	*Nome*	*Tempo de Retenção*	*Área*	*Concentração NORM*
1	Cafeina	1,323	16310	**0,000**
Totais			16310	**0,000**

Resultados 200,0 nm


Número do Pico	*Nome*	*Tempo de Retenção*	*Área*	*Concentração NORM*

Resultados Representação Gráfica de Espectro Máx

Número do Pico	*Nome*	*Tempo de Retenção*	*Área*	*Concentração NORM*

Relatório de Normalização

Método: **C:\Enterprise\Projects\Qualificação\Method\Qualificação.met**
Arquivo de dados: **C:\Enterprise\Projects\Qualificação\Result\Qualificação 2023\LIIN\LIIN.seq 001.rslt\LIIN 2**
Usuário: **Sistema (QPack)**
Adquirido: **20/01/2023 13:35:34 (GMT -03:00)**
Impresso: **20/01/2023 13:41:08 (GMT -03:00)**



Resultados DAD: Sinal A, 273 nm/Lb:4 nm

Número do Pico	*Nome*	*Tempo de Retenção*	*Área*	*Concentração NORM*
1	Cafeina	1,335	839916	**0,000**
Totais			839916	**0,000**

Resultados Representação Gráfica de Espectro Máx


Número do Pico	*Nome*	*Tempo de Retenção*	*Área*	*Concentração NORM*

Resultados 200,0 nm

Número do Pico	*Nome*	*Tempo de Retenção*	*Área*	*Concentração NORM*

Relatório de Normalização

Método: C:\Enterprise\Projects\Qualificação\Method\Qualificação.met
Arquivo de dados: C:\Enterprise\Projects\Qualificação\Result\Qualificação 2023\LIIN\LIIN.seq 001.rslt\LIIN 3
Usuário: Sistema (QPack)
Adquirido: 20/01/2023 13:39:37 (GMT -03:00)
Impresso: 20/01/2023 13:44:07 (GMT -03:00)



Resultados DAD: Sinal A, 273 nm/Lb:4 nm

Número do Pico	*Nome*	*Tempo de Retenção*	*Área*	*Concentração NORM*
1	Cafeina	1,343	1681809	**0,000**
Totais			1681809	**0,000**

Resultados Representação Gráfica de Espectro Máx


Número do Pico	*Nome*	*Tempo de Retenção*	*Área*	*Concentração NORM*

Resultados 200,0 nm

Número do Pico	*Nome*	*Tempo de Retenção*	*Área*	*Concentração NORM*

Relatório de Normalização

Método: **C:\Enterprise\Projects\Qualificação\Method\Qualificação.met**
Arquivo de dados: **C:\Enterprise\Projects\Qualificação\Result\Qualificação 2023\LIIN\LIIN.seq 001.rslt\LIIN 4**
Usuário: **Sistema (QPack)**
Adquirido: **20/01/2023 13:43:47 (GMT -03:00)**
Impresso: **20/01/2023 13:47:13 (GMT -03:00)**



Resultados DAD: Sinal A, 273 nm/Lb:4 nm

Número do Pico	*Nome*	*Tempo de Retenção*	*Área*	*Concentração NORM*
1	Cafeina	1,350	2524378	**0,000**
Totais			2524378	**0,000**

Resultados Representação Gráfica de Espectro Máx


Número do Pico	*Nome*	*Tempo de Retenção*	*Área*	*Concentração NORM*

Resultados 200,0 nm

Número do Pico	*Nome*	*Tempo de Retenção*	*Área*	*Concentração NORM*

Relatório de Normalização

Método: **C:\Enterprise\Projects\Qualificação\Method\Qualificação.met**
Arquivo de dados: **C:\Enterprise\Projects\Qualificação\Result\Qualificação 2023\LIIN\LIIN.seq 001.rslt\LIIN 5**
Usuário: **Sistema (QPack)**
Adquirido: **20/01/2023 13:47:59 (GMT -03:00)**
Impresso: **20/01/2023 13:51:54 (GMT -03:00)**



Resultados DAD: Sinal A, 273 nm/Lb:4 nm

Número do Pico	*Nome*	*Tempo de Retenção*	*Área*	*Concentração NORM*
1	Cafeina	1,357	3389815	**0,000**
Totais			3389815	**0,000**

Resultados 200,0 nm


Número do Pico	*Nome*	*Tempo de Retenção*	*Área*	*Concentração NORM*

Resultados Representação Gráfica de Espectro Máx

Número do Pico	*Nome*	*Tempo de Retenção*	*Área*	*Concentração NORM*

Relatório de Normalização

Método: C:\Enterprise\Projects\Qualificação\Method\Grad AB.met
Arquivo de dados: C:\Enterprise\Projects\Qualificação\Result\Qualificação 2023\Grad AB\Grad AB001.rslt\Grad AB001.dat
Usuário: Sistema (QPack)
Adquirido: 20/01/2023 14:34:42 (GMT -03:00)
Impresso: 20/01/2023 14:57:00 (GMT -03:00)



Resultados DAD: Sinal A, 273 nm/Lb:4 nm

Número do Pico	*Nome*	*Tempo de Retenção*	*Altura*
1	20%	4,217	204641
2	40%	7,178	413068
3	60%	10,002	621385
4	80%	13,107	828842
5	100%	16,185	1039960

Resultados 200,0 nm


Número do Pico	*Nome*	*Tempo de Retenção*	*Altura*

Resultados Representação Gráfica de Espectro Máx

Número do Pico	*Nome*	*Tempo de Retenção*	*Altura*

Relatório de Normalização

Método: C:\Enterprise\Projects\Qualificação\Method\Grad CD.met
Arquivo de dados: C:\Enterprise\Projects\Qualificação\Result\Qualificação 2023\Grad CD\Grad CD001.rslt\Grad CD001.dat
Usuário: Sistema (QPack)
Adquirido: 20/01/2023 14:59:40 (GMT -03:00)
Impresso: 20/01/2023 15:22:01 (GMT -03:00)



Resultados DAD: Sinal A, 273 nm/Lb:4 nm

Número do Pico	*Nome*	*Tempo de Retenção*	*Altura*
1	20%	3,683	210035
2	40%	7,155	412916
3	60%	10,053	620143
4	80%	13,125	828734
6	100%	16,330	1039481

Totais			3111309

Resultados 200,0 nm

Número do Pico	*Nome*	*Tempo de Retenção*	*Altura*

Resultados Representação Gráfica de Espectro Máx

Número do Pico	*Nome*	*Tempo de Retenção*	*Altura*