1. AMBIENTE DE TESTES

1.1. Registro do Pessoal de Teste

Todo pessoal envolvido nos resultados de execução, testemunha ou revisão em qualquer fase do teste deve Iniciaisr na tabela a seguir:

Nome	Cargo	Função*	Iniciais
Rafael de Souza Costa	Técnico de manutenção	Executor	RC
Wendell Matheus da Silva Gambeta	Técnico de manutenção Jr.	Testemunha	WG
Alaôr Alves de Oliveira Júnior	Analista de rede	Testemunha	AO
Danilo de Souza Melo	Engenheiro de Manutenção	Revisor	DM
Letícia Maria de Santana	Coordenadora da Garantia da Qualidade	Aprovação	LS

*Função na Validação (ex. Executor ou Testemunha ou Revisor).

1.2. *Hardware* Desafiado

Abaixo deverá ser listado o conjunto de ***hardware*** do projeto a ser desafiado nesta fase:

Quantidade	Descrição	Número de Série
01	Degasser - G1379A	JP13205217
01	QuatPump - G1311A	DE23920841
01	ALS - G1329A	DE43616935
	ALS Therm – G1330B	DE13213970
01	TCC - G1316A	DE23930303
01	DAD - G1315D	DE64261556
01	Mouse Logitech M-U0026	MS 0038
01	Teclado Logitech K120	2223SC31ASS8
01	Monitor HP L1750	TV 0035

Quantidade	Descrição	Número de Série
01	CPU Dell	PC0030
Responsável pelo preenchimento (iniciais):	JA	Data:16/01/2025

1.3. *Software* Desafiado

Abaixo deverá ser listado o conjunto de ***software*** do projeto a ser desafiado nesta fase:

Quantidade	Descrição	Versão

Quantidade	Descrição	Versão
Responsável pelo preenchimento (iniciais):	RC	Data:16/01/2025

1.4. Aplicações Desafiadas

Abaixo deverá ser listado o conjunto de aplicações do projeto a ser desafiado nesta fase:

Item de *Software* Padrão	Versão no Início	Versão no Final
Windows 10 Pro	22H2	22H2
Agilent OpenLAB - EZChrom Edition	V A.04.10 BUILD 04.10.32	V A.04.10 BUILD 04.10.32
Responsável pelo preenchimento (iniciais):	RC	Data:16/01/2025

1.5. Contas de Usuários de Testes

Abaixo deverão ser listadas as contas de usuários utilizadas na aplicação dos testes.

Conta nº	Usuário	Privilégio de Acesso

Conta nº	Usuário	Privilégio de Acesso

Responsável pelo preenchimento (iniciais):	RC	Data:16/01/2025

1.6. Equipamentos *e Softwares* Utilizados nos Testes (quando aplicável)

Abaixo deverá ser listado o conjunto de equipamentos e ***softwares*** utilizados para simulações de forma que viabilize a realização dos testes:

Equipamento/*Software* Utilizado	Versão	Número de Série
Responsável pelo preenchimento (iniciais):	RC	Data:16/01/2025

2. ROTEIROS DE TESTES

2.1. Requisitos de Controle de Acesso

Objetivo	O objetivo deste teste é verificar se o sistema atende aos requisitos de controle de acesso.	Página do roteiro:	6 - 8
Critério de aceitação	Os testes serão aceitos se os resultados coincidirem com os resultados esperados.	Anexo:	QP 2.1 01-01 a QP 2.1 09-02
Referência na AR	6.4.3; 6.4.4; 6.4.5; 6.4.13; 6.4.14; 6.10.2; 6.10.7; 6.10.10		
Pré-requisitos	Acesso do Administrador do sistema ***OpenLab*** para verificação dos usuários cadastrados		

Passo do Teste	Referência / Ação	Dado a ser registrado	Evidência / Registro de Incidente	Resultado Esperado	Aprovado / Reprovado Iniciais do executor
1	Verificar se o sistema ***OpenLab*** está protegido por senha.	O sistema está protegido por senha? ☒Sim ☒Não	Sistema protegido por senha Anexo 2.1 01-01	Sistema poder habilitar senha única por usuário (ID única).	Aprovado RC
2	Evidenciar perfil Administrador (Administrador de Usuários). Suas funções estão relacionadas a administração nível TI.	Usuários com perfil Administrador de Usuários: Administrador / QPack	Usuários cadastrados Anexo QP 2.1 02-01 QP 2.1 02-02	Usuários corretamente treinados no procedimento.	Aprovado RC
3	Evidenciar perfil Administrador (Administrador do Sistema).	Usuários com perfil Administrador do Sistema: N/A	Usuário cadastrado Anexo QP 2.1 03-01	Usuários corretamente treinados no procedimento.	Aprovado RC

Passo do Teste	Referência / Ação	Dado a ser registrado	Evidência / Registro de Incidente	Resultado Esperado	Aprovado / Reprovado Iniciais do executor
	Suas funções estão relacionadas a administração geral do sistema.				
4	Evidenciar perfil ***Instrument Administrator*** (gerencia instrumentos e localizações).	Usuários com perfil ***Instrument Administrator***: N/A	Usuário cadastrado Anexo QP 2.1 04-01	Usuários corretamente treinados no procedimento.	Aprovado RC
5	Evidenciar perfil ***Project Administrator*** (gerencia projetos e grupo de projetos).	Usuários com perfil ***Project Administrator***: N/A	Usuário cadastrado Anexo QP 2.1 05-01	Usuários corretamente treinados no procedimento.	Aprovado RC
6	Evidenciar perfil ***Instrument User*** (Visualiza e executa o instrumento).	Usuários com perfil ***Instrument User***: N/A	Usuário cadastrado Anexo QP 2.1 06-01 QP 2.1 06-02	Usuários corretamente treinados no procedimento.	Aprovado RC
7	Evidenciar perfil Analista ***EZChrom***.	Usuários com perfil Analista ***EZChrom***: N/A	Usuário cadastrado Anexo QP 2.1 06-02	Usuários corretamente treinados no procedimento.	Aprovado RC

Passo do Teste	Referência / Ação	Dado a ser registrado	Evidência / Registro de Incidente	Resultado Esperado	Aprovado / Reprovado Iniciais do executor
Comentários	Usuário registrados nos sistemas Agilent OpenLAB CDS - EZChrom Edition com sucesso.				
Resultado do teste como um todo	Referência do relatório de incidência	Iniciais da testemunha	Data	Iniciais do Revisor	Data
Aprovado	N/A	WG	16/01/2025	DM	16/01/2025

2.2. Análise de Produto

Objetivo	O objetivo deste teste é verificar se o sistema gera análises de produtos e gerencia corretamente os dados cromatográficos dos equipamentos.	Página do roteiro:	9 - 12
Critério de aceitação	Os testes serão aceitos se os resultados coincidirem com os resultados esperados.	Anexo:	QP 2.2 01-01 a QP 2.2 10-01
Referência na AR	6.7.5; 6.7.6	Corrida n°	01
Pré-requisitos	Acesso ao sistema ***OpenLab*** com usuário que tenha privilégio de acesso iniciar e finalizar a análise.		

Passo do Teste	Referência / Ação	Dado a ser registrado	Evidência / Registro de Incidente	Resultado Esperado	Aprovado / Reprovado Iniciais do executor
1	Inicie o sistema, e crie uma sequência nova para realizar a análise	Quantas sequências selecionadas? N/A	N/A	Sequência de corrida selecionada com sucesso.	N/A
2	Inclua o ID da amostra.	ID da amostra: N/A	N/A	ID da amostra inserido no campo com sucesso.	N/A
3	Indique o Nome do Método a ser executado.	Método: N/A	N/A	Nome do método inserido com sucesso.	N/A

Passo do Teste	Referência / Ação	Dado a ser registrado	Evidência / Registro de Incidente	Resultado Esperado	Aprovado / Reprovado Iniciais do executor
4	Clique em Abrir Arquivo e selecione ID arquivo.dat Sendo que o ID arquivo será o mesmo nome incluído no passo anterior do ID da amostra.	ID do arquivo: N/A	N/A	ID do arquivo inserido com sucesso.	N/A
5	Salve a sequência. Inicie o procedimento para análise via sequência selecionada. No campo ***Result path***, indique o local onde os dados serão salvos. Clique no botão Procurar Pasta para selecionar a pasta de resultados (.rslt).	Result path: N/A	N/A	Local onde os dados salvos inserido com sucesso.	N/A
6	No campo Nome Res. digite ID Amostra.	Result name: N/A	N/A	Nome do arquivo de resultados.	N/A
7	Selecione ***Submit*** (Start)	Dados selecionados foram submetidos à análise? ☐Sim ☒Não	N/A	Sistema iniciar a análise corretamente.	N/A

Passo do Teste	Referência / Ação	Dado a ser registrado	Evidência / Registro de Incidente	Resultado Esperado	Aprovado / Reprovado Iniciais do executor
8	Evidenciar a aplicação da assinatura na aprovação final de uma análise pelo analista.	Sistema solicita assinatura eletrônica na aprovação final da análise? ☐Sim ☒Não Analista: N/A	N/A	Sistema solicita assinatura eletrônica na aprovação final da análise.	N/A
9	Verificar a impressão do relatório de análise.	Relatório impresso? ☐Sim ☒Não	N/A	Impressões corretas com ***layout*** correto e sem possuir campos desformatados.	N/A
10	Extrair e imprimir relatório da trilha de auditoria da análise realizada.	Sistema permite extrair relatório de trilha de auditoria? ☐Sim ☒Não	N/A	Mensagens na trilha de auditoria devem ser claras e objetivas facilitando a compreensão do conteúdo pelos usuários.	N/A

Passo do Teste	Referência / Ação	Dado a ser registrado	Evidência / Registro de Incidente	Resultado Esperado	Aprovado / Reprovado Iniciais do executor
11	Verificar se o sistema apresentou alguma lentidão durante a corrida ou lentidão para abertura de relatórios.	Sistema apresenta alguma lentidão durante a corrida ou na abertura de relatórios? ☐Sim ☒Não	N/A	Sistema não apresenta lentidão durante a corrida ou na abertura de relatórios.	Aprovado JA

Comentários	

Resultado do teste como um todo	Referência do relatório de incidência	Iniciais da testemunha	Data	Iniciais do Revisor	Data
Aprovado	N/A	WG	16/01/2025	DM	16/01/2025

2.3. Procedimento Operacional Padrão

Objetivo	O objetivo deste teste é verificar se para o sistema foram elaborados procedimentos operacionais padrão e se usuários foram treinados nestes procedimentos.	Página do roteiro:	13 - 18
Critério de aceitação	Os testes serão aceitos se os resultados coincidirem com os resultados esperados.	Anexo:	QP 2.3 01-01 a QP 2.3 12-01
Referência na AR	6.1.6; 6.2.4; 6.7.7; 6.8.5; 6.9.2; 6.9.3; 6.10.7.	Corrida n°	N/A
Pré-requisitos	Procedimentos elaborados e aprovados.		

Passo do Teste	Referência / Ação	Dado a ser registrado	Evidência / Registro de Incidente	Resultado Esperado	Aprovado / Reprovado Iniciais do executor
1	Evidenciar a existência do procedimento de Operação do Sistema.	Código do POP: N/A Versão: --	N/A	POP efetivado e usuários treinados.	N/A
2	Evidenciar nos procedimentos de Operação do Sistema a menção sobre a conscientização da utilização de usuário e senhas individuais.	Código do POP: N/A ITEM: -- Versão: --	N/A	POP efetivado e usuários treinados.	N/A
3	Evidenciar a existência de procedimento de Administração do Sistema referente ao processo de troca de senhas para usuários.	Código do POP: N/A Versão: --	N/A	POP efetivado e usuários treinados.	N/A

Passo do Teste	Referência / Ação	Dado a ser registrado	Evidência / Registro de Incidente	Resultado Esperado	Aprovado / Reprovado Iniciais do executor
4	Evidenciar a existência do procedimento de Administração do Sistema contemplando a forma de concessão de acesso e a forma de solicitação de acesso devendo o usuário estar treinado para receber acesso ao sistema.	Código do POP: N/A ITEM: -- Versão: --	N/A	POP efetivado e usuários treinados.	N/A
5	Evidenciar a existência de procedimento que contemple informações quanto ao desligamento ou mudança de área de colaboradores para o setor de TI.	Código do POP: N/A ITEM: -- Versão: --	N/A	POP efetivado e usuários treinados.	N/A
6	Evidenciar no procedimento de Administração do Sistema a menção sobre o processo de solicitação e troca de senha a TI.	Código do POP: N/A ITEM: -- Versão: --	N/A	POP efetivado e usuários treinados.	N/A
7	Evidenciar no procedimento de Administração do Sistema que os usuários utilizem padrão de senha com 8 (oito) caracteres alfanuméricos.	Código do POP: N/A ITEM: -- Versão: --	N/A	POP efetivado e usuários treinados.	N/A

Passo do Teste	Referência / Ação	Dado a ser registrado	Evidência / Registro de Incidente	Resultado Esperado	Aprovado / Reprovado Iniciais do executor
8	Evidenciar no procedimento de Administração do Sistema a necessidade de não exclusão de usuários no sistema, somente desabilitá-los.	Código do POP: N/A ITEM: -- Versão: --	N/A	POP efetivado e usuários treinados.	N/A
9	Evidenciar no procedimento de Administração do Sistema a menção sobre a realização do ***backup*** de dados de análises pelo período mínimo de 3 (três) anos.	Código do POP: N/A ITEM: -- Versão: --	N/A	POP efetivado e usuários treinados.	N/A
10	Evidenciar no procedimento de Administração do Sistema a menção sobre o padrão das justificativas dos campos obrigatórios do sistema: (A) Nome do arquivo; (B) Método; (C) Localização; (D) Descrição de dados; (E) ID da amostra.	Código do POP: N/A ITEM: -- Versão: --	N/A	POP efetivado e usuários treinados.	N/A

Passo do Teste	Referência / Ação	Dado a ser registrado	Evidência / Registro de Incidente	Resultado Esperado	Aprovado / Reprovado Iniciais do executor
11	Evidenciar no procedimento de Administração do Sistema a menção sobre a responsabilidade sobre a criação dos métodos analíticos.	Código do POP: N/A ITEM: -- Versão: --	N/A	POP efetivado e usuários treinados.	N/A
12	Evidenciar a existência do procedimento de Controle de Mudanças.	Procedimento está elaborado, aprovado e usuários treinados? ☐Sim ☒Não Versão: --	N/A	POP efetivado e usuários treinados.	N/A
13	Evidenciar nos procedimentos de Operação do Sistema a menção sobre a trilha de auditoria ser consultada para liberação do produto.	Código do POP: N/A ITEM: -- Versão: --	N/A	POP efetivado e usuários treinados.	N/A

Passo do Teste	Referência / Ação	Dado a ser registrado	Evidência / Registro de Incidente	Resultado Esperado	Aprovado / Reprovado Iniciais do executor
14	Evidenciar no procedimento de Administração do Sistema a menção sobre de quem é a responsabilidade para atribuição do perfil de acesso e a responsabilidade para acesso aos grupos criados.	Código do POP: N/A ITEM: -- Versão: --	N/A	POP efetivado e usuários treinados.	N/A
15	Evidenciar no procedimento de Administração do Sistema a menção sobre quais as regras deverão ser atendidas para criação de um projeto, nas regras referentes a "***Project Options***", "***Result Pack Mode***".	Código do POP: N/A ITEM: -- Versão: --	N/A	POP efetivado e usuários treinados.	N/A
16	Evidenciar no procedimento de Operação a menção sobre o passo a passo da criação do método.	Código do POP: N/A ITEM: -- Versão: --	N/A	POP efetivado e usuários treinados.	N/A

Passo do Teste	Referência / Ação	Dado a ser registrado	Evidência / Registro de Incidente	Resultado Esperado	Aprovado / Reprovado Iniciais do executor
17	Evidenciar no procedimento de Operação a menção sobre o registro de informações no Logbook referentes à quais análises foram executadas e em qual equipamento.	Código do POP: N/A ITEM: -- Versão: --	N/A	POP efetivado e usuários treinados.	N/A
18	Evidenciar no procedimento de TI que mencione acessos via VPN.	Código do POP: N/A ITEM: -- Versão: --	N/A	POP efetivado e usuários treinados.	N/A

Comentários					
Resultado do teste como um todo	Referência do relatório de incidência	Iniciais da testemunha	Data	Iniciais do Revisor	Data
Aprovado	N/A	WG	16/01/2025	DM	16/01/2025

3. FORMULÁRIO DE PROGRESSO DE TESTES E REVISÃO PÓS-TESTES

Referência do Teste	Primeira Execução		Segunda Execução	
	Resultado	Observações	Resultado	Observações
2.1	Aprovado	N/A		
2.2	Aprovado	N/A		
2.3	Aprovado	N/A		

Iniciais do executor: JA Data: 16/08/2023	Iniciais do executor: Data: ____/____/_____

4. SUMÁRIO DE INCIDENTES DE TESTES

Incidência n°.	Breve descrição do incidente	CM Nº	RNC Nº	Proposta

Iniciais do executor: JA Data: 16/08/2023

5. ACEITAÇÃO FINAL

CERTIFICADO DE ACEITAÇÃO

Confirmamos que os testes de Qualificação de Performance do sistema OpenLab CDS EZChrom versão 3.4 Build 3.4.2.179 foram concluídos satisfatoriamente e o processo de validação está finalizado.

Em nome da
QPack

.....

Assinatura Digital

Em nome da
Valer Laboratórios
Garantia da Qualidade

.....

Assinatura Digital


Observação:

Protocolo de Qualificação de Operação – 041-25 – PQP

Documento: VSC-PQO 02 **Versão:** 00

Departamento: Documentação **Certificado:** VALIDAÇÃO

PQP - turar




Protocolo de Qualificação de Operação – 041-25 – PQP

Documento: VSC-PQO 02 **Versão:** 00

Departamento: Documentação **Certificado:** VALIDAÇÃO

PQP - 2.11 01-01




Protocolo de Qualificação de Operação – 041-25 – PQP


Documento: VSC-PQO 02 **Versão:** 00

Departamento: Documentação **Certificado:** VALIDAÇÃO

PQP - 2.11 01-02



PQP - 2.11 01-03



Enterprise
Arquivo
Início
Compartilhar
Exibir
Este Computador › Disco Local (C:) › Enterprise
Pesquisar em Enterprise
Acesso rápido
Área de Trabalho
Downloads
Documentos
Imagens
LAB
SA_0085_24_Dicloridrato de betaistina_32mg
SA_0084_24_Betaistina_32mg_48mg_Bulk1N
SA_0081_24_Betaistina_32mg_48mg_6M_30
SA_0082_24_Betaistina_32mg_48mgL_9mes
SA_0130_24_Betaistina_32mg_48mg_Sumári
SA_0074_24_Betaistina_32_48mg_3 meses_e
SA_0083_24_Betaistina_32mg_48mg_Fotoest
SA_0304_24_Tramadol_Dipirona_estabilidad
- Fichas de calculos pre-preenchidas
PQI
Qualificação HPL 35 13.01.2025
Sequence
OneDrive
Este Computador
Área de Trabalho
Documentos
Downloads
Imagens
Músicas
Objetos 3D
Vídeos
Disco Local (C:)
Rede
Nome
Data de modificação
Tipo
Tamanho
_Config 15/10/2024 17:07 Pasta de arquivos
Baseline 15/10/2024 16:51 Pasta de arquivos
Preview 30/10/2024 15:17 Pasta de arquivos
Projects 02/01/2025 10:17 Pasta de arquivos
Propriedades de Projects
Versões Anteriores
Personalizado
Geral
Compartilhamento
Segurança
Nome do objeto: C:\Enterprise\Projects
Nomes de grupo ou de usuário:
Todos
Usuários autenticados
SISTEMA
Para alterar permissões, clique em Editar.
Editar...
Permissões para Usuários autenticados
Permitir
Negar
Controle total
Modificar
Ler & executar
Listar conteúdo da pasta
Leitura
Gravar
Para permissões especiais ou configurações avançadas, clique em Avançadas.
Avançadas
OK
Cancelar
Aplicar
Nenhuma visualização disponível.
4 itens
1 item selecionado
Pesquisar
10:12
16/01/2025

Protocolo de Qualificação de Operação – 041-25 – PQP

Documento: VSC-PQO 02 **Versão:** 00

Departamento: Documentação **Certificado:** VALIDAÇÃO

PQP - 2.11 01-04




Protocolo de Qualificação de Operação – 041-25 – PQP

Documento: VSC-PQO 02 **Versão:** 00

Departamento: Documentação **Certificado:** VALIDAÇÃO

PQP - 2.11 01-05




Protocolo de Qualificação de Operação – 041-25 – PQP


Documento: VSC-PQO 02 **Versão:** 00

Departamento: Documentação **Certificado:** VALIDAÇÃO


PQP - 2.11 01-06



PQP - 2.11 01-07


Enterprise
Arquivo
Início
Compartilhar
Exibir
Este Computador › Disco Local (C:) › Enterprise
Pesquisar em Enterprise
Acesso rápido
Área de Trabalho
Downloads
Documentos
Imagens
LAB
SA_0085_24_Dicloridrato de betaistina_32mg
SA_0084_24_Betaistina_32mg_48mg_Bulk1N
SA_0081_24_Betaistina_32mg_48mg_6M_30
SA_0082_24_Betaistina_32mg_48mgL_9mes
SA_0130_24_Betaistina_32mg_48mg_Sumári
SA_0074_24_Betaistina_32_48mg_3 meses_e
SA_0083_24_Betaistina_32mg_48mg_Fotoest
SA_0304_24_Tramadol_Dipirona_estabilidad
- Fichas de calculos pre-preenchidas
PQI
Qualificação HPL 35 13.01.2025
Sequence
OneDrive
Este Computador
Área de Trabalho
Documentos
Downloads
Imagens
Músicas
Objetos 3D
Vídeos
Disco Local (C:)
Rede
Nome
Data de modificação
Tipo
Tamanho
_Config 15/10/2024 17:07 Pasta de arquivos
Baseline 15/10/2024 16:51 Pasta de arquivos
Preview 30/10/2024 15:17 Pasta de arquivos
Projects 02/01/2025 10:17 Pasta de arquivos
Propriedades de Projects
Versões Anteriores
Personalizado
Geral
Compartilhamento
Segurança
Nome do objeto: C:\Enterprise\Projects
Nomes de grupo ou de usuário:
SISTEMA
Administradores (PC0019\Administradores)
Usuários (PC0019\Usuários)
Para alterar permissões, clique em Editar.
Editar...
Permissões para Administradores
Permitir
Negar
Controle total
Modificar
Ler & executar
Listar conteúdo da pasta
Leitura
Gravar
Para permissões especiais ou configurações avançadas, clique em Avançadas.
Avançadas
OK
Cancelar
Aplicar
Nenhuma visualização disponível.
4 itens
1 item selecionado
Pesquisar
10:15
16/01/2025

PQP - 2.11 01-08



Enterprise
Arquivo
Início
Compartilhar
Exibir
Este Computador › Disco Local (C:) › Enterprise
Pesquisar em Enterprise
Acesso rápido
Área de Trabalho
Downloads
Documentos
Imagens
LAB
SA_0085_24_Dicloridrato de betaistina_32mg
SA_0084_24_Betaistina_32mg_48mg_Bulk1N
SA_0081_24_Betaistina_32mg_48mg_6M_30
SA_0082_24_Betaistina_32mg_48mgL_9mes
SA_0130_24_Betaistina_32mg_48mg_Sumári
SA_0074_24_Betaistina_32_48mg_3 meses_e
SA_0083_24_Betaistina_32mg_48mg_Fotoest
SA_0304_24_Tramadol_Dipirona_estabilidad
- Fichas de calculos pre-preenchidas
PQI
Qualificação HPL 35 13.01.2025
Sequence
OneDrive
Este Computador
Área de Trabalho
Documentos
Downloads
Imagens
Músicas
Objetos 3D
Vídeos
Disco Local (C:)
Rede
Nome
Data de modificação
Tipo
Tamanho
_Config 15/10/2024 17:07 Pasta de arquivos
Baseline 15/10/2024 16:51 Pasta de arquivos
Preview 30/10/2024 15:17 Pasta de arquivos
Projects 02/01/2025 10:17 Pasta de arquivos
Propriedades de Projects
Versões Anteriores
Personalizado
Geral
Compartilhamento
Segurança
Nome do objeto: C:\Enterprise\Projects
Nomes de grupo ou de usuário:
SISTEMA
Administradores (PC0019\Administradores)
Usuários (PC0019\Usuários)
Para alterar permissões, clique em Editar.
Editar...
Permissões para Administradores
Permitir
Negar
Modificar
Ler & executar
Listar conteúdo da pasta
Leitura
Gravar
Permissões especiais
Para permissões especiais ou configurações avançadas, clique em Avançadas.
Avançadas
OK
Cancelar
Aplicar
Nenhuma visualização disponível.
4 itens
1 item selecionado
Pesquisar
10:15
16/01/2025

Protocolo de Qualificação de Operação – 041-25 – PQP


Documento: VSC-PQO 02 **Versão:** 00

Departamento: Documentação **Certificado:** VALIDAÇÃO

PQP - 2.11 01-09



PQP - 2.11 01-10


Enterprise
Arquivo
Início
Compartilhar
Exibir
Este Computador › Disco Local (C:) › Enterprise
Pesquisar em Enterprise
Acesso rápido
Área de Trabalho
Downloads
Documentos
Imagens
LAB
SA_0085_24_Dicloridrato de betaistina_32mg
SA_0084_24_Betaistina_32mg_48mg_Bulk1N
SA_0081_24_Betaistina_32mg_48mg_6M_30
SA_0082_24_Betaistina_32mg_48mgL_9mes
SA_0130_24_Betaistina_32mg_48mg_Sumári
SA_0074_24_Betaistina_32_48mg_3 meses_e
SA_0083_24_Betaistina_32mg_48mg_Fotoest
SA_0304_24_Tramadol_Dipirona_estabilidad
- Fichas de calculos pre-preenchidas
PQI
Qualificação HPL 35 13.01.2025
Sequence
OneDrive
Este Computador
Área de Trabalho
Documentos
Downloads
Imagens
Músicas
Objetos 3D
Vídeos
Disco Local (C:)
Rede
Nome
Data de modificação
Tipo
Tamanho
_Config 15/10/2024 17:07 Pasta de arquivos
Baseline 15/10/2024 16:51 Pasta de arquivos
Preview 30/10/2024 15:17 Pasta de arquivos
Projects 02/01/2025 10:17 Pasta de arquivos
Propriedades de Projects
Versões Anteriores
Personalizado
Geral
Compartilhamento
Segurança
Nome do objeto: C:\Enterprise\Projects
Nomes de grupo ou de usuário:
SISTEMA
Administradores (PC0019\Administradores)
Usuários (PC0019\Usuários)
Para alterar permissões, clique em Editar.
Editar...
Permissões para Usuários
Permitir
Negar
Modificar
Ler & executar
Listar conteúdo da pasta
Leitura
Gravar
Permissões especiais
Para permissões especiais ou configurações avançadas, clique em Avançadas.
Avançadas
OK
Cancelar
Aplicar
Nenhuma visualização disponível.
4 itens
1 item selecionado
Pesquisar
10:17
16/01/2025