
Method file : C:\Espectrofotometro\Diclofenaco sodico VP Dissolucao\DICLOFENACO.M
(modified)
Last update: Date 1/17/2024 Time 9:26:27 AM
Information : MA 148/23 - Diclofenaco
Data File : <data not saved>

Overlaid Spectra:



#	Name	Abs<440nm>	#	Name	Abs<440nm>
1	Branco_01	-6.1512E-5	15	Filtro A588/6_03	2.05270
2	Branco_02	-4.2963E-4	16	Filtro A588/3+4_	1.50490
3	Branco_03	-6.4611E-4	17	Filtro A588/3+4_	1.49030
4	Filtro A588/0_01	3.7925E-2	18	Filtro A588/3+4_	1.48910
5	Filtro A588/0_02	3.7403E-2	19	Filtro A588/3+6_	2.55260
6	Filtro A588/0_03	3.7332E-2	20	Filtro A588/3+6_	2.54910
7	Filtro A588/3_01	0.51726	21	Filtro A588/3+6_	2.54830
8	Filtro A588/3_02	0.51665	22	Filtro A588/4+6_	3.02690
9	Filtro A588/3 _0	0.51741	23	Filtro A588/4+6_	3.02650
10	Filtro A588/4_01	0.99010	24	Filtro A588/4+6_	3.02760
11	Filtro A588/4_02	0.98806	25	Filtro A588/_01	3.53350
12	Filtro A588/4_03	0.98783	26	Filtro A588/_02	3.52590
13	Filtro A588/6_01	2.05330	27	Filtro A588/_03	3.53440
14	Filtro A588/6_02	2.05290			

Report generated by : Juliana Signature: .....

*** End Fixed Wavelength Report ***