
Relatório de Qualificação - Teste de Exatidão do Comprimento de Onda - EDUV

Arquivo de Dados: C:\Enterprise\Projects\Qualificação\Result\LC-LABMAR-002 (Off-line).25 2024-02-08 10-14-55 (GMT -03-00).rslt\EDUV_001.dat
Método: C:\Enterprise\Projects\Qualificação\Method\EDUV.met
Adquirido: 08/02/2024 10:07:19 (GMT -03:00)
Impresso: 08/02/2024 10:17:42 (GMT -03:00)

Qtde Amostra: 1 Multiplicador: 1

TAG: LC-LABMAR-002 (Off-line) Amostra: EDUV
Vial: P1-A2 Volume: 10



Channel A

Resultados DAD: Sinal A, 273 nm/Lb:4 nm Ref 360 nm/Lb:100 nm


Name	Time	Area	Altura
Cafeína	1,085	99214642	38634620
Totais		99214642	38634620

Relatório de Qualificação - Teste de Precisão e Contaminação Cruzada do Sistema de Injeção - Branco_01

Arquivo de Dados: C:\Enterprise\Projects\Qualificação\Result\LC-LABMAR-002 (Off-line).25 2024-02-08 10-47-15 (GMT -03-00).rslt\Branco_01_002.dat
Método: C:\Enterprise\Projects\Qualificação\Method\PCIN.met
Adquirido: 08/02/2024 10:11:24 (GMT -03:00)
Impresso: 08/02/2024 10:47:19 (GMT -03:00)

Qtde Amostra: 1 Multiplicador: 1

TAG: LC-LABMAR-002 (Off-line) Amostra: Branco_01
Vial: P1-A1 Volume: 10



Channel A

Resultados DAD: Sinal A, 273 nm/Lb:4 nm Ref 360 nm/Lb:100 nm


Name	Time	Area	Altura
Cafeína			
Totais			

Relatório de Qualificação - Teste de Precisão e Contaminação Cruzada do Sistema de Injeção - PCIN_01

Arquivo de Dados: C:\Enterprise\Projects\Qualificação\Result\LC-LABMAR-002 (Off-line).25 2024-02-08 10-47-15 (GMT -03-00).rslt\PCIN_01_003.dat
Método: C:\Enterprise\Projects\Qualificação\Method\PCIN.met
Adquirido: 08/02/2024 10:15:26 (GMT -03:00)
Impresso: 08/02/2024 10:47:21 (GMT -03:00)

Qtde Amostra: 1 Multiplicador: 1

TAG: LC-LABMAR-002 (Off-line) Amostra: PCIN_01
Vial: P1-A2 Volume: 10



Channel A

Resultados DAD: Sinal A, 273 nm/Lb:4 nm Ref 360 nm/Lb:100 nm

Name	Time	Area	Altura
Cafeína	1,088	99214005	38719565


Totais		99214005	38719565

Relatório de Qualificação - Teste de Precisão e Contaminação Cruzada do Sistema de Injeção - PCIN_02

Arquivo de Dados: C:\Enterprise\Projects\Qualificação\Result\LC-LABMAR-002 (Off-line).25 2024-02-08 10-47-15 (GMT -03-00).rslt\PCIN_02_004.dat
Método: C:\Enterprise\Projects\Qualificação\Method\PCIN.met
Adquirido: 08/02/2024 10:19:27 (GMT -03:00)
Impresso: 08/02/2024 10:47:23 (GMT -03:00)

Qtde Amostra: 1 Multiplicador: 1

TAG: LC-LABMAR-002 (Off-line) Amostra: PCIN_02
Vial: P1-A2 Volume: 10



Channel A

Resultados DAD: Sinal A, 273 nm/Lb:4 nm Ref 360 nm/Lb:100 nm

Name	**Time**	**Area**	Altura
Cafeína	1,087	98917660	38824913


Totais		98917660	38824913

Relatório de Qualificação - Teste de Precisão e Contaminação Cruzada do Sistema de Injeção - PCIN_03

Arquivo de Dados: C:\Enterprise\Projects\Qualificação\Result\LC-LABMAR-002 (Off-line).25 2024-02-08 10-47-15 (GMT -03-00).rslt\PCIN_03_005.dat
Método: C:\Enterprise\Projects\Qualificação\Method\PCIN.met
Adquirido: 08/02/2024 10:23:30 (GMT -03:00)
Impresso: 08/02/2024 10:47:25 (GMT -03:00)

Qtde Amostra: 1 Multiplicador: 1

TAG: LC-LABMAR-002 (Off-line) Amostra: PCIN_03
Vial: P1-A2 Volume: 10



Channel A

Resultados DAD: Sinal A, 273 nm/Lb:4 nm Ref 360 nm/Lb:100 nm

Name	Time	Area	Altura
Cafeína	1,085	99006200	39073450


Totais		99006200	39073450

Relatório de Qualificação - Teste de Precisão e Contaminação Cruzada do Sistema de Injeção - Branco_02

Arquivo de Dados: C:\Enterprise\Projects\Qualificação\Result\LC-LABMAR-002 (Off-line).25 2024-02-08 10-47-15 (GMT -03-00).rslt\Branco_02_006.dat
Método: C:\Enterprise\Projects\Qualificação\Method\PCIN.met
Adquirido: 08/02/2024 10:27:35 (GMT -03:00)
Impresso: 08/02/2024 10:47:26 (GMT -03:00)

Qtde Amostra: 1 Multiplicador: 1

TAG: LC-LABMAR-002 (Off-line) Amostra: Branco_02
Vial: P1-A1 Volume: 10



Channel A

Resultados DAD: Sinal A, 273 nm/Lb:4 nm Ref 360 nm/Lb:100 nm


Name	Time	Area	Altura
Cafeína			
Totais			

Relatório de Qualificação - Teste de Precisão e Contaminação Cruzada do Sistema de Injeção - PCIN_04

Arquivo de Dados: C:\Enterprise\Projects\Qualificação\Result\LC-LABMAR-002 (Off-line).25 2024-02-08 10-47-15 (GMT -03-00).rslt\PCIN_04_007.dat
Método: C:\Enterprise\Projects\Qualificação\Method\PCIN.met
Adquirido: 08/02/2024 10:31:40 (GMT -03:00)
Impresso: 08/02/2024 10:47:28 (GMT -03:00)

Qtde Amostra: 1 Multiplicador: 1

TAG: LC-LABMAR-002 (Off-line) Amostra: PCIN_04
Vial: P1-A2 Volume: 10



Channel A

Resultados DAD: Sinal A, 273 nm/Lb:4 nm Ref 360 nm/Lb:100 nm


Name	Time	Area	Altura
Cafeína	1,085	99068561	39109577
Totais		99068561	39109577

Relatório de Qualificação - Teste de Precisão e Contaminação Cruzada do Sistema de Injeção - PCIN_05

Arquivo de Dados: C:\Enterprise\Projects\Qualificação\Result\LC-LABMAR-002 (Off-line).25 2024-02-08 10-47-15 (GMT -03-00).rslt\PCIN_05_008.dat
Método: C:\Enterprise\Projects\Qualificação\Method\PCIN.met
Adquirido: 08/02/2024 10:35:40 (GMT -03:00)
Impresso: 08/02/2024 10:47:30 (GMT -03:00)

Qtde Amostra: 1 Multiplicador: 1

TAG: LC-LABMAR-002 (Off-line) Amostra: PCIN_05
Vial: P1-A2 Volume: 10



Channel A

Resultados DAD: Sinal A, 273 nm/Lb:4 nm Ref 360 nm/Lb:100 nm


Name	Time	Area	Altura
Cafeína	1,083	98915333	39163568
Totais		98915333	39163568

Relatório de Qualificação - Teste de Precisão e Contaminação Cruzada do Sistema de Injeção - PCIN_06

Arquivo de Dados: C:\Enterprise\Projects\Qualificação\Result\LC-LABMAR-002 (Off-line).25 2024-02-08 10-47-15 (GMT -03-00).rslt\PCIN_06_009.dat
Método: C:\Enterprise\Projects\Qualificação\Method\PCIN.met
Adquirido: 08/02/2024 10:39:43 (GMT -03:00)
Impresso: 08/02/2024 10:47:32 (GMT -03:00)

Qtde Amostra: 1 Multiplicador: 1

TAG: LC-LABMAR-002 (Off-line) Amostra: PCIN_06
Vial: P1-A2 Volume: 10



Channel A

Resultados DAD: Sinal A, 273 nm/Lb:4 nm Ref 360 nm/Lb:100 nm

Name	**Time**	**Area**	Altura
Cafeína	1,085	98815185	39182628


Totais		98815185	39182628

Relatório de Qualificação - Teste de Precisão e Contaminação Cruzada do Sistema de Injeção - Branco_03

Arquivo de Dados: C:\Enterprise\Projects\Qualificação\Result\LC-LABMAR-002 (Off-line).25 2024-02-08 10-47-15 (GMT -03-00).rslt\Branco_03_010.dat
Método: C:\Enterprise\Projects\Qualificação\Method\PCIN.met
Adquirido: 08/02/2024 10:43:47 (GMT -03:00)
Impresso: 08/02/2024 10:47:34 (GMT -03:00)

Qtde Amostra: 1 Multiplicador: 1

TAG: LC-LABMAR-002 (Off-line) Amostra: Branco_03
Vial: P1-A1 Volume: 10



Channel A

Resultados DAD: Sinal A, 273 nm/Lb:4 nm Ref 360 nm/Lb:100 nm


Name	Time	Area	Altura
Cafeína			
Totais			

Relatório de Qualificação - Teste de Linearidade do Detector - LDUV_01

Arquivo de Dados: C:\Enterprise\Projects\Qualificação\Result\LC-LABMAR-002 (Off-line).25 2024-02-08 11-15-52 (GMT -03-00).rslt\LDUV_01_011.dat
Método: C:\Enterprise\Projects\Qualificação\Method\LDUV.met
Adquirido: 08/02/2024 10:54:54 (GMT -03:00)
Impresso: 08/02/2024 11:15:56 (GMT -03:00)

Qtde Amostra: 1 Multiplicador: 1

TAG: LC-LABMAR-002 (Off-line) Amostra: LDUV_01
Vial: P1-A3 Volume: 10



Channel A

Resultados DAD: Sinal A, 273 nm/Lb:4 nm Ref 360 nm/Lb:100 nm


Name	Time	Area	Altura
Cafeína	1,083	57923	24353
Totais		57923	24353

Relatório de Qualificação - Teste de Linearidade do Detector - LDUV_02

Arquivo de Dados: C:\Enterprise\Projects\Qualificação\Result\LC-LABMAR-002 (Off-line).25 2024-02-08 11-15-52 (GMT -03-00).rslt\LDUV_02_012.dat
Método: C:\Enterprise\Projects\Qualificação\Method\LDUV.met
Adquirido: 08/02/2024 10:58:57 (GMT -03:00)
Impresso: 08/02/2024 11:16:35 (GMT -03:00)

Qtde Amostra: 1 Multiplicador: 1

TAG: LC-LABMAR-002 (Off-line) Amostra: LDUV_02
Vial: P1-A4 Volume: 10



Channel A

Resultados DAD: Sinal A, 273 nm/Lb:4 nm Ref 360 nm/Lb:100 nm

Name	**Time**	**Area**	Altura
Cafeína	1,087	30720264	12111364


Totais		30720264	12111364

Relatório de Qualificação - Teste de Linearidade do Detector - LDUV_03

Arquivo de Dados: C:\Enterprise\Projects\Qualificação\Result\LC-LABMAR-002 (Off-line).25 2024-02-08 11-15-52 (GMT -03-00).rslt\LDUV_03_013.dat
Método: C:\Enterprise\Projects\Qualificação\Method\LDUV.met
Adquirido: 08/02/2024 11:02:57 (GMT -03:00)
Impresso: 08/02/2024 11:17:00 (GMT -03:00)

Qtde Amostra: 1 Multiplicador: 1

TAG: LC-LABMAR-002 (Off-line) Amostra: LDUV_03
Vial: P1-A5 Volume: 10



Channel A

Resultados DAD: Sinal A, 273 nm/Lb:4 nm Ref 360 nm/Lb:100 nm


Name	**Time**	**Area**	Altura
Cafeína	1,085	64762298	25697909
Totais		64762298	25697909

Relatório de Qualificação - Teste de Linearidade do Detector - LDUV_04

Arquivo de Dados: C:\Enterprise\Projects\Qualificação\Result\LC-LABMAR-002 (Off-line).25 2024-02-08 11-15-52 (GMT -03-00).rslt\LDUV_04_014.dat
Método: C:\Enterprise\Projects\Qualificação\Method\LDUV.met
Adquirido: 08/02/2024 11:06:58 (GMT -03:00)
Impresso: 08/02/2024 11:17:14 (GMT -03:00)

Qtde Amostra: 1 Multiplicador: 1

TAG: LC-LABMAR-002 (Off-line) Amostra: LDUV_04
Vial: P1-A6 Volume: 10



Channel A

Resultados DAD: Sinal A, 273 nm/Lb:4 nm Ref 360 nm/Lb:100 nm


Name	Time	Area	Altura
Cafeína	1,085	94294012	37119907
Totais		94294012	37119907

Relatório de Qualificação - Teste de Linearidade do Detector - LDUV_05

Arquivo de Dados: C:\Enterprise\Projects\Qualificação\Result\LC-LABMAR-002 (Off-line).25 2024-02-08 11-15-52 (GMT -03-00).rslt\LDUV_05_015.dat
Método: C:\Enterprise\Projects\Qualificação\Method\LDUV.met
Adquirido: 08/02/2024 11:10:55 (GMT -03:00)
Impresso: 08/02/2024 11:17:27 (GMT -03:00)

Qtde Amostra: 1 Multiplicador: 1

TAG: LC-LABMAR-002 (Off-line) Amostra: LDUV_05
Vial: P1-A7 Volume: 10



Channel A

Resultados DAD: Sinal A, 273 nm/Lb:4 nm Ref 360 nm/Lb:100 nm


Name	Time	Area	Altura
Cafeína	1,083	130591811	51829109
Totais		130591811	51829109

Relatório de Qualificação - Teste de Linearidade doInjetor - LIIN_01

Arquivo de Dados: C:\Enterprise\Projects\Qualificação\Result\LC-LABMAR-002 (Off-line).25 2024-02-08 11-31-44 (GMT -03-00).rslt\LIIN_01_016.dat
Método: C:\Enterprise\Projects\Qualificação\Method\LIIN.met
Adquirido: 08/02/2024 11:14:54 (GMT -03:00)
Impresso: 08/02/2024 11:31:48 (GMT -03:00)

Qtde Amostra: 1 Multiplicador: 1

TAG: LC-LABMAR-002 (Off-line) Amostra: LIIN_01
Vial: P1-A8 Volume: 0



Channel A

Resultados DAD: Sinal A, 273 nm/Lb:4 nm Ref 360 nm/Lb:100 nm

Name	**Time**	**Area**	Altura
Cafeína	1,070	312974	78935


Totais		312974	78935

Relatório de Qualificação - Teste de Linearidade doInjetor - LIIN_02

Arquivo de Dados: C:\Enterprise\Projects\Qualificação\Result\LC-LABMAR-002 (Off-line).25 2024-02-08 11-31-44 (GMT -03-00).rslt\LIIN_02_017.dat
Método: C:\Enterprise\Projects\Qualificação\Method\LIIN.met
Adquirido: 08/02/2024 11:18:51 (GMT -03:00)
Impresso: 08/02/2024 11:32:32 (GMT -03:00)

Qtde Amostra: 1 Multiplicador: 1

TAG: LC-LABMAR-002 (Off-line) Amostra: LIIN_02
Vial: P1-A8 Volume: 5



Channel A

Resultados DAD: Sinal A, 273 nm/Lb:4 nm Ref 360 nm/Lb:100 nm


Name	Time	Area	Altura
Cafeína	1,080	50918164	20338321
Totais		50918164	20338321

Relatório de Qualificação - Teste de Linearidade doInjetor - LIIN_03

Arquivo de Dados: C:\Enterprise\Projects\Qualificação\Result\LC-LABMAR-002 (Off-line).25 2024-02-08 11-31-44 (GMT -03-00).rslt\LIIN_03_018.dat
Método: C:\Enterprise\Projects\Qualificação\Method\LIIN.met
Adquirido: 08/02/2024 11:22:51 (GMT -03:00)
Impresso: 08/02/2024 11:32:45 (GMT -03:00)

Qtde Amostra: 1 Multiplicador: 1

TAG: LC-LABMAR-002 (Off-line) Amostra: LIIN_03
Vial: P1-A8 Volume: 10



Channel A

Resultados DAD: Sinal A, 273 nm/Lb:4 nm Ref 360 nm/Lb:100 nm


Name	Time	Area	Altura
Cafeína	1,087	101250387	40415000
Totais		101250387	40415000

Relatório de Qualificação - Teste de Linearidade doInjetor - LIIN_04

Arquivo de Dados: C:\Enterprise\Projects\Qualificação\Result\LC-LABMAR-002 (Off-line).25 2024-02-08 11-31-44 (GMT -03-00).rslt\LIIN_04_019.dat
Método: C:\Enterprise\Projects\Qualificação\Method\LIIN.met
Adquirido: 08/02/2024 11:26:53 (GMT -03:00)
Impresso: 08/02/2024 11:33:09 (GMT -03:00)

Qtde Amostra: 1 Multiplicador: 1

TAG: LC-LABMAR-002 (Off-line) Amostra: LIIN_04
Vial: P1-A8 Volume: 15



Channel A

Resultados DAD: Sinal A, 273 nm/Lb:4 nm Ref 360 nm/Lb:100 nm

Name	**Time**	**Area**	Altura
Cafeína	1,090	150958908	59568329


Totais		150958908	59568329

Relatório de Qualificação - Teste de Linearidade doInjetor - LIIN_05

Arquivo de Dados: C:\Enterprise\Projects\Qualificação\Result\LC-LABMAR-002 (Off-line).25 2024-02-08 11-36-42 (GMT -03-00).rslt\LIIN_05_020.dat
Método: C:\Enterprise\Projects\Qualificação\Method\LIIN.met
Adquirido: 08/02/2024 11:30:59 (GMT -03:00)
Impresso: 08/02/2024 11:39:28 (GMT -03:00)

Qtde Amostra: 1 Multiplicador: 1

TAG: LC-LABMAR-002 (Off-line) Amostra: LIIN_05
Vial: P1-A8 Volume: 20



Channel A


Resultados DAD: Sinal A, 273 nm/Lb:4 nm Ref 360 nm/Lb:100 nm

Name	Time	Area	Altura
Cafeína	1,097	201455267	78802411
Totais		201455267	78802411

Relatório de Qualificação - Teste de Sinal e Ruído - RELB_03

Arquivo de Dados: C:\Enterprise\Projects\Qualificação\Result\LC-LABMAR-002.25 2024-02-08 12-52-23 (GMT -03-00).rslt\RELB_03_023.dat
Método: C:\Enterprise\Projects\Qualificação\Method\RELB.met
Adquirido: 08/02/2024 12:17:26 (GMT -03:00)
Impresso: 08/02/2024 12:54:55 (GMT -03:00)

Qtde Amostra:	1	Multiplicador:	1
TAG:	LC-LABMAR-002	Amostra:	RELB_03
Vial:	P1-A9	Volume:	20




Channel A

Resultados DAD:
Sinal A, 250 nm/Lb:4 nm Ref 360 nm/Lb:100 nm

Name	**Time**	**Area**	Altura	S/N (ASTM)
Cafeína	1,098	88837837	33940745	84,627179

Totais		88837837	33940745	

Nome do Método: C:\Enterprise\Projects\Qualificação\Method\GRADIENTE AB.met
Data: C:\Enterprise\Projects\Qualificação\Result\LC-LABMAR-002 (Off-line).25 2024-02-08 14-51-54 (GMT -03-00).rslt\Gradiente_AB_003.dat
Usuário: SISTEMA (SISTEMA)
Adquirido: 08/02/2024 14:08:41 (GMT -03:00)
Impresso: 08/02/2024 15:03:23 (GMT -03:00)
TAG: LC-LABMAR-002 (Off-line) **Amostra:** Gradiente_AB
Vial: P1-A1 **Volume:** 0 µL




Resultados DAD: Sinal A, 273 nm/Lb:4 nm

Nome	*Tempo de Retenção*	*Área*	*Altura*
20%	3,152	273591634	**13228876**
40%	6,107	329327350	**26164970**
60%	9,098	384581060	**39256444**
80%	11,977	912582789	**52157585**
100%	15,308	1590226036	**65519465**

Totais		3490308869	**196327340**

Nome do Método: C:\Enterprise\Projects\Qualificação\Method\GRADIENTE CD.met
Data: C:\Enterprise\Projects\Qualificação\Result\LC-LABMAR-002 (Off-line).25 2024-02-08 14-51-54 (GMT -03-00).rslt\Gradiente_CD_004.dat
Usuário: SISTEMA (SISTEMA)
Adquirido: 08/02/2024 14:29:32 (GMT -03:00)
Impresso: 08/02/2024 15:02:56 (GMT -03:00)
TAG: LC-LABMAR-002 (Off-line) **Amostra:** Gradiente_CD
Vial: P1-A1 **Volume:** 0 µL



Resultados DAD: Sinal A, 273 nm/Lb:4 nm

Nome	*Tempo de Retenção*	*Área*	*Altura*
20%	3,285	146078396	**13163582**
40%	6,378	214230874	**26208650**
60%	9,285	481896132	**39191338**
80%	12,318	62747026	**52290842**
100%	14,887	595523409	**65444553**
Totais		1500475837	**196298965**