
366,0 nm | 0,142 Abs



ID da Amostra:

20.2 - Repetibilidade do C

Picos:

nm	Abs
360,451	0,914

356nm 0,516Abs


#	ID da Amostra	Nome do Usuário	Data e Hora
1	20.2 - Repetibilidade do Comprimento de Onda _ Teste 1	Lucas Mendes de Lima	04/02/2026 12:48

Lucas Mendes de Lima

32°C Ensolarado

POR PTB 12:49 04/02/2026

366,0 nm | 0,142 Abs



ID da Amostra:

20.2 - Repetibilidade do C(

Picos:

nm	Abs
360,441	0,912

357nm 1,076Abs


#	ID da Amostra	Nome do Usuário	Data e Hora
1	20.2 - Repetibilidade do Comprimento de Onda _ Teste 1	Lucas Mendes de Lima	04/02/2026 12:48
2	20.2 - Repetibilidade do Comprimento de Onda _ Teste 2	Lucas Mendes de Lima	04/02/2026 12:50

Lucas Mendes de Lima

32°C Ensolarado

POR PTB 12:51 04/02/2026

366,0 nm | 0,143 Abs



ID da Amostra:

20.2 - Repetibilidade do C

Picos:

nm	Abs
360,420	0,913


356nm 0,869Abs

#	ID da Amostra	Nome do Usuário	Data e Hora
1	20.2 - Repetibilidade do Comprimento de Onda _ Teste 1	Lucas Mendes de Lima	04/02/2026 12:48
2	20.2 - Repetibilidade do Comprimento de Onda _ Teste 2	Lucas Mendes de Lima	04/02/2026 12:50
3	20.2 - Repetibilidade do Comprimento de Onda _ Teste 3	Lucas Mendes de Lima	04/02/2026 12:52

Lucas Mendes de Lima

Três pessoas morrem...
POR PTB 12:55 04/02/2026

370,0 nm | 0,085 Abs



ID da Amostra:
20.3 - Resolução

Picos:

nm	Abs
360,399	0,913


361nm 1,079Abs

#	ID da Amostra	Nome do Usuário	Data e Hora
1	20.3 - Resolução	Lucas Mendes de Lima	04/02/2026 12:59

Lucas Mendes de Lima

32°C Ensolarado
POR PTB 13:05 04/02/2026

370,0 nm | 0,085 Abs



ID da Amostra:
20.3 - Resolução

Picos:

nm	Abs
360,399	0,913

361nm 1,079Abs

#	ID da Amostra	Nome do Usuário	Data e Hora
1	20.3 - Resolução	Lucas Mendes de Lima	04/02/2026 12:59


Lucas Mendes de Lima

32°C Ensolarado

POR PTB 13:05 04/02/2026

Amostras | Dados reportáveis | Modelo

#	ID da Amostra	Nome do Usuário	Data e Hora	440nm (Abs)
1	20.4 - Exatidão Fotométrica - G1	Lucas Mendes de Lima	04/02/2026 13:13	0,322




Lucas Mendes de Lima

32°C Ensolarado

POR PTB 13:18 04/02/2026

Amostras | Dados reportáveis | Modelo


#	ID da Amostra	Nome do Usuário	Data e Hora	440nm (Abs)
1	20.4 - Exatidão Fotométrica - G1	Lucas Mendes de Lima	04/02/2026 13:13	0,322
2	20.4 - Exatidão Fotométrica_ G2	Lucas Mendes de Lima	04/02/2026 13:23	1,063



Lucas Mendes de L

Amostras | Dados reportáveis | Modelo

#	ID da Amostra	Nome do Usuário	Data e Hora	440nm (Abs)
1	20.4 - Exatidão Fotométrica - G1	Lucas Mendes de Lima	04/02/2026 13:13	0,322
2	20.4 - Exatidão Fotométrica_ G2	Lucas Mendes de Lima	04/02/2026 13:23	1,063
3	20.4 - Exatidão Fotométrica_ G3	Lucas Mendes de Lima	04/02/2026 13:28	0,507




Lucas Mendes de Lima

AAPL34 +3,16%
POR PTB 13:29 04/02/2026

Amostras | Dados reportáveis | Modelo

#	ID da Amostra	Nome do Usuário	Data e Hora	361nm (Abs)
1	20.5 - Repetibilidade Fotométrica - Leitura1	Lucas Mendes de Lima	04/02/2026 13:46	0,786
2	20.5 - Repetibilidade Fotométrica - Leitura2	Lucas Mendes de Lima	04/02/2026 13:46	0,786
3	20.5 - Repetibilidade Fotométrica - Leitura3	Lucas Mendes de Lima	04/02/2026 13:47	0,786




Lucas Mendes de Lima

32°C Pred ensolarado
POR PTB 13:49 04/02/2026

Amostras | Dados reportáveis | Modelo

#	ID da Amostra	Nome do Usuário	Data e Hora	440nm (Abs)
1	20.6 - Linearidade Fotométrica - G1	Lucas Mendes de Lima	04/02/2026 13:53	0,324
2	20.6 - Linearidade Fotométrica - G2	Lucas Mendes de Lima	04/02/2026 13:54	1,064
3	20.6 - Linearidade Fotométrica - G3	Lucas Mendes de Lima	04/02/2026 13:55	0,509



Lucas Mendes de Lima

32°C Pred ensolarado
POR PTB 13:57 04/02/2026

Relatório da Verificação de Performance do Sistema

Nome da empresa: LAFEPE - Coordenadoria de Controle de Qualidade (COQUA)
Nome do Teste: Nivelamento da Linha de Base (Abs, 800-200 nm)
Operador: Lucas Mendes de Lima
Data: quarta-feira, 4 de fevereiro de 2026 14:03:51 (GMT-03:00)
Instrumento: Evolution One
Número de Série: EV1A135002

Descrição da Análise	Limite Alto	Limite Baixo	Análise	Resultado
Nivelamento da Linha de Base (Abs)	0,0010	-0,0010	0,0003	Passou

Verificação de assinatura foi bem sucedida.


Para: lucasl
Data: quarta-feira, 4 de fevereiro de 2026 14:11:43 (GMT-03:00)
Motivo: Authorship - signifies ownership

Desenvolvido por: _____ Data: _____

Aprovado por: _____ Data: _____

Comentários: _____

1000,0 nm | -0,001 Abs



ID da Amostra:

20.8 - Uniformidade da linh

Mínimo e Máximo:

nm	Abs
924,000	0,004
857,000	-0,005

211nm 0,005Abs


#	ID da Amostra	Nome do Usuário	Data e Hora
1	20.8 - Uniformidade da linha de Base1	Lucas Mendes de Lima	04/02/2026 15:06

Lucas Mendes de Lima

32°C Pred ensolarado
POR PTB 15:09 04/02/2026


Amostras | Dados reportáveis | Modelo

#	ID da Amostra	Nome do Usuário	Data e Hora	360nm (%T)
1	20.9 - Stray Light	Lucas Mendes de Lima	04/02/2026 15:49	0,028



Lucas Mendes de Lim

650,0 nm | 0,126 Abs



ID da Amostra:
Exat_Comp_Onda

Picos:

nm	Abs
233,909	3,593
445,328	2,649
459,883	1,164
453,379	1,045
360,684	0,930
279,167	0,562
287,722	0,437
536,104	0,382
418,449	0,244
637,117	0,188
333,951	0,162
483,953	0,131
385,808	0,094

247nm 0,423Abs

#	ID da Amostra	Nome do Usuário	Data e Hora
1	Exat_Comp_Onda	Lucas Mendes de Lima	04/02/2026 12:15

Lucas Mendes de Lima

32°C Ensolarado

POR PTB 12:25 04/02/2026