SPD-20A(Detector A)

Pump Off

Background

Scan


Help

Scan Parameters

Start Wavelength: 200 nm

Stop Wavelength: 300 nm

Scan Step: 1 nm



SAUVET INDÚSTRIA FARMACÊUTICA E VETERINÁRIA LTDA.

C:\LabSolutions\Data\Qualificação\2020\Branco 1.lcd

Arquivo: Branco 1.lcd
Operador: Admin
Amostra: Branco 1
Volume da injeção: 10 uL
Data da injeção: 25/03/2020
Método: Qualificação.lcm




Tabela de Picos

SPD-20A

Identificação	Tempo de Retenção (min)	Área
Cafeina	0.000	0

SAUVET INDÚSTRIA FARMACÊUTICA E VETERINÁRIA LTDA.

C:\LabSolutions\Data\Qualificação\2020\PCIN 1.lcd

Arquivo: PCIN 1.lcd
Operador: Admin
Amostra: PCIN 1
Volume da injeção: 10 uL
Data da injeção: 25/03/2020
Método: Qualificação.lcm




Tabela de Picos

SPD-20A

Identificação	Tempo de Retenção (min)	Área
Cafeina	1.703	740972

SAUVET INDÚSTRIA FARMACÊUTICA E VETERINÁRIA LTDA.

C:\LabSolutions\Data\Qualificação\2020\PCIN 2.lcd

Arquivo: PCIN 2.lcd
Operador: Admin
Amostra: PCIN 2
Volume da injeção: 10 uL
Data da injeção: 25/03/2020
Método: Qualificação.lcm




Tabela de Picos

SPD-20A

Identificação	Tempo de Retenção (min)	Área
Cafeina	1.701	741606

SAUVET INDÚSTRIA FARMACÊUTICA E VETERINÁRIA LTDA.

C:\LabSolutions\Data\Qualificação\2020\PCIN 3.lcd

Arquivo: PCIN 3.lcd
Operador: Admin
Amostra: PCIN 3
Volume da injeção: 10 uL
Data da injeção: 25/03/2020
Método: Qualificação.lcm




Tabela de Picos

SPD-20A

Identificação	Tempo de Retenção (min)	Área
Cafeina	1.700	744313

SAUVET INDÚSTRIA FARMACÊUTICA E VETERINÁRIA LTDA.

C:\LabSolutions\Data\Qualificação\2020\Branco 2.lcd

Arquivo: Branco 2.lcd
Operador: Admin
Amostra: Branco 2
Volume da injeção: 10 uL
Data da injeção: 25/03/2020
Método: Qualificação.lcm




Tabela de Picos

SPD-20A

Identificação	Tempo de Retenção (min)	Área
Cafeina	1.704	1146

SAUVET INDÚSTRIA FARMACÊUTICA E VETERINÁRIA LTDA.

C:\LabSolutions\Data\Qualificação\2020\PCIN 4.lcd

Arquivo: PCIN 4.lcd
Operador: Admin
Amostra: PCIN 4
Volume da injeção: 10 uL
Data da injeção: 25/03/2020
Método: Qualificação.lcm




Tabela de Picos

SPD-20A

Identificação	Tempo de Retenção (min)	Área
Cafeina	1.698	742783

SAUVET INDÚSTRIA FARMACÊUTICA E VETERINÁRIA LTDA.

C:\LabSolutions\Data\Qualificação\2020\PCIN 5.lcd

Arquivo: PCIN 5.lcd
Operador: Admin
Amostra: PCIN 5
Volume da injeção: 10 uL
Data da injeção: 25/03/2020
Método: Qualificação.lcm




Tabela de Picos

SPD-20A

Identificação	Tempo de Retenção (min)	Área
Cafeina	1.698	743356

SAUVET INDÚSTRIA FARMACÊUTICA E VETERINÁRIA LTDA.

C:\LabSolutions\Data\Qualificação\2020\PCIN 6.lcd

Arquivo: PCIN 6.lcd
Operador: Admin
Amostra: PCIN 6
Volume da injeção: 10 uL
Data da injeção: 25/03/2020
Método: Qualificação.lcm




Tabela de Picos

SPD-20A

Identificação	Tempo de Retenção (min)	Área
Cafeina	1.698	741574

SAUVET INDÚSTRIA FARMACÊUTICA E VETERINÁRIA LTDA.

C:\LabSolutions\Data\Qualificação\2020\Branco 3.lcd

Arquivo: Branco 3.lcd
Operador: Admin
Amostra: Branco 3
Volume da injeção: 10 uL
Data da injeção: 25/03/2020
Método: Qualificação.lcm




Tabela de Picos

SPD-20A

Identificação	Tempo de Retenção (min)	Área
Cafeina	1.703	917

SAUVET INDÚSTRIA FARMACÊUTICA E VETERINÁRIA LTDA.

C:\LabSolutions\Data\Qualificação\2020\LDUV 1.lcd

Arquivo: LDUV 1.lcd
Operador: Admin
Amostra: LDUV 1
Volume da injeção: 10 uL
Data da injeção: 25/03/2020
Método: Qualificação.lcm




Tabela de Picos

SPD-20A

Identificação	Tempo de Retenção (min)	Área
Cafeina	1.698	417

SAUVET INDÚSTRIA FARMACÊUTICA E VETERINÁRIA LTDA.

C:\LabSolutions\Data\Qualificação\2020\LDUV 2.lcd

Arquivo: LDUV 2.lcd
Operador: Admin
Amostra: LDUV 2
Volume da injeção: 10 uL
Data da injeção: 25/03/2020
Método: Qualificação.lcm




Tabela de Picos

SPD-20A

Identificação	Tempo de Retenção (min)	Área
Cafeina	1.696	250253

SAUVET INDÚSTRIA FARMACÊUTICA E VETERINÁRIA LTDA.

C:\LabSolutions\Data\Qualificação\2020\LDUV 3.lcd

Arquivo: LDUV 3.lcd
Operador: Admin
Amostra: LDUV 3
Volume da injeção: 10 uL
Data da injeção: 25/03/2020
Método: Qualificação.lcm




Tabela de Picos

SPD-20A

Identificação	Tempo de Retenção (min)	Área
Cafeina	1.694	486875

SAUVET INDÚSTRIA FARMACÊUTICA E VETERINÁRIA LTDA.

C:\LabSolutions\Data\Qualificação\2020\LDUV 4.lcd

Arquivo: LDUV 4.lcd
Operador: Admin
Amostra: LDUV 4
Volume da injeção: 10 uL
Data da injeção: 25/03/2020
Método: Qualificação.lcm




Tabela de Picos

SPD-20A

Identificação	Tempo de Retenção (min)	Área
Cafeina	1.695	758371

SAUVET INDÚSTRIA FARMACÊUTICA E VETERINÁRIA LTDA.

C:\LabSolutions\Data\Qualificação\2020\LDUV 5.lcd

Arquivo: LDUV 5.lcd
Operador: Admin
Amostra: LDUV 5
Volume da injeção: 10 uL
Data da injeção: 25/03/2020
Método: Qualificação.lcm




Tabela de Picos

SPD-20A

Identificação	Tempo de Retenção (min)	Área
Cafeina	1.695	980370

SAUVET INDÚSTRIA FARMACÊUTICA E VETERINÁRIA LTDA.

C:\LabSolutions\Data\Qualificação\2020\LIIN 1.lcd

Arquivo: LIIN 1.lcd
Operador: Admin
Amostra: LIIN 1
Volume da injeção: 1 uL
Data da injeção: 25/03/2020
Método: Qualificação.lcm




Tabela de Picos

SPD-20A

Identificação	Tempo de Retenção (min)	Área
Cafeina	1.676	317

SAUVET INDÚSTRIA FARMACÊUTICA E VETERINÁRIA LTDA.

C:\LabSolutions\Data\Qualificação\2020\LIIN 2.lcd

Arquivo: LIIN 2.lcd
Operador: Admin
Amostra: LIIN 2
Volume da injeção: 5 uL
Data da injeção: 25/03/2020
Método: Qualificação.lcm




Tabela de Picos

SPD-20A

Identificação	Tempo de Retenção (min)	Área
Cafeina	1.682	369766

SAUVET INDÚSTRIA FARMACÊUTICA E VETERINÁRIA LTDA.

C:\LabSolutions\Data\Qualificação\2020\LIIN 3.lcd

Arquivo: LIIN 3.lcd
Operador: Admin
Amostra: LIIN 3
Volume da injeção: 10 uL
Data da injeção: 25/03/2020
Método: Qualificação.lcm




Tabela de Picos

SPD-20A

Identificação	Tempo de Retenção (min)	Área
Cafeina	1.691	759709

SAUVET INDÚSTRIA FARMACÊUTICA E VETERINÁRIA LTDA.

C:\LabSolutions\Data\Qualificação\2020\LIIN 4.lcd

Arquivo: LIIN 4.lcd
Operador: Admin
Amostra: LIIN 4
Volume da injeção: 15 uL
Data da injeção: 25/03/2020
Método: Qualificação.lcm




Tabela de Picos

SPD-20A

Identificação	Tempo de Retenção (min)	Área
Cafeina	1.700	1152502

SAUVET INDÚSTRIA FARMACÊUTICA E VETERINÁRIA LTDA.

C:\LabSolutions\Data\Qualificação\2020\LIIN 5.lcd

Arquivo: LIIN 5.lcd
Operador: Admin
Amostra: LIIN 5
Volume da injeção: 20 uL
Data da injeção: 25/03/2020
Método: Qualificação.lcm




Tabela de Picos

SPD-20A

Identificação	Tempo de Retenção (min)	Área
Cafeina	1.708	1546096

SAUVET INDÚSTRIA FARMACÊUTICA E VETERINÁRIA LTDA.

C:\LabSolutions\Data\Qualificação\2020\Grad AB01.lcd

Arquivo: Grad AB01.lcd
Operador: Admin
Amostra: Grad AB
Volume da injeção: 1 uL
Data da injeção: 25/03/2020
Método: Grad AB.lcm




Tabela de Picos

SPD-20A

Identificação	Tempo de Retenção (min)	Height
20 %	4.219	111515
40 %	7.271	221863
60 %	10.048	330175
80 %	13.197	436763
100 %	16.100	542959

SAUVET INDÚSTRIA FARMACÊUTICA E VETERINÁRIA LTDA.

C:\LabSolutions\Data\Qualificação\2020\Grad CD01.lcd

Arquivo: Grad CD01.lcd
Operador: Admin
Amostra: Grad CD
Volume da injeção: 1 uL
Data da injeção: 25/03/2020
Método: Grad CD.lcm




Tabela de Picos

SPD-20A

Identificação	Tempo de Retenção (min)	Height
20 %	4.116	114050
40 %	7.242	224667
60 %	10.188	333359
80 %	13.223	440273
100 %	16.133	542800