
Relatório de Padrão Externo

Nome do Método: C:\Enterprise\HPLC-CQ-2\Agilent-CQ-2\Method\Qualificação HPLC 2.met
Data: C:\Enterprise\HPLC-CQ-2\Agilent-CQ-2\Result\EDUV008.rslt\EDUV.dat
Usuário: Sistema (QPACK)
Adquirido: 18/02/2019 10:55:46 (GMT -03:00)
Impresso: 18/02/2019 11:01:51 (GMT -03:00)



Resultados DAD: Sinal A, 273 nm/Lb:4 nm

Número do Pico	*Nome*	*Tempo de Retenção*	*Área*	*Concentração ESTD*
1	Cafeína	3,253	1620740	**0,000**
Totais			1620740	**0,000**

Resultados Representação Gráfica de Espectro Máx


Número do Pico	*Nome*	*Tempo de Retenção*	*Área*	*Concentração ESTD*

Resultados 190,0 nm

Número do Pico	*Nome*	*Tempo de Retenção*	*Área*	*Concentração ESTD*

Relatório de Padrão Externo

Nome do Método: C:\Enterprise\HPLC-CQ-2\Agilent-CQ-2\Method\Qualificação HPLC 2.met
Data: C:\Enterprise\HPLC-CQ-2\Agilent-CQ-2\Result\PCIN 001.rslt\Branco PCIN 001.dat
Usuário: Sistema (QPACK)
Adquirido: 18/02/2019 11:12:05 (GMT -03:00)
Impresso: 18/02/2019 13:42:50 (GMT -03:00)



Resultados DAD: Sinal A, 273 nm/Lb:4 nm

Número do Pico	*Nome*	*Tempo de Retenção*	*Área*	*Concentração ESTD*
	Cafeína			**0,000 BDL**
Totais				

Resultados Representação Gráfica de Espectro Máx


Número do Pico	*Nome*	*Tempo de Retenção*	*Área*	*Concentração ESTD*

Resultados 190,0 nm

Número do Pico	*Nome*	*Tempo de Retenção*	*Área*	*Concentração ESTD*

Relatório de Padrão Externo

Nome do Método: C:\Enterprise\HPLC-CQ-2\Agilent-CQ-2\Method\Qualificação HPLC 2.met
Data: C:\Enterprise\HPLC-CQ-2\Agilent-CQ-2\Result\PCIN 001.rslt\PCIN 001.dat
Usuário: Sistema (QPACK)
Adquirido: 18/02/2019 11:18:19 (GMT -03:00)
Impresso: 18/02/2019 13:43:47 (GMT -03:00)



Resultados DAD: Sinal A, 273 nm/Lb:4 nm

Número do Pico	*Nome*	*Tempo de Retenção*	*Área*	*Concentração ESTD*
1	Cafeína	3,300	1641693	**0,000**
Totais			1641693	**0,000**

Resultados Representação Gráfica de Espectro Máx


Número do Pico	*Nome*	*Tempo de Retenção*	*Área*	*Concentração ESTD*

Resultados 190,0 nm

Número do Pico	*Nome*	*Tempo de Retenção*	*Área*	*Concentração ESTD*

Relatório de Padrão Externo

Nome do Método: C:\Enterprise\HPLC-CQ-2\Agilent-CQ-2\Method\Qualificação HPLC 2.met
Data: C:\Enterprise\HPLC-CQ-2\Agilent-CQ-2\Result\PCIN 001.rslt\PCIN 002.dat
Usuário: Sistema (QPACK)
Adquirido: 18/02/2019 11:24:31 (GMT -03:00)
Impresso: 18/02/2019 13:45:16 (GMT -03:00)



Resultados DAD: Sinal A, 273 nm/Lb:4 nm

Número do Pico	*Nome*	*Tempo de Retenção*	*Área*	*Concentração ESTD*
1	Cafeína	3,193	1629827	**0,000**
Totais			1629827	**0,000**

Resultados Representação Gráfica de Espectro Máx


Número do Pico	*Nome*	*Tempo de Retenção*	*Área*	*Concentração ESTD*

Resultados 190,0 nm

Número do Pico	*Nome*	*Tempo de Retenção*	*Área*	*Concentração ESTD*

Relatório de Padrão Externo

Nome do Método: C:\Enterprise\HPLC-CQ-2\Agilent-CQ-2\Method\Qualificação HPLC 2.met
Data: C:\Enterprise\HPLC-CQ-2\Agilent-CQ-2\Result\PCIN 001.rslt\PCIN 003.dat
Usuário: Sistema (QPACK)
Adquirido: 18/02/2019 11:30:45 (GMT -03:00)
Impresso: 18/02/2019 13:45:54 (GMT -03:00)



Resultados DAD: Sinal A, 273 nm/Lb:4 nm

Número do Pico	*Nome*	*Tempo de Retenção*	*Área*	*Concentração ESTD*
1	Cafeína	3,207	1641078	**0,000**
Totais			1641078	**0,000**

Resultados Representação Gráfica de Espectro Máx


Número do Pico	*Nome*	*Tempo de Retenção*	*Área*	*Concentração ESTD*

Resultados 190,0 nm

Número do Pico	*Nome*	*Tempo de Retenção*	*Área*	*Concentração ESTD*

Relatório de Padrão Externo

Nome do Método: C:\Enterprise\HPLC-CQ-2\Agilent-CQ-2\Method\Qualificação HPLC 2.met
Data: C:\Enterprise\HPLC-CQ-2\Agilent-CQ-2\Result\PCIN 001.rslt\Branco PCIN 002.dat
Usuário: Sistema (QPACK)
Adquirido: 18/02/2019 11:37:00 (GMT -03:00)
Impresso: 18/02/2019 13:46:17 (GMT -03:00)



Resultados DAD: Sinal A, 273 nm/Lb:4 nm

Número do Pico	*Nome*	*Tempo de Retenção*	*Área*	*Concentração ESTD*
	Cafeína			**0,000 BDL**

Totais				

Resultados Representação Gráfica de Espectro Máx


Número do Pico	*Nome*	*Tempo de Retenção*	*Área*	*Concentração ESTD*

Resultados 190,0 nm

Número do Pico	*Nome*	*Tempo de Retenção*	*Área*	*Concentração ESTD*

Relatório de Padrão Externo

Nome do Método: C:\Enterprise\HPLC-CQ-2\Agilent-CQ-2\Method\Qualificação HPLC 2.met
Data: C:\Enterprise\HPLC-CQ-2\Agilent-CQ-2\Result\PCIN 001.rslt\PCIN 004.dat
Usuário: Sistema (QPACK)
Adquirido: 18/02/2019 11:43:11 (GMT -03:00)
Impresso: 18/02/2019 13:47:09 (GMT -03:00)



Resultados DAD: Sinal A, 273 nm/Lb:4 nm

Número do Pico	*Nome*	*Tempo de Retenção*	*Área*	*Concentração ESTD*
1	Cafeína	3,233	1659171	**0,000**
Totais			1659171	**0,000**

Resultados Representação Gráfica de Espectro Máx


Número do Pico	*Nome*	*Tempo de Retenção*	*Área*	*Concentração ESTD*

Resultados 190,0 nm

Número do Pico	*Nome*	*Tempo de Retenção*	*Área*	*Concentração ESTD*

Relatório de Padrão Externo

Nome do Método: C:\Enterprise\HPLC-CQ-2\Agilent-CQ-2\Method\Qualificação HPLC 2.met
Data: C:\Enterprise\HPLC-CQ-2\Agilent-CQ-2\Result\PCIN 001.rslt\PCIN 005.dat
Usuário: Sistema (QPACK)
Adquirido: 18/02/2019 11:49:24 (GMT -03:00)
Impresso: 18/02/2019 13:47:52 (GMT -03:00)



Resultados DAD: Sinal A, 273 nm/Lb:4 nm

Número do Pico	*Nome*	*Tempo de Retenção*	*Área*	*Concentração ESTD*
1	Cafeína	3,293	1643133	**0,000**
Totais			1643133	**0,000**

Resultados Representação Gráfica de Espectro Máx


Número do Pico	*Nome*	*Tempo de Retenção*	*Área*	*Concentração ESTD*

Resultados 190,0 nm

Número do Pico	*Nome*	*Tempo de Retenção*	*Área*	*Concentração ESTD*

Relatório de Padrão Externo

Nome do Método: C:\Enterprise\HPLC-CQ-2\Agilent-CQ-2\Method\Qualificação HPLC 2.met
Data: C:\Enterprise\HPLC-CQ-2\Agilent-CQ-2\Result\PCIN 001.rslt\PCIN 006.dat
Usuário: Sistema (QPACK)
Adquirido: 18/02/2019 11:55:35 (GMT -03:00)
Impresso: 18/02/2019 13:48:58 (GMT -03:00)



Resultados DAD: Sinal A, 273 nm/Lb:4 nm

Número do Pico	*Nome*	*Tempo de Retenção*	*Área*	*Concentração ESTD*
1	Cafeína	3,307	1645624	**0,000**
Totais			1645624	**0,000**

Resultados Representação Gráfica de Espectro Máx


Número do Pico	*Nome*	*Tempo de Retenção*	*Área*	*Concentração ESTD*

Resultados 190,0 nm

Número do Pico	*Nome*	*Tempo de Retenção*	*Área*	*Concentração ESTD*

Relatório de Padrão Externo

Nome do Método: C:\Enterprise\HPLC-CQ-2\Agilent-CQ-2\Method\Qualificação HPLC 2.met
Data: C:\Enterprise\HPLC-CQ-2\Agilent-CQ-2\Result\PCIN 001.rslt\Branco PCIN 003.dat
Usuário: Sistema (QPACK)
Adquirido: 18/02/2019 12:01:47 (GMT -03:00)
Impresso: 18/02/2019 13:49:26 (GMT -03:00)



Resultados DAD: Sinal A, 273 nm/Lb:4 nm

Número do Pico	*Nome*	*Tempo de Retenção*	*Área*	*Concentração ESTD*
	Cafeína			**0,000 BDL**
Totais				

Resultados Representação Gráfica de Espectro Máx


Número do Pico	*Nome*	*Tempo de Retenção*	*Área*	*Concentração ESTD*

Resultados 190,0 nm

Número do Pico	*Nome*	*Tempo de Retenção*	*Área*	*Concentração ESTD*

Relatório de Padrão Externo

Nome do Método: C:\Enterprise\HPLC-CQ-2\Agilent-CQ-2\Method\Qualificação HPLC 2.met
Data: C:\Enterprise\HPLC-CQ-2\Agilent-CQ-2\Result\LDUV e LIIN 001.rslt\LDUV 001.dat
Usuário: Sistema (QPACK)
Adquirido: 18/02/2019 12:22:32 (GMT -03:00)
Impresso: 18/02/2019 13:56:07 (GMT -03:00)



Resultados DAD: Sinal A, 273 nm/Lb:4 nm

Número do Pico	*Nome*	*Tempo de Retenção*	*Área*	*Concentração ESTD*
	Cafeína			**0,000 BDL**
Totais				

Resultados Representação Gráfica de Espectro Máx


Número do Pico	*Nome*	*Tempo de Retenção*	*Área*	*Concentração ESTD*

Resultados 190,0 nm

Número do Pico	*Nome*	*Tempo de Retenção*	*Área*	*Concentração ESTD*

Relatório de Padrão Externo

Nome do Método: C:\Enterprise\HPLC-CQ-2\Agilent-CQ-2\Method\Qualificação HPLC 2.met
Data: C:\Enterprise\HPLC-CQ-2\Agilent-CQ-2\Result\LDUV e LIIN 001.rslt\LDUV 002.dat
Usuário: Sistema (QPACK)
Adquirido: 18/02/2019 12:28:43 (GMT -03:00)
Impresso: 18/02/2019 13:57:04 (GMT -03:00)



Resultados DAD: Sinal A, 273 nm/Lb:4 nm

Número do Pico	*Nome*	*Tempo de Retenção*	*Área*	*Concentração ESTD*
1	Cafeína	3,280	838066	**0,000**
Totais			838066	**0,000**

Resultados Representação Gráfica de Espectro Máx


Número do Pico	*Nome*	*Tempo de Retenção*	*Área*	*Concentração ESTD*

Resultados 190,0 nm

Número do Pico	*Nome*	*Tempo de Retenção*	*Área*	*Concentração ESTD*

Relatório de Padrão Externo

Nome do Método: C:\Enterprise\HPLC-CQ-2\Agilent-CQ-2\Method\Qualificação HPLC 2.met
Data: C:\Enterprise\HPLC-CQ-2\Agilent-CQ-2\Result\LDUV e LIIN 001.rslt\LDUV 003.dat
Usuário: Sistema (QPACK)
Adquirido: 18/02/2019 12:34:56 (GMT -03:00)
Impresso: 18/02/2019 13:57:36 (GMT -03:00)



Resultados DAD: Sinal A, 273 nm/Lb:4 nm

Número do Pico	*Nome*	*Tempo de Retenção*	*Área*	*Concentração ESTD*
1	Cafeína	3,320	1666851	**0,000**
Totais			1666851	**0,000**

Resultados Representação Gráfica de Espectro Máx


Número do Pico	*Nome*	*Tempo de Retenção*	*Área*	*Concentração ESTD*

Resultados 190,0 nm

Número do Pico	*Nome*	*Tempo de Retenção*	*Área*	*Concentração ESTD*

Relatório de Padrão Externo

Nome do Método: C:\Enterprise\HPLC-CQ-2\Agilent-CQ-2\Method\Qualificação HPLC 2.met
Data: C:\Enterprise\HPLC-CQ-2\Agilent-CQ-2\Result\LDUV e LIIN 001.rslt\LDUV 004.dat
Usuário: Sistema (QPACK)
Adquirido: 18/02/2019 12:41:09 (GMT -03:00)
Impresso: 18/02/2019 13:58:11 (GMT -03:00)



Resultados DAD: Sinal A, 273 nm/Lb:4 nm

Número do Pico	*Nome*	*Tempo de Retenção*	*Área*	*Concentração ESTD*
1	Cafeína	3,360	2501131	**0,000**
Totais			2501131	**0,000**

Resultados Representação Gráfica de Espectro Máx


Número do Pico	*Nome*	*Tempo de Retenção*	*Área*	*Concentração ESTD*

Resultados 190,0 nm

Número do Pico	*Nome*	*Tempo de Retenção*	*Área*	*Concentração ESTD*

Relatório de Padrão Externo

Nome do Método: C:\Enterprise\HPLC-CQ-2\Agilent-CQ-2\Method\Qualificação HPLC 2.met
Data: C:\Enterprise\HPLC-CQ-2\Agilent-CQ-2\Result\LDUV e LIIN 001.rslt\LDUV 005.dat
Usuário: Sistema (QPACK)
Adquirido: 18/02/2019 12:47:27 (GMT -03:00)
Impresso: 18/02/2019 13:58:51 (GMT -03:00)



Resultados DAD: Sinal A, 273 nm/Lb:4 nm

Número do Pico	*Nome*	*Tempo de Retenção*	*Área*	*Concentração ESTD*
1	Cafeína	3,367	3417518	**0,000**
Totais			3417518	**0,000**

Resultados Representação Gráfica de Espectro Máx


Número do Pico	*Nome*	*Tempo de Retenção*	*Área*	*Concentração ESTD*

Resultados 190,0 nm

Número do Pico	*Nome*	*Tempo de Retenção*	*Área*	*Concentração ESTD*

Relatório de Padrão Externo

Nome do Método: C:\Enterprise\HPLC-CQ-2\Agilent-CQ-2\Method\Qualificação HPLC 2.met
Data: C:\Enterprise\HPLC-CQ-2\Agilent-CQ-2\Result\LIIN 001.rslt\LIIN 001.dat
Usuário: Sistema (QPACK)
Adquirido: 18/02/2019 14:04:36 (GMT -03:00)
Impresso: 18/02/2019 14:14:36 (GMT -03:00)



Resultados DAD: Sinal A, 273 nm/Lb:4 nm

Número do Pico	*Nome*	*Tempo de Retenção*	*Área*	*Concentração ESTD*
	Cafeína			**0,000 BDL**
Totais				

Resultados Representação Gráfica de Espectro Máx


Número do Pico	*Nome*	*Tempo de Retenção*	*Área*	*Concentração ESTD*

Resultados 190,0 nm

Número do Pico	*Nome*	*Tempo de Retenção*	*Área*	*Concentração ESTD*

Relatório de Padrão Externo

Nome do Método: C:\Enterprise\HPLC-CQ-2\Agilent-CQ-2\Method\Qualificação HPLC 2.met
Data: C:\Enterprise\HPLC-CQ-2\Agilent-CQ-2\Result\LIIN 001.rslt\LIIN 002.dat
Usuário: Sistema (QPACK)
Adquirido: 18/02/2019 14:10:52 (GMT -03:00)
Impresso: 18/02/2019 14:18:25 (GMT -03:00)



Resultados DAD: Sinal A, 273 nm/Lb:4 nm

Número do Pico	*Nome*	*Tempo de Retenção*	*Área*	*Concentração ESTD*
1	Cafeína	3,313	706175	**0,000**
Totais			706175	**0,000**

Resultados Representação Gráfica de Espectro Máx


Número do Pico	*Nome*	*Tempo de Retenção*	*Área*	*Concentração ESTD*

Resultados 190,0 nm

Número do Pico	*Nome*	*Tempo de Retenção*	*Área*	*Concentração ESTD*

Relatório de Padrão Externo

Nome do Método: C:\Enterprise\HPLC-CQ-2\Agilent-CQ-2\Method\Qualificação HPLC 2.met
Data: C:\Enterprise\HPLC-CQ-2\Agilent-CQ-2\Result\LIIN 001.rslt\LIIN 003.dat
Usuário: Sistema (QPACK)
Adquirido: 18/02/2019 14:17:06 (GMT -03:00)
Impresso: 18/02/2019 14:30:58 (GMT -03:00)



Resultados DAD: Sinal A, 273 nm/Lb:4 nm

Número do Pico	*Nome*	*Tempo de Retenção*	*Área*	*Concentração ESTD*
1	Cafeína	3,333	1396902	**0,000**
Totais			1396902	**0,000**

Resultados Representação Gráfica de Espectro Máx


Número do Pico	*Nome*	*Tempo de Retenção*	*Área*	*Concentração ESTD*

Resultados 190,0 nm

Número do Pico	*Nome*	*Tempo de Retenção*	*Área*	*Concentração ESTD*

Relatório de Padrão Externo

Nome do Método: C:\Enterprise\HPLC-CQ-2\Agilent-CQ-2\Method\Qualificação HPLC 2.met
Data: C:\Enterprise\HPLC-CQ-2\Agilent-CQ-2\Result\LIIN 001.rslt\LIIN 004.dat
Usuário: Sistema (QPACK)
Adquirido: 18/02/2019 14:23:23 (GMT -03:00)
Impresso: 18/02/2019 14:31:25 (GMT -03:00)



Resultados DAD: Sinal A, 273 nm/Lb:4 nm

Número do Pico	*Nome*	*Tempo de Retenção*	*Área*	*Concentração ESTD*
1	Cafeína	3,340	2083591	**0,000**
Totais			2083591	**0,000**

Resultados Representação Gráfica de Espectro Máx


Número do Pico	*Nome*	*Tempo de Retenção*	*Área*	*Concentração ESTD*

Resultados 190,0 nm

Número do Pico	*Nome*	*Tempo de Retenção*	*Área*	*Concentração ESTD*

Relatório de Padrão Externo

Nome do Método: C:\Enterprise\HPLC-CQ-2\Agilent-CQ-2\Method\Qualificação HPLC 2.met
Data: C:\Enterprise\HPLC-CQ-2\Agilent-CQ-2\Result\LIIN 001.rslt\LIIN 005.dat
Usuário: Sistema (QPACK)
Adquirido: 18/02/2019 14:29:40 (GMT -03:00)
Impresso: 18/02/2019 14:35:59 (GMT -03:00)



Resultados DAD: Sinal A, 273 nm/Lb:4 nm

Número do Pico	*Nome*	*Tempo de Retenção*	*Área*	*Concentração ESTD*
1	Cafeína	3,300	2812001	**0,000**
Totais			2812001	**0,000**

Resultados Representação Gráfica de Espectro Máx


Número do Pico	*Nome*	*Tempo de Retenção*	*Área*	*Concentração ESTD*

Resultados 190,0 nm

Número do Pico	*Nome*	*Tempo de Retenção*	*Área*	*Concentração ESTD*

Relatório de Padrão Externo

Nome do Método: C:\Enterprise\HPLC-CQ-2\Agilent-CQ-2\Method\Gradiente AB.met
Data: C:\Enterprise\HPLC-CQ-2\Agilent-CQ-2\Result\GRAD AB004.rslt\GRAD AB.dat
Usuário: Sistema (QPACK)
Adquirido: 18/02/2019 16:05:28 (GMT -03:00)
Impresso: 18/02/2019 16:36:18 (GMT -03:00)



Resultados DAD: Sinal A, 273 nm/Lb:4 nm

Número do Pico	*Nome*	*Tempo de Retenção*	*Altura*	*Concentração ESTD*
1	H20	3,493	112805	**0,000**
2	H40	6,393	236214	**0,000**
3	H60	8,433	359795	**0,000**
4	H80	9,793	475856	**0,000**
5	H100	12,693	589907	**0,000**
Totais			1764577	**0,000**

Resultados 190,0 nm

Número do Pico	*Nome*	*Tempo de Retenção*	*Altura*	*Concentração ESTD*

Resultados Representação Gráfica de Espectro Máx

Número do Pico	*Nome*	*Tempo de Retenção*	*Altura*	*Concentração ESTD*