



C:\Users\Mateus\Desktop\Atendimentos\Ecolyzer\Agilent\CMS 05\Result\CMS 05.83 2025-02-28 13-44-52 (GMT -03-00).rslt\E

Relatório de Normalização

Método: C:\Users\Mateus\Desktop\Atendimentos\Ecolyzer\Agilent\CMS 05\Method\Qualificação.met
Arquivo de dados: C:\Users\Mateus\Desktop\Atendimentos\Ecolyzer\Agilent\CMS 05\Result\CMS 05.83 2025-02-28 13-44-52 (GMT -03:00).rslt\EDUV 2025-02-28 13-45-00 (GMT -03:00).dat
Usuário: SISTEMA (SISTEMA)
Adquirido: 28/02/2025 13:45:58 (GMT -03:00)
Impresso: 06/03/2025 08:05:16 (GMT -03:00)




Resultados DAD: Sinal A, 273,0 nm/Lb:4,0 nm

Número do Pico	*Nome*	*Tempo de Retenção*	*Área*	*Altura*
1	Cafeína	1,133	7890185	**2314562**

Totais			7890185	**2314562**

Relatório de Normalização

Método: C:\Users\Mateus\Desktop\Atendimentos\Ecolyzer\Agilent\CMS 05\Method\Qualificação.met
Arquivo de dados: C:\Users\Mateus\Desktop\Atendimentos\Ecolyzer\Agilent\CMS 05\Result\CMS 05.83 2025-02-28 13-44-52 (GMT -03-00).rslt\Branco 01 2025-02-28 13-48-57 (GMT -03-00).dat
Usuário: SISTEMA (SISTEMA)
Adquirido: 28/02/2025 13:49:45 (GMT -03:00)
Impresso: 06/03/2025 08:05:38 (GMT -03:00)




Resultados DAD: Sinal A, 273,0 nm/Lb:4,0 nm

Número do Pico	*Nome*	*Tempo de Retenção*	*Área*	*Altura*
	Cafeína			
Totais				

Relatório de Normalização

Método: C:\Users\Mateus\Desktop\Atendimentos\Ecolyzer\Agilent\CMS 05\Method\Qualificação.met
Arquivo de dados: C:\Users\Mateus\Desktop\Atendimentos\Ecolyzer\Agilent\CMS 05\Result\CMS 05.83 2025-02-28 13-44-52 (GMT -03-00).rslt\PCIN 01 2025-02-28 13-52-41 (GMT -03-00).dat
Usuário: SISTEMA (SISTEMA)
Adquirido: 28/02/2025 13:53:29 (GMT -03:00)
Impresso: 06/03/2025 08:05:50 (GMT -03:00)




Resultados DAD: Sinal A, 273,0 nm/Lb:4,0 nm

Número do Pico	*Nome*	*Tempo de Retenção*	*Área*	*Altura*
1	Cafeína	1,133	24175445	**7136821**

Totais			24175445	**7136821**

Relatório de Normalização

Método: C:\Users\Mateus\Desktop\Atendimentos\Ecolyzer\Agilent\CMS 05\Method\Qualificação.met
Arquivo de dados: C:\Users\Mateus\Desktop\Atendimentos\Ecolyzer\Agilent\CMS 05\Result\CMS 05.83 2025-02-28 13-44-52 (GMT -03-00).rslt\PCIN 02 2025-02-28 13-56-25 (GMT -03-00).dat
Usuário: SISTEMA (SISTEMA)
Adquirido: 28/02/2025 13:57:14 (GMT -03:00)
Impresso: 06/03/2025 08:06:03 (GMT -03:00)




Resultados DAD: Sinal A, 273,0 nm/Lb:4,0 nm

Número do Pico	*Nome*	*Tempo de Retenção*	*Área*	*Altura*
1	Cafeína	1,133	24174261	**7108442**

Totais			24174261	**7108442**

Relatório de Normalização

Método: C:\Users\Mateus\Desktop\Atendimentos\Ecolyzer\Agilent\CMS 05\Method\Qualificação.met
Arquivo de dados: C:\Users\Mateus\Desktop\Atendimentos\Ecolyzer\Agilent\CMS 05\Result\CMS 05.83 2025-02-28 13-44-52 (GMT -03-00).rslt\PCIN 03 2025-02-28 14-00-09 (GMT -03-00).dat
Usuário: SISTEMA (SISTEMA)
Adquirido: 28/02/2025 14:00:56 (GMT -03:00)
Impresso: 06/03/2025 08:06:13 (GMT -03:00)




Resultados DAD: Sinal A, 273,0 nm/Lb:4,0 nm

Número do Pico	*Nome*	*Tempo de Retenção*	*Área*	*Altura*
1	Cafeína	1,133	24178931	**7142827**

Totais			24178931	**7142827**

Relatório de Normalização

Método: C:\Users\Mateus\Desktop\Atendimentos\Ecolyzer\Agilent\CMS 05\Method\Qualificação.met
Arquivo de dados: C:\Users\Mateus\Desktop\Atendimentos\Ecolyzer\Agilent\CMS 05\Result\CMS 05.83 2025-02-28 13-44-52 (GMT -03-00).rslt\Branco 02 2025-02-28 14-03-53 (GMT -03-00).dat
Usuário: SISTEMA (SISTEMA)
Adquirido: 28/02/2025 14:04:42 (GMT -03:00)
Impresso: 06/03/2025 08:09:19 (GMT -03:00)




Resultados DAD: Sinal A, 273,0 nm/Lb:4,0 nm

Número do Pico	*Nome*	*Tempo de Retenção*	*Área*	*Altura*
	Cafeína			
Totais				

Relatório de Normalização

Método: C:\Users\Mateus\Desktop\Atendimentos\Ecolyzer\Agilent\CMS 05\Method\Qualificação.met
Arquivo de dados: C:\Users\Mateus\Desktop\Atendimentos\Ecolyzer\Agilent\CMS 05\Result\CMS 05.83 2025-02-28 13-44-52 (GMT -03-00).rslt\PCIN 04 2025-02-28 14-07-37 (GMT -03-00).dat
Usuário: SISTEMA (SISTEMA)
Adquirido: 28/02/2025 14:08:25 (GMT -03:00)
Impresso: 06/03/2025 08:09:39 (GMT -03:00)




Resultados DAD: Sinal A, 273,0 nm/Lb:4,0 nm

Número do Pico	*Nome*	*Tempo de Retenção*	*Área*	*Altura*
1	Cafeína	1,140	24266332	**7157538**

Totais			24266332	**7157538**

Relatório de Normalização

Método: C:\Users\Mateus\Desktop\Atendimentos\Ecolyzer\Agilent\CMS 05\Method\Qualificação.met
Arquivo de dados: C:\Users\Mateus\Desktop\Atendimentos\Ecolyzer\Agilent\CMS 05\Result\CMS 05.83 2025-02-28 13-44-52 (GMT -03-00).rslt\PCIN 05 2025-02-28 14-11-21 (GMT -03-00).dat
Usuário: SISTEMA (SISTEMA)
Adquirido: 28/02/2025 14:12:10 (GMT -03:00)
Impresso: 06/03/2025 08:09:49 (GMT -03:00)




Resultados DAD: Sinal A, 273,0 nm/Lb:4,0 nm

Número do Pico	*Nome*	*Tempo de Retenção*	*Área*	*Altura*
1	Cafeína	1,140	24224506	**7148642**

Totais			24224506	**7148642**

Relatório de Normalização

Método: C:\Users\Mateus\Desktop\Atendimentos\Ecolyzer\Agilent\CMS 05\Method\Qualificação.met
Arquivo de dados: C:\Users\Mateus\Desktop\Atendimentos\Ecolyzer\Agilent\CMS 05\Result\CMS 05.83 2025-02-28 13-44-52 (GMT -03-00).rslt\PCIN 06 2025-02-28 14-15-04 (GMT -03-00).dat
Usuário: SISTEMA (SISTEMA)
Adquirido: 28/02/2025 14:15:52 (GMT -03:00)
Impresso: 06/03/2025 08:09:59 (GMT -03:00)




Resultados DAD: Sinal A, 273,0 nm/Lb:4,0 nm

Número do Pico	*Nome*	*Tempo de Retenção*	*Área*	*Altura*
1	Cafeína	1,140	24328623	**7174450**

Totais			24328623	**7174450**

Relatório de Normalização

Método: C:\Users\Mateus\Desktop\Atendimentos\Ecolyzer\Agilent\CMS 05\Method\Qualificação.met
Arquivo de dados: C:\Users\Mateus\Desktop\Atendimentos\Ecolyzer\Agilent\CMS 05\Result\CMS 05.83 2025-02-28 13-44-52 (GMT -03-00).rslt\Branco 03 2025-02-28 14-18-48 (GMT -03-00).dat
Usuário: SISTEMA (SISTEMA)
Adquirido: 28/02/2025 14:19:37 (GMT -03:00)
Impresso: 06/03/2025 08:11:06 (GMT -03:00)




Resultados DAD: Sinal A, 273,0 nm/Lb:4,0 nm

Número do Pico	*Nome*	*Tempo de Retenção*	*Área*	*Altura*
1	Cafeína	1,140	47100	**16359**

Totais			47100	**16359**

Relatório de Normalização

Método: C:\Users\Mateus\Desktop\Atendimentos\Ecolyzer\Agilent\CMS 05\Method\Qualificação.met
Arquivo de dados: C:\Users\Mateus\Desktop\Atendimentos\Ecolyzer\Agilent\CMS 05\Result\CMS 05.83 2025-02-28 13-44-52 (GMT -03-00).rslt\LDUV 01 2025-02-28 14-22-31 (GMT -03-00).dat
Usuário: SISTEMA (SISTEMA)
Adquirido: 28/02/2025 14:23:21 (GMT -03:00)
Impresso: 06/03/2025 08:11:18 (GMT -03:00)




Resultados DAD: Sinal A, 273,0 nm/Lb:4,0 nm

Número do Pico	*Nome*	*Tempo de Retenção*	*Área*	*Altura*
	Cafeína			
Totais				

Relatório de Normalização

Método: C:\Users\Mateus\Desktop\Atendimentos\Ecolyzer\Agilent\CMS 05\Method\Qualificação.met
Arquivo de dados: C:\Users\Mateus\Desktop\Atendimentos\Ecolyzer\Agilent\CMS 05\Result\CMS 05.83 2025-02-28 13-44-52 (GMT -03-00).rslt\LDUV 02 2025-02-28 14-26-15 (GMT -03-00).dat
Usuário: SISTEMA (SISTEMA)
Adquirido: 28/02/2025 14:27:03 (GMT -03:00)
Impresso: 06/03/2025 08:11:29 (GMT -03:00)




Resultados DAD: Sinal A, 273,0 nm/Lb:4,0 nm

Número do Pico	*Nome*	*Tempo de Retenção*	*Área*	*Altura*
1	Cafeína	1,133	8879068	**2625509**

Totais			8879068	**2625509**

Relatório de Normalização

Método: C:\Users\Mateus\Desktop\Atendimentos\Ecolyzer\Agilent\CMS 05\Method\Qualificação.met
Arquivo de dados: C:\Users\Mateus\Desktop\Atendimentos\Ecolyzer\Agilent\CMS 05\Result\CMS 05.83 2025-02-28 13-44-52 (GMT -03-00).rslt\LDUV 03 2025-02-28 14-29-58 (GMT -03-00).dat
Usuário: SISTEMA (SISTEMA)
Adquirido: 28/02/2025 14:30:48 (GMT -03:00)
Impresso: 06/03/2025 08:11:37 (GMT -03:00)




Resultados DAD: Sinal A, 273,0 nm/Lb:4,0 nm

Número do Pico	*Nome*	*Tempo de Retenção*	*Área*	*Altura*
1	Cafeína	1,133	17443181	**5169999**

Totais			17443181	**5169999**

Relatório de Normalização

Método: C:\Users\Mateus\Desktop\Atendimentos\Ecolyzer\Agilent\CMS 05\Method\Qualificação.met
Arquivo de dados: C:\Users\Mateus\Desktop\Atendimentos\Ecolyzer\Agilent\CMS 05\Result\CMS 05.83 2025-02-28 13-44-52 (GMT -03-00).rslt\LDUV 04 2025-02-28 14-33-42 (GMT -03-00).dat
Usuário: SISTEMA (SISTEMA)
Adquirido: 28/02/2025 14:34:32 (GMT -03:00)
Impresso: 06/03/2025 08:11:47 (GMT -03:00)




Resultados DAD: Sinal A, 273,0 nm/Lb:4,0 nm

Número do Pico	*Nome*	*Tempo de Retenção*	*Área*	*Altura*
1	Cafeína	1,140	24627414	**7212187**

Totais			24627414	**7212187**

Relatório de Normalização

Método: C:\Users\Mateus\Desktop\Atendimentos\Ecolyzer\Agilent\CMS 05\Method\Qualificação.met
Arquivo de dados: C:\Users\Mateus\Desktop\Atendimentos\Ecolyzer\Agilent\CMS 05\Result\CMS 05.83 2025-02-28 13-44-52 (GMT -03-00).rslt\LDUV 05 2025-02-28 14-37-26 (GMT -03-00).dat
Usuário: SISTEMA (SISTEMA)
Adquirido: 28/02/2025 14:38:14 (GMT -03:00)
Impresso: 06/03/2025 08:11:56 (GMT -03:00)




Resultados DAD: Sinal A, 273,0 nm/Lb:4,0 nm

Número do Pico	*Nome*	*Tempo de Retenção*	*Área*	*Altura*
1	Cafeína	1,140	33570339	**9832793**

Totais			33570339	**9832793**


Relatório de Normalização

Método: C:\Users\Mateus\Desktop\Atendimentos\Ecolyzer\Agilent\CMS 05\Method\RELB.met
Arquivo de dados: C:\Users\Mateus\Desktop\Atendimentos\Ecolyzer\Agilent\CMS 05\Result\CMS 05.83 2025-02-28 13-44-52 (GMT -03-00).rslt\RELB 2025-02-28 14-41-10 (GMT -03-00).dat
Usuário: SISTEMA (SISTEMA)
Adquirido: 28/02/2025 14:42:00 (GMT -03:00)
Impresso: 06/03/2025 08:13:53 (GMT -03:00)




Resultados DAD: Sinal A, 250,0 nm/Lb:4,0 nm


Número do Pico	*Nome*	*Tempo de Retenção*	*Área*	*Altura*
1	Cafeína	1,140	21013152	**6234254**
Totais			21013152	**6234254**



C:\Users\Mateus\Desktop\Atendimentos\Ecolyzer\Agilent\CMS 05\Result\CMS 05.83 2025-02-28 13-44-52 (GMT -03-00).rslt\




C:\Users\Mateus\Desktop\Atendimentos\Ecolyzer\Agilent\CMS 05\Result\CMS 05.83 2025-02-28 13-44-52 (GMT -03-00).rslt\



C:\Users\Mateus\Desktop\Atendimentos\Ecolyzer\Agilent\CMS 05\Result\CMS 05.83 2025-02-28 13-44-52 (GMT -03-00).rslt\F

Relatório de Normalização

Método: C:\Users\Mateus\Desktop\Atendimentos\Ecolyzer\Agilent\CMS 05\Method\Qualificação.met
Arquivo de dados: C:\Users\Mateus\Desktop\Atendimentos\Ecolyzer\Agilent\CMS 05\Result\CMS 05.83 2025-02-28 13-44-52 (GMT -03-00).rslt\LIIN 01 2025-02-28 15-01-55 (GMT -03-00).dat
Usuário: SISTEMA (SISTEMA)
Adquirido: 28/02/2025 15:02:43 (GMT -03:00)
Impresso: 06/03/2025 08:17:06 (GMT -03:00)




Resultados DAD: Sinal A, 273,0 nm/Lb:4,0 nm

Número do Pico	*Nome*	*Tempo de Retenção*	*Área*	*Altura*
1	Cafeína	1,140	1471863	**427078**

Totais			1471863	**427078**

Relatório de Normalização

Método: C:\Users\Mateus\Desktop\Atendimentos\Ecolyzer\Agilent\CMS 05\Method\Qualificação.met
Arquivo de dados: C:\Users\Mateus\Desktop\Atendimentos\Ecolyzer\Agilent\CMS 05\Result\CMS 05.83 2025-02-28 13-44-52 (GMT -03-00).rslt\LIIN 02 2025-02-28 15-05-37 (GMT -03-00).dat
Usuário: SISTEMA (SISTEMA)
Adquirido: 28/02/2025 15:06:24 (GMT -03:00)
Impresso: 06/03/2025 08:17:41 (GMT -03:00)




Resultados DAD: Sinal A, 273,0 nm/Lb:4,0 nm

Número do Pico	*Nome*	*Tempo de Retenção*	*Área*	*Altura*
1	Cafeína	1,140	12458946	**3703188**

Totais			12458946	**3703188**

Relatório de Normalização

Método: C:\Users\Mateus\Desktop\Atendimentos\Ecolyzer\Agilent\CMS 05\Method\Qualificação.met
Arquivo de dados: C:\Users\Mateus\Desktop\Atendimentos\Ecolyzer\Agilent\CMS 05\Result\CMS 05.83 2025-02-28 13-44-52 (GMT -03-00).rslt\LIIN 03 2025-02-28 15-09-18 (GMT -03-00).dat
Usuário: SISTEMA (SISTEMA)
Adquirido: 28/02/2025 15:10:06 (GMT -03:00)
Impresso: 06/03/2025 08:17:53 (GMT -03:00)




Resultados DAD: Sinal A, 273,0 nm/Lb:4,0 nm

Número do Pico	*Nome*	*Tempo de Retenção*	*Área*	*Altura*
1	Cafeína	1,133	25063031	**7353572**

Totais			25063031	**7353572**

Relatório de Normalização

Método: C:\Users\Mateus\Desktop\Atendimentos\Ecolyzer\Agilent\CMS 05\Method\Qualificação.met
Arquivo de dados: C:\Users\Mateus\Desktop\Atendimentos\Ecolyzer\Agilent\CMS 05\Result\CMS 05.83 2025-02-28 13-44-52 (GMT -03-00).rslt\LIIN 04 2025-02-28 15-13-00 (GMT -03-00).dat
Usuário: SISTEMA (SISTEMA)
Adquirido: 28/02/2025 15:13:50 (GMT -03:00)
Impresso: 06/03/2025 08:18:03 (GMT -03:00)




Resultados DAD: Sinal A, 273,0 nm/Lb:4,0 nm

Número do Pico	*Nome*	*Tempo de Retenção*	*Área*	*Altura*
1	Cafeína	1,133	37410174	**10974105**

Totais			37410174	**10974105**

Relatório de Normalização

Método: C:\Users\Mateus\Desktop\Atendimentos\Ecolyzer\Agilent\CMS 05\Method\Qualificação.met
Arquivo de dados: C:\Users\Mateus\Desktop\Atendimentos\Ecolyzer\Agilent\CMS 05\Result\CMS 05.83 2025-02-28 13-44-52 (GMT -03-00).rslt\LIIN 05 2025-02-28 15-16-45 (GMT -03-00).dat
Usuário: SISTEMA (SISTEMA)
Adquirido: 28/02/2025 15:17:34 (GMT -03:00)
Impresso: 06/03/2025 08:18:12 (GMT -03:00)




Resultados DAD: Sinal A, 273,0 nm/Lb:4,0 nm

Número do Pico	*Nome*	*Tempo de Retenção*	*Área*	*Altura*
1	Cafeína	1,133	49558170	**14727776**

Totais			49558170	**14727776**

Relatório de Normalização

Método: C:\Users\Mateus\Desktop\Atendimentos\Ecolyzer\Agilent\CMS 05\Method\Gradiente.met
Arquivo de dados: C:\Users\Mateus\Desktop\Atendimentos\Ecolyzer\Agilent\CMS 05\Result\Gradiente2025-02-28 15-37-23 (GMT -03-00).rslt\Gradiente2025-02-28 15-37-31 (GMT -03-00).dat
Usuário: SISTEMA (SISTEMA)
Adquirido: 28/02/2025 15:38:27 (GMT -03:00)
Impresso: 06/03/2025 08:21:32 (GMT -03:00)



Resultados DAD: Sinal A, 273,0 nm/Lb:4,0 nm

Número do Pico	*Nome*	*Tempo de Retenção*	*Área*	*Altura*
1	20%	1,420	1965136799	**11528227**
2	40%	5,973	4073905572	**23231796**
3	60%	7,380	6199504388	**35143603**
4	80%	11,387	8324972958	**46930584**
5	100%	14,800	10993351698	**58896142**

Totais			31556871415	**175730352**