
Relatório de Injeção Única

Agilent Technologies


Arquivo de Dados:	C:\CDSProjects\RebM\Results\QPACK\OQ_2023\2023-02-13 17-29-53-03-00.rslt\2023-02-13 17-30-07-03-00-01-r001.dx		
Nome da amostra:	EDUV		
Descrição:			
Quantidade de Amostra:	0,000	**Tipo de Amostra:**	Amostra
Instrumento:	CL-LABMAR-002	**Localização:**	P1-A1
Data da Injeção:	2023-02-13 17:31:16-03:00	**Injeção:**	1 de 10
Método de aquis.:	OQ_2023.amx	**Volume de Injeção:**	10,000
Método de análise:	*3D UV Quantitativa_DefaultMethod.pmx	**Operador de aquis.:**	natalia.buzatto
Última alteração:	2023-02-14 10:32:15-03:00		



Relatório de Injeção Única

Agilent Technologies

Arquivo de Dados:	C:\CDSProjects\RebM\Results\QPACK\OQ_2023\2023-02-13 17-29-53-03-00.rslt\2023-02-13 19-47-31-03-00-04-r001.dx		
Nome da amostra:	BRANCO 01		
Descrição:			
Quantidade de Amostra:	0,000	**Tipo de Amostra:**	Amostra
Instrumento:	CL-LABMAR-002	**Localização:**	P1-A2
Data da Injeção:	2023-02-13 19:48:40-03:00	**Injeção:**	1 de 10
Método de aquis.:	OQ_2023.amx	**Volume de Injeção:**	10,000
Método de análise:	*3D UV Quantitativa_DefaultMethod.pmx	**Operador de aquis.:**	natalia.buzatto
Última alteração:	2023-02-14 10:32:15-03:00		




Nome	RT [min]	Área	RF	Quantidade []	Concentração []

Relatório de Injeção Única

Agilent Technologies

Arquivo de Dados:	C:\CDSProjects\RebM\Results\QPACK\OQ_2023\2023-02-13 17-29-53-03-00.rslt\2023-02-13 20-35-19-03-00-05-r001.dx		
Nome da amostra:	PCIN 01		
Descrição:			
Quantidade de Amostra:	0,000	**Tipo de Amostra:**	Amostra
Instrumento:	CL-LABMAR-002	**Localização:**	P1-A3
Data da Injeção:	2023-02-13 20:36:25-03:00	**Injeção:**	1 de 10
Método de aquis.:	OQ_2023.amx	**Volume de Injeção:**	10,000
Método de análise:	*3D UV Quantitativa_DefaultMethod.pmx	**Operador de aquis.:**	natalia.buzatto
Última alteração:	2023-02-14 10:32:15-03:00		




Nome	RT [min]	Área	RF	Quantidade []	Concentração []
Cafeína	1,337	807,6730			

Relatório de Injeção Única

Agilent Technologies

Arquivo de Dados:	C:\CDSProjects\RebM\Results\QPACK\OQ_2023\2023-02-13 17-29-53-03-00.rslt\2023-02-13 21-20-03-03-00-06-r001.dx		
Nome da amostra:	PCIN 02		
Descrição:			
Quantidade de Amostra:	0,000	**Tipo de Amostra:**	Amostra
Instrumento:	CL-LABMAR-002	**Localização:**	P1-A3
Data da Injeção:	2023-02-13 21:21:08-03:00	**Injeção:**	1 de 10
Método de aquis.:	OQ_2023.amx	**Volume de Injeção:**	10,000
Método de análise:	*3D UV Quantitativa_DefaultMethod.pmx	**Operador de aquis.:**	natalia.buzatto
Última alteração:	2023-02-14 10:32:15-03:00		




Nome	RT [min]	Área	RF	Quantidade []	Concentração []
Cafeína	1,338	807,1629			

Relatório de Injeção Única

Agilent Technologies

Arquivo de Dados:	C:\CDSProjects\RebM\Results\QPACK\OQ_2023\2023-02-13 17-29-53-03-00.rslt\2023-02-13 22-04-41-03-00-07-r001.dx		
Nome da amostra:	PCIN 03		
Descrição:			
Quantidade de Amostra:	0,000	**Tipo de Amostra:**	Amostra
Instrumento:	CL-LABMAR-002	**Localização:**	P1-A3
Data da Injeção:	2023-02-13 22:05:48-03:00	**Injeção:**	1 de 10
Método de aquis.:	OQ_2023.amx	**Volume de Injeção:**	10,000
Método de análise:	*3D UV Quantitativa_DefaultMethod.pmx	**Operador de aquis.:**	natalia.buzatto
Última alteração:	2023-02-14 10:32:15-03:00		




Nome	RT [min]	Área	RF	Quantidade []	Concentração []
Cafeína	1,337	804,7747			

Relatório de Injeção Única

Agilent Technologies

Arquivo de Dados:	C:\CDSProjects\RebM\Results\QPACK\OQ_2023\2023-02-13 17-29-53-03-00.rslt\2023-02-13 22-49-28-03-00-08-r001.dx		
Nome da amostra:	BRANCO 02		
Descrição:			
Quantidade de Amostra:	0,000	**Tipo de Amostra:**	Amostra
Instrumento:	CL-LABMAR-002	**Localização:**	P1-A2
Data da Injeção:	2023-02-13 22:50:35-03:00	**Injeção:**	1 de 10
Método de aquis.:	OQ_2023.amx	**Volume de Injeção:**	10,000
Método de análise:	*3D UV Quantitativa_DefaultMethod.pmx	**Operador de aquis.:**	natalia.buzatto
Última alteração:	2023-02-14 10:32:15-03:00		




Nome	RT [min]	Área	RF	Quantidade []	Concentração []

Relatório de Injeção Única

Agilent Technologies

Arquivo de Dados:	C:\CDSProjects\RebM\Results\QPACK\OQ_2023\2023-02-13 17-29-53-03-00.rslt\2023-02-13 23-34-26-03-00-09-r001.dx		
Nome da amostra:	PCIN 04		
Descrição:			
Quantidade de Amostra:	0,000	**Tipo de Amostra:**	Amostra
Instrumento:	CL-LABMAR-002	**Localização:**	P1-A3
Data da Injeção:	2023-02-13 23:35:33-03:00	**Injeção:**	1 de 10
Método de aquis.:	OQ_2023.amx	**Volume de Injeção:**	10,000
Método de análise:	*3D UV Quantitativa_DefaultMethod.pmx	**Operador de aquis.:**	natalia.buzatto
Última alteração:	2023-02-14 10:32:15-03:00		




Nome	RT [min]	Área	RF	Quantidade []	Concentração []
Cafeína	1,333	807,7035			

Relatório de Injeção Única

Agilent Technologies

Arquivo de Dados:	C:\CDSProjects\RebM\Results\QPACK\OQ_2023\2023-02-13 17-29-53-03-00.rslt\2023-02-14 00-19-27-03-00-10-r001.dx		
Nome da amostra:	PCIN 05		
Descrição:			
Quantidade de Amostra:	0,000	**Tipo de Amostra:**	Amostra
Instrumento:	CL-LABMAR-002	**Localização:**	P1-A3
Data da Injeção:	2023-02-14 00:20:37-03:00	**Injeção:**	1 de 10
Método de aquis.:	OQ_2023.amx	**Volume de Injeção:**	10,000
Método de análise:	*3D UV Quantitativa_DefaultMethod.pmx	**Operador de aquis.:**	natalia.buzatto
Última alteração:	2023-02-14 10:32:15-03:00		




Nome	RT [min]	Área	RF	Quantidade []	Concentração []
Cafeína	1,335	806,2444			

Relatório de Injeção Única

Agilent Technologies

Arquivo de Dados:	C:\CDSProjects\RebM\Results\QPACK\OQ_2023\2023-02-13 17-29-53-03-00.rslt\2023-02-14 01-04-23-03-00-11-r001.dx		
Nome da amostra:	PCIN 06		
Descrição:			
Quantidade de Amostra:	0,000	**Tipo de Amostra:**	Amostra
Instrumento:	CL-LABMAR-002	**Localização:**	P1-A3
Data da Injeção:	2023-02-14 01:05:28-03:00	**Injeção:**	1 de 10
Método de aquis.:	OQ_2023.amx	**Volume de Injeção:**	10,000
Método de análise:	*3D UV Quantitativa_DefaultMethod.pmx	**Operador de aquis.:**	natalia.buzatto
Última alteração:	2023-02-14 10:32:15-03:00		




Nome	RT [min]	Área	RF	Quantidade []	Concentração []
Cafeína	1,333	807,0088			

Relatório de Injeção Única

Agilent Technologies

Arquivo de Dados:	C:\CDSProjects\RebM\Results\QPACK\OQ_2023\2023-02-13 17-29-53-03-00.rslt\2023-02-14 01-49-08-03-00-12-r001.dx		
Nome da amostra:	BRANCO 03		
Descrição:			
Quantidade de Amostra:	0,000	**Tipo de Amostra:**	Amostra
Instrumento:	CL-LABMAR-002	**Localização:**	P1-A2
Data da Injeção:	2023-02-14 01:50:16-03:00	**Injeção:**	1 de 10
Método de aquis.:	OQ_2023.amx	**Volume de Injeção:**	10,000
Método de análise:	*3D UV Quantitativa_DefaultMethod.pmx	**Operador de aquis.:**	natalia.buzatto
Última alteração:	2023-02-14 10:32:15-03:00		




Nome	RT [min]	Área	RF	Quantidade []	Concentração []

Relatório de Injeção Única

Agilent Technologies

Arquivo de Dados:	C:\CDSProjects\RebM\Results\QPACK\OQ_2023\2023-02-13 17-29-53-03-00.rslt\2023-02-14 02-34-09-03-00-13-r001.dx		
Nome da amostra:	LDUV 01		
Descrição:			
Quantidade de Amostra:	0,000	**Tipo de Amostra:**	Amostra
Instrumento:	CL-LABMAR-002	**Localização:**	P1-A4
Data da Injeção:	2023-02-14 02:35:13-03:00	**Injeção:**	1 de 10
Método de aquis.:	OQ_2023.amx	**Volume de Injeção:**	10,000
Método de análise:	*3D UV Quantitativa_DefaultMethod.pmx	**Operador de aquis.:**	natalia.buzatto
Última alteração:	2023-02-14 10:32:15-03:00		




Nome	RT [min]	Área	RF	Quantidade []	Concentração []

Relatório de Injeção Única

Agilent Technologies

Arquivo de Dados:	C:\CDSProjects\RebM\Results\QPACK\OQ_2023\2023-02-13 17-29-53-03-00.rslt\2023-02-14 03-18-49-03-00-14-r001.dx		
Nome da amostra:	LDUV 02		
Descrição:			
Quantidade de Amostra:	0,000	**Tipo de Amostra:**	Amostra
Instrumento:	CL-LABMAR-002	**Localização:**	P1-A5
Data da Injeção:	2023-02-14 03:19:55-03:00	**Injeção:**	1 de 10
Método de aquis.:	OQ_2023.amx	**Volume de Injeção:**	10,000
Método de análise:	*3D UV Quantitativa_DefaultMethod.pmx	**Operador de aquis.:**	natalia.buzatto
Última alteração:	2023-02-14 10:32:15-03:00		




Nome	RT [min]	Área	RF	Quantidade []	Concentração []
Cafeína	1,334	275,0309			

Relatório de Injeção Única

Agilent Technologies

Arquivo de Dados:	C:\CDSProjects\RebM\Results\QPACK\OQ_2023\2023-02-13 17-29-53-03-00.rslt\2023-02-14 04-03-57-03-00-15-r001.dx		
Nome da amostra:	LDUV 03		
Descrição:			
Quantidade de Amostra:	0,000	**Tipo de Amostra:**	Amostra
Instrumento:	CL-LABMAR-002	**Localização:**	P1-A6
Data da Injeção:	2023-02-14 04:05:05-03:00	**Injeção:**	1 de 10
Método de aquis.:	OQ_2023.amx	**Volume de Injeção:**	10,000
Método de análise:	*3D UV Quantitativa_DefaultMethod.pmx	**Operador de aquis.:**	natalia.buzatto
Última alteração:	2023-02-14 10:32:15-03:00		




Nome	RT [min]	Área	RF	Quantidade []	Concentração []
Cafeína	1,335	539,1340			

Relatório de Injeção Única

Agilent Technologies

Arquivo de Dados:	C:\CDSProjects\RebM\Results\QPACK\OQ_2023\2023-02-13 17-29-53-03-00.rslt\2023-02-14 04-48-45-03-00-16-r001.dx		
Nome da amostra:	LDUV 04		
Descrição:			
Quantidade de Amostra:	0,000	**Tipo de Amostra:**	Amostra
Instrumento:	CL-LABMAR-002	**Localização:**	P1-A7
Data da Injeção:	2023-02-14 04:49:51-03:00	**Injeção:**	1 de 10
Método de aquis.:	OQ_2023.amx	**Volume de Injeção:**	10,000
Método de análise:	*3D UV Quantitativa_DefaultMethod.pmx	**Operador de aquis.:**	natalia.buzatto
Última alteração:	2023-02-14 10:32:15-03:00		




Nome	RT [min]	Área	RF	Quantidade []	Concentração []
Cafeína	1,334	825,6396			

Relatório de Injeção Única

Agilent Technologies

Arquivo de Dados:	C:\CDSProjects\RebM\Results\QPACK\OQ_2023\2023-02-13 17-29-53-03-00.rslt\2023-02-14 05-33-24-03-00-17-r001.dx		
Nome da amostra:	LDUV 05		
Descrição:			
Quantidade de Amostra:	0,000	**Tipo de Amostra:**	Amostra
Instrumento:	CL-LABMAR-002	**Localização:**	P1-A8
Data da Injeção:	2023-02-14 05:34:30-03:00	**Injeção:**	1 de 10
Método de aquis.:	OQ_2023.amx	**Volume de Injeção:**	10,000
Método de análise:	*3D UV Quantitativa_DefaultMethod.pmx	**Operador de aquis.:**	natalia.buzatto
Última alteração:	2023-02-14 10:32:15-03:00		




Nome	RT [min]	Área	RF	Quantidade []	Concentração []
Cafeína	1,336	1094,2779			

Relatório de Injeção Única

Agilent Technologies

Arquivo de Dados:	C:\CDSProjects\RebM\Results\QPACK\OQ_2023\2023-02-14 11-12-08-03-00.rslt\2023-02-14 11-12-20-03-00-01.dx		
Nome da amostra:	LIIN 01		
Descrição:			
Quantidade de Amostra:	0,000	**Tipo de Amostra:**	Amostra
Instrumento:	CL-LABMAR-002	**Localização:**	P1-A9
Data da Injeção:	2023-02-14 11:13:24-03:00	**Injeção:**	1 de 1
Método de aquis.:	OQ_2023.amx	**Volume de Injeção:**	0,000
Método de análise:	*GC_LC Quantitativo_DefaultMethod.pmx	**Operador de aquis.:**	natalia.buzatto
Última alteração:	2023-02-14 12:03:32-03:00		




Nome	RT [min]	Área	RF	Quantidade []	Concentração []

Relatório de Injeção Única

Agilent Technologies

Arquivo de Dados:	C:\CDSProjects\RebM\Results\QPACK\OQ_2023\2023-02-14 11-12-08-03-00.rslt\2023-02-14 11-16-47-03-00-02.dx		
Nome da amostra:	LIIN 02		
Descrição:			
Quantidade de Amostra:	0,000	**Tipo de Amostra:**	Amostra
Instrumento:	CL-LABMAR-002	**Localização:**	P1-A9
Data da Injeção:	2023-02-14 11:17:50-03:00	**Injeção:**	1 de 1
Método de aquis.:	OQ_2023.amx	**Volume de Injeção:**	5,000
Método de análise:	*GC_LC Quantitativo_DefaultMethod.pmx	**Operador de aquis.:**	natalia.buzatto
Última alteração:	2023-02-14 12:03:32-03:00		




Nome	RT [min]	Área	RF	Quantidade []	Concentração []
Cafeína	1,330	404,9532			

Relatório de Injeção Única

Agilent Technologies

Arquivo de Dados:	C:\CDSProjects\RebM\Results\QPACK\OQ_2023\2023-02-14 11-12-08-03-00.rslt\2023-02-14 11-21-12-03-00-03.dx		
Nome da amostra:	LIIN 03		
Descrição:			
Quantidade de Amostra:	0,000	**Tipo de Amostra:**	Amostra
Instrumento:	CL-LABMAR-002	**Localização:**	P1-A9
Data da Injeção:	2023-02-14 11:22:17-03:00	**Injeção:**	1 de 1
Método de aquis.:	OQ_2023.amx	**Volume de Injeção:**	10,000
Método de análise:	*GC_LC Quantitativo_DefaultMethod.pmx	**Operador de aquis.:**	natalia.buzatto
Última alteração:	2023-02-14 12:03:32-03:00		




Nome	RT [min]	Área	RF	Quantidade []	Concentração []
Cafeína	1,337	809,6708			

Relatório de Injeção Única

Agilent Technologies

Arquivo de Dados:	C:\CDSProjects\RebM\Results\QPACK\OQ_2023\2023-02-14 11-12-08-03-00.rslt\2023-02-14 11-25-39-03-00-04.dx		
Nome da amostra:	LIIN 04		
Descrição:			
Quantidade de Amostra:	0,000	**Tipo de Amostra:**	Amostra
Instrumento:	CL-LABMAR-002	**Localização:**	P1-A9
Data da Injeção:	2023-02-14 11:26:46-03:00	**Injeção:**	1 de 1
Método de aquis.:	OQ_2023.amx	**Volume de Injeção:**	15,000
Método de análise:	*GC_LC Quantitativo_DefaultMethod.pmx	**Operador de aquis.:**	natalia.buzatto
Última alteração:	2023-02-14 12:03:32-03:00		




Nome	RT [min]	Área	RF	Quantidade []	Concentração []
Cafeína	1,343	1214,6430			

Relatório de Injeção Única

Agilent Technologies

Arquivo de Dados:	C:\CDSProjects\RebM\Results\QPACK\OQ_2023\2023-02-14 11-12-08-03-00.rslt\2023-02-14 11-30-08-03-00-05.dx		
Nome da amostra:	LIIN 05		
Descrição:			
Quantidade de Amostra:	0,000	**Tipo de Amostra:**	Amostra
Instrumento:	CL-LABMAR-002	**Localização:**	P1-A9
Data da Injeção:	2023-02-14 11:31:18-03:00	**Injeção:**	1 de 1
Método de aquis.:	OQ_2023.amx	**Volume de Injeção:**	20,000
Método de análise:	*GC_LC Quantitativo_DefaultMethod.pmx	**Operador de aquis.:**	natalia.buzatto
Última alteração:	2023-02-14 12:03:32-03:00		




Nome	RT [min]	Área	RF	Quantidade []	Concentração []
Cafeína	1,349	1620,9762			

Relatório de Injeção Única

Agilent Technologies

Arquivo de Dados:	C:\CDSProjects\RebM\Results\QPACK\OQ_2023\2023-02-14 11-12-08-03-00.rslt\2023-02-14 11-34-41-03-00-06.dx		
Nome da amostra:	SR		
Descrição:			
Quantidade de Amostra:	0,000	**Tipo de Amostra:**	Amostra
Instrumento:	CL-LABMAR-002	**Localização:**	P1-A10
Data da Injeção:	2023-02-14 11:35:55-03:00	**Injeção:**	1 de 1
Método de aquis.:	SINALRUIDO.amx	**Volume de Injeção:**	10,000
Método de análise:	*GC_LC Quantitativo_DefaultMethod.pmx	**Operador de aquis.:**	natalia.buzatto
Última alteração:	2023-02-14 12:03:32-03:00		




Nome	RT [min]	Área	Pico Altura	Quantidade []	Concentração []
Cafeína	1,337	484,6165	58,115		

Relatório de Injeção Única

Agilent Technologies

Arquivo de Dados:	C:\CDSProjects\RebM\Results\QPACK\OQ_2023\2023-02-14 11-12-08-03-00.rslt\2023-02-14 11-34-41-03-00-06.dx		
Nome da amostra:	SR		
Descrição:			
Quantidade de Amostra:	0,000	**Tipo de Amostra:**	Amostra
Instrumento:	CL-LABMAR-002	**Localização:**	P1-A10
Data da Injeção:	2023-02-14 11:35:55-03:00	**Injeção:**	1 de 1
Método de aquis.:	SINALRUIDO.amx	**Volume de Injeção:**	10,000
Método de análise:	*GC_LC Quantitativo_DefaultMethod.pmx	**Operador de aquis.:**	natalia.buzatto
Última alteração:	2023-02-14 12:03:32-03:00		




Nome	RT [min]	Área	Pico Altura	Quantidade []	Concentração []
Cafeína	1,337	484,6165	58,115		

Qualitative Report

Agilent Technologies

Sequence Name:	2023-02-14 12-45-41-03-00		
Data file:	2023-02-14 12-45-56-03-00-01-r001.dx	**Project Name:**	RebM
Sample name:	GRABO AB	**Operator :**	natalia.buzatto
Instrument:	CL-LABMAR-002	**Acquired on:**	2023-02-14 12:46:57-03:00
Inj. volume:	0.000	**Location:**	P1-A1
Acq. method:	Grad AB.amx		
Processing method:	*GC_LC Quantitativo_DefaultMethod.pmx		




RT (min)	Area	Pico Altura
2.457	13682.4	123.718
5.310	34272.9	252.267
8.528	64919.5	382.139
11.410	78764.1	510.450
15.239	152161.6	642.835

Qualitative Report

Agilent Technologies

Sequence Name:	2023-02-14 12-45-41-03-00		
Data file:	2023-02-14 13-43-13-03-00-02-r001.dx	**Project Name:**	RebM
Sample name:	GRABO CD	**Operator :**	natalia.buzatto
Instrument:	CL-LABMAR-002	**Acquired on:**	2023-02-14 13:44:08-03:00
Inj. volume:	0.000	**Location:**	P1-A1
Acq. method:	Grad CD.amx		
Processing method:	*GC_LC Quantitativo_DefaultMethod.pmx		



RT (min)	Area	Pico Altura
1.953	12543.3	128.100
5.195	37847.7	257.510
8.611	68140.1	387.805
11.393	76568.8	516.879
15.305	153604.9	647.383