


PerkinElmer Spectrum IR
terça-feira, 18 de feve
Rodolfo Costa
terça-feira, 18 de fevereiro de 2025 10:07
2000cm-1; 61,695Egy
3000cm-1; 61,52Egy
1600cm-1; 48,184Egy
600cm-1;
3000
2500
2000
1500
1000
cm-1
01- Nível de energia_1 2,19 Egy Amostra 011 por costarodolfo data terça-feira, fevereiro 18 2025

PerkinElmer Spectrum IR
terça-feira, 18 de feve


Rodolfo Costa
terça-feira, 18 de fevereiro de 2025 10:23



02 - Exatidão do número de onda Amostra 018 por costarodolfo data terça-feira, fevereiro 18 2025


PerkinElmer Spectrum IR ES
terça-feira, 18 de fevereiro

Rodolfo Costa
terça-feira, 18 de fevereiro de 2025 10:34




03 - Resolução 40,96 %T Amostra 020 por costarodolfo data terça-feira, fevereiro 18 2025

Rodolfo Costa
terça-feira, 18 de fevereiro de 2025 10:36




03 - Resolução 58,42 %T Amostra 020 por costarodolfo data terça-feira, fevereiro 18 2025


PerkinElmer Spectrum IR ES
terça-feira, 18 de fevereiro
Rodolfo Costa
terça-feira, 18 de fevereiro de 2025 10:42
2849,16cm-1; 15,48%T
1601,00cm-1; 9,79%T
1154,41cm-1; 48,49%T
906,40cm-1; 36,2
00
3000
2500
2000
1500
1000
cm-1
04a - Repetibilidade do número de onda
Amostra 021 por costarodolfo data terça-feira, fevereiro 18 2025


PerkinElmer Spectrum IR
terça-feira, 18 de fever

Rodolfo Costa
terça-feira, 18 de fevereiro de 2025 10:49




04b - Repetibilidade do número de onda Amostra 022 por costarodolfo data terça-feira, fevereiro 18 2025

Rodolfo Costa
terça-feira, 18 de fevereiro de 2025 11:10




Rodolfo Costa
terça-feira, 18 de fevereiro de 2025 11:15




05b - Repetibilidade fotométrica Amostra 025 por costarodolfo data terça-feira, fevereiro 18 2025

Rodolfo Costa
terça-feira, 18 de fevereiro de 2025 11:30




6 - Sensibilidade 100,01 %T Amostra 026 por costarodolfo data terça-feira, fevereiro 18 2025

Rodolfo Costa
terça-feira, 18 de fevereiro de 2025 11:31




Rodolfo Costa
terça-feira, 18 de fevereiro de 2025 11:32




06 - Sensibilidade 100,01 %T Amostra 026 por costarodolfo data terça-feira, fevereiro 18 2025


Rodolfo Costa
terça-feira, 18 de fevereiro de 2025 11:43



07 - ATR - Nível de energia 1,18 Egy Amostra 027 por costarodolfo data terça-feira, fevereiro 18 2025



PerkinElmer Spectrum IR
terça-feira, 18 de fever
Rodolfo Costa
terça-feira, 18 de fevereiro de 2025 11:54
965,28cm-1; 76,15%T
2852,17cm-1; 71,91%T
2921,68cm-1; 60,69%T
712,44cm-1; 62,92%T
3000
2500
2000
1500
1000
cm-1
08 - ATR - Exatidão do número de onda 71,04 %T Amostra 028 por costarodolfo data terça-feira, fevereiro 18 2025

Rodolfo Costa
terça-feira, 18 de fevereiro de 2025 12:01




09 - Resolução 79,35 %T Amostra 029 por costarodolfo data terça-feira, fevereiro 18 2025

Rodolfo Costa
terça-feira, 18 de fevereiro de 2025 12:47





10a - ATR - Repetibilidade do número de onda Amostra 001 por costarodolfo data terça-feira, fevereiro 18 2025

Rodolfo Costa
terça-feira, 18 de fevereiro de 2025 12:53




10b - ATR - Repetibilidade do número de onda Amostra 002 por costarodolfo data terça-feira, fevereiro 18 2025


PerkinElmer Spectrum IR ES
terça-feira, 18 de fevereiro
Rodolfo Costa
terça-feira, 18 de fevereiro de 2025 12:59
712,42cm-1; 64,75%T
2851,57cm-1; 79,59%T
2920,78cm-1; 71,83%T
965,31cm-1; 77,87%T
3500
3000
2500
2000
1500
1000
cm-1
11a - ATR - Repetibilidade fotométrica
Amostra 003 por costarodolfo data terça-feira, fevereiro 18 2025


PerkinElmer Spectrum IR E
terça-feira, 18 de fevereir
Rodolfo Costa
terça-feira, 18 de fevereiro de 2025 13:05
712,42cm-1; 64,75%T
2851,56cm-1; 79,63%T
2920,74cm-1; 71,86%T
965,39cm-1; 77,87%T
3500
3000
2500
2000
1500
1000
cm-1
11b - ATR - Repetibilidade fotométrica
Amostra 004 por costarodolfo data terça-feira, fevereiro 18 2025

Rodolfo Costa
terça-feira, 18 de fevereiro de 2025 13:20



12 - ATR - Sensibilidade 99,98 %T Amostra 005 por costarodolfo data terça-feira, fevereiro 18 2025