


Spectral Scan - VWD [DE63056963]
Absorbance [mAU]
700
600
500
400
300
200
100
0
200
204
210
220
230
240
245
250
260
270
273
280
290
300
Wavelength [nm]

Relatório de Área% e Altura%

Arquivo de Dados: C:\Enterprise\Projects\Manitol 200 mg-mL\Result\HPLC0002.32 2026-02-25 16-10-52 (GMT -03-00).rslt\BRANCO 01.dat
Método: C:\Enterprise\Projects\Manitol 200 mg-mL\Method\Qualificação 2026.met
Adquirido: 25/02/2026 13:44:02 (GMT -03:00)
Impresso: 25/02/2026 16:13:10 (GMT -03:00)
Software: Agilent OpenLAB CDS (EZChrom Edition) Version A.04.07 Build 04.07.72




Resultados VWD:
Sinal A, 273 nm

Tempo de Retenção	Área	Percentual de Área	Altura	Porcentagem de Altura

Relatório de Área% e Altura%

Arquivo de Dados: C:\Enterprise\Projects\Manitol 200 mg-mL\Result\HPLC0002.32 2026-02-25 16-10-52 (GMT -03-00).rslt\PCIN 01.dat
Método: C:\Enterprise\Projects\Manitol 200 mg-mL\Method\Qualificação 2026.met
Adquirido: 25/02/2026 13:46:22 (GMT -03:00)
Impresso: 25/02/2026 16:13:38 (GMT -03:00)
Software: Agilent OpenLAB CDS (EZChrom Edition) Version A.04.07 Build 04.07.72




Resultados VWD:
Sinal A, 273 nm

Tempo de Retenção	Área	Percentual de Área	Altura	Porcentagem de Altura
0,811	13780995	100,000	3313118	100,000

Totais	13780995	100,000	3313118	100,000

Relatório de Área% e Altura%

Arquivo de Dados: C:\Enterprise\Projects\Manitol 200 mg-mL\Result\HPLC0002.32 2026-02-25 16-10-52 (GMT -03-00).rslt\PCIN 02.dat
Método: C:\Enterprise\Projects\Manitol 200 mg-mL\Method\Qualificação 2026.met
Adquirido: 25/02/2026 13:48:43 (GMT -03:00)
Impresso: 25/02/2026 16:13:51 (GMT -03:00)
Software: Agilent OpenLAB CDS (EZChrom Edition) Version A.04.07 Build 04.07.72




Resultados VWD:
Sinal A, 273 nm

Tempo de Retenção	Área	Percentual de Área	Altura	Porcentagem de Altura
0,806	13764016	100,000	3302660	100,000

Totais	13764016	100,000	3302660	100,000

Relatório de Área% e Altura%

Arquivo de Dados: C:\Enterprise\Projects\Manitol 200 mg-mL\Result\HPLC0002.32 2026-02-25 16-10-52 (GMT -03-00).rslt\PCIN 03.dat
Método: C:\Enterprise\Projects\Manitol 200 mg-mL\Method\Qualificação 2026.met
Adquirido: 25/02/2026 13:51:03 (GMT -03:00)
Impresso: 25/02/2026 16:14:08 (GMT -03:00)
Software: Agilent OpenLAB CDS (EZChrom Edition) Version A.04.07 Build 04.07.72




Resultados VWD:
Sinal A, 273 nm

Tempo de Retenção	Área	Percentual de Área	Altura	Porcentagem de Altura
0,806	13768031	100,000	3302156	100,000
Totais	13768031	100,000	3302156	100,000

Relatório de Área% e Altura%

Arquivo de Dados: C:\Enterprise\Projects\Manitol 200 mg-mL\Result\HPLC0002.32 2026-02-25 16-10-52 (GMT -03-00).rslt\BRANCO 02.dat
Método: C:\Enterprise\Projects\Manitol 200 mg-mL\Method\Qualificação 2026.met
Adquirido: 25/02/2026 13:53:24 (GMT -03:00)
Impresso: 25/02/2026 16:14:42 (GMT -03:00)
Software: Agilent OpenLAB CDS (EZChrom Edition) Version A.04.07 Build 04.07.72




Resultados VWD:
Sinal A, 273 nm

Tempo de Retenção	Área	Percentual de Área	Altura	Porcentagem de Altura

Relatório de Área% e Altura%

Arquivo de Dados: C:\Enterprise\Projects\Manitol 200 mg-mL\Result\HPLC0002.32 2026-02-25 16-10-52 (GMT -03-00).rslt\PCIN 04.dat
Método: C:\Enterprise\Projects\Manitol 200 mg-mL\Method\Qualificação 2026.met
Adquirido: 25/02/2026 13:55:45 (GMT -03:00)
Impresso: 25/02/2026 16:18:33 (GMT -03:00)
Software: Agilent OpenLAB CDS (EZChrom Edition) Version A.04.07 Build 04.07.72




Resultados VWD:
Sinal A, 273 nm

Tempo de Retenção	Área	Percentual de Área	Altura	Porcentagem de Altura
0,811	13882108	100,000	3317208	100,000

Totais	13882108	100,000	3317208	100,000

Relatório de Área% e Altura%

Arquivo de Dados: C:\Enterprise\Projects\Manitol 200 mg-mL\Result\HPLC0002.32 2026-02-25 16-10-52 (GMT -03-00).rslt\PCIN 05.dat
Método: C:\Enterprise\Projects\Manitol 200 mg-mL\Method\Qualificação 2026.met
Adquirido: 25/02/2026 13:58:05 (GMT -03:00)
Impresso: 25/02/2026 16:15:19 (GMT -03:00)
Software: Agilent OpenLAB CDS (EZChrom Edition) Version A.04.07 Build 04.07.72




Resultados VWD:
Sinal A, 273 nm

Tempo de Retenção	Área	Percentual de Área	Altura	Porcentagem de Altura
0,811	13865130	100,000	3301927	100,000

Totais	13865130	100,000	3301927	100,000

Relatório de Área% e Altura%

Arquivo de Dados: C:\Enterprise\Projects\Manitol 200 mg-mL\Result\HPLC0002.32 2026-02-25 16-10-52 (GMT -03-00).rslt\PCIN 06.dat
Método: C:\Enterprise\Projects\Manitol 200 mg-mL\Method\Qualificação 2026.met
Adquirido: 25/02/2026 14:00:25 (GMT -03:00)
Impresso: 25/02/2026 16:17:02 (GMT -03:00)
Software: Agilent OpenLAB CDS (EZChrom Edition) Version A.04.07 Build 04.07.72




Resultados VWD:
Sinal A, 273 nm

Tempo de Retenção	Área	Percentual de Área	Altura	Porcentagem de Altura
0,811	13858105	100,000	3298411	100,000

Totais	13858105	100,000	3298411	100,000

Relatório de Área% e Altura%

Arquivo de Dados: C:\Enterprise\Projects\Manitol 200 mg-mL\Result\HPLC0002.32 2026-02-25 16-10-52 (GMT -03-00).rslt\BRANCO 03.dat
Método: C:\Enterprise\Projects\Manitol 200 mg-mL\Method\Qualificação 2026.met
Adquirido: 25/02/2026 14:02:45 (GMT -03:00)
Impresso: 25/02/2026 16:16:19 (GMT -03:00)
Software: Agilent OpenLAB CDS (EZChrom Edition) Version A.04.07 Build 04.07.72




Resultados VWD:
Sinal A, 273 nm

Tempo de Retenção	Área	Percentual de Área	Altura	Porcentagem de Altura

Relatório de Área% e Altura%

Arquivo de Dados: C:\Enterprise\Projects\Manitol 200 mg-mL\Result\OQ2026\OQ2026.seq2026-02-25 15-44-49 (GMT -03-00).rslt\LDUV 01.dat
Método: C:\Enterprise\Projects\Manitol 200 mg-mL\Method\Qualificação 2026.met
Adquirido: 25/02/2026 15:45:49 (GMT -03:00)
Impresso: 25/02/2026 16:10:17 (GMT -03:00)
Software: Agilent OpenLAB CDS (EZChrom Edition) Version A.04.07 Build 04.07.72




Resultados VWD:
Sinal A, 273 nm

Tempo de Retenção	Área	Percentual de Área	Altura	Porcentagem de Altura

Relatório de Área% e Altura%

Arquivo de Dados: C:\Enterprise\Projects\Manitol 200 mg-mL\Result\OQ2026\OQ2026.seq2026-02-25 15-44-49 (GMT -03-00).rslt\LDUV 02.dat
Método: C:\Enterprise\Projects\Manitol 200 mg-mL\Method\Qualificação 2026.met
Adquirido: 25/02/2026 15:48:08 (GMT -03:00)
Impresso: 25/02/2026 16:10:03 (GMT -03:00)
Software: Agilent OpenLAB CDS (EZChrom Edition) Version A.04.07 Build 04.07.72




Resultados VWD:
Sinal A, 273 nm

Tempo de Retenção	Área	Percentual de Área	Altura	Porcentagem de Altura
0,811	4757585	100,000	1143546	100,000

Totais	4757585	100,000	1143546	100,000

Relatório de Área% e Altura%

Arquivo de Dados: C:\Enterprise\Projects\Manitol 200 mg-mL\Result\OQ2026\OQ2026.seq2026-02-25 15-44-49 (GMT -03-00).rslt\LDUV 03.dat
Método: C:\Enterprise\Projects\Manitol 200 mg-mL\Method\Qualificação 2026.met
Adquirido: 25/02/2026 15:50:29 (GMT -03:00)
Impresso: 25/02/2026 16:09:47 (GMT -03:00)
Software: Agilent OpenLAB CDS (EZChrom Edition) Version A.04.07 Build 04.07.72




Resultados VWD:
Sinal A, 273 nm

Tempo de Retenção	Área	Percentual de Área	Altura	Porcentagem de Altura
0,811	9168229	100,000	2273712	100,000

Totais	9168229	100,000	2273712	100,000

Relatório de Área% e Altura%

Arquivo de Dados: C:\Enterprise\Projects\Manitol 200 mg-mL\Result\OQ2026\OQ2026.seq2026-02-25 15-44-49 (GMT -03-00).rslt\LDUV 04.dat
Método: C:\Enterprise\Projects\Manitol 200 mg-mL\Method\Qualificação 2026.met
Adquirido: 25/02/2026 15:52:47 (GMT -03:00)
Impresso: 25/02/2026 16:09:35 (GMT -03:00)
Software: Agilent OpenLAB CDS (EZChrom Edition) Version A.04.07 Build 04.07.72




Resultados VWD:
Sinal A, 273 nm

Tempo de Retenção	Área	Percentual de Área	Altura	Porcentagem de Altura
0,811	14066752	99,806	3516191	99,869
1,276	27285	0,194	4595	0,131

Totais	14094037	100,000	3520786	100,000

Relatório de Área% e Altura%

Arquivo de Dados: C:\Enterprise\Projects\Manitol 200 mg-mL\Result\OQ2026\OQ2026.seq2026-02-25 15-44-49 (GMT -03-00).rslt\LDUV 05.dat
Método: C:\Enterprise\Projects\Manitol 200 mg-mL\Method\Qualificação 2026.met
Adquirido: 25/02/2026 15:55:06 (GMT -03:00)
Impresso: 25/02/2026 16:09:01 (GMT -03:00)
Software: Agilent OpenLAB CDS (EZChrom Edition) Version A.04.07 Build 04.07.72




Resultados VWD:
Sinal A, 273 nm

Tempo de Retenção	Área	Percentual de Área	Altura	Porcentagem de Altura
0,811	18756824	100,000	4663881	100,000

Totais	18756824	100,000	4663881	100,000

Relatório de Área% e Altura%

Arquivo de Dados: C:\Enterprise\Projects\Manitol 200 mg-mL\Result\HPLC0002.32 2026-02-25 16-19-22 (GMT -03-00).rslt\LIIN 01.dat
Método: C:\Enterprise\Projects\Manitol 200 mg-mL\Method\Qualificação 2026.met
Adquirido: 25/02/2026 14:16:36 (GMT -03:00)
Impresso: 25/02/2026 16:22:42 (GMT -03:00)
Software: Agilent OpenLAB CDS (EZChrom Edition) Version A.04.07 Build 04.07.72




Resultados VWD:
Sinal A, 273 nm

Tempo de Retenção	Área	Percentual de Área	Altura	Porcentagem de Altura
0,796	31958	75,133	7358	87,098
1,082	10577	24,867	1090	12,902
Totais	42535	100,000	8448	100,000

Relatório de Área% e Altura%

Arquivo de Dados: C:\Enterprise\Projects\Manitol 200 mg-mL\Result\HPLC0002.32 2026-02-25 16-19-22 (GMT -03-00).rslt\LIIN 02.dat
Método: C:\Enterprise\Projects\Manitol 200 mg-mL\Method\Qualificação 2026.met
Adquirido: 25/02/2026 14:18:51 (GMT -03:00)
Impresso: 25/02/2026 16:23:04 (GMT -03:00)
Software: Agilent OpenLAB CDS (EZChrom Edition) Version A.04.07 Build 04.07.72




Resultados VWD:
Sinal A, 273 nm

Tempo de Retenção	Área	Percentual de Área	Altura	Porcentagem de Altura
0,801	7980506	100,000	1947230	100,000

Totais	7980506	100,000	1947230	100,000

Relatório de Área% e Altura%

Arquivo de Dados: C:\Enterprise\Projects\Manitol 200 mg-mL\Result\HPLC0002.32 2026-02-25 16-19-22 (GMT -03-00).rslt\LIIN 03.dat
Método: C:\Enterprise\Projects\Manitol 200 mg-mL\Method\Qualificação 2026.met
Adquirido: 25/02/2026 14:21:10 (GMT -03:00)
Impresso: 25/02/2026 16:23:19 (GMT -03:00)
Software: Agilent OpenLAB CDS (EZChrom Edition) Version A.04.07 Build 04.07.72




Resultados VWD:
Sinal A, 273 nm

Tempo de Retenção	Área	Percentual de Área	Altura	Porcentagem de Altura
0,811	16022160	100,000	3888208	100,000

Totais	16022160	100,000	3888208	100,000

Relatório de Área% e Altura%

Arquivo de Dados: C:\Enterprise\Projects\Manitol 200 mg-mL\Result\HPLC0002.32 2026-02-25 16-19-22 (GMT -03-00).rslt\LIIN 04.dat
Método: C:\Enterprise\Projects\Manitol 200 mg-mL\Method\Qualificação 2026.met
Adquirido: 25/02/2026 14:23:30 (GMT -03:00)
Impresso: 25/02/2026 16:23:36 (GMT -03:00)
Software: Agilent OpenLAB CDS (EZChrom Edition) Version A.04.07 Build 04.07.72




Resultados VWD:
Sinal A, 273 nm

Tempo de Retenção	Área	Percentual de Área	Altura	Porcentagem de Altura
0,815	23950710	100,000	5775400	100,000

Totais	23950710	100,000	5775400	100,000

Relatório de Área% e Altura%

Arquivo de Dados: C:\Enterprise\Projects\Manitol 200 mg-mL\Result\HPLC0002.32 2026-02-25 16-19-22 (GMT -03-00).rslt\LIIN 05.dat
Método: C:\Enterprise\Projects\Manitol 200 mg-mL\Method\Qualificação 2026.met
Adquirido: 25/02/2026 14:25:56 (GMT -03:00)
Impresso: 25/02/2026 16:23:56 (GMT -03:00)
Software: Agilent OpenLAB CDS (EZChrom Edition) Version A.04.07 Build 04.07.72




Resultados VWD:
Sinal A, 273 nm

Tempo de Retenção	Área	Percentual de Área	Altura	Porcentagem de Altura
0,825	31972891	100,000	7607745	100,000

Totais	31972891	100,000	7607745	100,000

Relatório de Área% e Altura%

Arquivo de Dados: C:\Enterprise\Projects\Manitol 200 mg-mL\Result\HPLC0002.32 2026-02-25 16-24-37 (GMT -03-00).rslt\RELB.dat
Método: C:\Enterprise\Projects\Manitol 200 mg-mL\Method\Qualificação RELB 2026.met
Adquirido: 25/02/2026 14:28:20 (GMT -03:00)
Impresso: 25/02/2026 16:29:50 (GMT -03:00)
Software: Agilent OpenLAB CDS (EZChrom Edition) Version A.04.07 Build 04.07.72




Resultados VWD:
Sinal A, 250 nm

Tempo de Retenção	Área	Percentual de Área	Altura	Porcentagem de Altura
0,820	9337853	100,000	2275434	100,000

Totais	9337853	100,000	2275434	100,000

Relatório de Área% e Altura%

Arquivo de Dados: C:\Enterprise\Projects\Manitol 200 mg-mL\Result\HPLC0002.32 2026-02-25 16-24-37 (GMT -03-00).rslt\RELB.dat
Método: C:\Enterprise\Projects\Manitol 200 mg-mL\Method\Qualificação RELB 2026.met
Adquirido: 25/02/2026 14:28:20 (GMT -03:00)
Impresso: 25/02/2026 16:32:31 (GMT -03:00)
Software: Agilent OpenLAB CDS (EZChrom Edition) Version A.04.07 Build 04.07.72




Resultados VWD:
Sinal A, 250 nm

Tempo de Retenção	Área	Percentual de Área	Altura	Porcentagem de Altura
0,820	9337853	100,000	2275434	100,000

Totais	9337853	100,000	2275434	100,000

Relatório de Área% e Altura%

Arquivo de Dados: C:\Enterprise\Projects\Manitol 200 mg-mL\Result\HPLC0002.32 2026-02-25 16-24-37 (GMT -03-00).rslt\RELB.dat
Método: C:\Enterprise\Projects\Manitol 200 mg-mL\Method\Qualificação RELB 2026.met
Adquirido: 25/02/2026 14:28:20 (GMT -03:00)
Impresso: 25/02/2026 16:39:02 (GMT -03:00)
Software: Agilent OpenLAB CDS (EZChrom Edition) Version A.04.07 Build 04.07.72




Resultados VWD:
Sinal A, 250 nm

Tempo de Retenção	Área	Percentual de Área	Altura	Porcentagem de Altura
0,820	9337853	100,000	2275434	100,000

Totais	9337853	100,000	2275434	100,000

Relatório de Área% e Altura%

Arquivo de Dados: C:\Enterprise\Projects\Manitol 200 mg-mL\Result\HPLC0002 (Off-line).32 2026-02-26 08-53-55 (GMT -03-00).rslt\GRABO AB-Rep3.dat
Método: C:\Enterprise\Projects\Manitol 200 mg-mL\Method\Qualificação GRABO AB.met
Adquirido: 25/02/2026 17:50:48 (GMT -03:00)
Impresso: 26/02/2026 08:57:35 (GMT -03:00)
Software: Agilent OpenLAB CDS (EZChrom Edition) Version A.04.07 Build 04.07.72




Resultados VWD: Sinal A, 273 nm

Tempo de Retenção	Altura
2,839	1389743
5,387	2788467
8,241	4185710
11,925	5577124
15,322	6968217

Totais	20909261

Relatório de Área% e Altura%

Arquivo de Dados: C:\Enterprise\Projects\Manitol 200 mg-mL\Result\HPLC0002.32 2026-02-26 14-00-16 (GMT -03-00).rslt\GRABO CD-Rep3.dat
Método: C:\Enterprise\Projects\Manitol 200 mg-mL\Method\Qualificação GRABO CD.met
Adquirido: 26/02/2026 10:04:29 (GMT -03:00)
Impresso: 26/02/2026 14:02:20 (GMT -03:00)
Software: Agilent OpenLAB CDS (EZChrom Edition) Version A.04.07 Build 04.07.72



Resultados VWD: Sinal A, 273 nm

Tempo de Retenção	Altura
2,495	1371592
5,974	2751343
8,595	4135535
11,973	5516212
15,273	6892714

Totais	20667396