Relatório de Adequação do Sistema

Sequência : C:\EZChrom Elite\Enterprise\Projects\QUALIFICACAO\Sequence\QUALIFICAÇÃO 2022.seq
Usuário : Jonata
Impressão : 4/11/2022 8:16:52 AM

Sistema é Apropriado

DAD-CH1 254 nm	ID da Amostra	Teste	Iniciar(Min)	Parar(Min)	Limite	Resultado	Status
	SINAL_RUIDO	Drift	5.000	60.000	5.000	0.002	Aprovado
	SINAL_RUIDO	ASTM Noise short (scaled)	5.000	60.000	0.100	0.012	Aprovado