System Suitability Report

Sequence : C:\Enterprise\Projects\Qualificacao 2022\Result\QUALIFICAÇÃO\GRADIENTE\UPL-0002.40 2022-04-12 14-25-06 (GMT -03-00).rslt\UPL-0002.40 2022-04-12 14-25-06 (GMT -03-00).rst
User : Fabio Joel Hoffmann (Fabio Hoffmann)
Printed : 12/04/2022 16:35:55 (GMT -03:00)

Sample ID	Data Filename
SINAL RUIDO	SINAL RUIDO.dat

System is Suitable

DAD: Sinal A, 254.0 nm/Lb:4.0 nm Ref 360.0 nm/Lb:100.0 nm	Sample ID	Test	Start(Min)	Stop(Min)	Threshold	Result	Status
	SINAL RUIDO	Drift	5,000	60,000	5,00000000	0,00218519	Passed
	SINAL RUIDO	ASTM Noise short (scaled)	5,000	60,000	0,10000000	0,01511907	Passed