

Teste do EDUV

Arquivo de Dados: C:\Enterprise\Projects\Qualificação\Result\HPL36 (Off-line).20 2024-03-11 14-57-05 (GMT -03-00).rslt\EDUV_001.dat
Método: C:\Enterprise\Projects\Qualificação\Method\Qualificação 2023.met
Adquirido: 11/03/2024 14:42:15 (GMT -03:00)
Impresso: 11/03/2024 15:09:43 (GMT -03:00)

Qtde Amostra: 1
Multiplicador: 1

TAG:	HPL36 (Off-line)	Amostra:	EDUV
Vial:	1	Volume:	10 µL





Channel A

Resultados DAD:
Sinal A, 273 nm/Lb:4 nm

Name	Time	Area	Amount	Altura
Cafeína	1,060	542289	0,000	158121


Totais		542289	0,000	158121

Teste do Precisão do Injetor - Branco_01

Arquivo de Dados: C:\Enterprise\Projects\Qualificação\Result\HPL36 (Off-line).20 2024-03-11 16-01-57 (GMT -03-00).rslt\Branco_01_002.dat
Método: C:\Enterprise\Projects\Qualificação\Method\Qualificação 2023.met
Adquirido: 11/03/2024 14:45:23 (GMT -03:00)
Impresso: 11/03/2024 16:04:05 (GMT -03:00)

Qtde Amostra: 1
Multiplicador: 1

TAG:	HPL36 (Off-line)	Amostra:	Branco_01
Vial:	2	Volume:	10 µL



Channel A


Resultados DAD:
Sinal A, 273 nm/Lb:4 nm

Name	Time	Area	Amount	Altura

Teste do Precisão do Injetor - PCIN_01

Arquivo de Dados: C:\Enterprise\Projects\Qualificação\Result\HPL36 (Off-line).20 2024-03-11 16-01-57 (GMT -03-00).rslt\PCIN_01_003.dat
Método: C:\Enterprise\Projects\Qualificação\Method\Qualificação 2023.met
Adquirido: 11/03/2024 14:48:32 (GMT -03:00)
Impresso: 11/03/2024 16:05:18 (GMT -03:00)

Qtde Amostra: 1
Multiplicador: 1
TAG: HPL36 (Off-line) Amostra: PCIN_01
Vial: 3 Volume: 10 µL



Channel A

Resultados DAD:
Sinal A, 273 nm/Lb:4 nm

Name	Time	Area	Amount	Altura
Cafeína	1,053	1689198	0,000	482946


Totais		1689198	0,000	482946

Teste do Precisão do Injetor - PCIN_02

Arquivo de Dados: C:\Enterprise\Projects\Qualificação\Result\HPL36 (Off-line).20 2024-03-11 16-01-57 (GMT -03-00).rslt\PCIN_02_004.dat
Método: C:\Enterprise\Projects\Qualificação\Method\Qualificação 2023.met
Adquirido: 11/03/2024 14:51:46 (GMT -03:00)
Impresso: 11/03/2024 16:05:51 (GMT -03:00)

Qtde Amostra: 1
Multiplicador: 1

TAG:	HPL36 (Off-line)	Amostra:	PCIN_02
Vial:	3	Volume:	10 µL



Channel A

Resultados DAD:
Sinal A, 273 nm/Lb:4 nm

Name	Time	Area	Amount	Altura
Cafeína	1,053	1688230	0,000	482035


Totais		1688230	0,000	482035

Teste do Precisão do Injetor - PCIN_03

Arquivo de Dados: C:\Enterprise\Projects\Qualificação\Result\HPL36 (Off-line).20 2024-03-11 16-01-57 (GMT -03-00).rslt\PCIN_03_005.dat
Método: C:\Enterprise\Projects\Qualificação\Method\Qualificação 2023.met
Adquirido: 11/03/2024 14:54:54 (GMT -03:00)
Impresso: 11/03/2024 16:06:36 (GMT -03:00)

Qtde Amostra: 1
Multiplicador: 1

TAG:	HPL36 (Off-line)	Amostra:	PCIN_03
Vial:	3	Volume:	10 µL



Channel A

Resultados DAD:
Sinal A, 273 nm/Lb:4 nm


Name	Time	Area	Amount	Altura
Cafeína	1,060	1688215	0,000	478958

Totais		1688215	0,000	478958

Teste do Precisão do Injetor - Branco_02

Arquivo de Dados: C:\Enterprise\Projects\Qualificação\Result\HPL36 (Off-line).20 2024-03-11 16-01-57 (GMT -03-00).rslt\Branco_02_006.dat
Método: C:\Enterprise\Projects\Qualificação\Method\Qualificação 2023.met
Adquirido: 11/03/2024 14:58:26 (GMT -03:00)
Impresso: 11/03/2024 16:07:22 (GMT -03:00)

Qtde Amostra: 1
Multiplicador: 1
TAG: HPL36 (Off-line) Amostra: Branco_02
Vial: 2 Volume: 10 µL



Channel A

Resultados DAD:
Sinal A, 273 nm/Lb:4 nm

Name	Time	Area	Amount	Altura
	1,233	6466	0,000	582


Totais		6466	0,000	582

Teste do Precisão do Injetor - PCIN_04

Arquivo de Dados: C:\Enterprise\Projects\Qualificação\Result\HPL36 (Off-line).20 2024-03-11 16-01-57 (GMT -03-00).rslt\PCIN_04_007.dat
Método: C:\Enterprise\Projects\Qualificação\Method\Qualificação 2023.met
Adquirido: 11/03/2024 15:01:35 (GMT -03:00)
Impresso: 11/03/2024 16:08:11 (GMT -03:00)

Qtde Amostra: 1
Multiplicador: 1

TAG:	HPL36 (Off-line)	Amostra:	PCIN_04
Vial:	3	Volume:	10 µL



Channel A

Resultados DAD:
Sinal A, 273 nm/Lb:4 nm

Name	Time	Area	Amount	Altura
Cafeína	1,053	1689240	0,000	475606


Totais		1689240	0,000	475606

Teste do Precisão do Injetor - PCIN_05

Arquivo de Dados: C:\Enterprise\Projects\Qualificação\Result\HPL36 (Off-line).20 2024-03-11 16-01-57 (GMT -03-00).rslt\PCIN_05_008.dat
Método: C:\Enterprise\Projects\Qualificação\Method\Qualificação 2023.met
Adquirido: 11/03/2024 15:04:43 (GMT -03:00)
Impresso: 11/03/2024 16:08:39 (GMT -03:00)

Qtde Amostra: 1
Multiplicador: 1

TAG:	HPL36 (Off-line)	Amostra:	PCIN_05
Vial:	3	Volume:	10 µL



Channel A

Resultados DAD:
Sinal A, 273 nm/Lb:4 nm

Name	Time	Area	Amount	Altura
Cafeína	1,053	1688061	0,000	472939


Totais		1688061	0,000	472939

Teste do Precisão do Injetor - PCIN_06

Arquivo de Dados: C:\Enterprise\Projects\Qualificação\Result\HPL36 (Off-line).20 2024-03-11 16-01-57 (GMT -03-00).rslt\PCIN_06_009.dat
Método: C:\Enterprise\Projects\Qualificação\Method\Qualificação 2023.met
Adquirido: 11/03/2024 15:07:53 (GMT -03:00)
Impresso: 11/03/2024 16:09:23 (GMT -03:00)

Qtde Amostra: 1
Multiplicador: 1

TAG:	HPL36 (Off-line)	Amostra:	PCIN_06
Vial:	3	Volume:	10 µL



Channel A

Resultados DAD:
Sinal A, 273 nm/Lb:4 nm

Name	Time	Area	Amount	Altura
Cafeína	1,060	1688645	0,000	468722


Totais		1688645	0,000	468722

Teste do Precisão do Injetor - Branco_03

Arquivo de Dados: C:\Enterprise\Projects\Qualificação\Result\HPL36 (Off-line).20 2024-03-11 16-01-57 (GMT -03-00).rslt\Branco_03_010.dat
Método: C:\Enterprise\Projects\Qualificação\Method\Qualificação 2023.met
Adquirido: 11/03/2024 15:11:01 (GMT -03:00)
Impresso: 11/03/2024 16:09:53 (GMT -03:00)

Qtde Amostra: 1
Multiplicador: 1

TAG:	HPL36 (Off-line)	Amostra:	Branco_03
Vial:	2	Volume:	10 µL



Channel A

Resultados DAD:
Sinal A, 273 nm/Lb:4 nm


Name	Time	Area	Amount	Altura

Teste de Linearidadae do Detector - LDUV_01

Arquivo de Dados: C:\Enterprise\Projects\Qualificação\Result\HPL36 (Off-line).20 2024-03-11 16-01-57 (GMT -03-00).rslt\LDUV_01_011.dat
Método: C:\Enterprise\Projects\Qualificação\Method\Qualificação 2023.met
Adquirido: 11/03/2024 15:14:11 (GMT -03:00)
Impresso: 11/03/2024 16:10:56 (GMT -03:00)

Qtde Amostra: 1
Multiplicador: 1

TAG:	HPL36 (Off-line)	Amostra:	LDUV_01
Vial:	4	Volume:	10 µL



Channel A


Resultados DAD:
Sinal A, 273 nm/Lb:4 nm

Name	Time	Area	Amount	Altura

Teste de Linearidadae do Detector - LDUV_02

Arquivo de Dados: C:\Enterprise\Projects\Qualificação\Result\HPL36 (Off-line).20 2024-03-11 16-01-57 (GMT -03-00).rslt\LDUV_02_012.dat
Método: C:\Enterprise\Projects\Qualificação\Method\Qualificação 2023.met
Adquirido: 11/03/2024 15:17:22 (GMT -03:00)
Impresso: 11/03/2024 16:11:46 (GMT -03:00)

Qtde Amostra: 1
Multiplicador: 1
TAG: HPL36 (Off-line) Amostra: LDUV_02
Vial: 5 Volume: 10 µL



Channel A

Resultados DAD:
Sinal A, 273 nm/Lb:4 nm


Name	Time	Area	Amount	Altura
Cafeína	1,060	567747	0,000	155841
Totais		567747	0,000	155841

Teste de Linearidadae do Detector - LDUV_03

Arquivo de Dados: C:\Enterprise\Projects\Qualificação\Result\HPL36 (Off-line).20 2024-03-11 16-01-57 (GMT -03-00).rslt\LDUV_03_013.dat
Método: C:\Enterprise\Projects\Qualificação\Method\Qualificação 2023.met
Adquirido: 11/03/2024 15:20:32 (GMT -03:00)
Impresso: 11/03/2024 16:13:48 (GMT -03:00)

Qtde Amostra: 1
Multiplicador: 1

TAG:	HPL36 (Off-line)	Amostra:	LDUV_03
Vial:	6	Volume:	10 µL



Channel A

Resultados DAD:
Sinal A, 273 nm/Lb:4 nm

Name	Time	Area	Amount	Altura
Cafeína	1,060	1085955	0,000	298382


Totais		1085955	0,000	298382

Teste de Linearidadae do Detector - LDUV_04

Arquivo de Dados: C:\Enterprise\Projects\Qualificação\Result\HPL36 (Off-line).20 2024-03-11 16-01-57 (GMT -03-00).rslt\LDUV_04_014.dat
Método: C:\Enterprise\Projects\Qualificação\Method\Qualificação 2023.met
Adquirido: 11/03/2024 15:23:43 (GMT -03:00)
Impresso: 11/03/2024 16:14:24 (GMT -03:00)

Qtde Amostra: 1
Multiplicador: 1

TAG:	HPL36 (Off-line)	Amostra:	LDUV_04
Vial:	7	Volume:	10 µL



Channel A

Resultados DAD:
Sinal A, 273 nm/Lb:4 nm


Name	Time	Area	Amount	Altura
Cafeína	1,060	1628306	0,000	440991

Totais		1628306	0,000	440991

Teste de Linearidadae do Detector - LDUV_05

Arquivo de Dados: C:\Enterprise\Projects\Qualificação\Result\HPL36 (Off-line).20 2024-03-11 16-01-57 (GMT -03-00).rslt\LDUV_05_015.dat
Método: C:\Enterprise\Projects\Qualificação\Method\Qualificação 2023.met
Adquirido: 11/03/2024 15:26:52 (GMT -03:00)
Impresso: 11/03/2024 16:15:23 (GMT -03:00)

Qtde Amostra: 1
Multiplicador: 1
TAG: HPL36 (Off-line) Amostra: LDUV_05
Vial: 8 Volume: 10 µL



Channel A

Resultados DAD:
Sinal A, 273 nm/Lb:4 nm


Name	Time	Area	Amount	Altura
Cafeína	1,053	2241163	0,000	609910
Totais		2241163	0,000	609910

Teste de Linearidadae do Detector - LIIN_01

Arquivo de Dados: C:\Enterprise\Projects\Qualificação\Result\HPL36 (Off-line).20 2024-03-11 16-01-57 (GMT -03-00).rslt\LIIN_01_016.dat
Método: C:\Enterprise\Projects\Qualificação\Method\Qualificação 2023.met
Adquirido: 11/03/2024 15:29:22 (GMT -03:00)
Impresso: 11/03/2024 16:15:50 (GMT -03:00)

Qtde Amostra: 1
Multiplicador: 1

TAG:	HPL36 (Off-line)	Amostra:	LIIN_01
Vial:	9	Volume:	0 µL



Channel A


Resultados DAD:
Sinal A, 273 nm/Lb:4 nm

Name	Time	Area	Amount	Altura

Teste de Linearidadae do Detector - LIIN_02

Arquivo de Dados: C:\Enterprise\Projects\Qualificação\Result\HPL36 (Off-line).20 2024-03-11 16-01-57 (GMT -03-00).rslt\LIIN_02_017.dat
Método: C:\Enterprise\Projects\Qualificação\Method\Qualificação 2023.met
Adquirido: 11/03/2024 15:32:28 (GMT -03:00)
Impresso: 11/03/2024 16:16:37 (GMT -03:00)

Qtde Amostra: 1
Multiplicador: 1
TAG: HPL36 (Off-line) Amostra: LIIN_02
Vial: 9 Volume: 5 µL



Channel A


Resultados DAD:
Sinal A, 273 nm/Lb:4 nm

Name	Time	Area	Amount	Altura
Cafeína	1,047	914313	0,000	245678
Totais		914313	0,000	245678

Teste de Linearidadae do Detector - LIIN_03

Arquivo de Dados: C:\Enterprise\Projects\Qualificação\Result\HPL36 (Off-line).20 2024-03-11 16-01-57 (GMT -03-00).rslt\LIIN_03_018.dat
Método: C:\Enterprise\Projects\Qualificação\Method\Qualificação 2023.met
Adquirido: 11/03/2024 15:35:37 (GMT -03:00)
Impresso: 11/03/2024 16:17:04 (GMT -03:00)

Qtde Amostra: 1
Multiplicador: 1
TAG: HPL36 (Off-line) Amostra: LIIN_03
Vial: 9 Volume: 10 µL



Channel A

Resultados DAD:
Sinal A, 273 nm/Lb:4 nm


Name	Time	Area	Amount	Altura
Cafeína	1,060	1825108	0,000	484565

Totais		1825108	0,000	484565

Teste de Linearidadae do Detector - LIIN_04

Arquivo de Dados: C:\Enterprise\Projects\Qualificação\Result\HPL36 (Off-line).20 2024-03-11 16-01-57 (GMT -03-00).rslt\LIIN_04_019.dat
Método: C:\Enterprise\Projects\Qualificação\Method\Qualificação 2023.met
Adquirido: 11/03/2024 15:38:48 (GMT -03:00)
Impresso: 11/03/2024 16:18:16 (GMT -03:00)

Qtde Amostra: 1
Multiplicador: 1
TAG: HPL36 (Off-line) Amostra: LIIN_04
Vial: 9 Volume: 15 µL



Channel A

Resultados DAD:
Sinal A, 273 nm/Lb:4 nm


Name	Time	Area	Amount	Altura
Cafeína	1,067	2732962	0,000	718092

Totais		2732962	0,000	718092

Teste de Linearidadae do Detector - LIIN_05

Arquivo de Dados: C:\Enterprise\Projects\Qualificação\Result\HPL36 (Off-line).20 2024-03-11 16-01-57 (GMT -03-00).rslt\LIIN_05_020.dat
Método: C:\Enterprise\Projects\Qualificação\Method\Qualificação 2023.met
Adquirido: 11/03/2024 15:42:02 (GMT -03:00)
Impresso: 11/03/2024 16:18:48 (GMT -03:00)

Qtde Amostra: 1
Multiplicador: 1
TAG: HPL36 (Off-line) Amostra: LIIN_05
Vial: 9 Volume: 20 µL



Channel A

Resultados DAD:
Sinal A, 273 nm/Lb:4 nm


Name	Time	Area	Amount	Altura
Cafeína	1,067	3639098	0,000	938754

Totais		3639098	0,000	938754


TESTE DE SINAL\RUÍDO - RELB_02

Arquivo de Dados: C:\Enterprise\Projects\Qualificação\Result\HPL36 (Off-line).20 2024-03-11 16-39-13 (GMT -03-00).rslt\RELB_02_022.dat
Método: C:\Enterprise\Projects\Qualificação\Method\SINAL RUÍDO 2023.met
Adquirido: 11/03/2024 16:06:43 (GMT -03:00)
Impresso: 11/03/2024 16:44:49 (GMT -03:00)


Qtde Amostra: 1
Multiplicador: 1
TAG: HPL36 (Off-line) Amostra: RELB_02
Vial: 10 Volume: 20 µL




ESTABILIDADE DA LINHA DE BASE



RUÍDO



ALTURA DO PICO



Channel A

Resultados DAD: Sinal A,
250 nm/Lb:4 nm


Name	Time	Area	Amount
	3,160	1866	0,000
	3,273	532	0,000
	3,480	98	0,000

Totais		2496	0,000

Teste de Gradientes dos Canais - GRAD AB

Arquivo de Dados: C:\Enterprise\Projects\Qualificação\Result\HPL36 (Off-line).20 2024-03-12 14-05-25 (GMT -03-00).rslt\GRAD AB_001.dat
Método: C:\Enterprise\Projects\Qualificação\Method\GRAD AB_2023.met
Adquirido: 12/03/2024 12:40:29 (GMT -03:00)
Impresso: 12/03/2024 14:21:18 (GMT -03:00)

Qtde Amostra: 1
Multiplicador: 1
TAG: HPL36 (Off-line) Amostra: GRAD AB
Vial: 2 Volume: 0



Channel A

Resultados DAD:
Sinal A, 273 nm/Lb:4 nm


Name	Time	Area	Amount	Altura
20%	3,340	15247975	0,000	95634
40%	6,380	76778	0,000	191944
60%	9,267	5533675	0,000	288262
80%	12,320	1535310	0,000	383849
100	15,300	13559599	0,000	481456
	18,027	31415	0,000	606
	19,593	1042	0,000	82
Totais		35985794	0,000	1441833

Teste de Gradiente dos Canais - GRAD CD

Arquivo de Dados: C:\Enterprise\Projects\Qualificação\Result\HPL36 (Off-line).20 2024-03-12 14-05-25 (GMT -03-00).rslt\GRAD CD_004.dat
Método: C:\Enterprise\Projects\Qualificação\Method\GRAD CD_2023.met
Adquirido: 12/03/2024 13:42:00 (GMT -03:00)
Impresso: 12/03/2024 14:36:05 (GMT -03:00)

Qtde Amostra: 1
Multiplicador: 1

TAG:	HPL36 (Off-line)	Amostra:	GRAD CD
Vial:	2	Volume:	0 µL



Channel A

Resultados DAD: Sinal A, 273 nm/Lb:4 nm

Name	Time	Area	Amount
	3,193	14958212	0,000
20%	3,347	770583	0,000
40%	6,020	1463449	0,000
60%	9,307	1618457	0,000
80%	12,293	1385200	0,000
	14,980	4235974	0,000
100%	15,220	6739387	0,000
	15,293	12384236	0,000
Totais		43555498	0,000