
Certificado Nº:115/26 - RELB	Início da Qualificação: 04/03/2026	Página 1 de 3	

Resultado obtido na altura do pico

	ALTURA DO PICO (mAU)
Resultado:	**194,6910**




Peak Results

	Name	RT	Area	Height	Amount	Units
1	Cafeina	0.795	848229	206316		

Certificado Nº:115/26 - RELB	Início da Qualificação: 04/03/2026	Página 2 de 3

Resultado obtido no teste de sinal/ruído

Resultado:	Ruído (mAU)
VALOR MÁXIMO:	**0,1100**
VALOR MÍNIMO:	**0,1430**
	Ruído
	-0,0330



Certificado Nº:115/26 - RELB	Início da Qualificação: 04/03/2026	Página 3 de 3

Resultado obtido no teste estabilidade da linha de base

Estabilidade da Linha de Base	Diferença 20 min	Diferença 60 min
VALOR MÁXIMO:	**0,0000**	**-0,4500**
VALOR MÍNIMO:	**0,1500**	
Resultado:	**-0,1500**	

