
Certificado Nº: 000/00 -RELB	Início da Qualificação: 00/00/0000	Página 1 de 3	

Resultado obtido na altura do pico

	ALTURA DO PICO (mAU)
Resultado:	**751,8053**




Sample Name	Name	RT	Area	Noise	Signal To Noise	Height
RELB	CAFEÍNA	1.147	751.8053			222.834

Certificado Nº: 000/00	Início da Qualificação: 00/00/0000	Página 2 de 3

Resultado obtido no teste de sinal/ruído

Resultado:	Ruído (mAU)
VALOR MÁXIMO:	-0,0079
VALOR MÍNIMO:	-0,0063
	Ruído
	-0,0017



Certificado Nº: 000/00	Início da Qualificação: 00/00/0000	Página 3 de 3

Resultado obtido no teste estabilidade da linha de base

Estabilidade da Linha de Base	Diferença 20 min	Diferença 60 min
VALOR MÁXIMO:	0,0100	0,4500
VALOR MÍNIMO:	-0,1400	
Resultado:	0,1500	

