TOC2100 GEHAKA

23/03/23 16:17

Numero Serie ...= 18080125001002
Versao Firmware = 1.21.010

Hora	Condut. uS/cm	Temp. 'C	TOC ppb
16:19	0.614	28.4	30

Media .....: 30 ppb

TOC2100 GEHAKA

23/03/23 16:21

Numero Serie ...= 18080125001002
Versao Firmware = 1.21.010

Hora	Condut. uS/cm	Temp. 'C	TOC ppb
16:23	0.625	28.5	29

Media .....: 29 ppb

TOC2100 GEHAKA

23/03/23 16:24

Numero Serie ...= 18080125001002
Versao Firmware = 1.21.010

Hora	Condut. uS/cm	Temp. 'C	TOC ppb
16:26	0.614	27.9	29

Media .....: 29 ppb

TOC2100 GEHAKA

23/03/23 16:56

Numero Serie ...= 18080125001002
Versao Firmware = 1.21.010

Hora	Condut. uS/cm	Temp. 'C	TOC ppb
17:00	0.523	30.6	541

Media .....: 541 ppb

TOC2100 GEHAKA

23/03/23 17:01

Numero Serie ...= 18080125001002
Versao Firmware = 1.21.010

Hora	Condut. uS/cm	Temp. 'C	TOC ppb
17:05	0.529	30.5	509

Media .....: 509 ppb

TOC2100 GEHAKA

23/03/23 17:06

Numero Serie ...= 18080125001002
Versao Firmware = 1.21.010

Hora	Condut. uS/cm	Temp. 'C	TOC ppb
17:10	0.534	30.8	500

Media .....: 500 ppb

TOC2100 GEHAKA

23/03/23 17:15

Numero Serie ...= 18080125001002
Versao Firmware = 1.21.010

Padrao .....: 500 ppb
Resposta ...: 516 ppb
Fator de Cal: 0.996 []

Assinatura

TOC2100 GEHAKA

24/03/23 08:07

Numero Serie ...= 18080125001002
Versao Firmware = 1.21.010

Hora	Condut. uS/cm	Temp. 'C	TOC ppb
08:12	0.460	28.7	57

Media .....: 57 ppb

TOC2100 GEHAKA

24/03/23 08:12

Numero Serie ...= 18080125001002
Versao Firmware = 1.21.010

Hora	Condut. uS/cm	Temp. 'C	TOC ppb
08:15	0.504	29.0	56

Media .....: 56 ppb

TOC2100 GEHAKA

24/03/23 08:15

Numero Serie ...= 18080125001002
Versao Firmware = 1.21.010

Hora	Condut. uS/cm	Temp. 'C	TOC ppb
08:18	0.518	29.3	57

Media .....: 57 ppb

TOC2100 GEHAKA

24/03/23 08:19

Numero Serie ...= 18080125001002
Versao Firmware = 1.21.010

Hora	Condut. uS/cm	Temp. 'C	TOC ppb
08:23	0.925	26.9	538

Media .....: 538 ppb

TOC2100 GEHAKA

24/03/23 08:23

Numero Serie ...= 18080125001002
Versao Firmware = 1.21.010

Hora	Condut. uS/cm	Temp. 'C	TOC ppb
08:27	0.935	26.6	530

Media .....: 530 ppb

TOC2100 GEHAKA

24/03/23 08:28

Numero Serie ...= 18080125001002
Versao Firmware = 1.21.010

Hora	Condut. uS/cm	Temp. 'C	TOC ppb
08:32	0.941	26.8	515

Media .....: 515 ppb

TOC2100 GEHAKA

24/03/23 08:33

Numero Serie ...= 18080125001002
Versao Firmware = 1.21.010

Hora	Condut. uS/cm	Temp. 'C	TOC ppb
08:37	0.978	27.1	539

Media .....: 539 ppb

TOC2100 GEHAKA

24/03/23 08:37

Numero Serie ...= 18080125001002
Versao Firmware = 1.21.010

Hora	Condut. uS/cm	Temp. 'C	TOC ppb
08:41	0.977	26.7	542

Media .....: 542 ppb

TOC2100 GEHAKA

24/03/23 08:41

Numero Serie ...= 18080125001002
Versao Firmware = 1.21.010

Hora	Condut. uS/cm	Temp. 'C	TOC ppb
08:45	0.980	27.2	539

Media .....: 539 ppb

TOC2100 GEHAKA

24/03/23 09:07

Numero Serie ...= 18080125001002
Versao Firmware = 1.21.010

Hora	Condut. uS/cm	Temp. 'C	TOC ppb
09:09	9.449	28.8	82

Media .....: 82 ppb

TOC2100 GEHAKA

24/03/23 09:03

Numero Serie ...= 18080125001002
Versao Firmware = 1.21.010

Hora	Condut. uS/cm	Temp. 'C	TOC ppb
09:07	9.466	29.8	91

Media .....: 91 ppb

TOC2100 GEHAKA

24/03/23 08:59

Numero Serie ...= 18080125001002
Versao Firmware = 1.21.010

Hora	Condut. uS/cm	Temp. 'C	TOC ppb
09:03	9.470	29.2	84

Media .....: 84 ppb