
Certificado Nº: 125/25 -RELB	Início da Qualificação: 11/02/2025	Página 1 de 3	

Resultado obtido na altura do pico

	ALTURA DO PICO (mAU)
Resultado:	**123,2750**

Chromatogram




Integration Results

No.	Peakname	RetentionTime min	Area mAU*min	Height mAU	Relative Area %	Rel.Height %	Amount
1	Cafeína	1,340	12,7863	123,275	100,00	100,00	n.a.
Total:			**12,786**	**123,275**	**100,000**	**100,000**	

Certificado Nº: 125/25 -RELB	Início da Qualificação: 11/02/2025	Página 2 de 3

Resultado obtido no teste de sinal/ruído

Resultado:	Ruído (mAU)
VALOR MÁXIMO:	-0,7120
VALOR MÍNIMO:	-0,7530
	Ruído
	0,0410



Certificado Nº: 125/25 -RELB	Início da Qualificação: 11/02/2025	Página 3 de 3

Resultado obtido no teste estabilidade da linha de base

Estabilidade da Linha de Base	Diferença 20 min	Diferença 60 min
VALOR MÁXIMO:	-0,4000	1,4250
VALOR MÍNIMO:	-0,8750	
Resultado:	0,4750	

