
Certificado Nº: 126/25 -RELB	Início da Qualificação: 11/02/2025	Página 1 de 3	

Resultado obtido na altura do pico

	ALTURA DO PICO (mAU)
Resultado:	**103,2700**




Integration Results

No.	Peakname	RetentionTime min	Area mAU*min	Height mAU	Relative Area %	Rel.Height %	Amount
1	Cafeína	1,515	11,9717	103,270	100,00	100,00	n.a.
Total:			**11,972**	**103,270**	**100,000**	**100,000**	

Certificado Nº: 126/25 -RELB	Início da Qualificação: 11/02/2025	Página 2 de 3

Resultado obtido no teste de sinal/ruído

Resultado:	Ruído (mAU)
VALOR MÁXIMO:	-0,0370
VALOR MÍNIMO:	-0,0550
	Ruído
	0,0180



Certificado Nº: 126/25 -RELB	Início da Qualificação: 11/02/2025	Página 3 de 3

Resultado obtido no teste estabilidade da linha de base

Estabilidade da Linha de Base	Diferença 20 min	Diferença 60 min
VALOR MÁXIMO:	0,1500	0,6000
VALOR MÍNIMO:	-0,0500	
Resultado:	0,2000	

