
Certificado Nº: 127/25 -RELB	Início da Qualificação: 11/02/2025	Página 1 de 3	

Resultado obtido na altura do pico

	ALTURA DO PICO (mAU)
Resultado:	**184,9950**

Chromatogram




Integration Results

No.	Peakname	RetentionTime min	Area mAU*min	Height mAU	Relative Area %	Rel.Height %	Amount
1	Cafeína	1,100	11,1905	184,995	100,00	100,00	n.a.
Total:			**11,191**	**184,995**	**100,000**	**100,000**	

Certificado Nº: 127/25 -RELB	Início da Qualificação: 11/02/2025	Página 2 de 3

Resultado obtido no teste de sinal/ruído

Resultado:	Ruído (mAU)
VALOR MÁXIMO:	0,1990
VALOR MÍNIMO:	0,1670
	Ruído
	0,0320



Certificado Nº: 127/25 -RELB	Início da Qualificação: 11/02/2025	Página 3 de 3

Resultado obtido no teste estabilidade da linha de base

Estabilidade da Linha de Base	Diferença 20 min	Diferença 60 min
VALOR MÁXIMO:	0,3000	0,6600
VALOR MÍNIMO:	0,0800	
Resultado:	0,2200	

