
Relatório de Injeção Única

Arquivo de dados:	C:\CDSProjects\Qualificações\Manutenção\Results\Qualificação 2024\EDUV 001.sirslt\EDUV 001.dx		
Nome da amostra:	EDUV 001		
Descrição:			
Quantidade de amostra:	0,000	**Tipo de amostra:**	Amostra
Instrumento:	sistema12	**Localização:**	P2-A1
Data da injeção:	2024-03-22 10:29:46-03:00	**Injeção:**	1 de 1
Método de aquis.:	Qualificação.amx	**Volume de injeção:**	10,000 µL
Método de análise:	*3D UV Quantitativo_DefaultMethod.pmx	**Operador de aquis.:**	Fabio Joel Hoffmann
Última alteração:	2024-03-22 10:47:08-03:00		




Nome	RT [min]	Área	Altura	Ruído	Sinal-Ruído
Cafeina	2,296	607,9432	96,017		

Relatório de Injeção Única

Agilent


Arquivo de dados:	C:\CDSProjects\Qualificações\Manutenção\Results\Qualificação 2024\RELB 003.sirslt\RELB 003.dx		
Nome da amostra:	RELB 003		
Descrição:			
Quantidade de amostra:	0,000	**Tipo de amostra:**	Amostra
Instrumento:	sistema12	**Localização:**	P2-A8
Data da injeção:	2024-03-22 11:56:22-03:00	**Injeção:**	1 de 1
Método de aquis.:	Sinal Ruído.amx	**Volume de injeção:**	20,000 µL
Método de análise:	*Cafeína.pmx	**Operador de aquis.:**	Fabio Joel Hoffmann
Última alteração:	2024-03-22 12:19:35-03:00		



Nome	RT [min]	Área	Altura	Ruído	Sinal-Ruído
Cafeína	2,619	710,8903	123,416	0,0172	7157,06584

Relatório de Injeção Única


Arquivo de dados:	C:\CDSProjects\Qualificações\Manutenção\Results\Qualificação 2024\RELB 003.sirslt\RELB 003.dx		
Nome da amostra:	RELB 003		
Descrição:			
Quantidade de amostra:	0,000	**Tipo de amostra:**	Amostra
Instrumento:	sistema12	**Localização:**	P2-A8
Data da injeção:	2024-03-22 11:56:22-03:00	**Injeção:**	1 de 1
Método de aquis.:	Sinal Ruído.amx	**Volume de injeção:**	20,000 µL
Método de análise:	*Cafeína.pmx	**Operador de aquis.:**	Fabio Joel Hoffmann
Última alteração:	2024-03-22 12:19:35-03:00		



Nome	RT [min]	Área	Altura	Ruído	Sinal-Ruído
Cafeína	2,619	710,8903	123,416	0,0172	7157,06584

Relatório de Injeção Única


Arquivo de dados:	C:\CDSProjects\Qualificações\Manutenção\Results\Qualificação 2024\RELB 003.sirslt\RELB 003.dx		
Nome da amostra:	RELB 003		
Descrição:			
Quantidade de amostra:	0,000	**Tipo de amostra:**	Amostra
Instrumento:	sistema12	**Localização:**	P2-A8
Data da injeção:	2024-03-22 11:56:22-03:00	**Injeção:**	1 de 1
Método de aquis.:	Sinal Ruído.amx	**Volume de injeção:**	20,000 µL
Método de análise:	*Cafeína.pmx	**Operador de aquis.:**	Fabio Joel Hoffmann
Última alteração:	2024-03-22 12:19:35-03:00		



Nome	RT [min]	Área	Altura	Ruído	Sinal-Ruído
Cafeína	2,619	710,8903	123,416	0,0172	7157,06584

Relatório de Injeção Única

Arquivo de dados:	C:\CDSProjects\Qualificações\Manutenção\Results\Qualificação 2024\PCIN 001.rslt\2024-03-22 12-22-40-03-00-01.dx		
Nome da amostra:	Branco PCIN 01		
Descrição:			
Quantidade de amostra:	0,000	**Tipo de amostra:**	Amostra
Instrumento:	sistema12	**Localização:**	P2-A2
Data da injeção:	2024-03-22 12:23:33-03:00	**Injeção:**	1 de 1
Método de aquis.:	Qualificação.amx	**Volume de injeção:**	10,000 µL
Método de análise:	Cafeína.pmx	**Operador de aquis.:**	Fabio Joel Hoffmann
Última alteração:	2024-03-22 12:19:35-03:00		




Nome	RT [min]	Área	Altura	Ruído	Sinal-Ruído

Relatório de Injeção Única

Agilent

Arquivo de dados:	C:\CDSProjects\Qualificações\Manutenção\Results\Qualificação 2024\PCIN 001.rslt\2024-03-22 12-27-05-03-00-02.dx		
Nome da amostra:	PCIN 01		
Descrição:			
Quantidade de amostra:	0,000	**Tipo de amostra:**	Amostra
Instrumento:	sistema12	**Localização:**	P2-A3
Data da injeção:	2024-03-22 12:27:53-03:00	**Injeção:**	1 de 1
Método de aquis.:	Qualificação.amx	**Volume de injeção:**	10,000 µL
Método de análise:	Cafeína.pmx	**Operador de aquis.:**	Fabio Joel Hoffmann
Última alteração:	2024-03-22 12:19:35-03:00		




Nome	RT [min]	Área	Altura	Ruído	Sinal-Ruído
Cafeína	2,609	766,7634	134,260		

Relatório de Injeção Única

Agilent

Arquivo de dados:	C:\CDSProjects\Qualificações\Manutenção\Results\Qualificação 2024\PCIN 001.rslt\2024-03-22 12-31-25-03-00-03.dx		
Nome da amostra:	PCIN 02		
Descrição:			
Quantidade de amostra:	0,000	**Tipo de amostra:**	Amostra
Instrumento:	sistema12	**Localização:**	P2-A3
Data da injeção:	2024-03-22 12:32:13-03:00	**Injeção:**	1 de 1
Método de aquis.:	Qualificação.amx	**Volume de injeção:**	10,000 µL
Método de análise:	Cafeína.pmx	**Operador de aquis.:**	Fabio Joel Hoffmann
Última alteração:	2024-03-22 12:19:35-03:00		




Nome	RT [min]	Área	Altura	Ruído	Sinal-Ruído
Cafeína	2,609	767,2808	133,841		

Relatório de Injeção Única

Agilent


Arquivo de dados:	C:\CDSProjects\Qualificações\Manutenção\Results\Qualificação 2024\PCIN 001.rslt\2024-03-22 12-35-47-03-00-04.dx		
Nome da amostra:	PCIN 03		
Descrição:			
Quantidade de amostra:	0,000	**Tipo de amostra:**	Amostra
Instrumento:	sistema12	**Localização:**	P2-A3
Data da injeção:	2024-03-22 12:36:36-03:00	**Injeção:**	1 de 1
Método de aquis.:	Qualificação.amx	**Volume de injeção:**	10,000 µL
Método de análise:	Cafeína.pmx	**Operador de aquis.:**	Fabio Joel Hoffmann
Última alteração:	2024-03-22 12:19:35-03:00		



Nome	RT [min]	Área	Altura	Ruído	Sinal-Ruído
Cafeína	2,607	766,9885	133,902		

Relatório de Injeção Única


Arquivo de dados:	C:\CDSProjects\Qualificações\Manutenção\Results\Qualificação 2024\PCIN 001.rslt\2024-03-22 12-40-08-03-00-05.dx		
Nome da amostra:	Branco PCIN 02		
Descrição:			
Quantidade de amostra:	0,000	**Tipo de amostra:**	Amostra
Instrumento:	sistema12	**Localização:**	P2-A2
Data da injeção:	2024-03-22 12:40:58-03:00	**Injeção:**	1 de 1
Método de aquis.:	Qualificação.amx	**Volume de injeção:**	10,000 µL
Método de análise:	Cafeína.pmx	**Operador de aquis.:**	Fabio Joel Hoffmann
Última alteração:	2024-03-22 12:19:35-03:00		



Nome	RT [min]	Área	Altura	Ruído	Sinal-Ruído

Relatório de Injeção Única

Arquivo de dados:	C:\CDSProjects\Qualificações\Manutenção\Results\Qualificação 2024\PCIN 001.rslt\2024-03-22 12-44-31-03-00-06.dx		
Nome da amostra:	PCIN 04		
Descrição:			
Quantidade de amostra:	0,000	**Tipo de amostra:**	Amostra
Instrumento:	sistema12	**Localização:**	P2-A3
Data da injeção:	2024-03-22 12:45:19-03:00	**Injeção:**	1 de 1
Método de aquis.:	Qualificação.amx	**Volume de injeção:**	10,000 µL
Método de análise:	Cafeína.pmx	**Operador de aquis.:**	Fabio Joel Hoffmann
Última alteração:	2024-03-22 12:19:35-03:00		




Nome	RT [min]	Área	Altura	Ruído	Sinal-Ruído
Cafeína	2,607	766,0395	133,735		

Relatório de Injeção Única

Agilent

Arquivo de dados:	C:\CDSProjects\Qualificações\Manutenção\Results\Qualificação 2024\PCIN 001.rslt\2024-03-22 12-48-53-03-00-07.dx		
Nome da amostra:	PCIN 05		
Descrição:			
Quantidade de amostra:	0,000	**Tipo de amostra:**	Amostra
Instrumento:	sistema12	**Localização:**	P2-A3
Data da injeção:	2024-03-22 12:49:41-03:00	**Injeção:**	1 de 1
Método de aquis.:	Qualificação.amx	**Volume de injeção:**	10,000 µL
Método de análise:	Cafeína.pmx	**Operador de aquis.:**	Fabio Joel Hoffmann
Última alteração:	2024-03-22 12:19:35-03:00		




Nome	RT [min]	Área	Altura	Ruído	Sinal-Ruído
Cafeína	2,607	766,6321	133,117		

Relatório de Injeção Única

Agilent

Arquivo de dados:	C:\CDSProjects\Qualificações\Manutenção\Results\Qualificação 2024\PCIN 001.rslt\2024-03-22 12-53-14-03-00-08.dx		
Nome da amostra:	PCIN 06		
Descrição:			
Quantidade de amostra:	0,000	**Tipo de amostra:**	Amostra
Instrumento:	sistema12	**Localização:**	P2-A3
Data da injeção:	2024-03-22 12:54:04-03:00	**Injeção:**	1 de 1
Método de aquis.:	Qualificação.amx	**Volume de injeção:**	10,000 µL
Método de análise:	Cafeína.pmx	**Operador de aquis.:**	Fabio Joel Hoffmann
Última alteração:	2024-03-22 12:19:35-03:00		




Nome	RT [min]	Área	Altura	Ruído	Sinal-Ruído
Cafeína	2,608	766,2970	133,261		

Relatório de Injeção Única

Agilent


Arquivo de dados:	C:\CDSProjects\Qualificações\Manutenção\Results\Qualificação 2024\PCIN 001.rslt\2024-03-22 12-57-36-03-00-09.dx		
Nome da amostra:	Branco PCIN 03		
Descrição:			
Quantidade de amostra:	0,000	**Tipo de amostra:**	Amostra
Instrumento:	sistema12	**Localização:**	P2-A2
Data da injeção:	2024-03-22 12:58:25-03:00	**Injeção:**	1 de 1
Método de aquis.:	Qualificação.amx	**Volume de injeção:**	10,000 µL
Método de análise:	Cafeína.pmx	**Operador de aquis.:**	Fabio Joel Hoffmann
Última alteração:	2024-03-22 12:19:35-03:00		



Nome	RT [min]	Área	Altura	Ruído	Sinal-Ruído

Relatório de Injeção Única


Arquivo de dados:	C:\CDSProjects\Qualificações\Manutenção\Results\Qualificação 2024\LDUV 001.rslt\2024-03-22 13-09-36-03-00-01.dx		
Nome da amostra:	LDUV 01		
Descrição:			
Quantidade de amostra:	0,000	**Tipo de amostra:**	Amostra
Instrumento:	sistema12	**Localização:**	P2-A4
Data da injeção:	2024-03-22 13:10:25-03:00	**Injeção:**	1 de 1
Método de aquis.:	Qualificação.amx	**Volume de injeção:**	10,000 µL
Método de análise:	Cafeína.pmx	**Operador de aquis.:**	Fabio Joel Hoffmann
Última alteração:	2024-03-22 12:19:35-03:00		



Nome	RT [min]	Área	Altura	Ruído	Sinal-Ruído

Relatório de Injeção Única

Arquivo de dados:	C:\CDSProjects\Qualificações\Manutenção\Results\Qualificação 2024\LDUV 001.rslt\2024-03-22 13-13-57-03-00-02.dx		
Nome da amostra:	LDUV 02		
Descrição:			
Quantidade de amostra:	0,000	**Tipo de amostra:**	Amostra
Instrumento:	sistema12	**Localização:**	P2-A5
Data da injeção:	2024-03-22 13:14:45-03:00	**Injeção:**	1 de 1
Método de aquis.:	Qualificação.amx	**Volume de injeção:**	10,000 µL
Método de análise:	Cafeína.pmx	**Operador de aquis.:**	Fabio Joel Hoffmann
Última alteração:	2024-03-22 12:19:35-03:00		




Nome	RT [min]	Área	Altura	Ruído	Sinal-Ruído
Cafeína	2,611	242,0669	42,317		

Relatório de Injeção Única

Agilent

Arquivo de dados:	C:\CDSProjects\Qualificações\Manutenção\Results\Qualificação 2024\LDUV 001.rslt\2024-03-22 13-18-18-03-00-03.dx		
Nome da amostra:	LDUV 03		
Descrição:			
Quantidade de amostra:	0,000	**Tipo de amostra:**	Amostra
Instrumento:	sistema12	**Localização:**	P2-A6
Data da injeção:	2024-03-22 13:19:08-03:00	**Injeção:**	1 de 1
Método de aquis.:	Qualificação.amx	**Volume de injeção:**	10,000 µL
Método de análise:	Cafeína.pmx	**Operador de aquis.:**	Fabio Joel Hoffmann
Última alteração:	2024-03-22 12:19:35-03:00		




Nome	RT [min]	Área	Altura	Ruído	Sinal-Ruído
Cafeína	2,611	505,6596	87,804		

Relatório de Injeção Única

Agilent

Arquivo de dados:	C:\CDSProjects\Qualificações\Manutenção\Results\Qualificação 2024\LDUV 001.rslt\2024-03-22 13-22-39-03-00-04.dx		
Nome da amostra:	LDUV 04		
Descrição:			
Quantidade de amostra:	0,000	**Tipo de amostra:**	Amostra
Instrumento:	sistema12	**Localização:**	P2-A7
Data da injeção:	2024-03-22 13:23:29-03:00	**Injeção:**	1 de 1
Método de aquis.:	Qualificação.amx	**Volume de injeção:**	10,000 µL
Método de análise:	Cafeína.pmx	**Operador de aquis.:**	Fabio Joel Hoffmann
Última alteração:	2024-03-22 12:19:35-03:00		




Nome	RT [min]	Área	Altura	Ruído	Sinal-Ruído
Cafeína	2,613	778,7647	135,452		

Relatório de Injeção Única

Agilent


Arquivo de dados:	C:\CDSProjects\Qualificações\Manutenção\Results\Qualificação 2024\LDUV 001.rslt\2024-03-22 13-27-01-03-00-05.dx		
Nome da amostra:	LDUV 05		
Descrição:			
Quantidade de amostra:	0,000	**Tipo de amostra:**	Amostra
Instrumento:	sistema12	**Localização:**	P2-A8
Data da injeção:	2024-03-22 13:27:50-03:00	**Injeção:**	1 de 1
Método de aquis.:	Qualificação.amx	**Volume de injeção:**	10,000 µL
Método de análise:	Cafeína.pmx	**Operador de aquis.:**	Fabio Joel Hoffmann
Última alteração:	2024-03-22 12:19:35-03:00		



Nome	RT [min]	Área	Altura	Ruído	Sinal-Ruído
Cafeína	2,610	1023,9053	177,813		

Relatório de Injeção Única

Arquivo de dados:	C:\CDSProjects\Qualificações\Manutenção\Results\Qualificação 2024\LIIN 001.rslt\2024-03-22 13-36-53-03-00-01.dx		
Nome da amostra:	LIIN 01		
Descrição:			
Quantidade de amostra:	0,000	**Tipo de amostra:**	Amostra
Instrumento:	sistema12	**Localização:**	P1-A1
Data da injeção:	2024-03-22 13:37:43-03:00	**Injeção:**	1 de 1
Método de aquis.:	Qualificação.amx	**Volume de injeção:**	0,000 µL
Método de análise:	Cafeína.pmx	**Operador de aquis.:**	Fabio Joel Hoffmann
Última alteração:	2024-03-22 12:19:35-03:00		




Nome	RT [min]	Área	Altura	Ruído	Sinal-Ruído

Relatório de Injeção Única

Agilent

Arquivo de dados:	C:\CDSProjects\Qualificações\Manutenção\Results\Qualificação 2024\LIIN 001.rslt\2024-03-22 13-41-16-03-00-02.dx		
Nome da amostra:	LIIN 02		
Descrição:			
Quantidade de amostra:	0,000	**Tipo de amostra:**	Amostra
Instrumento:	sistema12	**Localização:**	P2-A9
Data da injeção:	2024-03-22 13:42:01-03:00	**Injeção:**	1 de 1
Método de aquis.:	Qualificação.amx	**Volume de injeção:**	5,000 µL
Método de análise:	Cafeína.pmx	**Operador de aquis.:**	Fabio Joel Hoffmann
Última alteração:	2024-03-22 12:19:35-03:00		




Nome	RT [min]	Área	Altura	Ruído	Sinal-Ruído
Cafeína	2,609	438,8700	74,781		

Relatório de Injeção Única

Agilent

Arquivo de dados:	C:\CDSProjects\Qualificações\Manutenção\Results\Qualificação 2024\LIIN 001.rslt\2024-03-22 13-45-34-03-00-03.dx		
Nome da amostra:	LIIN 03		
Descrição:			
Quantidade de amostra:	0,000	**Tipo de amostra:**	Amostra
Instrumento:	sistema12	**Localização:**	P2-A9
Data da injeção:	2024-03-22 13:46:23-03:00	**Injeção:**	1 de 1
Método de aquis.:	Qualificação.amx	**Volume de injeção:**	10,000 µL
Método de análise:	Cafeína.pmx	**Operador de aquis.:**	Fabio Joel Hoffmann
Última alteração:	2024-03-22 12:19:35-03:00		




Nome	RT [min]	Área	Altura	Ruído	Sinal-Ruído
Cafeína	2,615	880,3721	148,980		

Relatório de Injeção Única

Agilent

Arquivo de dados:	C:\CDSProjects\Qualificações\Manutenção\Results\Qualificação 2024\LIIN 001.rslt\2024-03-22 13-49-56-03-00-04.dx		
Nome da amostra:	LIIN 04		
Descrição:			
Quantidade de amostra:	0,000	**Tipo de amostra:**	Amostra
Instrumento:	sistema12	**Localização:**	P2-A9
Data da injeção:	2024-03-22 13:50:46-03:00	**Injeção:**	1 de 1
Método de aquis.:	Qualificação.amx	**Volume de injeção:**	15,000 µL
Método de análise:	Cafeína.pmx	**Operador de aquis.:**	Fabio Joel Hoffmann
Última alteração:	2024-03-22 12:19:35-03:00		




Nome	RT [min]	Área	Altura	Ruído	Sinal-Ruído
Cafeína	2,621	1320,8236	221,253		

Relatório de Injeção Única

Agilent

Arquivo de dados:	C:\CDSProjects\Qualificações\Manutenção\Results\Qualificação 2024\LIIN 001.rslt\2024-03-22 13-54-19-03-00-05.dx		
Nome da amostra:	LIIN 05		
Descrição:			
Quantidade de amostra:	0,000	**Tipo de amostra:**	Amostra
Instrumento:	sistema12	**Localização:**	P2-A9
Data da injeção:	2024-03-22 13:55:14-03:00	**Injeção:**	1 de 1
Método de aquis.:	Qualificação.amx	**Volume de injeção:**	20,000 µL
Método de análise:	*Cafeína.pmx	**Operador de aquis.:**	Fabio Joel Hoffmann
Última alteração:	2024-03-22 14:05:48-03:00		




Nome	RT [min]	Área	Altura	Ruído	Sinal-Ruído
Cafeína	2,628	1761,0543	291,227		

Relatório de Injeção Única

Agilent

Arquivo de dados:	C:\CDSProjects\Qualificações\Manutenção\Results\Qualificação 2024\GRAD AB 001.sirslt\GRAD AB 001.dx		
Nome da amostra:	GRAD AB 001		
Descrição:			
Quantidade de amostra:	0,000	**Tipo de amostra:**	Amostra
Instrumento:	sistema12	**Localização:**	P2-A2
Data da injeção:	2024-03-22 14:34:00-03:00	**Injeção:**	1 de 1
Método de aquis.:	Gradiente AB.amx	**Volume de injeção:**	0,000 µL
Método de análise:	*Novo método 1.pmx	**Operador de aquis.:**	Fabio Joel Hoffmann
Última alteração:	2024-03-22 14:59:48-03:00		




Nome	RT [min]	Área	Altura	Ruído	Sinal-Ruído
20%	4,160	691,8929	44,015		
40%	6,979	13563,8805	87,978		
60%	9,920	1253,8648	130,590		
80%	12,694	29798,0842	175,381		
100%	16,107	46051,4462	220,530		

Relatório de Injeção Única

Agilent

Arquivo de dados:	C:\CDSProjects\Qualificações\Manutenção\Results\Qualificação 2024\GRAD CD 001.sirslt\GRAD CD 001.dx		
Nome da amostra:	GRAD CD 001		
Descrição:			
Quantidade de amostra:	0,000	**Tipo de amostra:**	Amostra
Instrumento:	sistema12	**Localização:**	P2-A2
Data da injeção:	2024-03-22 15:02:56-03:00	**Injeção:**	1 de 1
Método de aquis.:	Gradiente CD.amx	**Volume de injeção:**	0,000 µL
Método de análise:	*Reprocesso Gradiente.pmx	**Operador de aquis.:**	Fabio Joel Hoffmann
Última alteração:	2024-03-22 15:26:13-03:00		



Nome	RT [min]	Área	Altura	Ruído	Sinal-Ruído
20%	3,734	5842,0996	43,589		
40%	6,507	12347,2219	87,412		
60%	9,920	22334,0330	131,928		
80%	12,907	3648,2895	175,253		
100%	16,108	6494,2583	220,754		