Verde
Experiência & Tecnologia

OS (Ordem de Serviço) Nº. 136/18

Cliente: UNITED MEDICAL LTDA		Tel.: 11 5090-7233	Data chamado: 21/06/2018
Endereço: AV DOS IMARÉS, 401		Bairro: INDIANÓPOLIS	CEP: 04085-000
Cidade: SÃO PAULO	UF: SP	CNPJ: 68.949.239/0001-46	Insc..Est.: 113.627.903.115
Contato: Janaina Casado da Silva		Depto: Farmacêutico	Cargo: Assistente Administrativo Compliance

Técnico responsável pelo serviço: Danilo Melo

Equipamento: HPLC Merck	ID/TAG: EQP 035 LAB	
Módulo: L-2130 Pump	N/S: 18E11-007	
Módulo: L-2200 AutoSampler	N/S: 18E33-041	
Módulo: L-2300 Forno	N/S: 18E30-041	
Módulo: L-2490 RI Det.	N/S: 1810-016	
Módulo: L-2455 DAD	N/S: 18E13-037.	
Módulo:	N/S:	
Módulo:	N/S:	

Tipo de Serviço

Avulso ☒ Contrato ☐ Garantia ☐ Retrabalho ☐ Ref. à OS nº: ____

Interno ☐ **RIR nº.** ____ Externo ☒

Manutenção Prev. ☐ Manutenção Corre. ☐ Qualificação ☒ Instalação ☒ Treinamento ☐ Transferência ☐

Relato feito pelo cliente:

Reinstalação do HPLC e Qualificação

Diagnóstico detectado/o que precisa:

horas de uso da lâmpada de deutério: 1525hs.
horas de uso da lâmpada de Tungstênio: 6145hs.

Serviços executados:

Foi realizado a instalação dos módulos acima relacionados, depois da instalação, foi realizado a qualificação da instalação e qualificação operacional conforme o protocolo de qualificação nº 136/18 na qual todos os resultados dos testes realizados foram satisfatórios.

TEMPO GASTO NA EXECUÇÃO DO SERVIÇO

DATA	INÍCIO	TÉRMINO	TOTAL DE HORAS DE SERVIÇO	HORAS DE DESLOCAMENTO
27/06	07:00			04

PEÇAS UTILIZADAS NO SERVIÇO

QTD.	DESCRIÇÃO	P/N

VISTO DO TÉCNICO: [signature]

DATA: 27/06/18.

CONFIRMAMOS A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS ACIMA.

(Este campo não requer preenchimento quando o serviço for realizado nas instalações da VERDE)

Nome Completo	Cargo	Assinatura
Fernanda Scaramel	Gerente CQ	Fernanda Scaramel.

Verde
Experiência & Tecnologia

OS (Ordem de Serviço) Nº. 136/18

Materiais utilizados durante o serviço								
PADRÕES								
Padrão lote	Padrão lote	Padrão lote	Padrão lote	Padrão lote	Padrão lote	Padrão lote	Padrão lote	Padrão lote
031C1814	051C1814	061C1814	071C1814	081C1814				
EQUIPAMENTOS								
ATR 01☐	FD 03☐	MD 01☐	PO 01☐	RC 08☐	TD 07☐			
CD 01☐	FD 04☐	MD 02☐	PO 02☐	RC 09☐	TH 01☐			
CD 02☐	FD 05☐	MD 03☐	RC 01☐	RC 10☐	TH 02☐			
CD 03☐	FT-IR 01☐	MD 04☐	RC 02☐	TD 01☐	UV 01☐			
CR 01☐	GP 01☐	MD 05☐	RC 03☐	TD 02☐	Outros:			
CR 02☐	HG 01☐	MD 06☐	RC 04☐	TD 03☐	FD 06			
CR 03☐	LD 01☐	MC 01☐	RC 05☐	TD 04☐	TMD001			
FD 01☐	MC 01☐	MC 08☐	RC 06☐	TD 05☐	—			
FD 02☐	MC 08☐	MN 01☐	RC 07☐	TD 06☐	—			
Observações:								

Danilo Melo -	27/06/18
Preenchido por	

Verde Analítica Comércio e Serviços Ltda.
Rua Seraphin Gilberto Candello, 1756, sala 01 – Jd. Morada do Sol – Indaiatuba – SP – CEP 13348-337
CNPJ: 13.837.294/0001-52 www.verdeanalitica.com.br – Fone: 55 (19) 3935-1461