
PDF-XChange Click to buy NOW! www.tracker-software.com

Teste de Exatidão do Detector - EDUV

Método: C:\Enterprise\Projects\OQPQ\Method\Qualificação.met
Arquivo de dados: C:\Enterprise\Projects\OQPQ\Result\Sistema-09 (Off-line).99 2024-03-23 10-21-13 (GMT -03-00).rslt\EDUV_001.dat
Usuário: Administrador do Sistema (Admin)
Adquirido: 23/03/2024 10:14:41 (GMT -03:00)
Impresso: 23/03/2024 10:25:37 (GMT -03:00)
TAG: Sistema-09 (Off-line) **Amostra:** EDUV
Vial: 31 **Volume:** 10 µL



Resultados DAD: Sinal A, 273.0 nm/Lb:4.0 nm Ref 360.0 nm/Lb:100.0 nm


Número do Pico	*Nome*	*Tempo de Retenção*	*Área*	*Altura*
1	Cafeína	1.102	41485240	**11994798**

Totais			41485240	**11994798**

PDF-XChange Click to buy NOW! www.tracker-software.com

Teste de Precisão do Injetor - Branco 01

Método: C:\Enterprise\Projects\OQPQ\Method\Qualificação.met
Arquivo de dados: C:\Enterprise\Projects\OQPQ\Result\Sistema-09 (Off-line).99 2024-03-23 10-41-13 (GMT -03-00).rslt\Branco 01_002.dat
Usuário: Administrador do Sistema (Admin)
Adquirido: 23/03/2024 10:18:30 (GMT -03:00)
Impresso: 23/03/2024 10:41:44 (GMT -03:00)
TAG: Sistema-09 (Off-line) **Amostra:** Branco 01
Vial: 32 **Volume:** 10 µL




Resultados DAD: Sinal A, 273.0 nm/Lb:4.0 nm Ref 360.0 nm/Lb:100.0 nm

Número do Pico	*Nome*	*Tempo de Retenção*	*Área*	*Altura*
	Cafeína			
Totais				

PDF-XChange Click to buy NOW! www.tracker-software.com

Teste de Precisão do Injetor - PCIN 01

Método: C:\Enterprise\Projects\OQPQ\Method\Qualificação.met
Arquivo de dados: C:\Enterprise\Projects\OQPQ\Result\Sistema-09 (Off-line).99 2024-03-23 10-31-21 (GMT -03-00).rslt\PCIN 01_003.dat
Usuário: Administrador do Sistema (Admin)
Adquirido: 23/03/2024 10:22:14 (GMT -03:00)
Impresso: 23/03/2024 10:38:42 (GMT -03:00)
TAG: Sistema-09 (Off-line) **Amostra:** PCIN 01
Vial: 33 **Volume:** 10 µL



Resultados DAD: Sinal A, 273.0 nm/Lb:4.0 nm Ref 360.0 nm/Lb:100.0 nm


Número do Pico	*Nome*	*Tempo de Retenção*	*Área*	*Altura*
1	Cafeína	1.102	102484808	**29592339**

Totais		102484808	**29592339**

PDF-XChange Click to buy NOW! www.tracker-software.com

Teste de Precisão do Injetor - PCIN 02

Método: C:\Enterprise\Projects\OQPQ\Method\Qualificação.met
Arquivo de dados: C:\Enterprise\Projects\OQPQ\Result\Sistema-09 (Off-line).99 2024-03-23 10-31-21 (GMT -03-00).rslt\PCIN 02_004.dat
Usuário: Administrador do Sistema (Admin)
Adquirido: 23/03/2024 10:25:52 (GMT -03:00)
Impresso: 23/03/2024 10:39:47 (GMT -03:00)
TAG: Sistema-09 (Off-line) **Amostra:** PCIN 02
Vial: 33 **Volume:** 10 µL



Resultados DAD: Sinal A, 273.0 nm/Lb:4.0 nm Ref 360.0 nm/Lb:100.0 nm


Número do Pico	*Nome*	*Tempo de Retenção*	*Área*	*Altura*
1	Cafeína	1.100	102043647	**29733703**

Totais		102043647	**29733703**

PDF-XChange Click to buy NOW! www.tracker-software.com

Teste de Precisão do Injetor - PCIN 03

Método: C:\Enterprise\Projects\OQPQ\Method\Qualificação.met
Arquivo de dados: C:\Enterprise\Projects\OQPQ\Result\Sistema-09 (Off-line).99 2024-03-23 10-41-13 (GMT -03-00).rslt\PCIN 03_005.dat
Usuário: Administrador do Sistema (Admin)
Adquirido: 23/03/2024 10:29:28 (GMT -03:00)
Impresso: 23/03/2024 10:42:22 (GMT -03:00)
TAG: Sistema-09 (Off-line) **Amostra:** PCIN 03
Vial: 33 **Volume:** 10 µL



Resultados DAD: Sinal A, 273.0 nm/Lb:4.0 nm Ref 360.0 nm/Lb:100.0 nm


Número do Pico	*Nome*	*Tempo de Retenção*	*Área*	*Altura*
1	Cafeína	1.098	102208539	**29647086**

Totais		102208539	**29647086**

PDF-XChange Click to buy NOW! www.tracker-software.com

Teste de Precisão do Injetor - Branco 02

Método: C:\Enterprise\Projects\OQPQ\Method\Qualificação.met
Arquivo de dados: C:\Enterprise\Projects\OQPQ\Result\Sistema-09 (Off-line).99 2024-03-23 10-41-13 (GMT -03-00).rslt\Branco 02_006.dat
Usuário: Administrador do Sistema (Admin)
Adquirido: 23/03/2024 10:33:00 (GMT -03:00)
Impresso: 23/03/2024 10:42:54 (GMT -03:00)
TAG: Sistema-09 (Off-line) **Amostra:** Branco 02
Vial: 32 **Volume:** 10 µL




Resultados DAD: Sinal A, 273.0 nm/Lb:4.0 nm Ref 360.0 nm/Lb:100.0 nm

Número do Pico	*Nome*	*Tempo de Retenção*	*Área*	*Altura*
	Cafeína			
Totais				

PDF-XChange
Click to buy NOW!
www.tracker-software.com

Teste de Precisão do Injetor - PCIN 04

Método: C:\Enterprise\Projects\OQPQ\Method\Qualificação.met
Arquivo de dados: C:\Enterprise\Projects\OQPQ\Result\Sistema-09 (Off-line).99 2024-03-23 10-41-13 (GMT -03-00).rslt\PCIN 04_007.dat
Usuário: Administrador do Sistema (Admin)
Adquirido: 23/03/2024 10:36:38 (GMT -03:00)
Impresso: 23/03/2024 10:43:46 (GMT -03:00)
TAG: Sistema-09 (Off-line) **Amostra:** PCIN 04
Vial: 33 **Volume:** 10 µL




Resultados DAD: Sinal A, 273.0 nm/Lb:4.0 nm Ref 360.0 nm/Lb:100.0 nm

Número do Pico	*Nome*	*Tempo de Retenção*	*Área*	*Altura*
1	Cafeína	1.102	102408924	**29863741**
Totais			102408924	**29863741**

PDF-XChange Click to buy NOW! www.tracker-software.com

Teste de Precisão do Injetor - PCIN 05

Método: C:\Enterprise\Projects\OQPQ\Method\Qualificação.met
Arquivo de dados: C:\Enterprise\Projects\OQPQ\Result\Sistema-09 (Off-line).99 2024-03-23 10-44-16 (GMT -03-00).rslt\PCIN 05_008.dat
Usuário: Administrador do Sistema (Admin)
Adquirido: 23/03/2024 10:40:16 (GMT -03:00)
Impresso: 23/03/2024 10:44:59 (GMT -03:00)
TAG: Sistema-09 (Off-line) **Amostra:** PCIN 05
Vial: 33 **Volume:** 10 µL



Resultados DAD: Sinal A, 273.0 nm/Lb:4.0 nm Ref 360.0 nm/Lb:100.0 nm


Número do Pico	*Nome*	*Tempo de Retenção*	*Área*	*Altura*
1	Cafeína	1.102	101959489	**29725264**

Totais		101959489	**29725264**

PDF-XChange Click to buy NOW! www.tracker-software.com

Teste de Precisão do Injetor - PCIN 06

Método: C:\Enterprise\Projects\OQPQ\Method\Qualificação.met
Arquivo de dados: C:\Enterprise\Projects\OQPQ\Result\Sistema-09 (Off-line).99 2024-03-23 10-46-42 (GMT -03-00).rslt\PCIN 06_009.dat
Usuário: Administrador do Sistema (Admin)
Adquirido: 23/03/2024 10:43:53 (GMT -03:00)
Impresso: 23/03/2024 10:47:28 (GMT -03:00)
TAG: Sistema-09 (Off-line) **Amostra:** PCIN 06
Vial: 33 **Volume:** 10 µL



Resultados DAD: Sinal A, 273.0 nm/Lb:4.0 nm Ref 360.0 nm/Lb:100.0 nm


Número do Pico	*Nome*	*Tempo de Retenção*	*Área*	*Altura*
1	Cafeína	1.103	102140332	**29860394**

Totais		102140332	**29860394**

PDF-XChange
Click to buy NOW!
www.tracker-software.com

Teste de Precisão do Injetor - Branco 03

Método: C:\Enterprise\Projects\OQPQ\Method\Qualificação.met
Arquivo de dados: C:\Enterprise\Projects\OQPQ\Result\Sistema-09 (Off-line).99 2024-03-23 11-00-58 (GMT -03-00).rslt\Branco 03_010.dat
Usuário: Administrador do Sistema (Admin)
Adquirido: 23/03/2024 10:47:27 (GMT -03:00)
Impresso: 23/03/2024 11:01:29 (GMT -03:00)
TAG: Sistema-09 (Off-line) **Amostra:** Branco 03
Vial: 32 **Volume:** 10 µL




Resultados DAD: Sinal A, 273.0 nm/Lb:4.0 nm Ref 360.0 nm/Lb:100.0 nm

Número do Pico	*Nome*	*Tempo de Retenção*	*Área*	*Altura*
	Cafeína			
Totais				

PDF-XChange
Click to buy NOW!
www.tracker-software.com

Teste de Linearidade do Detector - LDUV 01

Método: C:\Enterprise\Projects\OQPQ\Method\Qualificação.met
Arquivo de dados: C:\Enterprise\Projects\OQPQ\Result\Sistema-09 (Off-line).99 2024-03-23 11-00-58 (GMT -03-00).rslt\LDUV 01_011.dat
Usuário: Administrador do Sistema (Admin)
Adquirido: 23/03/2024 10:51:06 (GMT -03:00)
Impresso: 23/03/2024 11:02:52 (GMT -03:00)
TAG: Sistema-09 (Off-line) **Amostra:** LDUV 01
Vial: 34 **Volume:** 10 µL



Resultados DAD: Sinal A, 273.0 nm/Lb:4.0 nm Ref 360.0 nm/Lb:100.0 nm


Número do Pico	*Nome*	*Tempo de Retenção*	*Área*	*Altura*
1	Cafeína	1.103	96152	**28549**

Totais		96152	**28549**

PDF-XChange Click to buy NOW! www.tracker-software.com

Teste de Linearidade do Detector - LDUV 02

Método: C:\Enterprise\Projects\OQPQ\Method\Qualificação.met
Arquivo de dados: C:\Enterprise\Projects\OQPQ\Result\Sistema-09 (Off-line).99 2024-03-23 11-00-58 (GMT -03-00).rslt\LDUV 02_012.dat
Usuário: Administrador do Sistema (Admin)
Adquirido: 23/03/2024 10:54:44 (GMT -03:00)
Impresso: 23/03/2024 11:03:53 (GMT -03:00)
TAG: Sistema-09 (Off-line) **Amostra:** LDUV 02
Vial: 35 **Volume:** 10 µL



Resultados DAD: Sinal A, 273.0 nm/Lb:4.0 nm Ref 360.0 nm/Lb:100.0 nm


Número do Pico	*Nome*	*Tempo de Retenção*	*Área*	*Altura*
1	Cafeína	1.102	32651091	**9465493**

Totais		32651091	**9465493**

PDF-XChange
Click to buy NOW!
www.tracker-software.com

Teste de Linearidade do Detector - LDUV 03

Método: C:\Enterprise\Projects\OQPQ\Method\Qualificação.met
Arquivo de dados: C:\Enterprise\Projects\OQPQ\Result\Sistema-09 (Off-line).99 2024-03-23 11-00-58 (GMT -03-00).rslt\LDUV 03_013.dat
Usuário: Administrador do Sistema (Admin)
Adquirido: 23/03/2024 10:58:24 (GMT -03:00)
Impresso: 23/03/2024 11:04:36 (GMT -03:00)
TAG: Sistema-09 (Off-line) **Amostra:** LDUV 03
Vial: 36 **Volume:** 10 µL



Resultados DAD: Sinal A, 273.0 nm/Lb:4.0 nm Ref 360.0 nm/Lb:100.0 nm


Número do Pico	*Nome*	*Tempo de Retenção*	*Área*	*Altura*
1	Cafeína	1.102	67969841	**19589351**

Totais		67969841	**19589351**

PDF-XChange
Click to buy NOW!
www.tracker-software.com

Teste de Precisão do Injetor - LDUV 04

Método: C:\Enterprise\Projects\OQPQ\Method\Qualificação.met
Arquivo de dados: C:\Enterprise\Projects\OQPQ\Result\Sistema-09 (Off-line).99 2024-03-23 11-08-56 (GMT -03-00).rslt\LDUV 04_014.dat
Usuário: Administrador do Sistema (Admin)
Adquirido: 23/03/2024 11:02:07 (GMT -03:00)
Impresso: 23/03/2024 11:11:07 (GMT -03:00)
TAG: Sistema-09 (Off-line) **Amostra:** LDUV 04
Vial: 37 **Volume:** 10 µL



Resultados DAD: Sinal A, 273.0 nm/Lb:4.0 nm Ref 360.0 nm/Lb:100.0 nm


Número do Pico	*Nome*	*Tempo de Retenção*	*Área*	*Altura*
1	Cafeína	1.102	104835135	**30378109**

Totais		104835135	**30378109**

PDF-XChange
Click to buy NOW!
www.tracker-software.com

Teste de Precisão do Injetor - LDUV 05

Método: C:\Enterprise\Projects\OQPQ\Method\Qualificação.met
Arquivo de dados: C:\Enterprise\Projects\OQPQ\Result\Sistema-09 (Off-line).99 2024-03-23 11-08-56 (GMT -03-00).rslt\LDUV 05_015.dat
Usuário: Administrador do Sistema (Admin)
Adquirido: 23/03/2024 11:05:50 (GMT -03:00)
Impresso: 23/03/2024 11:09:51 (GMT -03:00)
TAG: Sistema-09 (Off-line) **Amostra:** LDUV 05
Vial: 38 **Volume:** 10 µL



Resultados DAD: Sinal A, 273.0 nm/Lb:4.0 nm Ref 360.0 nm/Lb:100.0 nm


Número do Pico	*Nome*	*Tempo de Retenção*	*Área*	*Altura*
1	Cafeína	1.100	138947370	**40055447**

Totais		138947370	**40055447**

PDF-XChange
Click to buy NOW!
www.tracker-software.com

Teste de Linearidade do Injetor - LIIN 01

Método: C:\Enterprise\Projects\OQPQ\Method\Qualificação.met
Arquivo de dados: C:\Enterprise\Projects\OQPQ\Result\Sistema-09 (Off-line).99 2024-03-23 11-48-46 (GMT -03-00).rslt\LIIN 01_017.dat
Usuário: Administrador do Sistema (Admin)
Adquirido: 23/03/2024 11:29:59 (GMT -03:00)
Impresso: 23/03/2024 11:49:35 (GMT -03:00)
TAG: Sistema-09 (Off-line) **Amostra:** LIIN 01
Vial: 39 **Volume:** 0 µL




Resultados DAD: Sinal A, 273.0 nm/Lb:4.0 nm Ref 360.0 nm/Lb:100.0 nm

Número do Pico	*Nome*	*Tempo de Retenção*	*Área*	*Altura*
	Cafeína			
Totais				

PDF-XChange Click to buy NOW! www.tracker-software.com

Teste de Linearidade do Injetor - LIIN 02

Método: C:\Enterprise\Projects\OQPQ\Method\Qualificação.met
Arquivo de dados: C:\Enterprise\Projects\OQPQ\Result\Sistema-09 (Off-line).99 2024-03-23 11-48-46 (GMT -03-00).rslt\LIIN 02_018.dat
Usuário: Administrador do Sistema (Admin)
Adquirido: 23/03/2024 11:33:42 (GMT -03:00)
Impresso: 23/03/2024 11:50:54 (GMT -03:00)
TAG: Sistema-09 (Off-line) **Amostra:** LIIN 02
Vial: 39 **Volume:** 5 µL



Resultados DAD: Sinal A, 273.0 nm/Lb:4.0 nm Ref 360.0 nm/Lb:100.0 nm


Número do Pico	*Nome*	*Tempo de Retenção*	*Área*	*Altura*
1	Cafeína	1.095	56635746	**16822935**

Totais		56635746	**16822935**

PDF-XChange Click to buy NOW! www.tracker-software.com

Teste de Linearidade do Injetor - LIIN 03

Método: C:\Enterprise\Projects\OQPQ\Method\Qualificação.met
Arquivo de dados: C:\Enterprise\Projects\OQPQ\Result\Sistema-09 (Off-line).99 2024-03-23 11-48-46 (GMT -03-00).rslt\LIIN 03_019.dat
Usuário: Administrador do Sistema (Admin)
Adquirido: 23/03/2024 11:37:20 (GMT -03:00)
Impresso: 23/03/2024 11:51:30 (GMT -03:00)
TAG: Sistema-09 (Off-line) **Amostra:** LIIN 03
Vial: 39 **Volume:** 10 µL



Resultados DAD: Sinal A, 273.0 nm/Lb:4.0 nm Ref 360.0 nm/Lb:100.0 nm


Número do Pico	*Nome*	*Tempo de Retenção*	*Área*	*Altura*
1	Cafeína	1.103	113208672	**33933403**

Totais		113208672	**33933403**

PDF-XChange
Click to buy NOW!
www.tracker-software.com

Teste de Linearidade do Injetor - LIIN 04

Método: C:\Enterprise\Projects\OQPQ\Method\Qualificação.met
Arquivo de dados: C:\Enterprise\Projects\OQPQ\Result\Sistema-09 (Off-line).99 2024-03-23 11-48-46 (GMT -03-00).rslt\LIIN 04_020.dat
Usuário: Administrador do Sistema (Admin)
Adquirido: 23/03/2024 11:41:03 (GMT -03:00)
Impresso: 23/03/2024 11:52:04 (GMT -03:00)
TAG: Sistema-09 (Off-line) **Amostra:** LIIN 04
Vial: 39 **Volume:** 15 µL



Resultados DAD: Sinal A, 273.0 nm/Lb:4.0 nm Ref 360.0 nm/Lb:100.0 nm


Número do Pico	*Nome*	*Tempo de Retenção*	*Área*	*Altura*
1	Cafeína	1.112	169560600	**50068243**

Totais		169560600	**50068243**

PDF-XChange Click to buy NOW! www.tracker-software.com

Teste de Linearidade do Injetor - LIIN 05

Método: C:\Enterprise\Projects\OQPQ\Method\Qualificação.met
Arquivo de dados: C:\Enterprise\Projects\OQPQ\Result\Sistema-09 (Off-line).99 2024-03-23 11-48-46 (GMT -03-00).rslt\LIIN 05_021.dat
Usuário: Administrador do Sistema (Admin)
Adquirido: 23/03/2024 11:44:52 (GMT -03:00)
Impresso: 23/03/2024 11:52:38 (GMT -03:00)
TAG: Sistema-09 (Off-line) **Amostra:** LIIN 05
Vial: 39 **Volume:** 20 µL



Resultados DAD: Sinal A, 273.0 nm/Lb:4.0 nm Ref 360.0 nm/Lb:100.0 nm

Número do Pico	*Nome*	*Tempo de Retenção*	*Área*	*Altura*
1	Cafeína	1.120	226436204	**66611414**


Totais		226436204	**66611414**

PDF-XChange
Click to buy NOW!
www.tracker-software.com


Teste de Estabilidade da Linha de Base e Sinal Ruído - RELB

Arquivo de Dados: C:\Enterprise\Projects\OQPQ\Result\Sistema-09 (Off-line).99 2024-03-23 12-31-04 (GMT -03-00).rslt\RELB_022.dat
Método: C:\Enterprise\Projects\OQPQ\Method\Sinal Ruído.met
Adquirido: 23/03/2024 11:48:38 (GMT -03:00)
Impresso: 23/03/2024 12:53:49 (GMT -03:00)


Qtde Amostra: 1
Multiplicador: 1
TAG: Sistema-09 (Off-line) Amostra: RELB
Vial: 40 Volume: 20 µL



Estabilidade da Linha de Base




Ruído - Noise



PDF-XChange
Click to buy NOW!
www.tracker-software.com

Altura do Pico



Channel A

Resultados DAD: Sinal A,
250.0 nm/Lb:4.0 nm Ref
360.0 nm/Lb:100.0 nm


Name	Time	Area	Amount
	1.120	94094590	0.000

Totais		94094590	0.000

PDF-XChange Click to buy NOW! www.tracker-software.com

Teste de Gradiente dos Canais - Gradiente AB

Método: C:\Enterprise\Projects\OQPQ\Method\Gradiente AB.met
Arquivo de dados: C:\Enterprise\Projects\OQPQ\Result\Sistema-09 (Off-line).99 2024-03-23 12-54-34 (GMT -03-00).rslt\Gradiente AB_001.dat
Usuário: Administrador do Sistema (Admin)
Adquirido: 23/03/2024 12:32:08 (GMT -03:00)
Impresso: 23/03/2024 13:01:39 (GMT -03:00)
TAG: Sistema-09 (Off-line) **Amostra:** Gradiente AB
Vial: 32 **Volume:** 0 µL




Resultados DAD: Sinal A, 273.0 nm/Lb:4.0 nm Ref 360.0 nm/Lb:100.0 nm

Número do Pico	*Nome*	*Tempo de Retenção*	*Área*	*Altura*
1	20%	2.998	920713297	**6485475**
3	40%	6.265	76906010	**12821192**
4	60%	8.935	2982728831	**19161851**
5	80%	11.815	4348518986	**25436121**
7	100%	15.188	1174810562	**31646587**
Totais			9503677686	**95551226**

PDF-XChange Click to buy NOW! www.tracker-software.com

Relatório de Normalização

Método: C:\Enterprise\Projects\OQPQ\Method\Gradiente CD.met
Arquivo de dados: C:\Enterprise\Projects\OQPQ\Result\Sistema-09 (Off-line).99 2024-03-23 13-14-05 (GMT -03-00).rslt\Gradiente CD_002.dat
Usuário: Administrador do Sistema (Admin)
Adquirido: 23/03/2024 12:52:38 (GMT -03:00)
Impresso: 23/03/2024 13:20:00 (GMT -03:00)



Resultados DAD: Sinal A, 273.0 nm/Lb:4.0 nm Ref 360.0 nm/Lb:100.0 nm

Número do Pico	*Nome*	*Tempo de Retenção*	*Área*	*Altura*
1	20%	2.853	872571819	**6387523**
3	40%	5.898	76116551	**12698673**
4	60%	8.982	3495783610	**19057321**
5	80%	11.757	4104737891	**25384543**
6	100%	14.378	4319853229	**31614200**

Totais			12869063100	**95142260**