



\\Datasystem\EZChrom Enterprise\Projects\Default\Data\Comp. Onda.dat, 1.71 Minutos

Relatório de Padrão

Arquivo: \\Datasystem\EZChrom Enterprise\Projects\Default\Data\Branco 01.dat
Método: \\Datasystem\EZChrom Enterprise\Projects\Default\Method\Qualificação HPL 23.met
Aquisição: 30/6/2020 15:58:40
Impressão: 1/7/2020 13:30:36
Padrão: Branco 01.dat
Volume: 10 uL




DAD: Sinal A, 273 nm/Lb:100 nm
Resultados

Nome	Tempo de retenção	Área
PD Cafeina		
Totais		

Relatório de Padrão

Arquivo: \\Datasystem\EZChrom Enterprise\Projects\Default\Data\PCIN 01.dat
Método: \\Datasystem\EZChrom Enterprise\Projects\Default\Method\Qualificação HPL 23.met
Aquisição: 30/6/2020 16:02:48
Impressão: 1/7/2020 13:31:48
Padrão: PCIN 01.dat
Volume: 10 uL




DAD: Sinal A, 273 nm/Lb:100 nm
Resultados

Nome	Tempo de retenção	Área
PD Cafeina	1.687	456208

Totais		456208

Relatório de Padrão

Arquivo: \\Datasystem\EZChrom Enterprise\Projects\Default\Data\PCIN 02.dat
Método: \\Datasystem\EZChrom Enterprise\Projects\Default\Method\Qualificação HPL 23.met
Aquisição: 30/6/2020 16:06:57
Impressão: 1/7/2020 13:32:36
Padrão: PCIN 02.dat
Volume: 10 uL




DAD: Sinal A, 273 nm/Lb:100 nm
Resultados

Nome	Tempo de retenção	Área
PD Cafeina	1.727	458563

Totais		458563

Relatório de Padrão

Arquivo: \\Datasystem\EZChrom Enterprise\Projects\Default\Data\PCIN 03.dat
Método: \\Datasystem\EZChrom Enterprise\Projects\Default\Method\Qualificação HPL 23.met
Aquisição: 30/6/2020 16:11:05
Impressão: 1/7/2020 13:33:09
Padrão: PCIN 03.dat
Volume: 10 uL




DAD: Sinal A, 273 nm/Lb:100 nm
Resultados

Nome	Tempo de retenção	Área
PD Cafeina	1.700	456259
Totais		456259

Relatório de Padrão

Arquivo: \\Datasystem\EZChrom Enterprise\Projects\Default\Data\Branco 02.dat
Método: \\Datasystem\EZChrom Enterprise\Projects\Default\Method\Qualificação HPL 23.met
Aquisição: 30/6/2020 16:15:12
Impressão: 1/7/2020 13:33:53
Padrão: Branco 02.dat
Volume: 10 uL




DAD: Sinal A, 273 nm/Lb:100 nm
Resultados

Nome	Tempo de retenção	Área
PD Cafeina		
Totais		

Relatório de Padrão

Arquivo: \\Datasystem\EZChrom Enterprise\Projects\Default\Data\PCIN 04.dat
Método: \\Datasystem\EZChrom Enterprise\Projects\Default\Method\Qualificação HPL 23.met
Aquisição: 30/6/2020 16:19:22
Impressão: 1/7/2020 13:34:31
Padrão: PCIN 04.dat
Volume: 10 uL




DAD: Sinal A, 273 nm/Lb:100 nm
Resultados

Nome	Tempo de retenção	Área
PD Cafeina	1.740	459693

Totais		459693

Relatório de Padrão

Arquivo: \\Datasystem\EZChrom Enterprise\Projects\Default\Data\PCIN 05.dat
Método: \\Datasystem\EZChrom Enterprise\Projects\Default\Method\Qualificação HPL 23.met
Aquisição: 30/6/2020 16:23:32
Impressão: 1/7/2020 13:35:21
Padrão: PCIN 05.dat
Volume: 10 uL




DAD: Sinal A, 273 nm/Lb:100 nm
Resultados

Nome	Tempo de retenção	Área
PD Cafeina	1.740	455583

Totais		455583

Relatório de Padrão

Arquivo: \\Datasystem\EZChrom Enterprise\Projects\Default\Data\PCIN 06.dat
Método: \\Datasystem\EZChrom Enterprise\Projects\Default\Method\Qualificação HPL 23.met
Aquisição: 30/6/2020 16:27:39
Impressão: 1/7/2020 13:36:03
Padrão: PCIN 06.dat
Volume: 10 uL




DAD: Sinal A, 273 nm/Lb:100 nm
Resultados

Nome	Tempo de retenção	Área
PD Cafeina	1.727	460504

Totais		460504

Relatório de Padrão

Arquivo: \\Datasystem\EZChrom Enterprise\Projects\Default\Data\Branco 03.dat
Método: \\Datasystem\EZChrom Enterprise\Projects\Default\Method\Qualificação HPL 23.met
Aquisição: 30/6/2020 16:31:46
Impressão: 1/7/2020 13:36:39
Padrão: Branco 03.dat
Volume: 10 uL




DAD: Sinal A, 273 nm/Lb:100 nm
Resultados

Nome	Tempo de retenção	Área
PD Cafeina		
Totais		

Relatório de Padrão

Arquivo: \\Datasystem\EZChrom Enterprise\Projects\Default\Data\LDUV 01.dat
Método: \\Datasystem\EZChrom Enterprise\Projects\Default\Method\Qualificação HPL 23.met
Aquisição: 30/6/2020 16:38:41
Impressão: 1/7/2020 13:40:32
Padrão: LDUV 01
Volume: 10 uL




DAD: Sinal A, 273 nm/Lb:100 nm
Resultados

Nome	Tempo de retenção	Área
PD Cafeina		
Totais		

Relatório de Padrão

Arquivo: \\Datasystem\EZChrom Enterprise\Projects\Default\Data\LDUV 02.dat
Método: \\Datasystem\EZChrom Enterprise\Projects\Default\Method\Qualificação HPL 23.met
Aquisição: 30/6/2020 16:42:51
Impressão: 1/7/2020 13:41:27
Padrão: LDUV 02
Volume: 10 uL




DAD: Sinal A, 273 nm/Lb:100 nm
Resultados

Nome	Tempo de retenção	Área
PD Cafeina	1.747	153407

Totais		153407

Relatório de Padrão

Arquivo: \\Datasystem\EZChrom Enterprise\Projects\Default\Data\LDUV 03.dat
Método: \\Datasystem\EZChrom Enterprise\Projects\Default\Method\Qualificação HPL 23.met
Aquisição: 30/6/2020 16:47:00
Impressão: 1/7/2020 13:41:51
Padrão: LDUV 03
Volume: 10 uL




DAD: Sinal A, 273 nm/Lb:100 nm
Resultados

Nome	Tempo de retenção	Área
PD Cafeina	1.733	293369

Totais		293369

Relatório de Padrão

Arquivo: \\Datasystem\EZChrom Enterprise\Projects\Default\Data\LDUV 04.dat
Método: \\Datasystem\EZChrom Enterprise\Projects\Default\Method\Qualificação HPL 23.met
Aquisição: 30/6/2020 16:51:08
Impressão: 1/7/2020 13:42:25
Padrão: LDUV 04
Volume: 10 uL




DAD: Sinal A, 273 nm/Lb:100 nm
Resultados

Nome	Tempo de retenção	Área
PD Cafeina	1.747	464688

Totais		464688

Relatório de Padrão

Arquivo: \\Datasystem\EZChrom Enterprise\Projects\Default\Data\LDUV 05.dat
Método: \\Datasystem\EZChrom Enterprise\Projects\Default\Method\Qualificação HPL 23.met
Aquisição: 30/6/2020 16:55:19
Impressão: 1/7/2020 13:44:06
Padrão: LDUV 05
Volume: 10 uL




DAD: Sinal A, 273 nm/Lb:100 nm
Resultados

Nome	Tempo de retenção	Área
PD Cafeina	1.707	588640

Totais		588640

Relatório de Padrão

Arquivo: \\Datasystem\EZChrom Enterprise\Projects\Default\Data\LIIN 01.dat
Método: \\Datasystem\EZChrom Enterprise\Projects\Default\Method\Qualificação HPL 23.met
Aquisição: 30/6/2020 17:05:53
Impressão: 1/7/2020 13:46:33
Padrão: LIIN 01
Volume: 0 uL




DAD: Sinal A, 273 nm/Lb:100 nm
Resultados

Nome	Tempo de retenção	Área
PD Cafeina		
Totais		

Relatório de Padrão

Arquivo: \\Datasystem\EZChrom Enterprise\Projects\Default\Data\LIIN 02.dat
Método: \\Datasystem\EZChrom Enterprise\Projects\Default\Method\Qualificação HPL 23.met
Aquisição: 30/6/2020 17:10:05
Impressão: 1/7/2020 13:46:46
Padrão: LIIN 02
Volume: 5 uL




DAD: Sinal A, 273 nm/Lb:100 nm
Resultados

Nome	Tempo de retenção	Área
PD Cafeina	1.740	228077

Totais		228077

Relatório de Padrão

Arquivo: \\Datasystem\EZChrom Enterprise\Projects\Default\Data\LIIN 03.dat
Método: \\Datasystem\EZChrom Enterprise\Projects\Default\Method\Qualificação HPL 23.met
Aquisição: 30/6/2020 17:14:10
Impressão: 1/7/2020 13:47:01
Padrão: LIIN 03
Volume: 10 uL




DAD: Sinal A, 273 nm/Lb:100 nm
Resultados

Nome	Tempo de retenção	Área
PD Cafeina	1.713	462724

Totais		462724

Relatório de Padrão

Arquivo: \\Datasystem\EZChrom Enterprise\Projects\Default\Data\LIIN 04.dat
Método: \\Datasystem\EZChrom Enterprise\Projects\Default\Method\Qualificação HPL 23.met
Aquisição: 30/6/2020 17:18:21
Impressão: 1/7/2020 13:47:21
Padrão: LIIN 04
Volume: 15 uL




DAD: Sinal A, 273 nm/Lb:100 nm
Resultados

Nome	Tempo de retenção	Área
PD Cafeina	1.733	682945

Totais		682945

Relatório de Padrão

Arquivo: \\Datasystem\EZChrom Enterprise\Projects\Default\Data\LIIN 05.dat
Método: \\Datasystem\EZChrom Enterprise\Projects\Default\Method\Qualificação HPL 23.met
Aquisição: 30/6/2020 17:22:31
Impressão: 1/7/2020 13:47:36
Padrão: LIIN 05
Volume: 20 uL




DAD: Sinal A, 273 nm/Lb:100 nm
Resultados

Nome	Tempo de retenção	Área
PD Cafeina	1.727	913538

Totais		913538

Relatório de Padrão

Arquivo: \\Datasystem\EZChrom Enterprise\Projects\Default\Data\GRBO A.dat
Método: \\Datasystem\EZChrom Enterprise\Projects\Default\Method\Qualificação HPL 23.met
Aquisição: 1/7/2020 09:25:11
Impressão: 1/7/2020 13:56:50
Padrão: GRBO A
Volume: 0 uL




DAD: Sinal A, 273 nm/Lb:100 nm Resultados

Nome	Altura
20 %	**46091**
40 %	**92262**
60 %	**137727**
80 %	**183642**
100 %	**228679**

Totais	**688401**

Relatório de Padrão

Arquivo: \\Datasystem\EZChrom Enterprise\Projects\Default\Data\GRBO B.dat
Método: \\Datasystem\EZChrom Enterprise\Projects\Default\Method\Qualificação HPL 23.met
Aquisição: 1/7/2020 09:43:21
Impressão: 1/7/2020 14:01:57
Padrão: GRBO B
Volume: 0 uL



DAD: Sinal A, 273 nm/Lb:100 nm Resultados

Nome	Altura
20 %	**46067**
40 %	**92129**
60 %	**136681**
80 %	**182445**
100 %	**228874**

Totais	**686196**