



C:\Enterprise\Projects\2020\Qualificação\Result\Exploratoria007.rslt\Exploratoria007.dat, 0,04 Min

Relatório de Normalização

Método: C:\Enterprise\Projects\2020\Qualificação\Method\Qualificação.met
Arquivo de dados: C:\Enterprise\Projects\2020\Qualificação\Result\PCIN01.rslt\Branco 01.dat
Usuário: SISTEMA (SISTEMA)
Adquirido: 02/07/2020 15:00:29 (GMT -03:00)
Impresso: 03/07/2020 09:24:47 (GMT -03:00)



Resultados DAD: Sinal A, 273 nm/Lb:4 nm

Número do Pico	*Nome*	*Tempo de Retenção*	*Área*	*Concentração NORM*
	Cafeína			**0,000 BDL**

Totais				

Resultados Representação Gráfica de Espectro Máx


Número do Pico	*Nome*	*Tempo de Retenção*	*Área*	*Concentração NORM*

Resultados 273,0 nm

Número do Pico	*Nome*	*Tempo de Retenção*	*Área*	*Concentração NORM*

Relatório de Normalização

Método: C:\Enterprise\Projects\2020\Qualificação\Method\Qualificação.met
Arquivo de dados: C:\Enterprise\Projects\2020\Qualificação\Result\PCIN01.rslt\PCIN 01.dat
Usuário: SISTEMA (SISTEMA)
Adquirido: 02/07/2020 15:03:36 (GMT -03:00)
Impresso: 03/07/2020 09:25:41 (GMT -03:00)



Resultados DAD: Sinal A, 273 nm/Lb:4 nm

Número do Pico	*Nome*	*Tempo de Retenção*	*Área*	*Concentração NORM*
1	Cafeína	1,116	1041620	**0,000**
Totais			1041620	**0,000**

Resultados Representação Gráfica de Espectro Máx


Número do Pico	*Nome*	*Tempo de Retenção*	*Área*	*Concentração NORM*

Resultados 273,0 nm

Número do Pico	*Nome*	*Tempo de Retenção*	*Área*	*Concentração NORM*

Relatório de Normalização

Método: C:\Enterprise\Projects\2020\Qualificação\Method\Qualificação.met
Arquivo de dados: C:\Enterprise\Projects\2020\Qualificação\Result\PCIN01.rslt\PCIN 02.dat
Usuário: SISTEMA (SISTEMA)
Adquirido: 02/07/2020 15:06:38 (GMT -03:00)
Impresso: 03/07/2020 09:26:03 (GMT -03:00)



Resultados DAD: Sinal A, 273 nm/Lb:4 nm

Número do Pico	*Nome*	*Tempo de Retenção*	*Área*	*Concentração NORM*
1	Cafeína	1,112	1040462	**0,000**
Totais			1040462	**0,000**

Resultados Representação Gráfica de Espectro Máx


Número do Pico	*Nome*	*Tempo de Retenção*	*Área*	*Concentração NORM*

Resultados 273,0 nm

Número do Pico	*Nome*	*Tempo de Retenção*	*Área*	*Concentração NORM*

Relatório de Normalização

Método: C:\Enterprise\Projects\2020\Qualificação\Method\Qualificação.met
Arquivo de dados: C:\Enterprise\Projects\2020\Qualificação\Result\PCIN01.rslt\PCIN 03.dat
Usuário: SISTEMA (SISTEMA)
Adquirido: 02/07/2020 15:09:40 (GMT -03:00)
Impresso: 03/07/2020 09:26:29 (GMT -03:00)



Resultados DAD: Sinal A, 273 nm/Lb:4 nm

Número do Pico	*Nome*	*Tempo de Retenção*	*Área*	*Concentração NORM*
1	Cafeína	1,079	1002972	**0,000**
Totais			1002972	**0,000**

Resultados Representação Gráfica de Espectro Máx


Número do Pico	*Nome*	*Tempo de Retenção*	*Área*	*Concentração NORM*

Resultados 273,0 nm

Número do Pico	*Nome*	*Tempo de Retenção*	*Área*	*Concentração NORM*

Relatório de Normalização

Método: C:\Enterprise\Projects\2020\Qualificação\Method\Qualificação.met
Arquivo de dados: C:\Enterprise\Projects\2020\Qualificação\Result\PCIN01.rslt\Branco 02.dat
Usuário: SISTEMA (SISTEMA)
Adquirido: 02/07/2020 15:12:45 (GMT -03:00)
Impresso: 03/07/2020 09:26:48 (GMT -03:00)



Resultados DAD: Sinal A, 273 nm/Lb:4 nm

Número do Pico	*Nome*	*Tempo de Retenção*	*Área*	*Concentração NORM*
	Cafeína			**0,000 BDL**
Totais				

Resultados Representação Gráfica de Espectro Máx


Número do Pico	*Nome*	*Tempo de Retenção*	*Área*	*Concentração NORM*

Resultados 273,0 nm

Número do Pico	*Nome*	*Tempo de Retenção*	*Área*	*Concentração NORM*

Relatório de Normalização

Método: C:\Enterprise\Projects\2020\Qualificação\Method\Qualificação.met
Arquivo de dados: C:\Enterprise\Projects\2020\Qualificação\Result\PCIN01.rslt\PCIN 04.dat
Usuário: SISTEMA (SISTEMA)
Adquirido: 02/07/2020 15:15:53 (GMT -03:00)
Impresso: 03/07/2020 09:27:00 (GMT -03:00)



Resultados DAD: Sinal A, 273 nm/Lb:4 nm

Número do Pico	*Nome*	*Tempo de Retenção*	*Área*	*Concentração NORM*
1	Cafeína	1,106	1042219	**0,000**
Totais			1042219	**0,000**

Resultados Representação Gráfica de Espectro Máx


Número do Pico	*Nome*	*Tempo de Retenção*	*Área*	*Concentração NORM*

Resultados 273,0 nm

Número do Pico	*Nome*	*Tempo de Retenção*	*Área*	*Concentração NORM*

Relatório de Normalização

Método: C:\Enterprise\Projects\2020\Qualificação\Method\Qualificação.met
Arquivo de dados: C:\Enterprise\Projects\2020\Qualificação\Result\PCIN01.rslt\PCIN 05.dat
Usuário: SISTEMA (SISTEMA)
Adquirido: 02/07/2020 15:18:55 (GMT -03:00)
Impresso: 03/07/2020 09:27:22 (GMT -03:00)



Resultados DAD: Sinal A, 273 nm/Lb:4 nm

Número do Pico	*Nome*	*Tempo de Retenção*	*Área*	*Concentração NORM*
1	Cafeína	1,118	1049383	**0,000**
Totais			1049383	**0,000**

Resultados Representação Gráfica de Espectro Máx


Número do Pico	*Nome*	*Tempo de Retenção*	*Área*	*Concentração NORM*

Resultados 273,0 nm

Número do Pico	*Nome*	*Tempo de Retenção*	*Área*	*Concentração NORM*

Relatório de Normalização

Método: C:\Enterprise\Projects\2020\Qualificação\Method\Qualificação.met
Arquivo de dados: C:\Enterprise\Projects\2020\Qualificação\Result\PCIN01.rslt\PCIN 06.dat
Usuário: SISTEMA (SISTEMA)
Adquirido: 02/07/2020 15:21:57 (GMT -03:00)
Impresso: 03/07/2020 09:27:54 (GMT -03:00)



Resultados DAD: Sinal A, 273 nm/Lb:4 nm

Número do Pico	*Nome*	*Tempo de Retenção*	*Área*	*Concentração NORM*
1	Cafeína	1,122	1055658	**0,000**
Totais			1055658	**0,000**

Resultados Representação Gráfica de Espectro Máx


Número do Pico	*Nome*	*Tempo de Retenção*	*Área*	*Concentração NORM*

Resultados 273,0 nm

Número do Pico	*Nome*	*Tempo de Retenção*	*Área*	*Concentração NORM*

Relatório de Normalização

Método: C:\Enterprise\Projects\2020\Qualificação\Method\Qualificação.met
Arquivo de dados: C:\Enterprise\Projects\2020\Qualificação\Result\PCIN01.rslt\Branco 03.dat
Usuário: SISTEMA (SISTEMA)
Adquirido: 02/07/2020 15:24:59 (GMT -03:00)
Impresso: 03/07/2020 09:28:08 (GMT -03:00)



Resultados DAD: Sinal A, 273 nm/Lb:4 nm

Número do Pico	*Nome*	*Tempo de Retenção*	*Área*	*Concentração NORM*
	Cafeína			**0,000 BDL**
Totais				

Resultados Representação Gráfica de Espectro Máx


Número do Pico	*Nome*	*Tempo de Retenção*	*Área*	*Concentração NORM*

Resultados 273,0 nm

Número do Pico	*Nome*	*Tempo de Retenção*	*Área*	*Concentração NORM*

Relatório de Normalização

Método: C:\Enterprise\Projects\2020\Qualificação\Method\Qualificação.met
Arquivo de dados: C:\Enterprise\Projects\2020\Qualificação\Result\LDUV.rslt\LDUV 01.dat
Usuário: SISTEMA (SISTEMA)
Adquirido: 02/07/2020 15:56:03 (GMT -03:00)
Impresso: 03/07/2020 09:30:10 (GMT -03:00)



Resultados DAD: Sinal A, 273 nm/Lb:4 nm

Número do Pico	*Nome*	*Tempo de Retenção*	*Área*	*Concentração NORM*
	Cafeína			**0,000 BDL**
Totais				

Resultados Representação Gráfica de Espectro Máx


Número do Pico	*Nome*	*Tempo de Retenção*	*Área*	*Concentração NORM*

Resultados 273,0 nm

Número do Pico	*Nome*	*Tempo de Retenção*	*Área*	*Concentração NORM*

Relatório de Normalização

Método: **C:\Enterprise\Projects\2020\Qualificação\Method\Qualificação.met**
Arquivo de dados: **C:\Enterprise\Projects\2020\Qualificação\Result\LDUV.rslt\LDUV 02.dat**
Usuário: **SISTEMA (SISTEMA)**
Adquirido: **02/07/2020 15:59:08 (GMT -03:00)**
Impresso: **03/07/2020 09:30:54 (GMT -03:00)**



Resultados DAD: Sinal A, 273 nm/Lb:4 nm

Número do Pico	*Nome*	*Tempo de Retenção*	*Área*	*Concentração NORM*
1	Cafeína	1,109	354750	**0,000**
Totais			354750	**0,000**

Resultados Representação Gráfica de Espectro Máx


Número do Pico	*Nome*	*Tempo de Retenção*	*Área*	*Concentração NORM*

Resultados 273,0 nm

Número do Pico	*Nome*	*Tempo de Retenção*	*Área*	*Concentração NORM*

Relatório de Normalização

Método: C:\Enterprise\Projects\2020\Qualificação\Method\Qualificação.met
Arquivo de dados: C:\Enterprise\Projects\2020\Qualificação\Result\LDUV.rslt\LDUV 03.dat
Usuário: SISTEMA (SISTEMA)
Adquirido: 02/07/2020 16:02:09 (GMT -03:00)
Impresso: 03/07/2020 09:31:42 (GMT -03:00)



Resultados DAD: Sinal A, 273 nm/Lb:4 nm

Número do Pico	*Nome*	*Tempo de Retenção*	*Área*	*Concentração NORM*
1	Cafeína	1,102	695724	**0,000**
Totais			695724	**0,000**

Resultados Representação Gráfica de Espectro Máx


Número do Pico	*Nome*	*Tempo de Retenção*	*Área*	*Concentração NORM*

Resultados 273,0 nm

Número do Pico	*Nome*	*Tempo de Retenção*	*Área*	*Concentração NORM*

Relatório de Normalização

Método: C:\Enterprise\Projects\2020\Qualificação\Method\Qualificação.met
Arquivo de dados: C:\Enterprise\Projects\2020\Qualificação\Result\LDUV.rslt\LDUV 04.dat
Usuário: SISTEMA (SISTEMA)
Adquirido: 02/07/2020 16:05:13 (GMT -03:00)
Impresso: 03/07/2020 09:31:53 (GMT -03:00)



Resultados DAD: Sinal A, 273 nm/Lb:4 nm

Número do Pico	*Nome*	*Tempo de Retenção*	*Área*	*Concentração NORM*
1	Cafeína	1,097	1090904	**0,000**
Totais			1090904	**0,000**

Resultados Representação Gráfica de Espectro Máx


Número do Pico	*Nome*	*Tempo de Retenção*	*Área*	*Concentração NORM*

Resultados 273,0 nm

Número do Pico	*Nome*	*Tempo de Retenção*	*Área*	*Concentração NORM*

Relatório de Normalização

Método: C:\Enterprise\Projects\2020\Qualificação\Method\Qualificação.met
Arquivo de dados: C:\Enterprise\Projects\2020\Qualificação\Result\LDUV.rslt\LDUV 05.dat
Usuário: SISTEMA (SISTEMA)
Adquirido: 02/07/2020 16:08:15 (GMT -03:00)
Impresso: 03/07/2020 09:32:05 (GMT -03:00)



Resultados DAD: Sinal A, 273 nm/Lb:4 nm

Número do Pico	*Nome*	*Tempo de Retenção*	*Área*	*Concentração NORM*
1	Cafeína	1,092	1395083	**0,000**
Totais			1395083	**0,000**

Resultados Representação Gráfica de Espectro Máx


Número do Pico	*Nome*	*Tempo de Retenção*	*Área*	*Concentração NORM*

Resultados 273,0 nm

Número do Pico	*Nome*	*Tempo de Retenção*	*Área*	*Concentração NORM*

Relatório de Normalização

Método: C:\Enterprise\Projects\2020\Qualificação\Method\Qualificação.met
Arquivo de dados: C:\Enterprise\Projects\2020\Qualificação\Result\LIIN.rslt\LIIN 01.dat
Usuário: SISTEMA (SISTEMA)
Adquirido: 02/07/2020 16:26:16 (GMT -03:00)
Impresso: 03/07/2020 09:34:12 (GMT -03:00)



Resultados DAD: Sinal A, 273 nm/Lb:4 nm

Número do Pico	*Nome*	*Tempo de Retenção*	*Área*	*Concentração NORM*
	Cafeína			**0,000 BDL**

Totais				

Resultados Representação Gráfica de Espectro Máx


Número do Pico	*Nome*	*Tempo de Retenção*	*Área*	*Concentração NORM*

Resultados 273,0 nm

Número do Pico	*Nome*	*Tempo de Retenção*	*Área*	*Concentração NORM*

Relatório de Normalização

Método: C:\Enterprise\Projects\2020\Qualificação\Method\Qualificação.met
Arquivo de dados: C:\Enterprise\Projects\2020\Qualificação\Result\LIIN.rslt\LIIN 02.dat
Usuário: SISTEMA (SISTEMA)
Adquirido: 02/07/2020 16:29:21 (GMT -03:00)
Impresso: 03/07/2020 09:34:26 (GMT -03:00)



Resultados DAD: Sinal A, 273 nm/Lb:4 nm

Número do Pico	*Nome*	*Tempo de Retenção*	*Área*	*Concentração NORM*
1	Cafeína	1,064	520410	**0,000**
Totais			520410	**0,000**

Resultados Representação Gráfica de Espectro Máx


Número do Pico	*Nome*	*Tempo de Retenção*	*Área*	*Concentração NORM*

Resultados 273,0 nm

Número do Pico	*Nome*	*Tempo de Retenção*	*Área*	*Concentração NORM*

Relatório de Normalização

Método: C:\Enterprise\Projects\2020\Qualificação\Method\Qualificação.met
Arquivo de dados: C:\Enterprise\Projects\2020\Qualificação\Result\LIIN.rslt\LIIN 03.dat
Usuário: SISTEMA (SISTEMA)
Adquirido: 02/07/2020 16:32:19 (GMT -03:00)
Impresso: 03/07/2020 09:34:36 (GMT -03:00)



Resultados DAD: Sinal A, 273 nm/Lb:4 nm

Número do Pico	*Nome*	*Tempo de Retenção*	*Área*	*Concentração NORM*
1	Cafeína	1,069	1032561	**0,000**
Totais			1032561	**0,000**

Resultados Representação Gráfica de Espectro Máx


Número do Pico	*Nome*	*Tempo de Retenção*	*Área*	*Concentração NORM*

Resultados 273,0 nm

Número do Pico	*Nome*	*Tempo de Retenção*	*Área*	*Concentração NORM*

Relatório de Normalização

Método: C:\Enterprise\Projects\2020\Qualificação\Method\Qualificação.met
Arquivo de dados: C:\Enterprise\Projects\2020\Qualificação\Result\LIIN.rslt\LIIN 04.dat
Usuário: SISTEMA (SISTEMA)
Adquirido: 02/07/2020 16:35:29 (GMT -03:00)
Impresso: 03/07/2020 09:34:45 (GMT -03:00)



Resultados DAD: Sinal A, 273 nm/Lb:4 nm

Número do Pico	*Nome*	*Tempo de Retenção*	*Área*	*Concentração NORM*
1	Cafeína	1,077	1546075	**0,000**
Totais			1546075	**0,000**

Resultados Representação Gráfica de Espectro Máx


Número do Pico	*Nome*	*Tempo de Retenção*	*Área*	*Concentração NORM*

Resultados 273,0 nm

Número do Pico	*Nome*	*Tempo de Retenção*	*Área*	*Concentração NORM*

Relatório de Normalização

Método: C:\Enterprise\Projects\2020\Qualificação\Method\Qualificação.met
Arquivo de dados: C:\Enterprise\Projects\2020\Qualificação\Result\LIIN.rslt\LIIN 05.dat
Usuário: SISTEMA (SISTEMA)
Adquirido: 02/07/2020 16:38:33 (GMT -03:00)
Impresso: 03/07/2020 09:35:05 (GMT -03:00)



Resultados DAD: Sinal A, 273 nm/Lb:4 nm

Número do Pico	*Nome*	*Tempo de Retenção*	*Área*	*Concentração NORM*
1	Cafeína	1,083	2064530	**0,000**
Totais			2064530	**0,000**

Resultados Representação Gráfica de Espectro Máx

Número do Pico	*Nome*	*Tempo de Retenção*	*Área*	*Concentração NORM*


Resultados 273,0 nm

Número do Pico	*Nome*	*Tempo de Retenção*	*Área*	*Concentração NORM*

Relatório Padrão Externo Horizontal

Arquivo de Dados: C:\Enterprise\Projects\2020\Qualificação\Result\GradienteAB.rslt\GradienteAB.dat
Método: C:\Enterprise\Projects\2020\Qualificação\Method\GRAD AB.met
Adquirido: 03/07/2020 10:25:12 (GMT -03:00)
Impresso: 03/07/2020 10:56:06 (GMT -03:00)

Qtde Amostra: 1
Multiplicador: 1



Channel A

Resultados DAD: Sinal A, 273 nm/Lb:4 nm


Name	Time	Altura	Amount
20%	3,820	138712	0,000
40%	6,053	279648	0,000
60%	9,420	419197	0,000
80%	12,780	560429	0,000
100%	16,147	689695	0,000

Totais		2087681	0,000

Relatório Padrão Externo Horizontal

Arquivo de Dados: C:\Enterprise\Projects\2020\Qualificação\Result\Gradiente CD.rslt\Gradiente CD.dat
Método: C:\Enterprise\Projects\2020\Qualificação\Method\GRAD CD.met
Adquirido: 03/07/2020 11:14:53 (GMT -03:00)
Impresso: 03/07/2020 11:36:52 (GMT -03:00)

Qtde Amostra: 1
Multiplicador: 1



Channel A

Resultados DAD: Sinal A, 273 nm/Lb:4 nm

Name	Time	Altura	Amount
20%	3,753	137575	0,000
40%	6,940	276347	0,000
60%	9,580	414254	0,000
80%	12,993	554161	0,000
100%	16,253	681741	0,000

Totais		2064078	0,000