


Spectral Scan - MWD [DE00000000]
Absorbance [mAU]
2000
1800
1600
1400
1200
1000
800
600
200
210
220
230
240
250
260
270
280
290
300
Wavelength [nm]

Relatório de Normalização

Método: C:\Users\mateu\Documents\Agilent\Method\Qualificação.met
Arquivo de dados: C:\Users\mateu\Desktop\Atendimentos\Hipra\2021\B0429\Result\PCIN.seq2021-06-30 10-16-30 (GMT -03-00).rslt\Branco 01.dat
Usuário: SISTEMA (SISTEMA)
Adquirido: 30/06/2021 10:17:53 (GMT -03:00)
Impresso: 30/06/2021 13:41:30 (GMT -03:00)




Resultados MWD: Sinal A, 273 nm/Lb:4 nm

Número do Pico	*Nome*	*Tempo de Retenção*	*Área*	*Concentração NORM*
	Cafeína			**0.000 BDL**

Totais				

Relatório de Normalização

Método: C:\Users\mateu\Documents\Agilent\Method\Qualificação.met
Arquivo de dados: C:\Users\mateu\Desktop\Atendimentos\Hipra\2021\B0429\Result\PCIN.seq2021-06-30 10-16-30 (GMT -03-00).rslt\PCIN 01
Usuário: SISTEMA (SISTEMA)
Adquirido: 30/06/2021 10:21:57 (GMT -03:00)
Impresso: 30/06/2021 13:42:20 (GMT -03:00)




Resultados MWD: Sinal A, 273 nm/Lb:4 nm

Número do Pico	*Nome*	*Tempo de Retenção*	*Área*	*Concentração NORM*
1	Cafeína	1.760	1736076	**0.000**
Totais			1736076	**0.000**

Relatório de Normalização

Método: C:\Users\mateu\Documents\Agilent\Method\Qualificação.met
Arquivo de dados: C:\Users\mateu\Desktop\Atendimentos\Hipra\2021\B0429\Result\PCIN.seq2021-06-30 10-16-30 (GMT -03-00).rslt\PCIN 02
Usuário: SISTEMA (SISTEMA)
Adquirido: 30/06/2021 10:25:55 (GMT -03:00)
Impresso: 30/06/2021 13:42:37 (GMT -03:00)




Resultados MWD: Sinal A, 273 nm/Lb:4 nm

Número do Pico	*Nome*	*Tempo de Retenção*	*Área*	*Concentração NORM*
1	Cafeína	1.762	1734805	**0.000**
Totais			1734805	**0.000**

Relatório de Normalização

Método: C:\Users\mateu\Documents\Agilent\Method\Qualificação.met
Arquivo de dados: C:\Users\mateu\Desktop\Atendimentos\Hipra\2021\B0429\Result\PCIN.seq2021-06-30 10-16-30 (GMT -03-00).rslt\PCIN 03
Usuário: SISTEMA (SISTEMA)
Adquirido: 30/06/2021 10:29:57 (GMT -03:00)
Impresso: 30/06/2021 13:42:53 (GMT -03:00)




Resultados MWD: Sinal A, 273 nm/Lb:4 nm

Número do Pico	*Nome*	*Tempo de Retenção*	*Área*	*Concentração NORM*
1	Cafeína	1.762	1737725	**0.000**
Totais			1737725	**0.000**

Relatório de Normalização

Método: **C:\Users\mateu\Documents\Agilent\Method\Qualificação.met**
Arquivo de dados: **C:\Users\mateu\Desktop\Atendimentos\Hipra\2021\B0429\Result\PCIN.seq2021-06-30 10-16-30 (GMT -03-00).rslt\Branco 02**
Usuário: **SISTEMA (SISTEMA)**
Adquirido: **30/06/2021 10:33:56 (GMT -03:00)**
Impresso: **30/06/2021 13:44:22 (GMT -03:00)**




Resultados MWD: Sinal A, 273 nm/Lb:4 nm

Número do Pico	*Nome*	*Tempo de Retenção*	*Área*	*Concentração NORM*
	Cafeína			**0.000 BDL**

Totais				

Relatório de Normalização

Método: C:\Users\mateu\Documents\Agilent\Method\Qualificação.met
Arquivo de dados: C:\Users\mateu\Desktop\Atendimentos\Hipra\2021\B0429\Result\PCIN.seq2021-06-30 10-16-30 (GMT -03-00).rslt\PCIN 04
Usuário: SISTEMA (SISTEMA)
Adquirido: 30/06/2021 10:37:59 (GMT -03:00)
Impresso: 30/06/2021 13:44:43 (GMT -03:00)




Resultados MWD: Sinal A, 273 nm/Lb:4 nm

Número do Pico	*Nome*	*Tempo de Retenção*	*Área*	*Concentração NORM*
1	Cafeína	1.755	1735186	**0.000**
Totais			1735186	**0.000**

Relatório de Normalização

Método: C:\Users\mateu\Documents\Agilent\Method\Qualificação.met
Arquivo de dados: C:\Users\mateu\Desktop\Atendimentos\Hipra\2021\B0429\Result\PCIN.seq2021-06-30 10-16-30 (GMT -03-00).rslt\PCIN 05
Usuário: SISTEMA (SISTEMA)
Adquirido: 30/06/2021 10:41:56 (GMT -03:00)
Impresso: 30/06/2021 13:44:58 (GMT -03:00)




Resultados MWD: Sinal A, 273 nm/Lb:4 nm

Número do Pico	*Nome*	*Tempo de Retenção*	*Área*	*Concentração NORM*
1	Cafeína	1.757	1734898	**0.000**
Totais			1734898	**0.000**

Relatório de Normalização

Método: C:\Users\mateu\Documents\Agilent\Method\Qualificação.met
Arquivo de dados: C:\Users\mateu\Desktop\Atendimentos\Hipra\2021\B0429\Result\PCIN.seq2021-06-30 10-16-30 (GMT -03-00).rslt\PCIN 06
Usuário: SISTEMA (SISTEMA)
Adquirido: 30/06/2021 10:46:00 (GMT -03:00)
Impresso: 30/06/2021 13:45:22 (GMT -03:00)




Resultados MWD: Sinal A, 273 nm/Lb:4 nm

Número do Pico	*Nome*	*Tempo de Retenção*	*Área*	*Concentração NORM*
1	Cafeína	1.755	1737507	**0.000**
Totais			1737507	**0.000**

Relatório de Normalização

Método: **C:\Users\mateu\Documents\Agilent\Method\Qualificação.met**
Arquivo de dados: **C:\Users\mateu\Desktop\Atendimentos\Hipra\2021\B0429\Result\PCIN.seq2021-06-30 10-16-30 (GMT -03-00).rslt\Branco 03**
Usuário: **SISTEMA (SISTEMA)**
Adquirido: **30/06/2021 10:49:58 (GMT -03:00)**
Impresso: **30/06/2021 13:45:31 (GMT -03:00)**




Resultados MWD: Sinal A, 273 nm/Lb:4 nm

Número do Pico	*Nome*	*Tempo de Retenção*	*Área*	*Concentração NORM*
	Cafeína			**0.000 BDL**

Totais				

Relatório de Normalização

Método: C:\Users\mateu\Documents\Agilent\Method\Qualificação.met
Arquivo de dados: C:\Users\mateu\Desktop\Atendimentos\Hipra\2021\B0429\Result\LDUV.seq2021-06-30 10-48-59 (GMT -03-00).rslt\LDUV 01.dat
Usuário: SISTEMA (SISTEMA)
Adquirido: 30/06/2021 10:54:10 (GMT -03:00)
Impresso: 30/06/2021 14:30:54 (GMT -03:00)




Resultados MWD: Sinal A, 273 nm/Lb:4 nm

Número do Pico	*Nome*	*Tempo de Retenção*	*Área*	*Concentração NORM*
	Cafeína			**0.000 BDL**

Totais				

Relatório de Normalização

Método: C:\Users\mateu\Documents\Agilent\Method\Qualificação.met
Arquivo de dados: C:\Users\mateu\Desktop\Atendimentos\Hipra\2021\B0429\Result\LDUV.seq2021-06-30 10-48-59 (GMT -03-00).rslt\LDUV 02
Usuário: SISTEMA (SISTEMA)
Adquirido: 30/06/2021 10:58:11 (GMT -03:00)
Impresso: 30/06/2021 14:31:37 (GMT -03:00)




Resultados MWD: Sinal A, 273 nm/Lb:4 nm

Número do Pico	*Nome*	*Tempo de Retenção*	*Área*	*Concentração NORM*
1	Cafeína	1.755	536248	**0.000**
Totais			536248	**0.000**

Relatório de Normalização

Método: C:\Users\mateu\Documents\Agilent\Method\Qualificação.met
Arquivo de dados: C:\Users\mateu\Desktop\Atendimentos\Hipra\2021\B0429\Result\LDUV.seq2021-06-30 10-48-59 (GMT -03-00).rslt\LDUV 03
Usuário: SISTEMA (SISTEMA)
Adquirido: 30/06/2021 11:02:07 (GMT -03:00)
Impresso: 30/06/2021 14:32:07 (GMT -03:00)




Resultados MWD: Sinal A, 273 nm/Lb:4 nm

Número do Pico	*Nome*	*Tempo de Retenção*	*Área*	*Concentração NORM*
1	Cafeína	1.755	1115612	**0.000**
Totais			1115612	**0.000**

Relatório de Normalização

Método: C:\Users\mateu\Documents\Agilent\Method\Qualificação.met
Arquivo de dados: C:\Users\mateu\Desktop\Atendimentos\Hipra\2021\B0429\Result\LDUV.seq2021-06-30 10-48-59 (GMT -03-00).rslt\LDUV 04
Usuário: SISTEMA (SISTEMA)
Adquirido: 30/06/2021 11:06:06 (GMT -03:00)
Impresso: 30/06/2021 14:32:22 (GMT -03:00)




Resultados MWD: Sinal A, 273 nm/Lb:4 nm

Número do Pico	*Nome*	*Tempo de Retenção*	*Área*	*Concentração NORM*
1	Cafeína	1.757	1638237	**0.000**
Totais			1638237	**0.000**

Relatório de Normalização

Método: C:\Users\mateu\Documents\Agilent\Method\Qualificação.met
Arquivo de dados: C:\Users\mateu\Desktop\Atendimentos\Hipra\2021\B0429\Result\LDUV.seq2021-06-30 10-48-59 (GMT -03-00).rslt\LDUV 05
Usuário: SISTEMA (SISTEMA)
Adquirido: 30/06/2021 11:10:03 (GMT -03:00)
Impresso: 30/06/2021 14:32:34 (GMT -03:00)




Resultados MWD: Sinal A, 273 nm/Lb:4 nm

Número do Pico	*Nome*	*Tempo de Retenção*	*Área*	*Concentração NORM*
1	Cafeína	1.757	2185703	**0.000**

Totais			2185703	**0.000**

Relatório de Normalização

Método: C:\Users\mateu\Documents\Agilent\Method\Qualificação.met
Arquivo de dados: C:\Users\mateu\Desktop\Atendimentos\Hipra\2021\B0429\Result\LIIN.seq2021-06-30 11-09-37 (GMT -03-00).rslt\LIIN 01.dat
Usuário: SISTEMA (SISTEMA)
Adquirido: 30/06/2021 11:13:38 (GMT -03:00)
Impresso: 30/06/2021 14:32:53 (GMT -03:00)




Resultados MWD: Sinal A, 273 nm/Lb:4 nm

Número do Pico	*Nome*	*Tempo de Retenção*	*Área*	*Concentração NORM*
	Cafeína			**0.000 BDL**

Totais				

Relatório de Normalização

Método: C:\Users\mateu\Documents\Agilent\Method\Qualificação.met
Arquivo de dados: C:\Users\mateu\Desktop\Atendimentos\Hipra\2021\B0429\Result\LIIN.seq2021-06-30 11-09-37 (GMT -03-00).rslt\LIIN 02
Usuário: SISTEMA (SISTEMA)
Adquirido: 30/06/2021 11:17:36 (GMT -03:00)
Impresso: 30/06/2021 14:33:04 (GMT -03:00)




Resultados MWD: Sinal A, 273 nm/Lb:4 nm

Número do Pico	*Nome*	*Tempo de Retenção*	*Área*	*Concentração NORM*
1	Cafeína	1.750	868448	**0.000**
Totais			868448	**0.000**

Relatório de Normalização

Método: C:\Users\mateu\Documents\Agilent\Method\Qualificação.met
Arquivo de dados: C:\Users\mateu\Desktop\Atendimentos\Hipra\2021\B0429\Result\LIIN.seq2021-06-30 11-09-37 (GMT -03-00).rslt\LIIN 03
Usuário: SISTEMA (SISTEMA)
Adquirido: 30/06/2021 11:21:35 (GMT -03:00)
Impresso: 30/06/2021 14:33:47 (GMT -03:00)




Resultados MWD: Sinal A, 273 nm/Lb:4 nm

Número do Pico	*Nome*	*Tempo de Retenção*	*Área*	*Concentração NORM*
1	Cafeína	1.758	1733467	**0.000**
Totais			1733467	**0.000**

Relatório de Normalização

Método: C:\Users\mateu\Documents\Agilent\Method\Qualificação.met
Arquivo de dados: C:\Users\mateu\Desktop\Atendimentos\Hipra\2021\B0429\Result\LIIN.seq2021-06-30 11-09-37 (GMT -03-00).rslt\LIIN 04
Usuário: SISTEMA (SISTEMA)
Adquirido: 30/06/2021 11:25:35 (GMT -03:00)
Impresso: 30/06/2021 14:34:00 (GMT -03:00)




Resultados MWD: Sinal A, 273 nm/Lb:4 nm

Número do Pico	*Nome*	*Tempo de Retenção*	*Área*	*Concentração NORM*
1	Cafeína	1.763	2600851	**0.000**

Totais			2600851	**0.000**

Relatório de Normalização

Método: C:\Users\mateu\Documents\Agilent\Method\Qualificação.met
Arquivo de dados: C:\Users\mateu\Desktop\Atendimentos\Hipra\2021\B0429\Result\LIIN.seq2021-06-30 11-09-37 (GMT -03-00).rslt\LIIN 05
Usuário: SISTEMA (SISTEMA)
Adquirido: 30/06/2021 11:29:37 (GMT -03:00)
Impresso: 30/06/2021 14:34:14 (GMT -03:00)




Resultados MWD: Sinal A, 273 nm/Lb:4 nm

Número do Pico	*Nome*	*Tempo de Retenção*	*Área*	*Concentração NORM*
1	Cafeína	1.767	3460913	**0.000**
Totais			3460913	**0.000**

Relatório de Normalização

Método: C:\Users\mateu\Documents\Agilent\Method\Gradiente AB.met
Arquivo de dados: C:\Users\mateu\Desktop\Atendimentos\Hipra\2021\B0429\Result\Gradiente AB2021-06-30 12-12-53 (GMT -03-00).rslt\Gradiente AB2021-06-30 12-13-01 (GMT -03-00).dat
Usuário: SISTEMA (SISTEMA)
Adquirido: 30/06/2021 12:13:39 (GMT -03:00)
Impresso: 30/06/2021 14:34:58 (GMT -03:00)




Resultados MWD: Sinal A, 273 nm/Lb:4 nm

Número do Pico	*Nome*	*Tempo de Retenção*	*Altura*	*Concentração NORM*
1	20%	2.860	287316	**0.000**
2	40%	5.847	576924	**0.000**
3	60%	8.998	865065	**0.000**
4	80%	11.993	1153371	**0.000**
5	100%	15.265	1441889	**0.000**

Totais			4324565	**0.000**

Relatório de Normalização

Método: C:\Users\mateu\Documents\Agilent\Method\Gradiente CD.met
Arquivo de dados: C:\Users\mateu\Desktop\Atendimentos\Hipra\2021\B0429\Result\Gradiente CD2021-06-30 12-24-12 (GMT -03-00).rslt\Gradiente CD2021-06-30 12-33-33 (GMT -03-00).dat
Usuário: SISTEMA (SISTEMA)
Adquirido: 30/06/2021 12:34:11 (GMT -03:00)
Impresso: 30/06/2021 14:35:23 (GMT -03:00)



Resultados MWD: Sinal A, 273 nm/Lb:4 nm

Número do Pico	*Nome*	*Tempo de Retenção*	*Altura*	*Concentração NORM*
1	20%	2.937	284350	**0.000**
2	40%	5.862	574126	**0.000**
3	60%	8.998	863353	**0.000**
4	80%	11.998	1149944	**0.000**
5	100%	15.422	1439541	**0.000**

Totais			4311314	**0.000**