**QPack Soluções Analíticas Ltda.**
Rua Ema Gazzi Magnusson, 138 - Comercial Vitória Martini
13347-630 - Indaiatuba - SP
www.qpack.com.br - Fone (19) 2660-1110

ORDEM DE SERVIÇO

142/23

| | | |
|---|---|---|
| **Data do chamado:** 20/03/2023 | **Atendente:** JAQUELINE | **Vendedor:** DIEGO AZEVEDO |
| **Cliente:** VALER LABORATÓRIOS COMÉRCIO E SERVIÇOS ANALÍTICOS EIRELI. | **Bairro:** COMERCIAL VITÓRIA MARTINI | **Fone:** (19) 3936-1205 |
| **Endereço:** R ALBERTO MAGNUSSON, 157 | **CEP:** 13347-633 | **Cidade/UF:** INDAIATUBA/SP |
| **Contato:** MARCIA GALVÃO GARCIA | **Depto.:** LABORATÓRIO | **Cargo:** SUPERVISORA DE LABORATÓRIO |
| **E-mail para o envio da documentação:** wendell.gambeta@valerlaboratorios.com.br | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Equipamento:** *HPLC Jasco* | | **ID/TAG:** *HPL 37* | |
| **Módulo:** *3185PU* | **N/S:** *A014161237* | **Módulo:** *3185PU* | **N/S:** *A014461237* |

**Especificações do Serviço:**

**Tipo:** *Avulso.*

**Serviço:** *Qualificação.*

**Histórico relatado pelo cliente:**

*Qualificação HPLC.*

**Serviços efetuados:**

*Foi realizado o serviço de de qualificação do HPLC "HPL 37", módulos bombas, conforme protocolo N° 142/23. Durante a qualificação, todos os testes e resultados foram satisfatórios. Equipamento purgado com água/metanol (70/30), e liberado para uso.*

## EQUIPAMENTO LIBERADO PARA O USO: SIM

**Tempo gasto na Execução do Serviço:**

| Data | Início | Término | Total Horas de Serviço | Total de deslocamento | Data | Início | Término | Total Horas de Serviço | Total de deslocamento |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| *21/03/23* | *07:30* | *14:30* | *07:00* | *00:30* | *N/A* | *N/A* | *N/A* | *N/A* | *N/A* |

**Confirmamos a execução dos serviços acima.**

| | | |
|---|---|---|
| **Nome técnico responsável:** *Michael Careli* | **Assinatura técnico responsável:** | **Data:** *21/03/2023* |
| **Nome representante responsável:** *Wendell Gambeta* | **Assinatura representante responsável:** | **Data:** 21/03/2023 |