


Comprimento de Onda: 244,272 nm - Amplitude: 6,63853 mAU
1,76 Min
EDUV
Lambda Máx
Lambda Mín
244,0
274,0
326,0
332,0
342,0
368,0
mAU
nm

Relatório de Padrão Externo

Nome do Método: **C:\Enterprise\HPLC-CQ-3\Agilent-CQ-3\Method\Qualif.met**
Data: **C:\Enterprise\HPLC-CQ-3\Agilent-CQ-3\Result\PCIN 001.rslt\Branco PCIN 001.dat**
Usuário: **Sistema (QPACK)**
Adquirido: **24/05/2019 11:09:40 (GMT -03:00)**
Impresso: **24/05/2019 12:35:31 (GMT -03:00)**




Resultados DAD: Sinal A, 273 nm/Lb:4 nm

Número do Pico	*Nome*	*Tempo de Retenção*	*Área*	*Concentração ESTD*
	Cafeína			**0,000 BDL**

Totais				

Relatório de Padrão Externo

Nome do Método: **C:\Enterprise\HPLC-CQ-3\Agilent-CQ-3\Method\Qualif.met**
Data: **C:\Enterprise\HPLC-CQ-3\Agilent-CQ-3\Result\PCIN 001.rslt\PCIN 001.dat**
Usuário: **Sistema (QPACK)**
Adquirido: **24/05/2019 11:13:25 (GMT -03:00)**
Impresso: **24/05/2019 12:35:36 (GMT -03:00)**




Resultados DAD: Sinal A, 273 nm/Lb:4 nm

Número do Pico	*Nome*	*Tempo de Retenção*	*Área*	*Concentração ESTD*
1	Cafeína	1,733	1714088	**0,000**
Totais			1714088	**0,000**

Relatório de Padrão Externo

Nome do Método: **C:\Enterprise\HPLC-CQ-3\Agilent-CQ-3\Method\Qualif.met**
Data: **C:\Enterprise\HPLC-CQ-3\Agilent-CQ-3\Result\PCIN 001.rslt\PCIN 002.dat**
Usuário: **Sistema (QPACK)**
Adquirido: **24/05/2019 11:17:10 (GMT -03:00)**
Impresso: **24/05/2019 12:35:40 (GMT -03:00)**




Resultados DAD: Sinal A, 273 nm/Lb:4 nm

Número do Pico	*Nome*	*Tempo de Retenção*	*Área*	*Concentração ESTD*
1	Cafeína	1,733	1711978	**0,000**
Totais			1711978	**0,000**

Relatório de Padrão Externo

Nome do Método: **C:\Enterprise\HPLC-CQ-3\Agilent-CQ-3\Method\Qualif.met**
Data: **C:\Enterprise\HPLC-CQ-3\Agilent-CQ-3\Result\PCIN 001.rslt\PCIN 003.dat**
Usuário: **Sistema (QPACK)**
Adquirido: **24/05/2019 11:20:54 (GMT -03:00)**
Impresso: **24/05/2019 12:35:45 (GMT -03:00)**




Resultados DAD: Sinal A, 273 nm/Lb:4 nm

Número do Pico	*Nome*	*Tempo de Retenção*	*Área*	*Concentração ESTD*
1	Cafeína	1,733	1716941	**0,000**
Totais			1716941	**0,000**

Relatório de Padrão Externo

Nome do Método: **C:\Enterprise\HPLC-CQ-3\Agilent-CQ-3\Method\Qualif.met**
Data: **C:\Enterprise\HPLC-CQ-3\Agilent-CQ-3\Result\PCIN 001.rslt\Branco PCIN 002.dat**
Usuário: **Sistema (QPACK)**
Adquirido: **24/05/2019 11:24:39 (GMT -03:00)**
Impresso: **24/05/2019 12:35:49 (GMT -03:00)**




Resultados DAD: Sinal A, 273 nm/Lb:4 nm

Número do Pico	*Nome*	*Tempo de Retenção*	*Área*	*Concentração ESTD*
	Cafeína			**0,000 BDL**

Totais				

Relatório de Padrão Externo

Nome do Método: **C:\Enterprise\HPLC-CQ-3\Agilent-CQ-3\Method\Qualif.met**
Data: **C:\Enterprise\HPLC-CQ-3\Agilent-CQ-3\Result\PCIN 001.rslt\PCIN 004.dat**
Usuário: **Sistema (QPACK)**
Adquirido: **24/05/2019 11:28:25 (GMT -03:00)**
Impresso: **24/05/2019 12:35:53 (GMT -03:00)**




Resultados DAD: Sinal A, 273 nm/Lb:4 nm

Número do Pico	*Nome*	*Tempo de Retenção*	*Área*	*Concentração ESTD*
1	Cafeína	1,733	1711396	**0,000**
Totais			1711396	**0,000**

Relatório de Padrão Externo

Nome do Método: **C:\Enterprise\HPLC-CQ-3\Agilent-CQ-3\Method\Qualif.met**
Data: **C:\Enterprise\HPLC-CQ-3\Agilent-CQ-3\Result\PCIN 001.rslt\PCIN 005.dat**
Usuário: **Sistema (QPACK)**
Adquirido: **24/05/2019 11:32:07 (GMT -03:00)**
Impresso: **24/05/2019 12:35:58 (GMT -03:00)**




Resultados DAD: Sinal A, 273 nm/Lb:4 nm

Número do Pico	*Nome*	*Tempo de Retenção*	*Área*	*Concentração ESTD*
1	Cafeína	1,727	1716897	**0,000**
Totais			1716897	**0,000**

Relatório de Padrão Externo

Nome do Método: **C:\Enterprise\HPLC-CQ-3\Agilent-CQ-3\Method\Qualif.met**
Data: **C:\Enterprise\HPLC-CQ-3\Agilent-CQ-3\Result\PCIN 001.rslt\PCIN 006.dat**
Usuário: **Sistema (QPACK)**
Adquirido: **24/05/2019 11:35:50 (GMT -03:00)**
Impresso: **24/05/2019 12:36:02 (GMT -03:00)**




Resultados DAD: Sinal A, 273 nm/Lb:4 nm

Número do Pico	*Nome*	*Tempo de Retenção*	*Área*	*Concentração ESTD*
1	Cafeína	1,727	1709295	**0,000**
Totais			1709295	**0,000**

Relatório de Padrão Externo

Nome do Método: **C:\Enterprise\HPLC-CQ-3\Agilent-CQ-3\Method\Qualif.met**
Data: **C:\Enterprise\HPLC-CQ-3\Agilent-CQ-3\Result\PCIN 001.rslt\Branco PCIN 003.dat**
Usuário: **Sistema (QPACK)**
Adquirido: **24/05/2019 11:39:35 (GMT -03:00)**
Impresso: **24/05/2019 12:42:37 (GMT -03:00)**




Resultados DAD: Sinal A, 273 nm/Lb:4 nm

Número do Pico	*Nome*	*Tempo de Retenção*	*Área*	*Concentração ESTD*
	Cafeína			**0,000 BDL**

Totais				

Relatório de Padrão Externo

Nome do Método: **C:\Enterprise\HPLC-CQ-3\Agilent-CQ-3\Method\Qualif.met**
Data: **C:\Enterprise\HPLC-CQ-3\Agilent-CQ-3\Result\LDUV e LIIN 001.rslt\LDUV 001.dat**
Usuário: **Sistema (QPACK)**
Adquirido: **24/05/2019 11:54:10 (GMT -03:00)**
Impresso: **24/05/2019 12:43:43 (GMT -03:00)**




Resultados DAD: Sinal A, 273 nm/Lb:4 nm

Número do Pico	*Nome*	*Tempo de Retenção*	*Área*	*Concentração ESTD*
	Cafeína			**0,000 BDL**

Totais				

Relatório de Padrão Externo

Nome do Método: C:\Enterprise\HPLC-CQ-3\Agilent-CQ-3\Method\Qualif.met
Data: C:\Enterprise\HPLC-CQ-3\Agilent-CQ-3\Result\LDUV e LIIN 001.rslt\LDUV 002.dat
Usuário: Sistema (QPACK)
Adquirido: 24/05/2019 11:57:58 (GMT -03:00)
Impresso: 24/05/2019 12:43:48 (GMT -03:00)




Resultados DAD: Sinal A, 273 nm/Lb:4 nm

Número do Pico	*Nome*	*Tempo de Retenção*	*Área*	*Concentração ESTD*
1	Cafeína	1,727	584880	**0,000**
Totais			584880	**0,000**

Relatório de Padrão Externo

Nome do Método: **C:\Enterprise\HPLC-CQ-3\Agilent-CQ-3\Method\Qualif.met**
Data: **C:\Enterprise\HPLC-CQ-3\Agilent-CQ-3\Result\LDUV e LIIN 001.rslt\LDUV 003.dat**
Usuário: **Sistema (QPACK)**
Adquirido: **24/05/2019 12:01:40 (GMT -03:00)**
Impresso: **24/05/2019 12:43:53 (GMT -03:00)**




Resultados DAD: Sinal A, 273 nm/Lb:4 nm

Número do Pico	*Nome*	*Tempo de Retenção*	*Área*	*Concentração ESTD*
1	Cafeína	1,720	1136580	**0,000**
Totais			1136580	**0,000**

Relatório de Padrão Externo

Nome do Método: **C:\Enterprise\HPLC-CQ-3\Agilent-CQ-3\Method\Qualif.met**
Data: **C:\Enterprise\HPLC-CQ-3\Agilent-CQ-3\Result\LDUV e LIIN 001.rslt\LDUV 004.dat**
Usuário: **Sistema (QPACK)**
Adquirido: **24/05/2019 12:05:28 (GMT -03:00)**
Impresso: **24/05/2019 12:43:58 (GMT -03:00)**




Resultados DAD: Sinal A, 273 nm/Lb:4 nm

Número do Pico	*Nome*	*Tempo de Retenção*	*Área*	*Concentração ESTD*
1	Cafeína	1,720	1710639	**0,000**
Totais			1710639	**0,000**

Relatório de Padrão Externo

Nome do Método: **C:\Enterprise\HPLC-CQ-3\Agilent-CQ-3\Method\Qualif.met**
Data: **C:\Enterprise\HPLC-CQ-3\Agilent-CQ-3\Result\LDUV e LIIN 001.rslt\LDUV 005.dat**
Usuário: **Sistema (QPACK)**
Adquirido: **24/05/2019 12:09:17 (GMT -03:00)**
Impresso: **24/05/2019 12:44:02 (GMT -03:00)**




Resultados DAD: Sinal A, 273 nm/Lb:4 nm

Número do Pico	*Nome*	*Tempo de Retenção*	*Área*	*Concentração ESTD*
1	Cafeína	1,720	2276237	**0,000**
Totais			2276237	**0,000**

Relatório de Padrão Externo

Nome do Método: **C:\Enterprise\HPLC-CQ-3\Agilent-CQ-3\Method\Qualif.met**
Data: **C:\Enterprise\HPLC-CQ-3\Agilent-CQ-3\Result\LDUV e LIIN 001.rslt\LIIN 001.dat**
Usuário: **Sistema (QPACK)**
Adquirido: **24/05/2019 12:12:19 (GMT -03:00)**
Impresso: **24/05/2019 12:46:20 (GMT -03:00)**




Resultados DAD: Sinal A, 273 nm/Lb:4 nm

Número do Pico	*Nome*	*Tempo de Retenção*	*Área*	*Concentração ESTD*
	Cafeína			**0,000 BDL**

Totais				

Relatório de Padrão Externo

Nome do Método: **C:\Enterprise\HPLC-CQ-3\Agilent-CQ-3\Method\Qualif.met**
Data: **C:\Enterprise\HPLC-CQ-3\Agilent-CQ-3\Result\LDUV e LIIN 001.rslt\LIIN 002.dat**
Usuário: **Sistema (QPACK)**
Adquirido: **24/05/2019 12:15:58 (GMT -03:00)**
Impresso: **24/05/2019 12:46:24 (GMT -03:00)**




Resultados DAD: Sinal A, 273 nm/Lb:4 nm

Número do Pico	*Nome*	*Tempo de Retenção*	*Área*	*Concentração ESTD*
1	Cafeína	1,707	845623	**0,000**
Totais			845623	**0,000**

Relatório de Padrão Externo

Nome do Método: **C:\Enterprise\HPLC-CQ-3\Agilent-CQ-3\Method\Qualif.met**
Data: **C:\Enterprise\HPLC-CQ-3\Agilent-CQ-3\Result\LDUV e LIIN 001.rslt\LIIN 003.dat**
Usuário: **Sistema (QPACK)**
Adquirido: **24/05/2019 12:19:40 (GMT -03:00)**
Impresso: **24/05/2019 12:46:29 (GMT -03:00)**




Resultados DAD: Sinal A, 273 nm/Lb:4 nm

Número do Pico	*Nome*	*Tempo de Retenção*	*Área*	*Concentração ESTD*
1	Cafeína	1,713	1688210	**0,000**
Totais			1688210	**0,000**

Relatório de Padrão Externo

Nome do Método: **C:\Enterprise\HPLC-CQ-3\Agilent-CQ-3\Method\Qualif.met**
Data: **C:\Enterprise\HPLC-CQ-3\Agilent-CQ-3\Result\LDUV e LIIN 001.rslt\LIIN 004.dat**
Usuário: **Sistema (QPACK)**
Adquirido: **24/05/2019 12:23:23 (GMT -03:00)**
Impresso: **24/05/2019 12:46:34 (GMT -03:00)**




Resultados DAD: Sinal A, 273 nm/Lb:4 nm

Número do Pico	*Nome*	*Tempo de Retenção*	*Área*	*Concentração ESTD*
1	Cafeína	1,733	2542950	**0,000**
Totais			2542950	**0,000**

Relatório de Padrão Externo

Nome do Método: C:\Enterprise\HPLC-CQ-3\Agilent-CQ-3\Method\Qualif.met
Data: C:\Enterprise\HPLC-CQ-3\Agilent-CQ-3\Result\LDUV e LIIN 001.rslt\LIIN 005.dat
Usuário: Sistema (QPACK)
Adquirido: 24/05/2019 12:27:11 (GMT -03:00)
Impresso: 24/05/2019 12:46:38 (GMT -03:00)




Resultados DAD: Sinal A, 273 nm/Lb:4 nm

Número do Pico	*Nome*	*Tempo de Retenção*	*Área*	*Concentração ESTD*
1	Cafeína	1,740	3389890	**0,000**
Totais			3389890	**0,000**

Relatório de Padrão Externo

Nome do Método: C:\Enterprise\HPLC-CQ-3\Agilent-CQ-3\Method\Grad AB.met
Data: C:\Enterprise\HPLC-CQ-3\Agilent-CQ-3\Result\Grad AB 003.rslt\Grad AB 003.dat
Usuário: Sistema (QPACK)
Adquirido: 24/05/2019 13:32:38 (GMT -03:00)
Impresso: 24/05/2019 14:04:19 (GMT -03:00)



Resultados DAD: Sinal A, 273 nm/Lb:4 nm

Número do Pico	*Nome*	*Tempo de Retenção*	*Altura*	*Concentração ESTD*
2	H20	2,807	202870	**0,000**
3	H40	3,893	405876	**0,000**
4	H60	6,840	604217	**0,000**
6	H80	9,727	793846	**0,000**
7	H100	15,160	987074	**0,000**
Totais			2993883	**0,000**

Resultados 190,0 nm

Número do Pico	*Nome*	*Tempo de Retenção*	*Altura*	*Concentração ESTD*

Resultados Representação Gráfica de Espectro Máx

Número do Pico	*Nome*	*Tempo de Retenção*	*Altura*	*Concentração ESTD*