
16.1 – CALIBRAÇÃO



TOC2100 GEHAKA

Numero Serie ...= 17120602001001
Versao Firmware = 2.00.005


03/04/25 10:16:46

Condut. uS/cm	Temp. 'C	TOC ppb
1.288	29.2	75
1.287	29.2	76
1.303	29.3	72

Estatistica

Nr. Amostras=	3
TOC Minimo =	72 ppb
TOC Maximo =	76 ppb
Amplitude =	4 ppb
Desv. Padrao=	1.9 ppb
DP Relativo =	2.6 %
TOC Medio =	74.4 ppb

Assinatura



TOC2100 GEHAKA

Numero Serie ...= 17120602001001
Versao Firmware = 2.00.005

03/04/25 10:54:32

Condut. uS/cm	Temp. 'C	TOC ppb
1.041	31.0	551
1.005	31.1	549
1.013	30.7	542

Estatistica

Nr. Amostras=	3
TOC Minimo =	542 ppb
TOC Maximo =	551 ppb
Amplitude =	9 ppb
Desv. Padrao=	4.6 ppb
DP Relativo =	0.8 %
TOC Medio =	547.6 ppb

Assinatura

16.2 – SYSTEM SUITABILITY



TOC2100 GEHAKA

Numero Serie ...= 17120602001001
Versao Firmware = 2.00.005


03/04/25 11:16:02

Condut. uS/cm	Temp. 'C	TOC ppb
1.116	30.9	42
1.126	30.6	52
1.143	30.5	54

Estatistica

Nr. Amostras=	3
TOC Minimo =	42 ppb
TOC Maximo =	54 ppb
Amplitude =	13 ppb
Desv. Padrao=	6.7 ppb
DP Relativo =	13.5 %
TOC Medio =	49.5 ppb

Assinatura



TOC2100 GEHAKA

Numero Serie ...= 17120602001001
Versao Firmware = 2.00.005

03/04/25 11:30:25

Condut. uS/cm	Temp. 'C	TOC ppb
1.139	31.4	526
1.127	31.0	531
1.123	31.4	531

Estatistica

Nr. Amostras=	3
TOC Minimo =	526 ppb
TOC Maximo =	531 ppb
Amplitude =	5 ppb
Desv. Padrao=	2.6 ppb
DP Relativo =	0.5 %
TOC Medio =	529.2 ppb

Assinatura



TOC2100 GEHAKA

Numero Serie ...= 17120602001001
Versao Firmware = 2.00.005

03/04/25 11:47:05

Condut. uS/cm	Temp. 'C	TOC ppb
1.654	30.7	523
1.763	30.4	505
1.780	30.9	500

Estatistica

Nr. Amostras=	3
TOC Minimo =	500 ppb
TOC Maximo =	523 ppb
Amplitude =	23 ppb
Desv. Padrao=	12.1 ppb
DP Relativo =	2.4 %
TOC Medio =	509.4 ppb

Assinatura

16.3 – CONDUTIVIDADE



TOC2100 GEHAKA

Numero Serie ...= 17120602001001
Versao Firmware = 2.00.005

03/04/25 14:18:27

Condut. uS/cm	Temp. °C	TOC ppb
2.445	29.6	89
2.579	29.6	55
2.525	29.9	65

Estatistica

Nr. Amostras=	3
TOC Minimo =	55 ppb
TOC Maximo =	89 ppb
Amplitude =	34 ppb
Desv. Padrao=	17.6 ppb
DP Relativo =	25.4 %
TOC Medio =	69.4 ppb

Assinatura