

Relatório Padrão Externo Horizontal

Arquivo de Dados: C:\Enterprise\Projects\Teste\Result\Qualificação_PCIN_20250408_01.rslt\EDUV 01 2025-04-08 14-09-03 (GMT -03-00).dat
Método: C:\Enterprise\Projects\Teste\Result\Qualificação_PCIN_20250408_01.rslt\Qualificação.met
Adquirido: 08/04/2025 14:10:11 (GMT -03:00)
Impresso: 09/04/2025 08:58:32 (GMT -03:00)

Qtde Amostra: 1
Multiplicador: 1
Tag: HPL36 10mm
Amostra: EDUV 01
Vial: 21
Volume: 10





Channel A

Resultados DAD: Sinal A, 273 nm/Lb:4 nm


Name	Time	Area	Amount
Cafeina	1,693	1765814	0,000

Totais		1765814	0,000

Relatório Padrão Externo Horizontal

Arquivo de Dados: C:\Enterprise\Projects\Teste\Result\Qualificação_PCIN_20250408_01.rslt\Branco 01 2025-04-08 14-15-18 (GMT -03-00).dat
Método: C:\Enterprise\Projects\Teste\Result\Qualificação_PCIN_20250408_01.rslt\Qualificação.met
Adquirido: 08/04/2025 14:16:23 (GMT -03:00)
Impresso: 09/04/2025 10:26:36 (GMT -03:00)

Qtde Amostra: 1
Multiplicador: 1
Tag: HPL36 10mm
Amostra: Branco 01
Vial: 31
Volume: 10



Channel A

Resultados DAD: Sinal A, 273 nm/Lb:4 nm


Name	Time	Area	Amount
Cafeina			0,000 BDL

Totais			

Relatório Padrão Externo Horizontal

Arquivo de Dados: C:\Enterprise\Projects\Teste\Result\Qualificação_PCIN_20250408_01.rslt\PCIN 01 2025-04-08 14-21-29 (GMT -03-00).dat
Método: C:\Enterprise\Projects\Teste\Result\Qualificação_PCIN_20250408_01.rslt\Qualificação.met
Adquirido: 08/04/2025 14:22:34 (GMT -03:00)
Impresso: 09/04/2025 10:29:12 (GMT -03:00)

Qtde Amostra: 1
Multiplicador: 1
Tag: HPL36 10mm (Off-line)
Amostra: PCIN 01
Vial: 32
Volume: 10



Channel A

Resultados DAD: Sinal A, 273 nm/Lb:4 nm


Name	Time	Area	Amount
Cafeina	3,880	1769415	0,000

Totais		1769415	0,000

Relatório Padrão Externo Horizontal

Arquivo de Dados: C:\Enterprise\Projects\Teste\Result\Qualificação_PCIN_20250408_01.rslt\PCIN 02 2025-04-08 14-27-41 (GMT -03-00).dat
Método: C:\Enterprise\Projects\Teste\Result\Qualificação_PCIN_20250408_01.rslt\Qualificação.met
Adquirido: 08/04/2025 14:28:46 (GMT -03:00)
Impresso: 09/04/2025 10:29:48 (GMT -03:00)

Qtde Amostra: 1
Multiplicador: 1
Tag: HPL36 10mm (Off-line)
Amostra: PCIN 02
Vial: 32
Volume: 10



Channel A

Resultados DAD: Sinal A, 273 nm/Lb:4 nm


Name	Time	Area	Amount
Cafeina	3,873	1766818	0,000

Totais		1766818	0,000

Relatório Padrão Externo Horizontal

Arquivo de Dados: C:\Enterprise\Projects\Teste\Result\Qualificação_PCIN_20250408_01.rslt\PCIN 03 2025-04-08 14-33-53 (GMT -03-00).dat
Método: C:\Enterprise\Projects\Teste\Result\Qualificação_PCIN_20250408_01.rslt\Qualificação.met
Adquirido: 08/04/2025 14:34:59 (GMT -03:00)
Impresso: 09/04/2025 10:30:12 (GMT -03:00)

Qtde Amostra: 1
Multiplicador: 1
Tag: HPL36 10mm (Off-line)
Amostra: PCIN 03
Vial: 32
Volume: 10



Channel A

Resultados DAD: Sinal A, 273 nm/Lb:4 nm


Name	Time	Area	Amount
Cafeina	3,873	1769659	0,000

Totais		1769659	0,000

Relatório Padrão Externo Horizontal

Arquivo de Dados: C:\Enterprise\Projects\Teste\Result\Qualificação_PCIN_20250408_01.rslt\Branco 02 2025-04-08 14-40-03 (GMT -03-00).dat
Método: C:\Enterprise\Projects\Teste\Result\Qualificação_PCIN_20250408_01.rslt\Qualificação.met
Adquirido: 08/04/2025 14:41:08 (GMT -03:00)
Impresso: 09/04/2025 10:30:50 (GMT -03:00)

Qtde Amostra: 1
Multiplicador: 1
Tag: HPL36 10mm (Off-line)
Amostra: Branco 02
Vial: 31
Volume: 10



Channel A

Resultados DAD: Sinal A, 273 nm/Lb:4 nm


Name	Time	Area	Amount
Cafeina			0,000 BDL

Totais			

Relatório Padrão Externo Horizontal

Arquivo de Dados: C:\Enterprise\Projects\Teste\Result\Qualificação_PCIN_20250408_01.rslt\PCIN 04 2025-04-08 14-46-13 (GMT -03-00).dat
Método: C:\Enterprise\Projects\Teste\Result\Qualificação_PCIN_20250408_01.rslt\Qualificação.met
Adquirido: 08/04/2025 14:47:19 (GMT -03:00)
Impresso: 09/04/2025 10:31:36 (GMT -03:00)

Qtde Amostra: 1
Multiplicador: 1
Tag: HPL36 10mm (Off-line)
Amostra: PCIN 04
Vial: 32
Volume: 10



Channel A

Resultados DAD: Sinal A, 273 nm/Lb:4 nm


Name	Time	Area	Amount
Cafeina	3,873	1768808	0,000

Totais		1768808	0,000

Relatório Padrão Externo Horizontal

Arquivo de Dados: C:\Enterprise\Projects\Teste\Result\Qualificação_PCIN_20250408_01.rslt\PCIN 05 2025-04-08 14-52-25 (GMT -03-00).dat
Método: C:\Enterprise\Projects\Teste\Result\Qualificação_PCIN_20250408_01.rslt\Qualificação.met
Adquirido: 08/04/2025 14:53:30 (GMT -03:00)
Impresso: 09/04/2025 10:31:53 (GMT -03:00)

Qtde Amostra: 1
Multiplicador: 1
Tag: HPL36 10mm (Off-line)
Amostra: PCIN 05
Vial: 32
Volume: 10



Channel A

Resultados DAD: Sinal A, 273 nm/Lb:4 nm


Name	Time	Area	Amount
Cafeina	3,873	1765389	0,000

Totais		1765389	0,000

Relatório Padrão Externo Horizontal

Arquivo de Dados: C:\Enterprise\Projects\Teste\Result\Qualificação_PCIN_20250408_01.rslt\PCIN 06 2025-04-08 14-58-34 (GMT -03-00).dat
Método: C:\Enterprise\Projects\Teste\Result\Qualificação_PCIN_20250408_01.rslt\Qualificação.met
Adquirido: 08/04/2025 14:59:41 (GMT -03:00)
Impresso: 09/04/2025 10:32:09 (GMT -03:00)

Qtde Amostra: 1
Multiplicador: 1
Tag: HPL36 10mm (Off-line)
Amostra: PCIN 06
Vial: 32
Volume: 10



Channel A

Resultados DAD: Sinal A, 273 nm/Lb:4 nm


Name	Time	Area	Amount
Cafeina	3,873	1768876	0,000

Totais		1768876	0,000

Relatório Padrão Externo Horizontal

Arquivo de Dados: C:\Enterprise\Projects\Teste\Result\Qualificação_PCIN_20250408_01.rslt\Branco 03 2025-04-08 15-04-46 (GMT -03-00).dat
Método: C:\Enterprise\Projects\Teste\Result\Qualificação_PCIN_20250408_01.rslt\Qualificação.met
Adquirido: 08/04/2025 15:05:52 (GMT -03:00)
Impresso: 09/04/2025 10:32:28 (GMT -03:00)

Qtde Amostra: 1
Multiplicador: 1
Tag: HPL36 10mm (Off-line)
Amostra: Branco 03
Vial: 31
Volume: 10



Channel A

Resultados DAD: Sinal A, 273 nm/Lb:4 nm


Name	Time	Area	Amount
Cafeina			0,000 BDL

Totais			

Relatório Padrão Externo Horizontal

Arquivo de Dados: C:\Enterprise\Projects\Teste\Result\Qualificação_LIIN_20250408_01.rslt\LDUV 01 2025-04-08 10-52-45 (GMT -03-00).dat
Método: C:\Enterprise\Projects\Teste\Result\Qualificação_LIIN_20250408_01.rslt\Qualificação.met
Adquirido: 08/04/2025 10:53:52 (GMT -03:00)
Impresso: 09/04/2025 10:49:11 (GMT -03:00)

Qtde Amostra: 1
Multiplicador: 1
Tag: HPL36 10mm (Off-line)
Amostra: LDUV 01
Vial: 21
Volume: 10



Channel A

Resultados DAD: Sinal A, 273 nm/Lb:4 nm


Name	Time	Area	Amount
Cafeina			0,000 BDL

Totais			

Relatório Padrão Externo Horizontal

Arquivo de Dados: C:\Enterprise\Projects\Teste\Result\Qualificação_LIIN_20250408_01.rslt\LDUV 02 2025-04-08 10-58-58 (GMT -03-00).dat
Método: C:\Enterprise\Projects\Teste\Result\Qualificação_LIIN_20250408_01.rslt\Qualificação.met
Adquirido: 08/04/2025 11:00:05 (GMT -03:00)
Impresso: 09/04/2025 10:49:23 (GMT -03:00)

Qtde Amostra: 1
Multiplicador: 1
Tag: HPL36 10mm (Off-line)
Amostra: LDUV 02
Vial: 22
Volume: 10



Channel A

Resultados DAD: Sinal A, 273 nm/Lb:4 nm


Name	Time	Area	Amount
Cafeina	3,880	587304	0,000

Totais		587304	0,000

Relatório Padrão Externo Horizontal

Arquivo de Dados: C:\Enterprise\Projects\Teste\Result\Qualificação_LIIN_20250408_01.rslt\LDUV 03 2025-04-08 11-05-10 (GMT -03-00).dat
Método: C:\Enterprise\Projects\Teste\Result\Qualificação_LIIN_20250408_01.rslt\Qualificação.met
Adquirido: 08/04/2025 11:06:17 (GMT -03:00)
Impresso: 09/04/2025 10:49:33 (GMT -03:00)

Qtde Amostra: 1
Multiplicador: 1
Tag: HPL36 10mm (Off-line)
Amostra: LDUV 03
Vial: 23
Volume: 10



Channel A

Resultados DAD: Sinal A, 273 nm/Lb:4 nm


Name	Time	Area	Amount
Cafeina	3,880	1183688	0,000

Totais		1183688	0,000

Relatório Padrão Externo Horizontal

Arquivo de Dados: C:\Enterprise\Projects\Teste\Result\Qualificação_LIIN_20250408_01.rslt\LDUV 04 2025-04-08 11-11-22 (GMT -03-00).dat
Método: C:\Enterprise\Projects\Teste\Result\Qualificação_LIIN_20250408_01.rslt\Qualificação.met
Adquirido: 08/04/2025 11:12:28 (GMT -03:00)
Impresso: 09/04/2025 10:49:54 (GMT -03:00)

Qtde Amostra: 1
Multiplicador: 1
Tag: HPL36 10mm (Off-line)
Amostra: LDUV 04
Vial: 24
Volume: 10



Channel A

Resultados DAD: Sinal A, 273 nm/Lb:4 nm


Name	Time	Area	Amount
Cafeina	3,873	1761825	0,000

Totais		1761825	0,000

Relatório Padrão Externo Horizontal

Arquivo de Dados: C:\Enterprise\Projects\Teste\Result\Qualificação_LIIN_20250408_01.rslt\LDUV 05 2025-04-08 11-17-34 (GMT -03-00).dat
Método: C:\Enterprise\Projects\Teste\Result\Qualificação_LIIN_20250408_01.rslt\Qualificação.met
Adquirido: 08/04/2025 11:18:39 (GMT -03:00)
Impresso: 09/04/2025 10:50:06 (GMT -03:00)

Qtde Amostra: 1
Multiplicador: 1
Tag: HPL36 10mm (Off-line)
Amostra: LDUV 05
Vial: 25
Volume: 10



Channel A

Resultados DAD: Sinal A, 273 nm/Lb:4 nm


Name	Time	Area	Amount
Cafeina	3,873	2366052	0,000


Totais		2366052	0,000

Relatório Padrão Externo Horizontal

Arquivo de Dados: C:\Enterprise\Projects\Teste\Result\Qualificação_RELB_20250409_02.rslt\RELB.dat
Método: C:\Enterprise\Projects\Teste\Result\Qualificação_RELB_20250409_02.rslt\RELB.met
Adquirido: 09/04/2025 12:16:44 (GMT -03:00)
Impresso: 09/04/2025 14:39:28 (GMT -03:00)

Qtde Amostra: 1
Multiplicador: 1
Tag: HPL36 10mm (Off-line)
Amostra: RELB
Vial: 10
Volume: 20





Channel A

Resultados DAD: Sinal A,
250 nm/Lb:4 nm


Name	Time	Area	Amount
Cafeina	3,940	1554941	0,000

Totais		1554941	0,000

Relatório Padrão Externo Horizontal

Arquivo de Dados: C:\Enterprise\Projects\Teste\Result\Qualificação_LIIN_20250408_01.rslt\LIIN 01 2025-04-08 11-45-06 (GMT -03-00).dat
Método: C:\Enterprise\Projects\Teste\Result\Qualificação_LIIN_20250408_01.rslt\Qualificação.met
Adquirido: 08/04/2025 11:46:29 (GMT -03:00)
Impresso: 09/04/2025 10:50:54 (GMT -03:00)

Qtde Amostra: 1
Multiplicador: 1
Tag: HPL36 10mm (Off-line)
Amostra: LIIN 01
Vial: 30
Volume: 0,1



Channel A

Resultados DAD: Sinal A, 273 nm/Lb:4 nm


Name	Time	Area	Amount
Cafeina	3,860	21423	0,000

Totais		21423	0,000

Relatório Padrão Externo Horizontal

Arquivo de Dados: C:\Enterprise\Projects\Teste\Result\Qualificação_LIIN_20250408_01.rslt\LIIN 02 2025-04-08 11-51-35 (GMT -03-00).dat
Método: C:\Enterprise\Projects\Teste\Result\Qualificação_LIIN_20250408_01.rslt\Qualificação.met
Adquirido: 08/04/2025 11:52:37 (GMT -03:00)
Impresso: 09/04/2025 10:51:05 (GMT -03:00)

Qtde Amostra: 1
Multiplicador: 1
Tag: HPL36 10mm (Off-line)
Amostra: LIIN 02
Vial: 30
Volume: 5



Channel A

Resultados DAD: Sinal A, 273 nm/Lb:4 nm


Name	Time	Area	Amount
Cafeina	3,867	890694	0,000

Totais		890694	0,000

Relatório Padrão Externo Horizontal

Arquivo de Dados: C:\Enterprise\Projects\Teste\Result\Qualificação_LIIN_20250408_01.rslt\LIIN 03 2025-04-08 11-57-42 (GMT -03-00).dat
Método: C:\Enterprise\Projects\Teste\Result\Qualificação_LIIN_20250408_01.rslt\Qualificação.met
Adquirido: 08/04/2025 11:58:48 (GMT -03:00)
Impresso: 09/04/2025 10:51:16 (GMT -03:00)

Qtde Amostra: 1
Multiplicador: 1
Tag: HPL36 10mm (Off-line)
Amostra: LIIN 03
Vial: 30
Volume: 10



Channel A

Resultados DAD: Sinal A, 273 nm/Lb:4 nm


Name	Time	Area	Amount
Cafeina	3,873	1774566	0,000

Totais		1774566	0,000

Relatório Padrão Externo Horizontal

Arquivo de Dados: C:\Enterprise\Projects\Teste\Result\Qualificação_LIIN_20250408_01.rslt\LIIN 04 2025-04-08 12-03-51 (GMT -03-00).dat
Método: C:\Enterprise\Projects\Teste\Result\Qualificação_LIIN_20250408_01.rslt\Qualificação.met
Adquirido: 08/04/2025 12:05:00 (GMT -03:00)
Impresso: 09/04/2025 10:51:26 (GMT -03:00)

Qtde Amostra: 1
Multiplicador: 1
Tag: HPL36 10mm (Off-line)
Amostra: LIIN 04
Vial: 30
Volume: 15



Channel A

Resultados DAD: Sinal A, 273 nm/Lb:4 nm


Name	Time	Area	Amount
Cafeina	3,880	2658536	0,000

Totais		2658536	0,000

Relatório Padrão Externo Horizontal

Arquivo de Dados: C:\Enterprise\Projects\Teste\Result\Qualificação_LIIN_20250408_01.rslt\LIIN 05 2025-04-08 12-10-05 (GMT -03-00).dat
Método: C:\Enterprise\Projects\Teste\Result\Qualificação_LIIN_20250408_01.rslt\Qualificação.met
Adquirido: 08/04/2025 12:11:17 (GMT -03:00)
Impresso: 09/04/2025 10:51:36 (GMT -03:00)

Qtde Amostra: 1
Multiplicador: 1
Tag: HPL36 10mm (Off-line)
Amostra: LIIN 05
Vial: 30
Volume: 20



Channel A

Resultados DAD: Sinal A, 273 nm/Lb:4 nm


Name	Time	Area	Amount
Cafeina	3,887	3545759	0,000

Totais		3545759	0,000

Relatório Padrão Externo Horizontal

Arquivo de Dados:
C:\Enterprise\Projects\Teste\Result\Gradiente_AB_CD_20250408_Qualificação.rslt\Gradiente_A&B_03.dat
Método: C:\Enterprise\Projects\Teste\Result\Gradiente_AB_CD_20250408_Qualificação.rslt\GRBO_A&B.met
Adquirido: 08/04/2025 18:00:55 (GMT -03:00)
Impresso: 10/04/2025 14:56:16 (GMT -03:00)

Qtde Amostra: 1
Multiplicador: 1
Tag: HPL36 10mm (Off-line)



Channel A

Resultados DAD: Sinal A, 273 nm/Lb:4 nm


Name	Time	Area	Amount	Altura
10%	8,533	3105170	0,000	**24317**
20%	12,153	7993270	0,000	**48625**
30%	16,887	18567615	0,000	**73409**
40%	20,667	20349591	0,000	**98387**
50%	25,280	30874291	0,000	**123170**
60%	27,660	19278157	0,000	**147413**
70%	32,073	57040470	0,000	**172183**
80%	36,633	40858377	0,000	**194955**
90%	40,140	54170592	0,000	**219592**
100%	45,553	69816039	0,000	**244931**

Totais		322053572	0,000	**1346982**

Relatório Padrão Externo Horizontal

Arquivo de Dados:
C:\Enterprise\Projects\Teste\Result\Gradiente_AB_CD_20250408_Qualificação.rslt\Gradiente_C&D_03.dat
Método: C:\Enterprise\Projects\Teste\Result\Gradiente_AB_CD_20250408_Qualificação.rslt\GRBO_C&D.met
Adquirido: 08/04/2025 21:03:02 (GMT -03:00)
Impresso: 10/04/2025 14:56:54 (GMT -03:00)

Qtde Amostra: 1
Multiplicador: 1
Tag: HPL36 10mm (Off-line)



Channel A

Resultados DAD:
Sinal A, 273 nm/Lb:4 nm

Name	Time	Area	Amount	Altura
10%	8,573	3379353	0,000	**23903**
20%	12,680	10497419	0,000	**48239**
30%	17,047	15680934	0,000	**72766**
40%	21,067	22276006	0,000	**97502**
50%	24,413	25569605	0,000	**122154**
60%	28,933	35134039	0,000	**146424**
70%	33,307	43368842	0,000	**171007**
80%	37,533	46482301	0,000	**195952**
90%	40,153	46540219	0,000	**220122**
100%	45,607	73230594	0,000	**244401**

Totais		322159312	0,000	**1342470**