
Relatório de Injeção Única

Agilent

Arquivo de dados:	Gradiente AB2023-04-03 13-18-15-03-00.dx		
Nome da Sequência:	SingleSample	**Nome do Projeto:**	Agilent
Nome da amostra:	Gradiente AB	**Operador:**	SYSTEM (SYSTEM)
Instrumento:	HPLC DAD 02	**Data da injeção:**	2023-04-03 14:12:44-03:00
Volume de inj.:	0,000 µL	**Localização:**	p1-a1
Método de aquis.:	Teste Bomba A e B.amx	**Tipo:**	Amostra
Método de processamento:	*GC_LC Quantitativo_DefaultMethod.pmx	**Quantidade de amostra:**	0,00
Alterado manualmente:	Integração Manual		



Sinal: DAD1A,Sig=273,4 Ref=off

RT [min]	Tipo	Largura [min]	Área	Altura	Área%	Nome
2,006	MM m	3,15	7712,19	48,08	5,97	20%
6,217	MM m	2,96	16050,46	95,28	12,43	40%
9,207	MM m	3,03	25021,92	142,99	19,38	60%
12,347	MM m	2,99	33396,24	190,91	25,87	80%
15,346	MM m	7,42	46898,57	240,11	36,33	100%
		Soma	**129079,38**			