
Relatório de Injeção Única

Arquivo de dados:	Gradiente CD2023-04-03 13-49-35-03-00.dx		
Nome da Sequência:	SingleSample	**Nome do Projeto:**	Agilent
Nome da amostra:	Gradiente CD	**Operador:**	SYSTEM (SYSTEM)
Instrumento:	HPLC DAD 02	**Data da injeção:**	2023-04-03 13:51:39-03:00
Volume de inj.:	0,000 µL	**Localização:**	p1-a1
Método de aquis.:	Teste Bomba C e D.amx	**Tipo:**	Amostra
Método de processamento:	*GC_LC Quantitativo_DefaultMethod.pmx	**Quantidade de amostra:**	0,00
Alterado manualmente:	Integração Manual		



Sinal: DAD1A,Sig=273,4 Ref=off

RT [min]	Tipo	Largura [min]	Área	Altura	Área%	Nome
2,866	MM m	3,06	7586,00	47,78	5,88	20%
6,199	MM m	3,03	16348,78	95,62	12,66	40%
9,163	MM m	2,96	24518,55	143,21	18,99	60%
11,696	MM m	3,03	33616,74	190,60	26,04	80%
15,338	MM m	7,54	47041,04	240,03	36,43	100%
		Soma	**129111,11**			