

de Serviço) Nº. 171/17

Tel.: 62 3611-1616 | Data chamado: 09/10/2017
Bairro: IPIRANGA | CEP: 74453-040
Insc..Est.:
Depto: Garantia da Qualidade | Cargo: Analista

Técnico responsável pelo serviço: Danilo Melo

Equipamento:	ID/TAG:	
HPLC Thermo	HPLC-03-005 LAB FQ	
Módulo: Accela 600 Pump	N/S: 920924	
Módulo: Accela Autosampler	N/S: 751221	
Módulo: Accela 80Hz PDA	N/S: 940363	
Módulo:	N/S:	
Módulo:	N/S:	
Módulo:	N/S:	
Módulo:	N/S:	

Tipo de Serviço

Avulso ☒ | Contrato ☐ | Garantia ☐ | Retrabalho ☐ | Ref. à OS nº: ____
Interno ☐ | **RIR nº.** ____ | Externo ☒
Manutenção Prev. ☒ | Manutenção Corre. ☐ | Qualificação ☒ | Instalação ☐ | Treinamento ☐ | Transferência ☐

Relato feito pelo cliente:

Manutenção Preventiva e Qualificação Periódica

Diagnóstico detectado/o que precisa:

Serviços executados:

Foi realizado a manutenção preventiva com limpeza interna e externa, lubrificação das partes mecânicas e troca das peças abaixo descritas.
Realizamos a qualificação conforme o protocolo de qualificação nº 171/17 na qual todos os resultados dos testes realizados foram satisfatórios.
O equipamento encontra-se liberado para o uso.

TEMPO GASTO NA EXECUÇÃO DO SERVIÇO

DATA	INÍCIO	TÉRMINO	TOTAL DE HORAS DE SERVIÇO	HORAS DE DESLOCAMENTO
18/10	07:30	17:30	09	01
19/10	07:30	16:00	08	03

VISTO DO TÉCNICO:
DATA: 19/10/2017

PEÇAS UTILIZADAS NO SERVIÇO

QTD.	DESCRIÇÃO	P/N
01	Lâmpada de Deutério	
01	Selo Rotatório	
02	Pistão de Cerâmica	
04	Selos de pistão	
05	Selos Kel-F	
02	Check valve	
04	Filtros de Entrada	
01	Tubulação Inj - Coluna	

CONFIRMAMOS A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS ACIMA.
(Este campo não requer preenchimento quando o serviço for realizado nas instalações da VERDE)

Nome Completo	Cargo	Assinatura

Verde Analítica Comércio e Serviços Ltda.
Rua Seraphin Gilberto Candello, 1756, sala 01 – Jd. Morada do Sol – Indaiatuba – SP – CEP 13348-337
CNPJ: 13.837.294/0001-52 www.verdeanalitica.com.br – Fone: 55 (19) 3935-1461