

# Spectral Scan - MWD [DE64255469]



# Relatório de Resumo da Sequência

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Arquivo de dados:** | C:\CDSProjects\Qualificação\Results\2023\Sinal-Ruido\Sinal-Ruido 004.rslt\2023-04-10 16-39-57-03-00-01.dx | | |
| **Nome da amostra:** | Sinal-Ruido 1 | | |
| **Descrição:** | | | |
| **Quantidade de amostra:** | 0,000 | **Tipo de amostra:** | Amostra |
| **Instrumento:** | All | **Localização:** | 2 |
| **Data da injeção:** | 2023-04-10 16:41:03-03:00 | **Injeção:** | 1 de 1 |
| **Método de aquis.:** | Sinal-Ruido.amx | **Volume de injeção:** | 20,000 |
| **Método de análise:** | GC_LC Quantitativo_DefaultMethod.pmx | **Operador de aquis.:** | SISTEMA |
| **Última alteração:** | 2023-04-11 08:35:31-03:00 | | |





**Sinal:** MWD1A,Sig=250,4 Ref=off


| RT [min] | Tipo | Largura [min] | Área | Altura | Área% | Nome |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,382 | vv | 0,6133 | 738,7563 | 147,8069 | 100,0000 | Cafeina |
| | | **Soma** | **738,7563** | | | |

# Relatório SRELB

| Detector DAD – G1365D – N/S DE64255469 | Data: 10/04/2023 |
|---|---|
| **Ruído:** | |
| **Valor máximo: 1.350 mAU** | **Diferença: 0.125 mAU** |
| **Valor mínimo: 1.225 mAU** | |




| Estabilidade da Linha de Base: | | |
|---|---|---|
| **Valor máximo:** | **0.0600 mAU** | **Diferença (em 20 minutos): 0.037 mAU** |
| **Valor mínimo:** | **0.0230 mAU** | **Diferença (em 60 minutos): 0.037 x 3 = 0.111 mAU** |




**Altura do Pico:**

**Valor: 150 mAU**




# Relatório de Resumo da Sequência

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Arquivo de dados:** | C:\CDSProjects\Qualificação\Results\2023\PCIN\PCIN 001.rslt\Branco 1.dx | | |
| **Nome da amostra:** | Branco 1 | | |
| **Descrição:** | | | |
| **Quantidade de amostra:** | 0,000 | **Tipo de amostra:** | Amostra |
| **Instrumento:** | All | **Localização:** | 1 |
| **Data da injeção:** | 2023-04-10 15:10:14-03:00 | **Injeção:** | 1 de 1 |
| **Método de aquis.:** | Qualificação.amx | **Volume de injeção:** | 10,000 |
| **Método de análise:** | *GC_LC Quantitativo_DefaultMethod.pmx | **Operador de aquis.:** | SISTEMA |
| **Última alteração:** | 2023-04-10 15:26:44-03:00 | | |



# Relatório de Resumo da Sequência

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Arquivo de dados:** | C:\CDSProjects\Qualificação\Results\2023\PCIN\PCIN 001.rslt\PCIN 1.dx | | |
| **Nome da amostra:** | PCIN 1 | | |
| **Descrição:** | | | |
| **Quantidade de amostra:** | 0,000 | **Tipo de amostra:** | Amostra |
| **Instrumento:** | All | **Localização:** | 2 |
| **Data da injeção:** | 2023-04-10 15:14:22-03:00 | **Injeção:** | 1 de 1 |
| **Método de aquis.:** | Qualificação.amx | **Volume de injeção:** | 10,000 |
| **Método de análise:** | *GC_LC Quantitativo_DefaultMethod.pmx | **Operador de aquis.:** | SISTEMA |
| **Última alteração:** | 2023-04-10 15:26:44-03:00 | | |





**Sinal:** MWD1A,Sig=273,4 Ref=off

| RT [min] | Tipo | Largura [min] | Área | Altura | Área% | Nome |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,365 | vv | 0,7100 | 825,4089 | 170,5944 | 100,0000 | Cafeina |
| | | **Soma** | **825,4089** | | | |

# Relatório de Resumo da Sequência

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Arquivo de dados:** | C:\CDSProjects\Qualificação\Results\2023\PCIN\PCIN 001.rslt\PCIN 2.dx | | |
| **Nome da amostra:** | PCIN 2 | | |
| **Descrição:** | | | |
| **Quantidade de amostra:** | 0,000 | **Tipo de amostra:** | Amostra |
| **Instrumento:** | All | **Localização:** | 2 |
| **Data da injeção:** | 2023-04-10 15:18:20-03:00 | **Injeção:** | 1 de 1 |
| **Método de aquis.:** | Qualificação.amx | **Volume de injeção:** | 10,000 |
| **Método de análise:** | *GC_LC Quantitativo_DefaultMethod.pmx | **Operador de aquis.:** | SISTEMA |
| **Última alteração:** | 2023-04-10 15:26:44-03:00 | | |





**Sinal:** MWD1A,Sig=273,4 Ref=off

| RT [min] | Tipo | Largura [min] | Área | Altura | Área% | Nome |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,363 | vv | 0,5383 | 824,6090 | 170,6879 | 100,0000 | Cafeina |
| | | **Soma** | **824,6090** | | | |

# Relatório de Resumo da Sequência

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Arquivo de dados:** | C:\CDSProjects\Qualificação\Results\2023\PCIN\PCIN 001.rslt\PCIN 3.dx | | |
| **Nome da amostra:** | PCIN 3 | | |
| **Descrição:** | | | |
| **Quantidade de amostra:** | 0,000 | **Tipo de amostra:** | Amostra |
| **Instrumento:** | All | **Localização:** | 2 |
| **Data da injeção:** | 2023-04-10 15:22:22-03:00 | **Injeção:** | 1 de 1 |
| **Método de aquis.:** | Qualificação.amx | **Volume de injeção:** | 10,000 |
| **Método de análise:** | *GC_LC Quantitativo_DefaultMethod.pmx | **Operador de aquis.:** | SISTEMA |
| **Última alteração:** | 2023-04-10 15:26:44-03:00 | | |





**Sinal:** MWD1A,Sig=273,4 Ref=off

| RT [min] | Tipo | Largura [min] | Área | Altura | Área% | Nome |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,365 | vv | 0,5250 | 824,2752 | 170,5966 | 100,0000 | Cafeina |
| | | **Soma** | **824,2752** | | | |

# Relatório de Resumo da Sequência


| | | | |
|---|---|---|---|
| **Arquivo de dados:** | C:\CDSProjects\Qualificação\Results\2023\PCIN\PCIN 001.rslt\Branco 2.dx | | |
| **Nome da amostra:** | Branco 2 | | |
| **Descrição:** | | | |
| **Quantidade de amostra:** | 0,000 | **Tipo de amostra:** | Amostra |
| **Instrumento:** | All | **Localização:** | 1 |
| **Data da injeção:** | 2023-04-10 15:26:21-03:00 | **Injeção:** | 1 de 1 |
| **Método de aquis.:** | Qualificação.amx | **Volume de injeção:** | 10,000 |
| **Método de análise:** | *GC_LC Quantitativo_DefaultMethod.pmx | **Operador de aquis.:** | SISTEMA |
| **Última alteração:** | 2023-04-10 15:26:44-03:00 | | |



# Relatório de Resumo da Sequência

**Arquivo de dados:** C:\CDSProjects\Qualificação\Results\2023\PCIN\PCIN 001.rslt\PCIN 4.dx
**Nome da amostra:** PCIN 4
**Descrição:**
**Quantidade de amostra:** 0,000
**Tipo de amostra:** Amostra

**Instrumento:** All
**Localização:** 2
**Data da injeção:** 2023-04-10 15:30:24-03:00
**Injeção:** 1 de 1
**Método de aquis.:** Qualificação.amx
**Volume de injeção:** 10,000
**Método de análise:** *GC_LC Quantitativo_DefaultMethod.pmx
**Operador de aquis.:** SISTEMA
**Última alteração:** 2023-04-10 15:26:44-03:00





**Sinal:** MWD1A,Sig=273,4 Ref=off

| RT [min] | Tipo | Largura [min] | Área | Altura | Área% | Nome |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,363 | vv | 0,7781 | 824,1339 | 170,5783 | 100,0000 | Cafeina |
| | | **Soma** | **824,1339** | | | |

# Relatório de Resumo da Sequência

**Arquivo de dados:** C:\CDSProjects\Qualificação\Results\2023\PCIN\PCIN 001.rslt\PCIN 5.dx
**Nome da amostra:** PCIN 5
**Descrição:**
**Quantidade de amostra:** 0,000
**Tipo de amostra:** Amostra

**Instrumento:** All
**Localização:** 2
**Data da injeção:** 2023-04-10 15:34:27-03:00
**Injeção:** 1 de 1
**Método de aquis.:** Qualificação.amx
**Volume de injeção:** 10,000
**Método de análise:** *GC_LC Quantitativo_DefaultMethod.pmx
**Operador de aquis.:** SISTEMA
**Última alteração:** 2023-04-10 15:26:44-03:00





**Sinal:** MWD1A,Sig=273,4 Ref=off

| RT [min] | Tipo | Largura [min] | Área | Altura | Área% | Nome |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,366 | vv | 0,5249 | 823,0360 | 169,8475 | 100,0000 | Cafeina |
| | | **Soma** | **823,0360** | | | |

# Relatório de Resumo da Sequência

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Arquivo de dados:** | C:\CDSProjects\Qualificação\Results\2023\PCIN\PCIN 001.rslt\PCIN 6.dx | | |
| **Nome da amostra:** | PCIN 6 | | |
| **Descrição:** | | | |
| **Quantidade de amostra:** | 0,000 | **Tipo de amostra:** | Amostra |
| **Instrumento:** | All | **Localização:** | 2 |
| **Data da injeção:** | 2023-04-10 15:38:26-03:00 | **Injeção:** | 1 de 1 |
| **Método de aquis.:** | Qualificação.amx | **Volume de injeção:** | 10,000 |
| **Método de análise:** | *GC_LC Quantitativo_DefaultMethod.pmx | **Operador de aquis.:** | SISTEMA |
| **Última alteração:** | 2023-04-10 15:26:44-03:00 | | |





**Sinal:** MWD1A,Sig=273,4 Ref=off

| RT [min] | Tipo | Largura [min] | Área | Altura | Área% | Nome |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,366 | vv | 0,5331 | 823,4344 | 170,2112 | 100,0000 | Cafeina |
| | | **Soma** | **823,4344** | | | |


# Relatório de Resumo da Sequência

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Arquivo de dados:** | C:\CDSProjects\Qualificação\Results\2023\PCIN\PCIN 001.rslt\Branco 3.dx | | |
| **Nome da amostra:** | Branco 3 | | |
| **Descrição:** | | | |
| **Quantidade de amostra:** | 0,000 | **Tipo de amostra:** | Amostra |
| **Instrumento:** | All | **Localização:** | 1 |
| **Data da injeção:** | 2023-04-10 15:42:27-03:00 | **Injeção:** | 1 de 1 |
| **Método de aquis.:** | Qualificação.amx | **Volume de injeção:** | 10,000 |
| **Método de análise:** | *GC_LC Quantitativo_DefaultMethod.pmx | **Operador de aquis.:** | SISTEMA |
| **Última alteração:** | 2023-04-10 15:26:44-03:00 | | |




# Relatório de Resumo da Sequência

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Arquivo de dados:** | C:\CDSProjects\Qualificação\Results\2023\LDUV\LDUV 002.rslt\LDUV 1.dx | | |
| **Nome da amostra:** | LDUV 1 | | |
| **Descrição:** | | | |
| **Quantidade de amostra:** | 0,000 | **Tipo de amostra:** | Amostra |
| **Instrumento:** | All | **Localização:** | 1 |
| **Data da injeção:** | 2023-04-10 15:48:11-03:00 | **Injeção:** | 1 de 1 |
| **Método de aquis.:** | Qualificação.amx | **Volume de injeção:** | 10,000 |
| **Método de análise:** | GC_LC Quantitativo_DefaultMethod.pmx | **Operador de aquis.:** | SISTEMA |
| **Última alteração:** | 2023-04-10 14:37:16-03:00 | | |



# Relatório de Resumo da Sequência

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Arquivo de dados:** | C:\CDSProjects\Qualificação\Results\2023\LDUV\LDUV 002.rslt\LDUV 2.dx | | |
| **Nome da amostra:** | LDUV 2 | | |
| **Descrição:** | | | |
| **Quantidade de amostra:** | 0,000 | **Tipo de amostra:** | Amostra |
| **Instrumento:** | All | **Localização:** | 2 |
| **Data da injeção:** | 2023-04-10 15:52:16-03:00 | **Injeção:** | 1 de 1 |
| **Método de aquis.:** | Qualificação.amx | **Volume de injeção:** | 10,000 |
| **Método de análise:** | GC_LC Quantitativo_DefaultMethod.pmx | **Operador de aquis.:** | SISTEMA |
| **Última alteração:** | 2023-04-10 14:37:16-03:00 | | |





**Sinal:** MWD1A,Sig=273,4 Ref=off

| RT [min] | Tipo | Largura [min] | Área | Altura | Área% | Nome |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,368 | vv | 0,5482 | 278,4859 | 57,9317 | 100,0000 | Cafeina |
| | | **Soma** | **278,4859** | | | |

# Relatório de Resumo da Sequência

**Arquivo de dados:** C:\CDSProjects\Qualificação\Results\2023\LDUV\LDUV 002.rslt\LDUV 3.dx
**Nome da amostra:** LDUV 3
**Descrição:**
**Quantidade de amostra:** 0,000
**Tipo de amostra:** Amostra

**Instrumento:** All
**Localização:** 3
**Data da injeção:** 2023-04-10 15:56:21-03:00
**Injeção:** 1 de 1
**Método de aquis.:** Qualificação.amx
**Volume de injeção:** 10,000
**Método de análise:** GC_LC Quantitativo_DefaultMethod.pmx
**Operador de aquis.:** SISTEMA
**Última alteração:** 2023-04-10 14:37:16-03:00





**Sinal:** MWD1A,Sig=273,4 Ref=off

| RT [min] | Tipo | Largura [min] | Área | Altura | Área% | Nome |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,368 | vv | 0,4533 | 546,5324 | 114,4929 | 100,0000 | Cafeina |
| | | **Soma** | **546,5324** | | | |

# Relatório de Resumo da Sequência

**Arquivo de dados:** C:\CDSProjects\Qualificação\Results\2023\LDUV\LDUV 002.rslt\LDUV 4.dx
**Nome da amostra:** LDUV 4
**Descrição:**
**Quantidade de amostra:** 0,000
**Tipo de amostra:** Amostra

**Instrumento:** All
**Localização:** 4
**Data da injeção:** 2023-04-10 16:00:23-03:00
**Injeção:** 1 de 1
**Método de aquis.:** Qualificação.amx
**Volume de injeção:** 10,000
**Método de análise:** GC_LC Quantitativo_DefaultMethod.pmx
**Operador de aquis.:** SISTEMA
**Última alteração:** 2023-04-10 14:37:16-03:00





**Sinal:** MWD1A,Sig=273,4 Ref=off

| RT [min] | Tipo | Largura [min] | Área | Altura | Área% | Nome |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,366 | vv | 0,4849 | 813,1536 | 169,3928 | 100,0000 | Cafeina |
| | | **Soma** | **813,1536** | | | |

# Relatório de Resumo da Sequência

**Arquivo de dados:** C:\CDSProjects\Qualificação\Results\2023\LDUV\LDUV 002.rslt\LDUV 5.dx
**Nome da amostra:** LDUV 5
**Descrição:**
**Quantidade de amostra:** 0,000
**Tipo de amostra:** Amostra

**Instrumento:** All
**Localização:** 5
**Data da injeção:** 2023-04-10 16:04:23-03:00
**Injeção:** 1 de 1
**Método de aquis.:** Qualificação.amx
**Volume de injeção:** 10,000
**Método de análise:** GC_LC Quantitativo_DefaultMethod.pmx
**Operador de aquis.:** SISTEMA
**Última alteração:** 2023-04-10 14:37:16-03:00





**Sinal:** MWD1A,Sig=273,4 Ref=off

| RT [min] | Tipo | Largura [min] | Área | Altura | Área% | Nome |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,370 | vv | 0,5565 | 1101,2727 | 230,1689 | 100,0000 | Cafeina |
| | | **Soma** | **1101,2727** | | | |

# Relatório de Resumo da Sequência


| | | | |
|---|---|---|---|
| **Arquivo de dados:** | C:\CDSProjects\Qualificação\Results\2023\LIIN\LIIN 003.rslt\LIIN 1.dx | | |
| **Nome da amostra:** | LIIN 1 | | |
| **Descrição:** | | | |
| **Quantidade de amostra:** | 0,000 | **Tipo de amostra:** | Amostra |
| **Instrumento:** | All | **Localização:** | 1 |
| **Data da injeção:** | 2023-04-10 16:20:36-03:00 | **Injeção:** | 1 de 1 |
| **Método de aquis.:** | Qualificação.amx | **Volume de injeção:** | 0,100 |
| **Método de análise:** | *GC_LC Quantitativo_DefaultMethod.pmx | **Operador de aquis.:** | SISTEMA |
| **Última alteração:** | 2023-04-11 08:35:31-03:00 | | |



# Relatório de Resumo da Sequência

**Arquivo de dados:** C:\CDSProjects\Qualificação\Results\2023\LIIN\LIIN 003.rslt\LIIN 2.dx
**Nome da amostra:** LIIN 2
**Descrição:**
**Quantidade de amostra:** 0,000
**Tipo de amostra:** Amostra

**Instrumento:** All
**Localização:** 1
**Data da injeção:** 2023-04-10 16:24:34-03:00
**Injeção:** 1 de 1
**Método de aquis.:** Qualificação.amx
**Volume de injeção:** 5,000
**Método de análise:** *GC_LC Quantitativo_DefaultMethod.pmx
**Operador de aquis.:** SISTEMA
**Última alteração:** 2023-04-11 08:35:31-03:00





**Sinal:** MWD1A,Sig=273,4 Ref=off

| RT [min] | Tipo | Largura [min] | Área | Altura | Área% | Nome |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,363 | vv | 0,5099 | 412,6230 | 85,7192 | 100,0000 | Cafeina |
| | | **Soma** | **412,6230** | | | |

# Relatório de Resumo da Sequência

**Arquivo de dados:** C:\CDSProjects\Qualificação\Results\2023\LIIN\LIIN 003.rslt\LIIN 3.dx
**Nome da amostra:** LIIN 3
**Descrição:**
**Quantidade de amostra:** 0,000
**Tipo de amostra:** Amostra

**Instrumento:** All
**Localização:** 1
**Data da injeção:** 2023-04-10 16:28:36-03:00
**Injeção:** 1 de 1
**Método de aquis.:** Qualificação.amx
**Volume de injeção:** 10,000
**Método de análise:** *GC_LC Quantitativo_DefaultMethod.pmx
**Operador de aquis.:** SISTEMA
**Última alteração:** 2023-04-11 08:35:31-03:00





**Sinal:** MWD1A,Sig=273,4 Ref=off

| RT [min] | Tipo | Largura [min] | Área | Altura | Área% | Nome |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,368 | vv | 0,5432 | 824,9987 | 169,6267 | 100,0000 | Cafeina |
| | | **Soma** | **824,9987** | | | |

# Relatório de Resumo da Sequência

**Arquivo de dados:** C:\CDSProjects\Qualificação\Results\2023\LIIN\LIIN 003.rslt\LIIN 4.dx
**Nome da amostra:** LIIN 4
**Descrição:**
**Quantidade de amostra:** 0,000
**Tipo de amostra:** Amostra

**Instrumento:** All
**Localização:** 1
**Data da injeção:** 2023-04-10 16:32:36-03:00
**Injeção:** 1 de 1
**Método de aquis.:** Qualificação.amx
**Volume de injeção:** 15,000
**Método de análise:** *GC_LC Quantitativo_DefaultMethod.pmx
**Operador de aquis.:** SISTEMA
**Última alteração:** 2023-04-11 08:35:31-03:00





**Sinal:** MWD1A,Sig=273,4 Ref=off

| RT [min] | Tipo | Largura [min] | Área | Altura | Área% | Nome |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,376 | vv | 0,5681 | 1236,0955 | 251,3603 | 100,0000 | Cafeina |
| | | **Soma** | **1236,0955** | | | |

# Relatório de Resumo da Sequência

**Arquivo de dados:** C:\CDSProjects\Qualificação\Results\2023\LIIN\LIIN 003.rslt\LIIN 5.dx
**Nome da amostra:** LIIN 5
**Descrição:**
**Quantidade de amostra:** 0,000
**Tipo de amostra:** Amostra

**Instrumento:** All
**Localização:** 1
**Data da injeção:** 2023-04-10 16:36:40-03:00
**Injeção:** 1 de 1
**Método de aquis.:** Qualificação.amx
**Volume de injeção:** 20,000
**Método de análise:** *GC_LC Quantitativo_DefaultMethod.pmx
**Operador de aquis.:** SISTEMA
**Última alteração:** 2023-04-11 08:35:31-03:00




**Sinal:** MWD1A,Sig=273,4 Ref=off

| RT [min] | Tipo | Largura [min] | Área | Altura | Área% | Nome |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,381 | vv | 0,5432 | 1645,0674 | 332,4608 | 100,0000 | Cafeina |
| | | **Soma** | **1645,0674** | | | |

# Relatório de Resumo da Sequência

**Arquivo de dados:** C:\CDSProjects\Qualificação\Results\2023\Grad AB\Grad AB 005.rslt\2023-04-11 09-05-01-03-00-01.dx

**Nome da amostra:**

**Descrição:**

**Quantidade de amostra:** 0,000

**Tipo de amostra:** Amostra

**Instrumento:** All

**Localização:** 1

**Data da injeção:** 2023-04-11 09:05:50-03:00

**Injeção:** 1 de 1


**Método de aquis.:** Gradiente AB.amx

**Volume de injeção:** 0,010

**Método de análise:** *GC_LC Quantitativo_DefaultMethod.pmx

**Operador de aquis.:** SISTEMA

**Última alteração:** 2023-04-11 09:31:26-03:00





**Sinal:** MWD1A,Sig=273,4 Ref=off

| RT [min] | Tipo | Largura [min] | Área | Altura | Área% | Nome |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2,986 | MM m | 3,6333 | 13457,1018 | 89,6981 | 5,5572 | 20% |
| 7,206 | MM m | 2,9610 | 29333,2954 | 179,5742 | 12,1133 | 40% |
| 9,821 | MM m | 2,9181 | 44481,0575 | 269,4782 | 18,3686 | 60% |
| 13,232 | MM m | 3,1040 | 63794,2172 | 360,1890 | 26,3440 | 80% |
| 16,334 | MM m | 7,1808 | 91092,6470 | 449,5882 | 37,6170 | 100% |
| | | **Soma** | **242158,3189** | | | |


# Relatório de Resumo da Sequência

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Arquivo de dados:** | C:\CDSProjects\Qualificação\Results\2023\Grad CD\Grad CD 006.rslt\2023-04-11 09-57-53-03-00-01.dx | | |
| **Nome da amostra:** | Grad CD | | |
| **Descrição:** | | | |
| **Quantidade de amostra:** | 0,000 | **Tipo de amostra:** | Amostra |
| **Instrumento:** | All | **Localização:** | 1 |
| **Data da injeção:** | 2023-04-11 09:58:37-03:00 | **Injeção:** | 1 de 1 |
| **Método de aquis.:** | Gradiente CD.amx | **Volume de injeção:** | 0,001 |
| **Método de análise:** | *GC_LC Área Porcentual_DefaultMethod.pmx | **Operador de aquis.:** | SISTEMA |
| **Última alteração:** | 2023-04-11 10:23:12-03:00 | | |




**Sinal:** MWD1A,Sig=273,4 Ref=off


| RT [min] | Tipo | Largura [min] | Área | Altura | Área% | Nome |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4,180 | MM m | 3,8333 | 13994,6065 | 89,7538 | 5,7705 | 20% |
| 6,681 | MM m | 3,0180 | 30391,6569 | 179,4626 | 12,5317 | 40% |
| 9,892 | MM m | 2,9322 | 45437,9156 | 269,8502 | 18,7359 | 60% |
| 13,178 | MM m | 3,0609 | 63645,3508 | 359,5143 | 26,2435 | 80% |
| 14,513 | MM m | 5,8500 | 89048,8676 | 450,4036 | 36,7184 | 100% |
| | **Soma** | **242518,3975** | | | | |


Excitation Spectrum (EM = 397 nm fixed)
Intensity [LU]
10
5
0
300
320
340
360
380
400
420
440
Excitation wavelength [nm]
Excitation Spectrum (EM = 397 nm fixed)
Theoretical raman maximun (349,79 nm)
Detected raman maximum (345,32 nm)
Emission Spectrum (EX = 350 nm fixed)
Intensity [LU]
15
10
5
0
300
320
340
360
380
400
420
440
Emission wavelength [nm]
Emission Spectrum (EX = 350 nm fixed)
Theoretical raman maximun (397,28 nm)
Detected raman maximum (401,16 nm)

# Relatório de Resumo da Sequência

Agilent

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Arquivo de dados:** | C:\CDSProjects\Qualificação\Results\2023\REPFL\REPFL 007.rslt\Rep. 1.dx | | |
| **Nome da amostra:** | Rep. 1 | | |
| **Descrição:** | | | |
| **Quantidade de amostra:** | 0,000 | **Tipo de amostra:** | Amostra |
| **Instrumento:** | All | **Localização:** | 1 |
| **Data da injeção:** | 2023-04-11 10:50:11-03:00 | **Injeção:** | 1 de 1 |
| **Método de aquis.:** | FL.amx | **Volume de injeção:** | 10,000 |
| **Método de análise:** | *GC_LC Quantitativo_DefaultMethod.pmx | **Operador de aquis.:** | SISTEMA |
| **Última alteração:** | 2023-04-11 11:04:26-03:00 | | |





**Sinal:** FLD1A,Ex=350, Em=450

| RT [min] | Tipo | Largura [min] | Área | Altura | Área% | Nome |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,201 | BE | 0,8779 | 720,6612 | 128,7385 | 100,0000 | FL |
| | | **Soma** | **720,6612** | | | |

# Relatório de Resumo da Sequência

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Arquivo de dados:** | C:\CDSProjects\Qualificação\Results\2023\REPFL\REPFL 007.rslt\Rep. 2.dx | | |
| **Nome da amostra:** | Rep. 2 | | |
| **Descrição:** | | | |
| **Quantidade de amostra:** | 0,000 | **Tipo de amostra:** | Amostra |
| **Instrumento:** | All | **Localização:** | 1 |
| **Data da injeção:** | 2023-04-11 10:52:17-03:00 | **Injeção:** | 1 de 1 |
| **Método de aquis.:** | FL.amx | **Volume de injeção:** | 10,000 |
| **Método de análise:** | *GC_LC Quantitativo_DefaultMethod.pmx | **Operador de aquis.:** | SISTEMA |
| **Última alteração:** | 2023-04-11 11:04:26-03:00 | | |





**Sinal:** FLD1A,Ex=350, Em=450

| RT [min] | Tipo | Largura [min] | Área | Altura | Área% | Nome |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,201 | BE | 0,8776 | 720,3006 | 136,6809 | 100,0000 | FL |
| | | **Soma** | **720,3006** | | | |

# Relatório de Resumo da Sequência

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Arquivo de dados:** | C:\CDSProjects\Qualificação\Results\2023\REPFL\REPFL 007.rslt\Rep. 3.dx | | |
| **Nome da amostra:** | Rep. 3 | | |
| **Descrição:** | | | |
| **Quantidade de amostra:** | 0,000 | **Tipo de amostra:** | Amostra |
| **Instrumento:** | All | **Localização:** | 1 |
| **Data da injeção:** | 2023-04-11 10:54:23-03:00 | **Injeção:** | 1 de 1 |
| **Método de aquis.:** | FL.amx | **Volume de injeção:** | 10,000 |
| **Método de análise:** | *GC_LC Quantitativo_DefaultMethod.pmx | **Operador de aquis.:** | SISTEMA |
| **Última alteração:** | 2023-04-11 11:04:26-03:00 | | |





**Sinal:** FLD1A,Ex=350, Em=450

| RT [min] | Tipo | Largura [min] | Área | Altura | Área% | Nome |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,201 | BE | 0,8792 | 720,2532 | 138,7924 | 100,0000 | FL |
| | | **Soma** | **720,2532** | | | |

# Relatório de Resumo da Sequência

Agilent

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Arquivo de dados:** | C:\CDSProjects\Qualificação\Results\2023\REPFL\REPFL 007.rslt\Rep. 4.dx | | |
| **Nome da amostra:** | Rep. 4 | | |
| **Descrição:** | | | |
| **Quantidade de amostra:** | 0,000 | **Tipo de amostra:** | Amostra |
| **Instrumento:** | All | **Localização:** | 1 |
| **Data da injeção:** | 2023-04-11 10:56:26-03:00 | **Injeção:** | 1 de 1 |
| **Método de aquis.:** | FL.amx | **Volume de injeção:** | 10,000 |
| **Método de análise:** | *GC_LC Quantitativo_DefaultMethod.pmx | **Operador de aquis.:** | SISTEMA |
| **Última alteração:** | 2023-04-11 11:04:26-03:00 | | |





**Sinal:** FLD1A,Ex=350, Em=450

| RT [min] | Tipo | Largura [min] | Área | Altura | Área% | Nome |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,201 | BE | 0,8779 | 720,6802 | 141,4658 | 100,0000 | FL |
| | | **Soma** | **720,6802** | | | |

# Relatório de Resumo da Sequência

Agilent

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Arquivo de dados:** | C:\CDSProjects\Qualificação\Results\2023\REPFL\REPFL 007.rslt\Rep. 5.dx | | |
| **Nome da amostra:** | Rep. 5 | | |
| **Descrição:** | | | |
| **Quantidade de amostra:** | 0,000 | **Tipo de amostra:** | Amostra |
| **Instrumento:** | All | **Localização:** | 1 |
| **Data da injeção:** | 2023-04-11 10:58:27-03:00 | **Injeção:** | 1 de 1 |
| **Método de aquis.:** | FL.amx | **Volume de injeção:** | 10,000 |
| **Método de análise:** | *GC_LC Quantitativo_DefaultMethod.pmx | **Operador de aquis.:** | SISTEMA |
| **Última alteração:** | 2023-04-11 11:04:26-03:00 | | |





**Sinal:** FLD1A,Ex=350, Em=450

| RT [min] | Tipo | Largura [min] | Área | Altura | Área% | Nome |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,201 | BE | 0,8761 | 720,9155 | 143,9519 | 100,0000 | FL |
| | | **Soma** | **720,9155** | | | |

# Relatório de Resumo da Sequência

Agilent

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Arquivo de dados:** | C:\CDSProjects\Qualificação\Results\2023\REPFL\REPFL 007.rslt\Rep. 6.dx | | |
| **Nome da amostra:** | Rep. 6 | | |
| **Descrição:** | | | |
| **Quantidade de amostra:** | 0,000 | **Tipo de amostra:** | Amostra |
| **Instrumento:** | All | **Localização:** | 1 |
| **Data da injeção:** | 2023-04-11 11:00:32-03:00 | **Injeção:** | 1 de 1 |
| **Método de aquis.:** | FL.amx | **Volume de injeção:** | 10,000 |
| **Método de análise:** | *GC_LC Quantitativo_DefaultMethod.pmx | **Operador de aquis.:** | SISTEMA |
| **Última alteração:** | 2023-04-11 11:04:26-03:00 | | |




**Sinal:** FLD1A,Ex=350, Em=450

| RT [min] | Tipo | Largura [min] | Área | Altura | Área% | Nome |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,201 | BE | 0,8789 | 720,1932 | 147,8091 | 100,0000 | FL |
| | | **Soma** | **720,1932** | | | |