

TOC2100 GEHAKA

Numero Serie ...= 17120602001001
Versao Firmware = 2.00.005

24/04/23 09:21:45

Condut. uS/cm	Temp. °C	TOC ppb
1.355	29.0	58
1.371	29.8	55
1.375	30.5	63

Estatistica

Nr. Amostras=	3
TOC Minimo =	55 ppb
TOC Maximo =	63 ppb
Amplitude =	7 ppb
Desv. Padrao=	3.7 ppb
DP Relativo =	6.3 %
TOC Medio =	58.8 ppb



TOC2100 GEHAKA

Numero Serie ...= 17120602001001
Versao Firmware = 2.00.005

24/04/23 09:54:22

Condut. uS/cm	Temp. °C	TOC ppb
1.288	33.9	589
1.638	33.2	452
1.670	33.3	448

Estatistica

Nr. Amostras=	3
TOC Minimo =	448 ppb
TOC Maximo =	589 ppb
Amplitude =	142 ppb
Desv. Padrao=	80.6 ppb
DP Relativo =	16.2 %
TOC Medio =	496.5 ppb



TOC2100 GEHAKA

Numero Serie ...= 17120602001001
Versao Firmware = 2.00.005

24/04/23 10:13:24

Condut. uS/cm	Temp. 'C	TOC ppb
1.519	33.0	55
1.526	33.7	58
1.536	34.1	56

Estatistica

Nr. Amostras=	3
TOC Minimo =	55 ppb
TOC Maximo =	58 ppb
Amplitude =	3 ppb
Desv. Padrao=	1.4 ppb
DP Relativo =	2.5 %
TOC Medio =	56.1 ppb



TOC2100 GEHAKA

Numero Serie ...= 17120602001001
Versao Firmware = 2.00.005

24/04/23 11:29:16

Condut. uS/cm	Temp. 'C	TOC ppb
1.206	34.8	416
1.576	35.0	584
1.592	35.1	575

Estatistica

Nr. Amostras=	3
TOC Minimo =	416 ppb
TOC Maximo =	584 ppb
Amplitude =	168 ppb
Desv. Padrao=	94.4 ppb
DP Relativo =	18.0 %
TOC Medio =	525.4 ppb



TOC2100 GEHAKA

Numero Serie ...= 17120602001001
Versao Firmware = 2.00.005

24/04/23 12:16:20

Condut. uS/cm	Temp. 'C	TOC ppb
1.494	35.0	538
1.788	35.1	515
1.857	35.4	501

Estatistica

Nr. Amostras=	3
TOC Minimo =	501 ppb
TOC Maximo =	538 ppb
Amplitude =	37 ppb
Desv. Padrao=	18.9 ppb
DP Relativo =	3.6 %
TOC Medio =	517.8 ppb



TOC2100 GEHAKA

Numero Serie ...= 1712060200100 1
Versao Firmware = 2.00.005

24/04/23 12:39:40

Condut. uS/cm	Temp. °C	TOC ppb
8.384	36.5	32
8.384	37.1	31
8.384	37.2	32

Estatistica

Nr. Amostras=	3	
TOC Minimo =	31	ppb
TOC Maximo =	32	ppb
Amplitude =	1	ppb
Desv. Padrao=	0.7	ppb
DP Relativo =	2.3	%
TOC Medio =	31.6	ppb